

Klassifizierung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Wir als Hersteller von Produkten für die Flüssigkeitsanalyse erklären, dass die gelieferten Produkte **Cleanfit CPA871** und **Cleanfit CPA875** gemäß Artikel 4, Absatz 3, Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, nach guter Ingenieurspraxis gefertigt wurden und damit nicht CE-kennzeichnungspflichtig sind.

Diese Herstellererklärung ist nur gültig für das oben genannte Produkt.

Bewertungsergebnis

Max. zulässiger Druck:	16 bar
Volumen:	max. 300 ml
Mediumeigenschaft nach Art. 9:	Gruppe 1 – gefährlich
Mediumzustand:	Gasförmig oder flüssig, wenn $pD > 0,5$ bar
Qualitätssicherung:	Keine nach Richtlinie 2014/68/EU
Klassifizierung:	Artikel 4, Absatz 3, gute Ingenieurspraxis
Konformitätsbewertungsverfahren:	Kein
Aufgaben des Herstellers:	Keine
Aufgaben der benannten Stelle:	Keine

Classification according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

We as a manufacturer of liquid analysis products certify that the provided products **Cleanfit CPA871** and **Cleanfit CPA875** were manufactured according to article 4, paragraph 3, Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, with sound engineering practice and are not subjected to CE marking.

This manufacturer's declaration is only valid for above mentioned product.

Assessment Result

Max. allowable pressure:	16 bar
Volume:	max. 300 ml
Fluid group acc. to art. 9:	Group 1 - dangerous
Condition of fluid:	Gaseous or liquid, if $pD > 0.5$ bar
Quality assurance:	None acc. to Directive 2014/68/EU
Classification:	Article 4, paragraph 3, sound engineering practice
Conformity Assessment Procedure:	None
Duties of the manufacturer:	None
Duties of the Notified Body:	None

Diagramm 1, Art. 4, Anhang II

Behälter, Fluid: Gas, Fluidgruppe: 1 (gefährlich)





Table 1, Art. 4, Annex II

Vessel, Fluid: gaseous, Fluid group: 1 (dangerous)



Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24, 70839 Gerlingen, Germany

Datum

Date

2020-04-09

U. Rößiger

i.V. Uwe Rößiger
Manager Certifications & Approvals

A. Kleinpeter

i.A. Arne Kleinpeter
Product Management

Zertifikats-Nr. | Certificate-no.
HE_01265_01.20

Endress+Hauser 

People for Process Automation