

제2020-046206-01-1 호



안전인증서

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrasse 1, 79689, Maulburg, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Gammapiot

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

FMG50-KP***** (Ex d ia IIC T6...T1) / 20-KA4BO-0862X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2020-33호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Hauptstrasse 1, 79689, Maulburg, Germany'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 고체 및 액체의 수위, 밀도, 농도 등을 비접촉식으로 측정하는 기기임.
- 정격: $U_i = 30 \text{ Vdc}$, $I_i = 300 \text{ mA}$, $P_i = 1 \text{ W}$, $C_i = 10 \text{ nF}$ 이하, $L_i = 0$
- 사용주위온도: IECEx 인증서(IECEx EPS 18.0098X issue No.0) 참조

3. 인증범위: 본 인증서는 아래 형식번호에 한하여 유효함.

- FMG50-(aa)(bb)(c)(d)(e)(f)(g)
- (aa) 승인코드: KP
- (bb) 출력: BA, 9Y
- (c) 디스플레이: A, C, D, Y
- (d) 외함: J, K, Y
- (e) 인입부: A, B, C, F, G, H, M, P, Y
- (f) 형식: A, B, C, 9
- (g) 센서길이: A, B, C, G, H, I, J, K, L, M, N, 9

4. 안전한 사용을 위한 조건

·상세 조건은 관련 IECEx 인증서(IECEx EPS 18.0098X Issue No.0)의 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx EPS 18.0098X issue No.0)와 함께 사용

2020 년 11 월 04 일

한국산업기술시험원장

