Level Pressure Flow Temperature Liquid Analysis Registration Systems Components Services Solutions

简明操作指南

FHG61

夹钳装置：
管径为 50...220 mm 的对角辐射管道辅助装置

KA00261F/28/zh/06.10
71228095

夹钳装置的部件
对角辐射管道的夹钳装置包括 “ 供货清单 ” 中列举的部件、管径为 50...220 mm 的夹钳装置和支架 (取决于闪烁体类型)。

供货清单

安装
首先，安装夹钳装置；随后，安装源盒和 FMG60。为了避免人员受伤，当螺杆突出时，截短螺杆。
安装时，请注意：
- “ 底板上的距离 D” (参考第 3 页)
- “Gammapilot M FMG60 的安装位置 ” (参考第 4 页)
- 部件的安装位置 (参考下图)

底板的距离D
实例： 管径R = 150 (5.91)
距离D = 51 (2.01)
D
RØ
-D
RØ
51 (2.01)
距离D
240 (9.45)
220 (8.66)
200 (7.87)
180 (7.09)
160 (6.30)
140 (5.51)
120 (4.72)
100 (3.94)
80 (3.15)
60 (2.36)
40 (1.57)
20 (0.79)
0
-20 (-0.79)
-40 (-1.57)
-60 (-2.36)
-80 (-3.15)
-100 (-3.94)
-120 (-4.72)
-140 (-5.51)
-160 (-6.30)
-180 (-7.09)
距离D
50 (1.79)
70 (2.76)
90 (3.54)
110 (4.33)
130 (5.12)
150 (5.91)
170 (6.69)
190 (7.48)
210 (8.27)
230 (9.06)
管径R
mm (inch)

Gammapilot M FMG60 的安装位置： NaI 晶体闪烁体

晶体闪烁体，带水冷套管

晶体闪烁体，带直准仪

对准直准仪的辐射窗口

主要尺寸

管径Ø	A	B	C	E	
				带FHG65	无FHG65
50 (1.97)	80 (3.15)	240 (9.45)	20 (0.79)	1100 (43.3)	840 (33.1)
60 (2.36)	80 (3.15)	240 (9.45)	25 (0.98)	1125 (44.3)	860 (33.9)
80 (3.15)	80 (3.15)	240 (9.45)	30 (1.18)	1170 (46.1)	905 (35.6)
100 (3.94)	85 (3.35)	245 (9.65)	30 (1.18)	1215 (47.8)	950 (37.4)
120 (4.72)	90 (3.54)	250 (9.84)	30 (1.18)	1260 (49.6)	995 (39.2)
150 (5.91)	90 (3.54)	250 (9.84)	40 (1.57)	1330 (52.4)	1064 (41.9)
200 (7.87)	100 (3.94)	260 (10.2)	45 (1.77)	1440 (56.7)	1180 (46.5)

单位：mm (inch)

材料：
螺丝和螺母：A4
其他部件：316L (1.4404)

安装提示：
建议安装位置：接线腔外壳朝上；
如无法实现，应支撑Gammapilot，防止滑落。

夹钳装置重量：25 kg