Endress+Hauser
People for Process Automation

Herstellerbescheinigung

Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg

erklärt als Hersteller, dass die unten aufgeführte Produkte

Liquiphant FTL51, FTL71 und FTL81
Schiebemuffe 100bar, 316L

Bestellnummer: 52011880

bei sachgerechter Installation nach Operating Instructions (KA153F), eine Dichtigkeit auf Helium-Leckraten kleiner $1x10^{-5}$ mbar l/s bestätigt werden kann. Der Wert entspricht der in der TA Luft geforderten Leckrate für technisch dichte Flanschverbindungen [1]. Prozessdichtungen, welche dem Gerät beiliegen, sind für die Einhaltung der TA Luft nicht geeignet und sind zu ersetzen.

[1] Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft vom 24. Juli 2002 ; Abschn. 5.2.6.3 Flanschverbindungen

Die Bescheinigung gilt ausschließlich für den im Anschreiben der zuständigen Endress+Hauser Vertriebsgesellschaft genannten Kunden sowie nur für die aufgeführten Produkte und Zubehör im Auslieferungszustand. Diese Erklärung ist gültig für das Inverkehrbringen bis zu 5 Jahr(e) nach Ausstellungsdatum.

Maulburg, 27-Juli-2017
Endress+Hauser GmbH+Co. KG

i. V. Dr. Arno Götz
Dept. Manager Product Safety
Research & Development Platform

i. V. Dr. Dietmar Frühauf
Dept. Manager Level Limit
Research & Development Devices