



Štev. dok.: 6417-1/2018/4
Ljubljana, 12.1.2018

Urad RS za meroslovje (v nadaljevanju urad), Tkalska ulica 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: Urad), izdaja na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – UPB1, v nadaljevanju: zakon) in 65.c člena Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13, v nadaljevanju: pravilnik) na zahtevo podjetja Endress+Hauser d.o.o. Slovenija, Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana Črnuče, ki ga v postopku zastopa g. Matija Žnidaršič (v nadaljevanju: vložnik), naslednjo

ODLOČBO O SKLADNOSTI TUJEGA TIPA MERILA Z ZAHTEVAMI V REPUBLIKI SLOVENIJI

1. Certifikat o odobritvi tipa za merilo

Merilo:	Avtomatski merilnik nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih
Oznaka tipa merila:	Proservo NMS8x
Proizvajalec merila:	Endress+Hauser Yamanashi Co. Ltd
Oznaka odobritve tipa:	NMi T8911, revision 1
Izdajatelj:	NMi
Država trženja	Nizozemska
Datum izdaje:	17.07.2017
Veljavnost certifikata do:	/

je bil izdan na podlagi tuje nacionalne zakonodaje, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot jo v Republiki Sloveniji predpisuje Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih (Uradni list RS, št. 36/10).

- Na podlagi te odločbe se lahko merila iz prve točke izreka dajo v prvo overitev v Republiki Sloveniji. Napisi in oznake na merilu morajo biti v slovenskem jeziku oziroma morajo biti podani tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost vseh uporabnikov merila.
- Posebnih stroškov postopka ni bilo.

Obrazložitev:

Dne 4.1.2018 je vložnik po elektronski pošti vložil pri Uradu zahtevo št. 6417-1/2018/1 za izvedbo postopka obvezne predhodne odobritve tujega nacionalnega certifikata o odobritvi tipa za tip merila, ki je naveden v prvi točki izreka te odločbe.

Zahtevi ni bil priložen tuj nacionalni meroslovni predpis, a je bil v njej naveden in ga je bilo mogoče pridobiti preko svetovnega spleta. Zahteva je bila tako popolna.

V skladu z 9. členom zakona se lahko v Republiki Sloveniji dajo v promet samo merila, ki izpolnjujejo meroslovne in tehnične zahteve zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov in katerih skladnost je bila ugotovljena v skladu z navedenimi predpisi.

Zahteva se je obravnavala v skladu s 65.a členom pravilnika, ki določa postopek obvezne predhodne odobritve.

Pri postopku obvezne predhodne odobritve Urad odloči o tem, ali se z merilom, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo zakonito trži v drugi državi članici ali v drugi državi članici Evropske unije oziroma v državi članici Evropskega združenja za prosto trgovino ali Turčiji, zagotavlja enakovredna raven varovanja javnega interesa, kot je določena v meroslovnih predpisih, ki veljajo za to merilo v Republiki Sloveniji.

Postopek obvezne predhodne odobritve vključuje pregled nacionalne zakonodaje države, kjer je bilo merilo proizvedeno oziroma se je dalo v promet, preverjanje vseh podatkov v zvezi s predhodno izvedenim postopkom ugotavljanja skladnosti v tej državi ter ugotavljanje ustrezne usposobljenosti institucije, ki je izvedla postopek ugotavljanja skladnosti za merilo. Postopek obvezne predhodne odobritve lahko vključuje tudi preskus merila.

V postopku obvezne predhodne odobritve merila so bili preverjeni vsi podatki v zvezi s tujo odobritvijo tipa.

Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da nizozemski nacionalni meroslovni predpis

- Regeling nationaal autonoom geregelde meetinstrumenten (Staatscourant 55682)

z dne 28. 10. 2016, na podlagi katerega je bil izdan certifikat o odobritvi tipa, ki je naveden v prvi točki izreka te odločbe, zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot jo v Republiki Sloveniji predpisuje Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih (Uradni list RS, št. 36/10). Postopek obravnavane odobritve je v tujini potekal na enak način, kot je to predvideno v citiranem pravilniku.

Ugotovljeno je bilo, da se merilo, ki ima odobritev tipa iz prvega odstavka izreka in ki je bila izdana na podlagi tujega nacionalnega meroslovnega predpisa iz prejšnjega odstavka, lahko trži na Nizozemskem. Odobritev tipa je izdal NMI Certin BV, ki je nacionalna meroslovna organizacija na Nizozemskem in zagotavlja ustrezno usposobljenost za izvajanje odobritev tipa.

Ustrezna informiranost uporabnikov merila je zagotovljena z objavo odločbe v elektronski bazi urada, ki je dosegljiva javnosti na www.mirs-info.si.

Zahteva vložnika je utemeljena in se ji zato s to odločbo na podlagi 65.c člena pravilnika ugotovi.

V skladu z navedenim je bilo odločeno tako, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je treba poravnati upravno takso po tar. števil. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5) v znesku 18,12 € na TRR št. 01100-1000315637 s sklicem 11 32123 - 7111002.


Taksa za vlogo v znesku 4,54 EUR po tar. št. 1 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10-UPB5) in taksa za izdajo odločbe v znesku 18,12 EUR po tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10-UPB5) sta poravnani.

Postopek vodil:

Mag. Gašper Vindišar

sekretar

Gasper Vindišar



Dr. Samo Kopač

direktor

Dr. Samo Kopač

Univerzitetni diplomirani pravnik	Vodja SFM
Ime in priimek Nataša Mejak Vukovič	Ime in priimek Mag. Matej Grum
Parafa <i>N. Mejak Vukovič</i>	Parafa <i>M. Grum</i>
Datum <i>11.1.2018</i>	Datum <i>11.1.2018</i>
Pripombe	Pripombe

Vročiti:

- Endress+Hauser d.o.o. Slovenija, Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana Črnuče, ki ga v postopku zastopa g. Matija Žnidaršič, osebno po ZUP

Vložiti v:

- zbirko dokumentarnega gradiva

