

Klassifizierung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Wir als Hersteller von Produkten für die Analyse erklären, dass das gelieferte Produkt **CUA262** gemäß Artikel 4, Absatz 3, Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, nach guter Ingenieurspraxis gefertigt wurde und damit nicht CE-kennzeichnungspflichtig ist.

Diese Herstellererklärung ist nur gültig für das oben genannte Produkt.

Bewertungsergebnis

Max. zulässiger Druck:	10 bar	Max. allowable pressure:	10 bar
Volumen V/ Nennweite DN:	1,7 L/ 100 DN	Volume V/ Diameter DN:	1,7 L/ 100 DN
Mediumeigenschaft nach Art. 9:	Gruppe 1 – gefährlich	Fluid group acc. to art. 9:	Group 1 - dangerous
Mediumzustand:	flüssig, wenn $pD \leq 0,5$ bar	Condition of fluid:	liquid, if $pD \leq 0.5$ bar
Qualitätssicherung:	Keine nach Richtlinie 2014/68/EU	Quality assurance:	None acc. to Directive 2014/68/EU
Klassifizierung:	Artikel 4, Absatz 3, gute Ingenieurspraxis	Classification:	Article 4, paragraph 3, sound engineering practice
Konformitätsbewertungsverfahren:	Kein	Conformity Assessment Procedure:	None
Aufgaben des Herstellers:	Keine	Duties of the manufacturer:	None
Aufgaben der benannten Stelle:	Keine	Duties of the Notified Body:	None

Classification according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

We as a manufacturer of analysis products certify that the provided product **CUA262** was manufactured according to article 4, paragraph 3, Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, with sound engineering practice and is not subjected to CE marking.

This manufacturer's declaration is only valid for above mentioned product.

Assessment Result

Diagramm 8, Art. 4, Anhang II

Rohrleitung, Fluid: Flüssigkeit, Fluidgruppe: 1 (gefährlich)





Table 8, Art. 4, Annex II

Piping, Fluid: liquid, Fluid group: 1 (dangerous)



Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24, 70839 Gerlingen, Germany

Datum

Date

10.08.2022

U. Rößiger
i.V. Uwe Rößiger

Manager Certifications & Approvals

M. Rottmann

i.V. Marco Rottmann

Certifications & Approvals

Zertifikats-Nr. | Certificate-no.
HE_01572_01.22_PED_CUA262

Endress+Hauser 

People for Process Automation