

EU-Konformitätserklärung  
EU-Declaration of Conformity  
Déclaration UE de Conformité



**Company** Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach  
erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product  
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

**Product** Thermisches Massendurchfluss Messsystem  
Thermal mass flow measuring system  
Système de mesure de débit massique thermique

t-mass 6F3B\*\*-bb\*\*\*\*\* + ###  
t-mass 6I3B\*\*-bb\*\*\*\*\* + ###  
t-mass 6F5B\*\*-cc\*\*\*\*\*A\*\*\*\*\* + ###  
t-mass 6I5B\*\*-cc\*\*\*\*\*A\*\*\*\*\* + ###

bb = BB,BD; cc = BJ,BN

**Regulations** den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht:  
conforms to following European Directives:  
est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes:

ATEX 2014/34/EU (L96/309)  
LVD 2014/35/EU (L96/357)  
RED 2014/53/EU (L153/62)  
RoHS 2011/65/EU (L174/88)

**Standards** angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:  
applied harmonized standards or normative documents:  
normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

|                        |                      |                        |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| EN 61010-1: 2019       | EN IEC 60079-0: 2018 | EN 60079-1: 2014       |
| EN IEC 60079-7: 2018   | EN 60079-11: 2012    | EN 60079-26: 2015      |
| EN 60079-31: 2014      | EN 300328: V2.2.2    | EN 301489-1: V2.2.3    |
| EN 301489-17: V3.2.4   | EN IEC 61326-1: 2021 | EN IEC 61326-2-3: 2021 |
| EN IEC 61326-2-5: 2021 | EN IEC 63000: 2018   | EN 62311: 2008         |

**Certification** EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. Sira 16ATEX2219X  
EU-Type Examination Certificate No.  
Numéro de l'attestation d'examen CE de type

Ausgestellt von/issued by/délivré par

CSA Group Netherlands B.V. (2813)

Qualitätssicherung  
Quality assurance  
Système d'assurance qualité

TÜV Nord Cert. / 0044

Reinach, 20.03.2025

Dr. Mirko Lehmann  
(Geschäftsführer / Managing Director /  
P.D.G.)

ppa. Dr. Chr. Jarms  
(Bereichsleiter QM/Head of Division  
QM/Responsable de la division QM)

EC\_00805 \_ 04.25  
71464862