

EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Endress+Hauser 
People for Process Automation



Company **Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach**
erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

Product **Massendurchfluß-Meßsystem**
Coriolis mass flow measuring system
Système de mesure de débit massique

Promass 8a3B**-bb***** + ###
Promass 8a5B**-cc*****A***** + ###
Promass 8a5B**-bb*****B***** + ###
Promass 8d3C**-bb***** + ###
Promass 8d5C**-cc*****A***** + ###
Promass 8d5C**-bb*****B***** + ###
a = A,E,F,H,I,O,P,Q,S or X; bb = BA,BB,BC,BD; cc = BI,BJ,BM,BN; d = A

Regulations den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht:
conforms to following European Directives:
est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes:

ATEX 2014/34/EU (L96/309)
LVD 2014/35/EU (L96/357)
RED 2014/53/EU (L153/62)
RoHS 2011/65/EU (L174/88)

Standards angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
applied harmonized standards or normative documents:
normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

EN 61010-1: 2019	EN IEC 60079-0: 2018	EN 60079-1: 2014
EN IEC 60079-7: 2018	EN 60079-11: 2012	EN 60079-26: 2015
EN 60079-31: 2014	EN 300328: V2.2.2	EN 301489-1: V2.2.3
EN 301489-17: V3.2.4	EN IEC 61326-1: 2021	EN IEC 61326-2-3: 2021
EN IEC 61326-2-5: 2021	EN IEC 63000: 2018	EN 62311: 2008


Certification EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. Sira 16ATEX2219X
EU-Type Examination Certificate No.
Numéro de l'attestation d'examen CE de type

Ausgestellt von/issued by/délivré par CSA Group Netherlands B.V. (2813)

Qualitätssicherung TÜV Nord Cert. / 0044
Quality assurance
Système d'assurance qualité

Reinach, 20.03.2025


Dr. Mirko Lehmann
(Geschäftsführer / Managing Director /
P.D.G.)


ppa. Dr. Chr. Jarms
(Bereichsleiter QM/Head of Division
QM/Responsable de la division QM)

EC_00405 _ 10.25
71455958