

Instruções de operação

Analísador TOC CA78

Determinação de níveis de traços de carbono orgânico total (TOC)

Equipamento compacto e potente



Sumário

1	Sobre este documento	4	10	Diagnóstico e localização de falhas	36
1.1	Informações de segurança	4	10.1	Histórico do firmware	36
1.2	Símbolos	4	11	Manutenção	37
1.3	Símbolos no equipamento	4	11.1	Cronograma de manutenção	37
1.4	Documentação	4	11.2	Serviço de manutenção	37
2	Instruções básicas de segurança	5	11.3	Descomissionamento	42
2.1	Especificações para o pessoal	5	12	Reparo	43
2.2	Uso indicado	5	12.1	Peças de reposição	43
2.3	Segurança do local de trabalho	5	12.2	Devolução	43
2.4	Segurança da operação	5	12.3	Descarte	43
2.5	Segurança do produto	6	13	Acessórios	44
3	Recebimento e identificação do produto	7	14	Dados técnicos	45
3.1	Recebimento	7	14.1	Entrada	45
3.2	Identificação do produto	7	14.2	Saída	45
3.3	Escopo de entrega	8	14.3	Saídas de corrente, ativas	45
4	Descrição do produto	9	14.4	Alimentação de energia	46
4.1	Design do produto	9	14.5	Características de desempenho	46
4.2	Diagrama de processo	10	14.6	Ambiente	46
4.3	Atribuição do soquete	10	14.7	Processo	47
5	Instalação	12	14.8	Construção mecânica	47
5.1	Requisitos de instalação	12	Índice		49
5.2	Fixação do analisador	13			
5.3	Verificação pós-instalação	15			
6	Conexão elétrica	16			
6.1	Instruções de conexão	16			
6.2	Conexão do analisador	16			
6.3	Garantia do grau de proteção	16			
6.4	Verificação pós conexão	16			
7	Opções de operação	18			
7.1	Visão geral das opções de operação	18			
7.2	Estrutura e função do menu de operação	18			
7.3	Acesse o menu de operação através do display local	19			
8	Comissionamento	20			
8.1	Verificação pós-instalação e da função	20			
8.2	Procedimento de login	20			
8.3	Configuração do instrumento de medição	20			
9	Operação	35			

1 Sobre este documento

1.1 Informações de segurança

Estrutura das informações	Significado
 PERIGO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação perigosa não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.
 ATENÇÃO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação perigosa não for evitada, podem ocorrer ferimentos sérios ou fatais.
 CUIDADO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, podem ocorrer ferimentos de menor grau ou mais graves.
 AVISO Causa/situação Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação/observação	Este símbolo alerta quanto a situações que podem resultar em dano à propriedade.

1.2 Símbolos

	Informações adicionais, dicas
	Permitido
	Recomendado
	Não é permitido ou recomendado
	Consulte a documentação do equipamento
	Consulte a página
	Referência ao gráfico
	Resultado de uma etapa individual

1.3 Símbolos no equipamento

	Consulte a documentação do equipamento
---	--

1.4 Documentação

Os manuais a seguir, que complementam essas Instruções de operação, podem ser encontrados nas páginas do produto, na Internet:

	Informações técnicas sobre o Analisador TOC CA78, TI01622C
---	--

2 Instruções básicas de segurança

2.1 Especificações para o pessoal

- A instalação, comissionamento, operação e manutenção do sistema de medição podem ser executadas apenas por uma equipe técnica especialmente treinada.
- A equipe técnica deve estar autorizada pelo operador da fábrica a executar as atividades especificadas.
- A conexão elétrica deve ser executada apenas por um técnico eletricista.
- A equipe técnica deve ter lido e entendido estas Instruções de Operação, devendo segui-las.
- Os erros no ponto de medição devem ser reparados apenas pela equipe autorizada e especialmente treinada.

 Reparos não descritos nas Instruções de operação fornecidos podem apenas ser executados diretamente pelo fabricante ou pela organização de manutenção.

2.2 Uso indicado

O analisador é projetado para determinar o carbono orgânico total em aplicações de água ultrapura que atendem as seguintes condições:

- Condutividade < 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Faixa de pH: neutro

Qualquer uso diferente do indicado coloca em risco a segurança das pessoas e do sistema de medição. Portanto, qualquer outro uso não é permitido.

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

2.3 Segurança do local de trabalho

O operador é responsável por garantir a conformidade com as seguintes regulamentações de segurança:

- Orientações de instalação
- Normas e regulamentações locais

Compatibilidade eletromagnética

- O produto foi testado quanto à compatibilidade eletromagnética de acordo com as normas europeias relevantes às aplicações industriais.
- A compatibilidade eletromagnética indicada aplica-se apenas a um produto que foi conectado de acordo com essas Instruções de operação.

2.4 Segurança da operação

Antes do comissionamento do ponto de medição inteiro:

1. Verifique se todas as conexões estão corretas.
2. Certifique-se de que os cabos elétricos e conexões de mangueira estejam sem danos.

Procedimento para produtos danificados:

1. Não opere produtos danificados, e proteja-os contra operação não-intencional.
2. Etiquete produtos danificados como defeituosos.

Durante a operação:

- Se as falhas não puderem ser corrigidas, retire os produtos de serviço e proteja-os contra operação não intencional.

2.5 Segurança do produto

2.5.1 Avançado

O produto é projetado para satisfazer os requisitos de segurança mais avançados, foi devidamente testado e deixou a fábrica em condições de ser operado com segurança. As regulamentações relevantes e as normas internacionais foram observadas.

2.5.2 Segurança de TI

Nossa garantia é válida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas instruções de operação . O equipamento possui mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer modificação acidental nas configurações do equipamento.

Medidas de segurança de TI alinhadas às normas de segurança dos operadores e desenvolvidas para fornecer proteção adicional para o equipamento e transferência de dados do equipamento devem ser implementadas pelos próprios operadores.

3 Recebimento e identificação do produto

3.1 Recebimento

1. Verifique se a embalagem está sem danos.
 - ↳ Notificar o fornecedor sobre quaisquer danos à embalagem.
Manter a embalagem danificada até que a situação tenha sido resolvida.
2. Verifique se o conteúdo está sem danos.
 - ↳ Notificar o fornecedor sobre quaisquer danos ao conteúdo da entrega.
Manter os produtos danificados até que a situação tenha sido resolvida.
3. Verificar se a entrega está completa e se não há nada faltando.
 - ↳ Comparar os documentos de envio com seu pedido.
4. Embalar o produto para armazenagem e transporte, de tal modo que esteja protegido contra impacto e umidade.
 - ↳ A embalagem original oferece a melhor proteção.
Certifique-se de estar em conformidade com as condições ambientais permitidas.

Se tiver quaisquer perguntas, entrar em contato com seu fornecedor ou seu centro de vendas local.

3.2 Identificação do produto

3.2.1 Etiqueta de identificação

A etiqueta de identificação fornece as seguintes informações sobre seu equipamento:

- Identificação do fabricante
- Código de pedido (versão do equipamento)
- Número de série
- Código estendido
- Fonte de alimentação
- Grau de proteção
- Condições ambientais (Permitidas)

- Compare as informações na etiqueta de identificação com seu pedido.

3.2.2 Identificação do produto

Página do produto

www.endress.com/ca78

Interpretação do código de pedido

O código de pedido e o número de série de seu produto podem ser encontrados nos seguintes locais:

- Na etiqueta de identificação
- Nos papéis de entrega

Obtenção de informações sobre o produto

1. Vá para www.endress.com.
2. Pesquisar página (símbolo da lupa): Insira um número de série válido.
3. Pesquisar (lupa).
 - ↳ A estrutura do produto é exibida em uma janela pop-up.

4. Clique na visão geral do produto.
 - ↳ Surge uma nova janela. Aqui, preencha as informações referentes ao seu equipamento, incluindo a documentação do produto.



3.2.3 Endereço do fabricante

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Alemanha


3.3 Escopo de entrega

O escopo de entrega compreende:

- 1 analisador com a configuração solicitada
 - 1 kit de instalação
 - 1 certificado de calibração
 - 1 x Instruções de operação
- Em caso de dúvidas:
Entre em contato com seu fornecedor ou sua central local de vendas.

4 Descrição do produto

4.1 Design do produto




A0046933

1 Design do produto

- 1 Comutador principal
- 2 Porta USB
- 3 Display
- 4 Saída analógica 1
- 5 Saída analógica 2
- 6 Trava do invólucro
- 7 Admissão de fluido, amostra, UNF ¼ - 28 (opção de encomenda)
- 8 Admissão de fluido 1, UNF ¼ - 28
- 9 Admissão de fluido 2, UNF ¼ - 28 (opção de encomenda)
- 10 Admissão de fluido 3, UNF ¼ - 28 (opção de encomenda)
- 11 Saída de fluido, resíduo, UNF ¼ - 28
- 12 Invólucro do ventilador com tapete do filtro
- 13 Prensa-cabo para fonte de alimentação

4.2 Diagrama de processo




2 Diagrama de processo

1 Resíduo
2 Amostra
3 Entrada 1
4 Entrada 2
5 Entrada 3
6 Bomba
V1 - Válvula 1, válvula 2 (opção de encomenda) e válvula 3 (opção de encomenda)
V3
LF1 - Sensores de condutividade e de temperatura
LF2
UV Lâmpada UV (12 VCC)

4.3 Atribuição do soquete

4.3.1 Atribuição do soquete (sistema com um soquete de conexão)

Soquete	Pino	Descrição
	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC (0 até o limite definido)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	Δ condutividade (0 até o limite definido)
	5: Relé 6: Relé	Mensagem de erro do grupo ou valor limite ultrapassado dependendo da opção selecionada

Pino 1/2: Fornece um sinal analógico entre 4 e 20 mA para o valor medido TOC entre 0 e o limite (a ser configurado no menu **Settings**, guia **Options 1**).

Pino 3/4: Fornece um sinal analógico entre 4 e 20 mA para o valor de condutividade Δ entre 0 e o limite em $\mu\text{S}/\text{cm}$ (a ser configurado **Settings**no menu, **Service 1senha** ¹⁾).


Pino 5/6: Atua como um contato NA se o TOC configurado ou o valor limite de condutividade for excedido na opção "saída analógica" ou como um contato NF na opção com uma mensagem de erro de grupo no caso de uma falha de alimentação, uma reação de vazamento, lâmpada ou sensor de pressão e se um dos dois sensores de condutividade estiver acima da faixa.

1) de serviço da guia

O valor medido é atualizado a cada minuto. Durante uma calibração, o último valor é exibido até que uma nova medição seja iniciada.

4.3.2 Atribuição do soquete (sistema com dois soquetes de conexão)

Saída 1


Soquete	Pino	Descrição
	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC 1 (0 até o limite definido)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	Δ condutividade (0 até o limite definido)
	5: Relé 6: Relé	Mensagem de erro do grupo ou valor limite ultrapassado dependendo da opção selecionada

Pino 1/2: Fornece um sinal analógico entre 4 e 20 mA para o valor medido TOC na entrada de AMOSTRA entre 0 e o limite (a ser configurado no menu **Settings**, guia **Options 1**).

Pino 3/4: Fornece um sinal analógico entre 4 e 20 mA para o valor de condutividade Δ entre 0 e o limite em $\mu\text{S}/\text{cm}$ (a ser configurado no menu **Settings**, aba **Service 1** ²⁾).

Pino 5/6: Atua como um contato NA se o TOC configurado ou o valor limite de condutividade for excedido na opção "saída analógica" ou como um contato NF na opção com uma mensagem de erro de grupo no caso de uma falha de alimentação, uma reação de vazamento, lâmpada ou sensor de pressão e se um dos dois sensores de condutividade estiver acima da faixa.

Saída 2

Soquete	Pino	Descrição
	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC 2 (0 até o limite definido)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC 3 (0 até o limite definido)
	5: Controlador (GND) 6: Controlador (+)	Entrada do controlador / disparador para 24 VCC

Pino 1/2: Fornece um sinal analógico entre 4 e 20 mA para o valor medido TOC na ENTRADA 2 entre 0 e o limite (a ser configurado no menu **Settings**, guia **Options 1**).

Pino 3/4: Fornece um sinal analógico entre 4 e 20 mA para o valor medido TOC na ENTRADA 3 entre 0 e o limite (a ser configurado no menu **Settings**, guia **Options 1**).

Pino 5/6: Entrada do controlador externo / disparador, a medição está ativa quando a tensão é aplicada e para se a tensão for 0 V.


O valor medido é atualizado a cada minuto. Durante uma calibração, o último valor é exibido até que uma nova medição seja iniciada.

2) senha de serviço necessária

5 Instalação

5.1 Requisitos de instalação

5.1.1 Dimensões




A0046932

 3 Dimensões em mm (pol.)

5.1.2 Opções de instalação

O analisador é projetado para instalação em bancada e montagem em parede.

 O gráfico a seguir mostra o local das porcas de rebite cego na parte de trás do invólucro. Elas podem ser usadas para fixar um quadro de instalação. O quadro de instalação para a montagem em parede não está incluso na entrega.



4 Parte de trás do invólucro

1 Porca de rebite cego

5.2 Fixação do analisador

⚠ ATENÇÃO

O equipamento está ligado!

Risco de choque elétrico!

- ▶ Não conecte o analisador à fonte de alimentação antes de concluir o trabalho de instalação e o meio estar conectado.
- ▶ Siga as instruções na seção "Conexão elétrica".

5.2.1 Sequência de instalação

Instalação em bancada

1. Coloque o analisador em uma superfície nivelada livre de vibrações.
2. Abra a porta da frente do invólucro e verifique se há sinais de dano na estrutura interior.
3. Verifique todas as conexões de fluido integradas. As mangueiras não estão dobradas ou danificadas.

4. Verifique todos os acoplamentos de fluido para garantir que estejam firmemente conectados (aperte com a mão).
5. Depois das inspeções visuais, é hora de instalar as linhas de alimentação da amostra e a linha de resíduo no sistema TOC. É importante manter as linhas as mais curtas possíveis e, ao fazer o encurtamento, coloque-as em linha reta em um ângulo reto com um cortador de mangueira.


Instalação na parede

1. Abra a porta da frente do invólucro e verifique se há sinais de dano na estrutura interior.
2. Verifique todas as conexões de fluido integradas. As mangueiras não estão dobradas ou danificadas.
3. Verifique todos os acoplamentos de fluido para garantir que estejam firmemente conectados (aperte com a mão).
4. Depois das inspeções visuais, é hora de instalar as linhas de alimentação da amostra e a linha de resíduo no sistema TOC. É importante manter as linhas as mais curtas possíveis e, ao fazer o encurtamento, coloque-as em linha reta em um ângulo reto com um cortador de mangueira.
5. Instale o invólucro no quadro de instalação.
6. Instale na parede o quadro de instalação específico para o cliente.

Conexão elétrica

1. Conecte as saídas de sinal → 10.
2. Coloque o tomada da rede elétrica no soquete (240 V, 50/60 Hz ou opcionalmente 100 V, 50/60 Hz).

5.2.2 Conexão do meio



A0047048

5 Analisador, painel do lado direito

- | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 Saída analógica 1 | 4 Entrada 1 | 7 Resíduo |
| 2 Saída analógica 2 | 5 Entrada 2 (opção de encomenda) | 8 Conexão de alimentação |
| 3 Amostra | 6 Entrada 3 (opção de encomenda) | |

Saída de amostra do analisador

A amostra é drenada (amostra de resíduo) através de uma mangueira.

- Passe a mangueira de forma que não permite a formação de pressão de retorno.

5.3 Verificação pós-instalação

1. Verifique se todas as conexões estão apertadas e se não há vazamentos.
2. Inspeção de todas as mangueiras para verificar se há danos.
 - ↳ Substitua as mangueiras danificadas.

6 Conexão elétrica

6.1 Instruções de conexão

ATENÇÃO

O equipamento está ligado!

Risco de choque elétrico! O filtro de linha, o módulo de sobretensão e o comutador principal ainda estão conectados à fonte de alimentação mesmo quando o comutador principal é desligado!

- ▶ Desconecte o equipamento da fonte de alimentação (desconecte o conector da rede elétrica).
- ▶ Antes da conexão, certifique-se de que a fonte da rede elétrica corresponda à tensão indicada na etiqueta de identificação.
- ▶ Certifique-se de que o analisador esteja devidamente aterrado através da conexão da rede elétrica.
- ▶ Antes de estabelecer a conexão elétrica, verifique se os cabos de alimentação pré-instalados correspondem às especificações elétricas nacionais locais.

6.2 Conexão do analisador

- ▶ Coloque o tomada da rede elétrica no soquete (240 V, 50/60 Hz ou opcionalmente 100 V, 50/60 Hz).

6.3 Garantia do grau de proteção

Somente as conexões elétricas e mecânicas que estão descritas nestas instruções, e que são necessárias para o uso indicado exigido, podem ser estabelecidas no equipamento entregue.

- ▶ Cuidado quando executar o trabalho.

Caso contrário, os tipos individuais de proteção (Grau de Proteção (IP), segurança elétrica, imunidade às interferências EMC) acordados para este produto não poderão mais ser garantidos devido, por exemplo, a tampas sendo deixadas de lado ou cabos (extremidades) soltos ou insuficientemente presos.

6.4 Verificação pós conexão

Executar as seguintes verificações depois de efetuar a conexão elétrica:


Condição e especificações do equipamento	Notas
Não há danos na parte externa dos cabos?	Inspeção visual

Conexão elétrica	Notas
A fonte de alimentação do transmissor conectado corresponde aos dados na etiqueta de identificação?	240 VCA 50/60 Hz 100 VCA 50/60 Hz
As saídas em corrente são blindadas e estão conectadas?	
Os cabos conectados são fornecidos com alívio de deformação?	
Os tipos de cabos estão devidamente isolados uns dos outros?	Passe o cabo de alimentação e os cabos de sinal separadamente uns dos outros por todo o roteamento. O ideal são dutos de cabos separados.

Conexão elétrica	Notas
A passagem do cabo está correta, sem laços e seções cruzadas?	
Os cabos de alimentação estão corretamente conectados de acordo com o esquema elétrico?	

7 Opções de operação

7.1 Visão geral das opções de operação



A0047049


6 Elementos de operação

- 1 Computador principal
- 2 Porta USB
- 3 Monitor com tela touchscreen

7.2 Estrutura e função do menu de operação

O analisador tem os seguintes menus:

- Measure online
- Viewer (Histórico)
- Qualification (Calibração)
- System (Serviço)
- Settings (Configurações avançadas e serviço)



A0046941

7.3 Acesse o menu de operação através do display local

Tecla	Função
Measure	▶ Pressione a tecla. ↳ A medição TOC é iniciada.
Viewer	▶ Pressione a tecla. ↳ O menuViewer é exibido. Todos os valores medidos TOC podem ser visualizados através desse menu.
Qualification	▶ Pressione a tecla. ↳ O menuQualification é exibido. As funções podem ser selecionadas através desse menu.
System	▶ Pressione a tecla. ↳ O menuSystem é exibido. As verificações de função nos componentes mais importantes podem ser feitas nesse menu.
Settings	▶ Pressione a tecla. ↳ O menuSettings é exibido. Os parâmetros de equipamento podem ser configurados nesse menu.

8 Comissionamento

8.1 Verificação pós-instalação e da função

Conexões de mangueira incorretas ou conectadas incorretamente resultam em vazamento de líquido e podem causar dano!

- ▶ Verifique todas as conexões e certifique-se de que foram estabelecidas corretamente.
- ▶ Em particular, verifique todas as conexões da mangueira para garantir que estejam seguras e que não haja vazamento de líquidos.

Uma fonte de alimentação incorreta causará dano no equipamento!

- ▶ Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na etiqueta de identificação.

8.2 Procedimento de login

1. Insira o ID de quatro dígitos (2199).
2. Pressione OK na janela de Login.
3. Insira o PIN de quatro dígitos (9708).
4. Pressione OK na janela de Login.

 Se pressionar a tecla Enter de um teclado conectado ou usar o mouse para clicar na próxima linha, essas ações não são executadas.


8.3 Configuração do instrumento de medição

8.3.1 Execução da medição

 Antes do comissionamento inicial, é necessário fazer um processo de lavagem (uma medição) por pelo menos 30 minutos. No caso de impurezas e contaminação maiores, a lavagem (medição) deve continuar até que os mesmos valores sejam exibidos consistentemente.

1. Pressione a tecla **Measure** no menu principal.
 - ↳ Surge uma janela pop-up.
2. Pressione a tecla **Yes**.
 - ↳ O programa inicia lavando o sistema a fim de prepará-lo para a medição TOC.
3. Altere os intervalos de tempo:
Selecione os intervalos de tempo pressionando a tecla apropriada abaixo do gráfico.
4. Exibição do histórico:
Pressione a tecla **Viewer** no menu principal.
 - ↳ O menu **Viewer** abre e o histórico é exibido →  23. Isso não interrompe a medição.
5. Interrupção da medição:
Sair do **Measure** menu.


Após concluído o processo de lavagem, a medição é iniciada automaticamente. Os valores de TOC, condutividade e temperatura são exibidos no display. Os valores medidos são exibidos no gráfico no lado direito. Se o TOC ou o valor de condutividade exceder o valor limite configurado, o valor é exibido em vermelho. Além disso, é produzido um aviso através de uma saída analógica (opcional). O limite pode ser exibido como uma linha vermelha no gráfico.



A0050167

Avisos

Se o TOC e/ou o valor de condutividade estiver acima do valor configurado, o valor é exibido em dígitos vermelhos. Além disso, é produzido um aviso através de uma saída digital (opcional). O limite pode ser exibido como uma linha vermelha no gráfico.




A0050168

7 Medição através de um limite de faixa

Vazamento no sistema

Se houver um vazamento no sistema, o analisador para a medição automaticamente e fecha a válvula 1. Depois de encontrado e eliminado o vazamento, o analisador começa a medição novamente (somente se a opção **Continue after error** estiver habilitada no menu **Settings**, guia **Options 2** → 28. O sensor de vazamento no sistema deve ser primeiro ser secado completamente. O sensor de vazamento está localizado na base do equipamento no lado direito.



A0050170

8 Vazamento no sistema

Intensidade UV muito baixa


Se a intensidade da lâmpada UV estiver muito baixa ou se a lâmpada UV estiver com defeito, o analisador para a medição automaticamente e a mensagem **UV lamp broken** é exibida. Nesse caso, é necessário um novo reator UV.

⚠ ATENÇÃO

Fonte de radiação com radiação UV de onda curta!

O manuseio inadequado pode causar dano aos olhos e à pele!

- ▶ Antes de trabalhar no reator, tire o equipamento de operação e desconecte-o da fonte de alimentação!
- ▶ Sempre substitua o reator como um conjunto completo!
- ▶ Tire de operação os reatores danificados!
- ▶ Nunca abra o reator para substituir componentes individuais!
- ▶ Certifique-se de que o isolamento nas extremidades do reator esteja intacto (tubos termo retráteis não danificados)!



A0050169

9 Mensagem de erro do sensor UV


Erro durante a amostragem

Essa mensagem de aviso somente pode aparecer com a opção de encomenda **Detecção da amostra de pressão de admissão**. Se essa mensagem for exibida, o sensor detectou uma entrada fechada.

- Verifique se o meio é fornecido corretamente para o equipamento.

8.3.2 Viewer

Esse menu permite visualizar todos os valores medidos TOC. Os dados são selecionados e exibidos pela data de seleção.



A0046962

10 Menu do visualizador

Você pode selecionar os dados da seguinte maneira:

1. Faça a pré-seleção desejada (ex.: **Online**).
2. Selecione a data desejada em **Selected date**.
3. Selecione o arquivo em **Selected data file**.
 - ↳ As informações selecionadas são exibidas no gráfico no lado direito.
 - O usuário pode usar as guias **Chart** ou **Table** para alternar entre a exibição das informações em um gráfico ou em uma tabela.

O arquivo de histórico é uma lista contínua que serve de registro e contém todas as informações sobre logins, erros e resultados de calibração (sucesso/falha).

Além disso, é possível exportar e imprimir os dados através desse menu (se houver uma impressora instalada em WINDOWS®).


8.3.3 Qualification

É possível selecionar as duas funções a seguir através desse menu:

- Calibration
- SST (teste de adequação do sistema)

A seleção é feita através do menu suspenso.

Várias notificações e mensagens orientam através das funções individuais.




11 Menu Qualification

Calibração e ajuste

A medição deve ser interrompida para fazer a calibração. O sistema pede ao usuário para fornecer as soluções. A concentração da solução é especificada no menu **Settings**

→ 28.




A0046947

12 Mensagem "Forneça a solução"

i O sistema deve ser ativado uma hora antes de começar a calibração para que seja atingida a temperatura de operação adequada. As soluções de calibração devem primeiro ser aquecidas até, pelo menos, a temperatura ambiente. Se forem exibidas temperaturas abaixo de 18 °C no início da medição, a medição deverá ser interrompida até que as soluções tenham atingido pelo menos a temperatura ambiente. A faixa de temperatura ideal é entre 20 e 25 °C como a temperatura inicial para a calibração.

Execução da calibração


1. Conecte uma solução de calibração com a concentração necessária de sacarose na ENTRADA 1.
 - ↳ A calibração é feita semi-automaticamente com todos os parâmetros configurados a partir do menu **Settings** → 28. Depois de repetir as medições da solução de sacarose, o sistema para e surge uma janela pop-up pedindo que o operador conecte a solução de água na ENTRADA 1.
2. Conecte a solução de água na ENTRADA 1.
3. Feche a janela pop-up pressionando a tecla **OK**.
 - ↳ Uma janela pop-up é exibida com os resultados da calibração.



A0046949

13 Janela pop-up Fator de calibração

4. Pressione a tecla **Yes** para confirmar o resultado.
 - ↳ Se o usuário escolher não usar o novo fator de calibração, o antigo fator de calibração continuará sendo usado. O Fator de calibração deve estar na faixa de 0,11 - 0,21 ppb/nS. Qualquer desvio deve estar abaixo de 2%.



A0046948

14 Curva de calibração

- 1 Fatores e R^2
 2 Curva de calibração
 3 Lista de valores medidos


i Recomendamos repetir a série de medição três vezes. Os volumes padrões usados são 500 ml e são suficientes para várias medições. Os resultados de medição devem ser constantes dentro dessa série de medição e serem próximos entre eles.

8.3.4 Sistema

É possível fazer uma verificação de função dos seguintes componentes nesse menu:

- Início da bomba (normal < ou rápido <<<)
- Acionamento das válvulas
- Acionamento do reator UV
- Sensor UV (detecção da intensidade da lâmpada UV)
- Verifique os sinais do sensor (C1/C2)
- Verifique a pressão estática (opção ³⁾)
- Sensor de vazamento
- Redefinição das horas de operação (bomba)
- Redefinição das horas de operação (lâmpada UV)
- Verifique as saídas analógicas
- Verifique as saídas digitais

3) Se instalado e habilitado no menu Settings, é exibido um campo vazio.



15 Menu System

Para alterar o status da bomba, as válvulas (V1, V2, V3) e a lâmpada UV, o usuário deve pressionar o respectivo símbolo.

Um gráfico com os seguintes valores são exibidos ao pressionar a **Graph** tecla → 26:


- Valores medidos C1 e C2
- Diferença entre C1 e C2
- Temperaturas T1 e T2

O acesso à área de serviço é feito através da tecla **Service**. Essa área é protegida por senha (senha de serviço somente para os técnicos de serviço).

Mude para o menu principal

1. Pressione a **Save & Exit** tecla.
 - ↳ Surge uma janela pop-up.
2. Pressione a respectiva tecla na janela pop-up.
3. Se a mangueira da bomba ou o reator UV foi trocado:
 - Pressione a tecla **Yes**.
 - ↳ As horas de operação agora são redefinidas.

Surge uma janela pop-up depois que o menu é fechado. Leva alguns segundos até que o analisador salve todas as configurações.



A0046960

16 Gráfico

i A curva do diagrama de cada valor pode ser liga e desligada com as teclas colorias individuais.


Pressionar a tecla **Reset** redefine todas as curvas do diagrama.

8.3.5 Settings

Você pode configurar os parâmetros de equipamento nesse menu.

Licença: Habilita as opções de licença. Somente para representantes/parceiros de vendas.

Serviço: Habilita opções adicionais para a equipe autorizada (Serviço 1-3).



A0046963

17 Menu Settings

As seguintes configurações podem ser alteradas através da guia **Options 1**:

Configuração	Descrição
ppb limit (ppb)	Esse limite indica o valor máximo no qual o sinal de saída para a detecção do valor limite é alterado. O valor máximo para o dimensionamento das saídas 4-20 mA também é indicado aqui. Sendo assim, o valor exibido corresponde a 20 mA.
Rinse qualification (sec)	Esse valor indica o tempo de lavagem (em segundos) durante o qual uma amostra é introduzida durante uma calibração (valor recomendado: 300 segundos).
Rinse measurement (sec)	Esse valor indica o tempo de lavagem (em segundos) durante o qual uma amostra é introduzida no início de uma medição (valor recomendado: 300 segundos).
Standard (ppb)	Esse valor pode ser usado para definir o valor TOC a ser usado como um valor padrão para uma calibração (valor recomendado: 1000 ppb).
Repetition	Esse valor indica o número de repetições a serem feitas durante uma calibração (valor recomendado: 5 repetições).
Interval List	O editor de modo de intervalo pode ser aberto através dessa tecla (opção) →  32

É possível habilitar ou desabilitar as seguintes partes do hardware através da guia **Options 2**:

Configuração	Descrição
Trigger input [ON/OFF]	A entrada do disparador é habilitada com essa opção. A entrada do disparador garante que o sistema seja iniciado e parado por um contato externo. O analisador permanece ativo enquanto o contato estiver fechado (opção de encomenda).
Pressure sensor	O analisador pode monitorar a pressão da entrada selecionada com o sensor de pressão. Se for detectado vácuo, a medição é parada. Se for detectada pressão de amostra suficiente depois disso, a medição pode ser retomada (com a função Continue after error ligada). Os valores limites usados podem ser configurados na guia Service 1 (disponível para a opção de encomenda "Detecção de amostra de pressão na admissão").
Leakage sensor	O sensor de vazamento é ativado e desativado com essa opção.
UV sensor	O sensor instalador no reator UV é ativado e desativado com essa opção.
Calibr. single port	Se um analisador padrão é usado ou se as respectivas portas para calibração não estiverem disponíveis devido ao modo de intervalo definido, essa opção pode ser usada para forçar a qualificação em uma única porta (entrada 1). Desta forma, o processamento da qualificação é sequencial e de acordo com a solicitação do operador.
Continue after error	Se ocorrer um erro durante a medição, a medição ativa é interrompida. Depois que o erro for corrigido (ex. vácuo na linha de medição), a medição pode ser retomada automaticamente com essa opção. O equipamento é primeiramente lavado novamente.
Show compensated cond.	O valor da condutividade na visualização da medição pode ser alterado de valores de com temperatura compensada para valores não compensados.

Os seguintes parâmetros podem ser definidos na guia **Service 1**:

Configuração	Descrição
Temperature-Offset C1 [°C]	Esse valor indica o desvio para o sensor de temperatura C1.
Temperature-Offset C2 [°C]	Esse valor indica o desvio para o sensor de temperatura C2.
Temperature limit [°C]	Esse valor indica o limite de temperatura; se esse limite for excedido, surge um aviso.
Fast pump speed	Esse valor indica a velocidade na qual a lavagem é realizada.

Configuração	Descrição
Record pause (puse x2 = delaytime)	Esse valor indica os intervalos para registro dos valores medidos no arquivo de registro. O valor 1 corresponde a 2 segundos.
Max. limit conductivity [μ S]	Esse valor indica o limite de condutividade; se esse limite for excedido, surge um aviso.
Accuracy TOC value	Esse valor indica o número de casas decimais usadas para exibir o valor TOC.
Underpressure limit [bar]	Esse valor é necessário para a opção sensor de pressão . Ele indica a pressão de entrada em que um erro deve ser exibido.
Underpressure restart [bar]	Esse valor é necessário para a opção sensor de pressão . Ele indica a pressão na qual a medição deve ser reiniciada depois que o vácuo for desativado.

Os seguintes parâmetros podem ser definidos na guia **Service 2**:


Configuração	Descrição
Use analog output [ON / OFF]	A saída analógica pode ser ativada e desativada aqui.
4 Channels(analog output)	Se o sistema tiver a opção Intervalo e 4 saídas analógicas, as saídas analógicas para TOC 2 e TOC 3 podem ser ativadas aqui para a conexão adicional.
0-20 mA (analog output)	Se o sistema tiver a opção 0-20 mA , ela deve ser configurada aqui. Caso contrário, podem ocorrer sinais analógicos incorretos ao dimensionar os valores TOC. As informações sobre os recursos do sistema são fornecidas no relatório de teste final.
Idle analog output value (only with 0-20 mA option)	Com a opção 0-20 mA , o sistema pode adotar qualquer valor se nenhuma medição for feita. O valor recomendado é 3,7 mA de acordo com Namur NE43.
Hold the last analog output value	Se os valores são medidos no modo de intervalo, essa opção pode ser usada para especificar que os sinais da saída analógica devem sempre permanecer no último valor medido quando as entradas de medição mudarem, mesmo que nenhuma medição esteja ativa no momento.

Os seguintes parâmetros podem ser definidos na guia **Service 3**:

Configuração	Descrição
UV-Limit	Esse valor indica o período de tempo máximo antes que um aviso seja gerado se o tempo de operação da lâmpada UV exceder esse limite.
Pump limit	Esse valor indica o período de tempo máximo antes que um aviso seja gerado se o tempo de operação da mangueira da bomba exceder esse limite.
Valves	Esse valor indica o número de válvulas disponíveis no analisador. Esse valor deve ser ajustado corretamente aqui. Caso contrário, podem ocorrer falhas ao selecionar as entradas no modo de calibração e intervalo.
Universal digital output	Se o analisador contar com uma saída digital universal, essa opção pode ser usada para configurar os eventos do sistema que podem causar a comutação da saída. Erro A saída fecha durante a medição e abre durante o standby ou no caso de um erro Limite - A saída muda se o valor limite para TOC ou condutividade for excedido Erro+limite - A saída fecha durante a medição e abre durante o standby, no caso de um erro ou se o valor limite de TOC ou de condutividade for excedido.
Automatic report	Ao fim do dia (meia noite), gera uma impressão automática na impressora instalada no sistema como impressora padrão.
Login dialog	Desabilita a caixa de diálogo de login (campo numérico).

8.3.6 Início automático

Se o sistema for interrompido durante uma medição (devido à interrupção da energia elétrica, por exemplo), a janela **Autostart** surge quando o sistema é reiniciado. Se o usuário não parar o início automático pressionando a tecla **Deactivate autostart**, a medição interrompida é reiniciada.



A0046966

18 Janela Autostart


Desativação/ativação do início automático

1. Abra o menu **Settings**.
2. Selecione a guia **Options 2**.
3. Ativar/desativar o início automático através da configuração **Continue after error** → 28.

 Em conjunto com o disparador, o sistema somente inicia a medição se o respectivo sinal de entrada também estiver presente.

8.3.7 Procedimento de desligamento

1. Abrir o menu principal.



A0046941

19 Menu principal

2. Pressione a tecla **Quit**.
 - ↳ É exibida uma janela para autorização. As etapas a seguir devem ser feitas para o procedimento de desligamento (somente possível com o ID de serviço).
3. Insira o ID de quatro dígitos (2199).
4. Pressione OK na janela de Login.

5. Insira o PIN de quatro dígitos (9708).

6. Pressione OK na janela de Login.



Pressionar Enter em um teclado conectado ou mover o mouse para a próxima linha produzirá um erro de login.

Surge uma janela pop-up depois que várias páginas forem fechadas. Aguarde cerca de 30 segundos para garantir que todos os dados sejam salvos.

Após fechar o software e desligar o Windows, é possível desligar o equipamento com o interruptor da rede elétrica.

8.3.8 Salvamentos dos dados medidos

É necessário fazer uma cópia de segurança dos dados medidos em intervalos regulares. Para fazer a cópia de segurança, são necessários USB hub com pelo menos 4 portas, um mouse, um teclado e um pendrive com no mínimo 8 GB de espaço.

1. Desligue totalmente o sistema .

↳ O menu principal é exibido.

2. Abra o menu **Viewer**.

3. Pressione a tecla **Online** para selecionar os dados online.

4. Selecione a guia **Table**.

5. Pressione a tecla **Export csv**.

↳ O gerenciador de arquivos abre.


6. Copie a pasta a ser salva no pendrive conectado.

8.3.9 Opções disponíveis

Editor de modo de intervalo (opção de encomenda)

É possível criar uma sequência de até 8 combinações de entradas de porta entre a amostra, a entrada 2 e a entrada 3 nesse editor.

O editor de intervalo pode ser aberto através da tecla **Interval list** (menu **Settings** guia -> **Options 1**).




A0046973

20 Menu Settings, guia Options 1

i Se a opção **Calibr. single port** for selecionada, a entrada 1 pode ser usada para a calibração sem precisar desconectar os cabos.

1. Pressione a tecla **Interval list** para abrir o editor de intervalo.
 - ↳ A sequência de intervalo pode ser editada no editor depois que a tecla **Interval list** for pressionada.



A0046974

21 Editor

i O tempo é o tempo da medição com a duração da lavagem em minutos.

Se for selecionado **NA** para uma porta em um etapa ou se a lista estiver completamente cheia, a sequência começa novamente com a etapa 1 no modo de medição, de modo que as amostras sejam monitoradas continuamente.

O sistema cria um novo arquivo de dados depois de cada etapa. Isso difere do modo contínuo sem um intervalo onde um novo arquivo é criado depois de 24 horas no máximo, se o processo de medição não foi interrompido.


A primeira linha deve conter uma amostra e um tempo.

9 Operação

Leitura dos valores medidos

Os seguintes valores medidos são exibidos na tela medição do analisador:

- TOC em ppb
- Condutividade (o display pode ser ocultado, opcionalmente)
- Temperatura
- Curva de carga: TOC, condutividade



A0050167

10 Diagnóstico e localização de falhas

10.1 Histórico do firmware

Data	Versão	Alterações	Compatibilidade com a versão anterior
01.01.2025	1.241		Sim
01.05.2022	1.217b	Atualização da marca figurativa da Endress+Hauser	Sim
22.11.2021	1.209	Firmware com lançamento do equipamento	Sim

11 Manutenção

Manutenção incorreta pode resultar em imprecisão na operação e representar um risco de segurança!

- ▶ Todos os processos de manutenção descritos nessa seção devem ser realizados apenas por um técnico devidamente qualificado.
- ▶ Antes de toda atividade de manutenção: A equipe especializada deve estar totalmente familiarizada com todo o processo e ter compreendido perfeitamente todas as etapas envolvidas.

11.1 Cronograma de manutenção

A manutenção regular garante a operação eficiente do analisador.

 As mangueiras instaladas não devem liberar no meio nenhum traço de substâncias que contribuam para o carbono orgânico total. As mangueiras originais do fabricante são ideais.

Intervalo	Serviço de manutenção
Antes de cada calibração	▶ Substitua a solução de calibração
A cada 6 meses	▶ Substitua a mangueira da bomba
A cada 6 meses	▶ Substitua o reator UV
A cada 24 - 36 meses	▶ Substitua o lastro para o reator UV  Somente deve ser realizado por uma empresa de assistência indicada pela Endress+Hauser!
A cada 36 - 48 meses	▶ Substitua o cabeçote da bomba  Somente deve ser realizado por uma empresa de assistência indicada pela Endress+Hauser!

Os intervalos de manutenção dependem muito da aplicação dada. Sendo assim, os intervalos de manutenção devem ser adaptados às necessidades específicas. No entanto, é importante garantir que essas tarefas de manutenção sejam sempre realizadas regularmente!

11.2 Serviço de manutenção

ATENÇÃO

O equipamento está energizado!

Conexão incorreta pode resultar em ferimentos ou morte!

- ▶ ANTES de iniciar as tarefas de manutenção, certifique-se de que não haja tensão presente em nenhum cabo.
- ▶ Desconecte o equipamento da fonte de alimentação, desconecte o conector da rede elétrica.

11.2.1 Substituição do sistema de mangueiras

 Para garantir que as conexões das mangueiras estejam devidamente assentadas, recomendamos cortá-las no comprimento certo usando um cortador de mangueiras especial para garantir uma superfície de corte reta e evitar a deformação das extremidades da mangueira.

O procedimento para substituir um sistema de mangueiras está descrito abaixo. As mangueiras usadas são feitas de FEP e, sendo assim, não são afetadas por meio aquoso na faixa de água pura e ultra-pura e não contribuem muito para o TOC no sistema.


Esses sistemas de mangueiras podem precisar ser substituídos se foi inserido um grande volume de contaminação no sistema ou se o sistema foi usado com meio inadequado. Além disso, partes do sistema de mangueiras (subseções da mangueira) devem ser substituídas se houve vazamento no sistema. Esses vazamentos podem ser causados se uma pressão de processo inadequada foi aplicada, por exemplo.

As conexões UNF, que também são usadas em cromatografia, são usadas como conexões neste caso. Essas conexões são formadas por um conector de arruela e parafuso adequados (denominado de soquete abaixo) feito de PEEK.

As arruelas passam por deformação mecânica permanente durante a instalação e devem ser substituídas com cada alojamento novo. O soquete pode ser reutilizado se ele não estiver danificado.

Os seguintes materiais são necessários para substituir uma subseção da mangueira:

- 2 x arruelas (adequado para mangueira de 1/8", código de cor amarelo)
- 2 x conexões 1/4-28 UNF
- 1 x mangueira de 1/8" FEP de comprimento adequado
- Cortador de mangueira para capilares




A0047336

22 Subseção da mangueira

- 1 Arruela
2 Conexão do parafuso (soquete)
3 Mangueira


1. Gire as conexões na subseção da mangueira no anti-horário para soltá-las.
2. Remova a seção da mangueira do invólucro e determine o comprimento total da mangueira.
↳ O comprimento é medido de arruela a arruela.
3. Depois de determinar o comprimento correto, corte a nova mangueira no comprimento correto e corte as duas extremidades retas em ângulos retos usando o cortador de mangueira.
4. Coloque a primeira arruela em uma das extremidades da mangueira e desligue o soquete pela mangueira.



A0047337

23 Instalação da arruela e mangueira na posição


5. Depois coloque a conexão (a qual foi preparada conforme explicado acima) em um acoplamento (1).



A0047338

24 Acoplamento

6. Aparafuse o soquete no acoplamento e aperte com a mão



A0047339

25 Aparafusar o soquete


11.2.2 Bomba peristáltica

Troca da mangueira da bomba peristáltica a cada 6 meses. O software do equipamento exibirá um lembrete.

Desligamento do equipamento

1. Interrompa totalmente a vazão da amostra.
2. Desligue o sistema. (→ 31)
3. Desligue o equipamento com o interruptor da rede elétrica.
4. Desconecte o conector da rede elétrica do equipamento.

Substitua a mangueira da bomba



A0057856

26 Bomba peristáltica

- 1 Entrada da bomba
- 2 Conector da mangueira
- 3 Abraçadeiras
- 4 Suporte de mangueira
- 5 Tampa de plástico
- 6 Cabeça da bomba
- 7 Mangueira da bomba
- 8 Saída da bomba

1. Abra o equipamento.
2. Remova a tampa de plástico (5).
3. Abra os suportes de mangueira (4) e remova a mangueira da bomba (7) dos suportes de mangueira.
4. Abra as abraçadeiras (3) nas extremidades da mangueira e desconecte a mangueira da bomba do sistema de mangueiras.
5. Gire o cabeçote da bomba (6) ao mesmo tempo em que tira a mangueira antiga do invólucro da bomba em uma extremidade.
6. Insira a nova mangueira da bomba girando o cabeçote da bomba (6) e prenda-a no invólucro.
7. Posicione a mangueira da bomba no centro do invólucro da bomba e feche os suportes da mangueira (4).
8. Encaixe a mangueira e o conector da mangueira (2) na nova mangueira da bomba e fixe com as abraçadeiras.
9. Instale a tampa de plástico.
10. Defina as horas de operação da bomba como zero no menu **System**.

11.2.3 Reator com lâmpada UV


⚠ ATENÇÃO

Fonte de radiação com radiação UV de onda curta!

O manuseio inadequado pode causar dano aos olhos e à pele!

- ▶ Antes de trabalhar no reator, tire o equipamento de operação e desconecte-o da fonte de alimentação!
- ▶ Sempre substitua o reator como um conjunto completo!
- ▶ Tire de operação os reatores danificados!
- ▶ Nunca abra o reator para substituir componentes individuais!
- ▶ Nunca opere o reator quando ele está desmontado ou sem blindagem!
- ▶ Certifique-se de que o isolamento nas extremidades do reator esteja intacto (tubos termo retráteis não danificados)!
- ▶ Descarte as lâmpadas UV quebradas ou com defeito como resíduo perigoso pois elas contêm mercúrio.

A lâmpada UV no reator é usada exclusivamente como uma fonte de energia para oxidação. A intensidade da radiação da lâmpada diminui depois de muitas horas de operação até que o sensor é disparado e as informações para isso sejam exibidas no display. Depois que o sensor desliga, o ponto de medição ainda pode continuar sendo operado por um curto período. Contudo, como a intensidade é significativamente menor, o sistema deve ser recalibrado. Substitua o reator depois de 12 meses no máximo.



27 Reator

- 1 Instalação do conector
- 2 Conexão do fluido
- 3 Suporte superior
- 4 Reator
- 5 Suporte inferior

As etapas a seguir são necessárias para substituir o reator:

1. Interrompa totalmente a vazão da amostra.
2. Desligue o sistema → 31.

3. Desconecte as conexões de fluido (2) para e do reator (4).
 - ↳ Uma pequena quantidade de água pode escapar aqui (líquido residual no reator).
 4. Libere o conector (1) no lastro eletrônico.
 5. Remova o reator dos suportes do invólucro de metal. Para isso, o reator deve primeiro ser removido do suporte superior (3) e depois do suporte inferior (5).
 - ↳ Certifique-se de não tocar nas extremidades de vidro do reator antigo e do novo.
 6. Insira o novo reator no sistema. Neste caso, o reator deve primeiro ser inserido no suporte inferior e depois no suporte superior.
 - ↳ Ao inserir o reator, tome cuidado para garantir que os cabos eletrônicos do conector não sejam danificados e que sejam inseridos atrás do reator na ranhura fornecida para isso.
 7. Restabeleça a conexão eletrônica com o lastro eletrônico e as conexões de fluido.
 8. Reinicie o sistema.
 - ↳ O modo do sistema verifica o reator para garantir que esteja funcionando corretamente sem qualquer erro.
 9. Ao concluir a verificação, redefina o contador de tempo de operação do reator.
 - ↳ Isso conclui a instalação do novo reator.
-  Após a substituição do reator, o novo reator deve operar no modo do sistema por pelo menos 20 minutos em uma velocidade de bomba normal e com a lâmpada ligada. Isso remove qualquer impureza e contaminação. Além disso, também é essencial calibrar o novo reator UV.

11.3 Descomissionamento

CUIDADO

Atividades enquanto o analisador está em operação

Risco de ferimentos e infecção pelo meio!

- ▶ Antes de soltar as mangueiras, certifique-se de que nenhuma ação, como o bombeamento de amostra, esteja em execução no momento ou esteja prestes a iniciar.
- ▶ Use vestuário de proteção, óculos e luvas de proteção ou tome outras medidas adequadas para proteger-se.
- ▶ Limpe qualquer reagente derramado usando um pano descartável e enxágue com água limpa. Depois, limpe as áreas limpas com um pano.

Para retirar de serviço, faça o seguinte:

1. Interrompa totalmente a vazão da amostra.
2. Lave o analisador com água ultrapura.
3. Esvazie totalmente as mangueiras.
4. Coloque os conectores cegos em todas as entradas e saídas.

12 Reparo

12.1 Peças de reposição

Peças de reposição do equipamento atualmente disponíveis para entrega podem ser encontradas no site:

<https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>

- ▶ Quando solicitar peças de reposição, especifique o número de série do equipamento.

12.2 Devolução

O produto deve ser devolvido caso sejam necessários reparos ou calibração de fábrica ou caso o produto errado tenha sido solicitado ou entregue. Como uma empresa certificada ISO e também devido às regulamentações legais, a Endress+Hauser está obrigada a seguir certos procedimentos ao lidar com produtos devolvidos que tenham estado em contato com o meio.

Para assegurar a devolução rápida, segura e profissional do equipamento:

- ▶ Verifique o website www.endress.com/support/return-material para informações sobre o procedimento e condições gerais.

12.3 Descarte

12.3.1 Descarte do analisador

CUIDADO

Risco de ferimento se a solução padrão usada for descartada incorretamente!

- ▶ Quando for eliminar, siga as instruções das planilhas de dados de segurança para produtos químicos usados.
- ▶ Observe as regulamentações locais com relação à eliminação de resíduos..



Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as condições aplicáveis.

13 Acessórios

Os seguintes itens são os mais importantes acessórios disponíveis no momento em que esta documentação foi publicada.

Os acessórios listados são tecnicamente compatíveis com o produto nas instruções.

1. Restrições específicas para a aplicação da combinação dos produtos são possíveis. Garanta a conformidade do ponto de medição à aplicação. Isso é responsabilidade do operador do ponto de medição.
2. Preste atenção às informações nas instruções de todos os produtos, especialmente os dados técnicos.
3. Para os acessórios não listados aqui, contatar seu escritório de serviços ou de vendas.

Kit do redutor de pressão CA78/79

Forneça pressão: máx. 10 bar (145 psi), pressão de saída ajustável

Nº do pedido 71543593

Kit do trocador de calor CA78/79

Temperatura: pode ser usada até uma temperatura máxima de 90 °C (194 °F)

Nº do pedido 71543592

14 Dados técnicos

14.1 Entrada

Variável medida	TOC
Faixa de medição	0.5 para 1 000 µg/l (ppb)
Sinal de entrada	Entrada do controlador 24 V (opção de encomenda) A entrada do controlador inicia uma medição. A função está disponível apenas para equipamentos de 1 canal.

14.2 Saída

Sinal de saída	Canal de medição 1 0/4 a 20 mA, isolado galvanicamente Canal de medição 2 (opcional) 0/4 a 20 mA, isolado galvanicamente
Sinal em alarme	1 porta para resíduo UNF ¼ - 28
Carga	500 Ω máx.
Comportamento de transmissão	Configurável, na faixa de medição 4 para 20 mA Standby: 3.8 mA

14.3 Saídas de corrente, ativas

Span	0 para 20 mA; de acordo com Namur NE43
------	--

14.4 Alimentação de energia

Tensão de alimentação	100/240 VCA, 47 - 63 Hz
-----------------------	-------------------------

Consumo de energia	Máx. 60 W
--------------------	-----------

Cabo da fonte de alimentação	2 m, conector da rede elétrica Tipo E+F pré-instalado
------------------------------	---

14.5 Características de desempenho

Variável medida	TOC (carbono orgânico total)
-----------------	------------------------------

Faixa de medição	TOC (carbono orgânico total)
------------------	------------------------------

Erro medido máximo	+/- 0,5 µg/l (ppb) ou 1 %, o valor maior se aplica em cada caso
--------------------	---

Limite de detecção (LOD)	0,1 µg/L (ppb)
--------------------------	----------------

Tempo de resposta t_{90}	50 s
----------------------------	------

Número de canais de medição	1 a 3, dependendo da versão do pedido
-----------------------------	---------------------------------------

Especificação da amostra	~ 14 ml/min.
--------------------------	--------------

Reator UV	Reator UV com monitoramento contínuo da função
-----------	--

Intervalo de calibração	O equipamento é calibrado na entrega. Recomendamos fazer uma nova calibração depois de substituir os componentes em contato com o processo, como a mangueira da bomba ou o reator UV.
-------------------------	---

Intervalo de manutenção	■ Substituição da solução de calibração - antes de cada calibração ■ Substituição da mangueira da bomba - a cada 6 meses ■ Substituição do reator UV - a cada 6 meses ■ Substituição do lastro do reator UV - a cada 24 - 36 meses ■ Substituição do cabeçote da bomba - a cada 36 - 48 meses
-------------------------	---

Esforço de manutenção	1 hora por mês
-----------------------	----------------

14.6 Ambiente

Temperatura ambiente	10 a 45 °C (50 a 113 °F)
----------------------	--------------------------

Temperatura de armazenamento	2 para 55 °C (35 para 131 °F)
Umidade relativa	10 a 90 %, sem condensação
Grau de proteção	IP54
Compatibilidade eletromagnética ⁴⁾	Emissão de interferência e imunidade de interferência de acordo com EN 61326-1:2013, Classe A para a Indústria
Segurança elétrica	Conforme EN/IEC 61010-1:2010, equipamento classe 1 Tensão baixa: categoria de sobretensão II Para instalações até 3 000 m (9 800 ft) acima do NMM
Nível de poluição	2

14.7 Processo

Temperatura da amostra	< 50 °C (122 °F)
Pressão do processo	Máx. 0.5 bar (7.25 psi); recomendado 0.25 bar (3.62 psi)
Saída de amostra	Despressurizado
Qualidade da amostra	Livre de partículas
Condutividade máxima da amostra	Máx. 2 µS/cm Opção de encomenda: máx. 10 µS/cm
Valor de pH da amostra	Neutro
Fornecimento de amostras	■ 1 porta para amostra: 1 porta para calibração ■ Opção de encomenda 1: 3 portas para amostra, 1 porta para calibração

14.8 Construção mecânica

Design, dimensões	→  12
Peso	Aprox. 14 kg (30.86 lb)

⁴⁾ Qualidade suficiente de rede elétrica é necessária para operar o produto conforme designado.

Materiais	Invólucro de aço inoxidável
-----------	-----------------------------

Especificação da mangueira	Mangueira de amostra de 1/8 pol., D.E. 3,2 mm incluso no kit de conexão. Distância dos outros equipamentos 50 cm. Não exceda a linha de alimentação de amostra de 2 metros e a diferença de altura de 1 metro.
----------------------------	--

Índice

A

Acesso através do display local	19
Acessórios	44
Alimentação de energia	46
Ambiente	46
Analizador	
Instalação	13
Avançado	6
Avisos	21

C

Cabo da fonte de alimentação	46
Calibração e ajuste	24
Características de desempenho	46
Carga	45
Código de pedido	7
Comissionamento	20
Compatibilidade eletromagnética	47
Comportamento de transmissão	45
Condutividade máxima da amostra	47
Conexão	16
Conexão do meio	14
Conexão elétrica	16
Configurações	20
Consumo de energia	46
Cronograma de manutenção	37

D

Dados técnicos	45
Descarte	43
Descarte do analisador	43
Descrição do produto	9
Design do produto	9
Desligamento	31
Devolução	43
Diagnóstico	36
Diagrama de processo	10
Dimensões	12, 47
Documentação	4

E

Editor de modo de intervalo	32
Endereço do fabricante	8
Entrada	45
Entradas de sinal	45
Erro de medição	46
Escopo de entrega	8
Esforço de manutenção	46
Especificação da amostra	46
Especificação da mangueira	48
Especificações para o pessoal	5
Estrutura e função do menu de operação	18
Etiqueta de identificação	7

F

Faixa de medição	45, 46
Fixação do analisador	13

Fonte de alimentação	46
Fornecimento de amostras	47

G

Grau de proteção	16, 47
------------------	--------

H

Histórico do firmware	36
-----------------------	----

I

Identificação do produto	7
Informações de segurança	4
Início automático	31
Instruções de conexão	16
Instruções de segurança	5
Intervalo de calibração	46
Intervalo de manutenção	46

L

Localização de falhas	36
-----------------------	----

M

Manutenção	37
Materiais	48
Medição	20

N

Nível de poluição	47
Número de canais de medição	46

O

Opções	32
Opções de instalação	12
Opções de operação	18
Operação	35

P

Página do produto	7
Peças de reposição	43
Peso	47
Pressão do processo	47
Procedimento de login	20
Processo	47

Q

Qualidade da amostra	47
Qualification	24

R

Recebimento	7
Reparo	43
Requisitos de instalação	12

S

Saída	45
Saída de amostra	47
Saída em corrente	
Ativo	45

Salvamentos dos dados medidos	32
Segurança	
TI	6
Segurança da operação	5
Segurança do local de trabalho	5
Segurança do produto	6
Segurança elétrica	47
Sequência de instalação	13
Serviço de manutenção	37
Settings	28
Símbolos	4
Sinal de entrada	45
Sinal de saída	45
Sinal em alarme	45
Sistema	26
Sistema de mangueiras	
Substituição	37
Span	45
Substituição da mangueira (bomba peristáltica)	39
Substituição do reator	41
T	
Temperatura ambiente	46
Temperatura da amostra	47
Temperatura de armazenamento	47
Tempo de resposta	46
Tensão de alimentação	46
U	
Umidade	47
Uso indicado	5
V	
Variável medida	45
Verificação da função	20
Verificação da instalação	20
Verificação pós conexão	16
Verificação pós-instalação	15
Viewer	23
Visão geral das opções de operação	18



71701062

www.addresses.endress.com
