

EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité



Company **Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach**
erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

Product **Magnetisch-Induktive Meßsystem**
Electromagnetic flow measuring system
Système de mesure de débit électromagnétique

Promag 5a3B**-bb***** + #**#
Promag 5a5B**-cc*****A***** + #**#
Promag 5a5B**-bb*****B***** + #**#

a = H,P,W; bb = BB,BD,B7,B8; cc = BJ,BN

Regulations den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht:
conforms to following European Directives:
est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes:

ATEX	2014/34/EU (L96/309)
LVD	2014/35/EU (L96/357)
RED	2014/53/EU (L153/62)
RoHS	2011/65/EU (L174/88)

Standards angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
applied harmonized standards or normative documents:
normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

EN 61010-1: 2019	EN IEC 60079-0: 2018	EN 62311: 2008
EN IEC 60079-7: 2018	EN 60079-11: 2012	EN IEC 63000: 2018
EN 60079-31: 2014	EN 300328: V2.2.2	EN 301489-1: V2.2.3
EN 301489-17: V3.2.4	EN IEC 61326-1: 2021	EN IEC 61326-2-3: 2021
EN IEC 61326-2-5: 2021	EN 60079-1: 2014	

Certification EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. Sira 16ATEX2219X
EU-Type Examination Certificate No.
Numéro de l'attestation d'examen CE de type

Ausgestellt von/issued by/délivré par	CSA Group Netherlands B.V. (2813)
Qualitätssicherung Quality assurance Système d'assurance qualité	TÜV Nord Cert. / 0044

Reinach, 20.03.2025


Dr. Mirko Lehmann
(Geschäftsführer / Managing Director /
P.D.G)


ppa. Dr. Chr. Jarms
(Bereichsleiter QM/Head of Division
QM/Responsable de la division QM)

EC_00409 _ 07.25
71455961