

Company **Endress+Hauser SE+Co. KG, Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg**

erklärt als Hersteller, dass die folgenden Produkte
declares as manufacturer, that the following products

Cerabar PMP43, PMP50, PMP51B, PMP63B, PMP71B

Deltabar PMD63B, PMD78B

Öle als Füllmedien verwenden, die von der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA)
zugelassen sind. Die folgenden Füllmedien entsprechen den FDA-Vorgaben:

*use filling oils which are approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). The following fill-fluids
are conform to the FDA stipulations:*

- Silikonöl / *silicon oil* – 21 CFR 175.105, 21 CFR 176.170 und/and 21 CFR 176.180
- Synthetisches Öl / *synthetic oil* – 21 CFR 178.3620, NSF H1 und/and HX-1
- Pflanzenöl / *vegetable oil* – 21 CFR 172.856 und/and 21 CFR 174.5

Bitte beachten, dass FDA-konformes Öl nur dann verwendet wird, wenn die Geräte mit dem entsprechenden
Merkmal und der Option bestellt werden, die diese Anforderung kennzeichnen.

*Please note that an FDA-compliant oil is used only if the devices are ordered with the corresponding feature
and option that specify this requirement.*

Gerät / Device	Merkmal / Feature	Option
PMP43	180: Füllmedium/ <i>Fill fluid</i>	2: Silikonöl (auf Anfrage) / <i>silicon oil (only on request)</i> 3: Synthetiköl / <i>synthetic oil</i> 4: Pflanzenöl / <i>vegetable oil</i>
PMP50 PMP51B PMP63B PMP71B		2: Silikonöl; Druckmittler/ <i>silicon oil; diaphragm seal</i> 3: Synthetiköl / <i>synthetic oil</i> 4: Pflanzenöl / <i>vegetable oil</i>
PMD63B PMD78B		2: Silikonöl / <i>silicon oil</i> 4: Pflanzenöl / <i>vegetable oil</i>

Hinweis:

Das Füllöl ist durch die Membran vom Prozessmedium getrennt und soll daher nicht mit dem Prozess in Kontakt kommen. Im Falle einer mechanischen Beschädigung der Membran kann ein solcher Kontakt jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Note:

The filling oil is separated from the process medium by the membrane and hence not intended to come in contact with the process. However, in case of a mechanical damage of the membrane, the possibility of the oil leaking into the process medium cannot be ruled out.

Maulburg, 26-Mai-2026
Endress+Hauser SE+Co. KG

i.V. Dr. Anh Tuan Tham
Senior Expert R&D Devices- Sensor Systems

i.V. Stefan Jäger
Dept. Manager R&D Quality Management/ FSM