

Company Endress+Hauser Wetzler GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang, Germany

erklärt als Hersteller, dass das Produkt
being the manufacturer, declares that the product

Product IO-Link Device iTHERM CompactLine
TM311

auf welches sich diese Erklärung bezieht, konform ist zu:
to which this declaration refers conforms to:

Regulations



- IO-Link Interface and System Specification, V1.1, July 2013 (NOTE 1,2)
- IO Device Description, V1.1, August 2011

Device Test System Revision: 3.1.0.1; Test Case Version: 1.0.3.40; Test ID: 621361231

Die Konformitätstests sind im Testreport dokumentiert:
The conformity tests are documented in test report:

TM311_IOL-Test_FW_01.00.02_2019-09-10.pdf

Diese Übereinstimmungserklärung gilt exklusiv für gelistete Produkte und Zubehör im auslieferungsfähigen Zustand. Die Gültigkeit aufgrund dieses Dokuments Produkte am Markt zu platzieren erlischt 3 Jahre nach dem Ausstellungsdatum.
This declaration of compliance is exclusively valid for the listed products and accessory in delivery status. The validity of this document for placing the product on the market expires 3 years after the date of issue.

Nesselwang, 10.09.2019
Endress+Hauser Wetzler GmbH + Co. KG



Harald Hertweck
Managing director



i.V. Alfred Umkehrer
Head of Division R&D-Temperature