Zulassungszertifikat CH-G4-19408-00

Gestützt auf Artikel 16 und Anhang 5 Ziffer 1.1.8 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (SR 941.210) haben wir die Zulassung mit der Ordnungsnummer 408 vom 16.12.2009 wie folgt verlängert:

Gegenstand	**Massezähler nach dem Coriolis-Prinzip für Hochdruck Erdgas** Basierend auf der deutschen innerstaatlichen Bauartzulassung 5.411.09.21, Geschäftszeichen PTB-1.5-4043874
Typ	**CNGmass DCI**
Hersteller	**Endress + Hauser Flowtec AG** Kägenstrasse 7 CH-4153 Reinach BL 1
Antragsteller	**Endress + Hauser Flowtec AG** Kägenstrasse 7 CH-4153 Reinach BL 1
Ordnungsnummer	408
Zulassungszeichen	G4 408
Gültigkeit	Diese Zulassung ist bis am **10.10.2029** gültig.

Die Bauart, Eichvorschriften und allfällige Auflagen sind in der Beilage beschrieben. Diese ist Bestandteil der Zulassung.

3003 Bern-Wabern, 9. Oktober 2019

Bereich Mechanische Grössen und ionisierende Strahlung

Dr. Henri Baumann, Bereichsleiter

Abteilung Gesetzliche Metrologie

Dr. Bobjoseph Mathew
Vizedirektor

Dieses Dokument darf nur in vollständiger Form weitergegeben werden.

METAS
Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Schweiz, Tel. +41 58 387 01 11, www.metas.ch

Beilage zu Zulassungszertifikat CH-G4-19408-00

1. Auflage

Enthält die folgende Ergänzung vom 25.11.2014:

Softwareanpassungen :
V3.01.02 (Verstärker), CRC Check vom Speicher
V1.06.xx (HART I/O), Unterstützung bestimmter HART 7 Kommandos

2. Rechtsbelehrung

Dem genannten Antragsteller erwachsen aus dieser Zulassung keine rechtlichen Ansprüche. Die Nennung des Antragstellers weist lediglich darauf hin, an wen sich das METAS bei Problemen und Fragen richten muss und wer die Verantwortung bei auftretenden Nichtkonformitäten trägt.

Für die Prüfung

Dr. Marc de Huu