







防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	平均温度計	
型式の名称	NMT539-A130A0P2YA (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II B T 4	
定格	本安回路許容電圧 30 V 本安回路許容電流 120 mA 本安回路許容電力 1 W 内部インダクタンス 48 μH 内部キャパシタンス 7.9 nF 周囲温度 60℃ 被測定物温度 -170～+60℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC18604 号	
有効期間	平成20年11月4日から平成23年11月3日まで	
	平成22年8月9日から平成25年8月8日まで	
	平成25年8月9日から平成28年8月8日まで	
	平成28年8月9日から平成31年8月8日まで	

繰上更新
一部変更


機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成20年11月 4日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有 効 期 間	2019 年 8 月 9 日から 2022 年 8 月 8 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	





同一型式一覧表

型式の名称								定 格	備 考
NMT539	- A	1	※ 3	0	※ A	0	※ A	30 V 120 mA 1 W 48 μH 7.9 nF 60 °C -170 ~ +60 °C	
			9		B C D Y				
			※ 0						
			1 2 3 9						
			※ A B C D E F G H J K L M N O						
			2						
			※ 1						
			※ A						
			※ A B C D Y						

備考 1. 表中の [] は、検定供試品を示す。
 2. 型式の名称は、各※印の下に記載されているアルファベット・数字の中からそれぞれ一つを選択して構成する。