


Beschreibung Geräteparameter **Cerabar PMP71B**

Prozessdruckmessung
HART



Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	4
1.1	Dokumentfunktion	4
1.2	Zielgruppe	4
1.3	Umgang mit dem Dokument	4
1.4	Verwendete Symbole	5
1.5	Dokumentation	5
2	Übersicht Bedienmenü	6
3	Beschreibung der Geräteparame- ter	31
3.1	Benutzerführung	31
3.2	Menü "Benutzerführung"	34
3.3	Menü "Diagnose"	107
3.4	Menü "Applikation"	133
3.5	Menü "System"	164
	Stichwortverzeichnis	179

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Das Dokument ist Teil der Betriebsanleitung und dient als Nachschlagewerk für Parameter. Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter.

Durchführung von Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern:

- Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen
- Optimale Anpassung der Messung an schwierige Bedingungen
- Detaillierte Konfiguration der Kommunikationsschnittstelle
- Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Fachspezialisten, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.

1.3 Umgang mit dem Dokument

1.3.1 Informationen zum Dokumentaufbau

Dieses Dokument listet die Untermenüs und ihre Parameter auf, die mit der Aktivierung der Benutzerrolle **Option "Instandhalter"** zur Verfügung stehen.



Bedienphilosophie des Bedienmenüs siehe Betriebsanleitung.

1.3.2 Aufbau einer Parameterbeschreibung

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile einer Parameterbeschreibung erläutert:

- Navigation: Navigationspfad zum Parameter via Vor-Ort-Anzeige
- Voraussetzung: Nur unter dieser Voraussetzung ist der Parameter verfügbar
- Beschreibung: Erläuterung der Funktion des Parameters
- Auswahl: Auflistung der einzelnen Optionen des Parameters
- Eingabe: Eingabebereich des Parameters
- Anzeige: Anzeigewert/-daten des Parameters
- Zusätzliche Informationen:
 - Zu einzelnen Optionen
 - Zu Anzeigewert/-daten
 - Zum Eingabebereich
 - Zur Werkseinstellung
 - Zur Funktion des Parameters

1.4 Verwendete Symbole

1.4.1 Symbole für Informationstypen

Zusätzliche Informationen: 

Verweis auf Dokumentation: 

Bedienung via Vor-Ort-Anzeige: 

Bedienung via Bedientool: 

Schreibgeschützter Parameter: 

1.5 Dokumentation

1.5.1 Standarddokumentation

Betriebsanleitung

 Die Betriebsanleitung steht über das Internet zur Verfügung: www.endress.com → Download

1.5.2 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Sonderdokumentation

 Die Sonderdokumentation steht über das Internet zur Verfügung: www.endress.com → Download

2 Übersicht Bedienmenü

Benutzerführung	→  31
► Inbetriebnahme	→  34
► Geräteidentifikation	→  34
Messstellenkennzeichnung	→  34
Gerätename	→  34
Seriennummer	→  34
Erweiterter Bestellcode 1	→  35
Erweiterter Bestellcode 2	→  35
Erweiterter Bestellcode 3	→  35
► Geräteidentifikation	→  36
Status Verriegelung	→  36
► Geräteidentifikation	→  37
HART-Kurzbeschreibung	→  37
HART-Datum	→  37
HART-Beschreibung	→  37
HART-Nachricht	→  37
HART-Adresse	→  38
► Messeinstellungen	→  38
Zuordnung PV	→  38
Dämpfung	→  38
► Messeinstellungen	→  39
Druckeinheit	→  39
Temperatureinheit	→  39
► Messeinstellungen	→  40

Druckeinheit	→  40
Skalierte Variable Einheit	→  40
Freitext	→  41
Temperatureinheit	→  41
► Messeinstellungen	→  42
Nullabgleich	→  42
Druck	→  43
► Ausgangseinstellungen	→  43
Übertragungsfunktion Stromausgang	→  43
► Ausgangseinstellungen	→  43
Übertragungsfunktion skalierte Variable	→  43
► Ausgangseinstellungen	→  44
LRL Sensor	→  44
URL Sensor	→  44
Minimale Spanne	→  44
► Ausgangseinstellungen	→  45
Druck	→  45
Skalierte Variable	→  45
► Ausgangseinstellungen	→  45
Messbereichsanfang Ausgang	→  45
Messbereichsende Ausgang	→  45
LRL Sensor	→  46
URL Sensor	→  46
Minimale Spanne	→  46

► Ausgangseinstellungen	→ 46
Übertragungsfunktion skalierte Variable	→ 46
Druckwert 1	→ 47
Skalierte Variable Wert 1	→ 47
Druckwert 2	→ 47
Skalierte Variable Wert 2	→ 47
LRL Sensor	→ 48
URL Sensor	→ 48
Minimale Spanne	→ 48
► Ausgangseinstellungen	→ 48
Messbereichsanfang Ausgang	→ 48
Messbereichsende Ausgang	→ 49
Strombereich Ausgang	→ 49
Fehlerverhalten Stromausgang	→ 49
Fehlerstrom	→ 50
Stromschleifenmodus	→ 50
Zuordnung HART Variablen?	→ 50
► Ausgangseinstellungen	→ 50
Prozessgröße Stromausgang	→ 50
Strombereich Ausgang	→ 51
Messbereichsanfang Ausgang	→ 51
Messbereichsende Ausgang	→ 51
Fehlerverhalten Stromausgang	→ 52
Fehlerstrom	→ 52

Stromschleifenmodus	→ 52
Zuordnung HART Variablen?	→ 52
► Ausgangseinstellungen	→ 53
Zuordnung PV	→ 53
Zuordnung SV	→ 53
Zuordnung TV	→ 54
Zuordnung QV	→ 55
► Heartbeat Technology	→ 115
► Heartbeat Verification	→ 56
► Heartbeat Einstellung	→ 56
Heartbeat Verification	→ 56
► Mainboardmodul	→ 56
Systemzustand	→ 56
Ausgangsstrom	→ 56
Software Integrität	→ 57
RAM-Prüfung	→ 57
ROM-Prüfung	→ 57
Loop-Diagnose	→ 58
► Sensormodul	→ 58
Sensorintegrität	→ 58
Membranintegrität	→ 58
Sensor-/Membranintegrität	→ 59
Statistische Sensordiagnose	→ 59
Integrität des Analogpfads	→ 59
► Verifizierungsergebnis	→ 60

Verifizierungsergebnis	→ 60
Protokoll abspeichern?	→ 60
► Beenden	→ 60
Prüfer	→ 60
Ort	→ 60
Bemerkungen	→ 61
Anlagenbetreiber	→ 61
Betriebszeit (Verifizierung)	→ 61
Datum/Zeit Heartbeat Verification	→ 61
► SSD: Statistische Sensordiagnose	→ 61
► Konfiguration	→ 62
Statusübersicht	→ 62
Statusübersicht	→ 62
Statusübersicht	→ 62
Statusübersicht	→ 63
Statusübersicht	→ 63
Statusübersicht	→ 63
Statusübersicht	→ 64
Statusübersicht	→ 64
Statusübersicht	→ 64
Systemstatus	→ 65
Signalstatus	→ 65
Status Signalrauschen	→ 65
Baseline-Erstellungsprozess	→ 65
Abtastrate	→ 66

► Überwachung	→ 67
Signalstatus	→ 67
Aktuelles Baseline-Signal	→ 67
Obere Grenze Baseline-Signal	→ 67
Kontrolllinie Baseline-Signal	→ 67
Untere Grenze Baseline-Signal	→ 68
Signal minimaler Wert	→ 68
Signal maximaler Wert	→ 68
► Überwachung	→ 68
Status Signalrauschen	→ 68
Aktuelles Baseline-Rauschen	→ 69
Obere Grenze Baseline-Rauschen	→ 69
Kontrolllinie Baseline-Rauschen	→ 69
Untere Grenze Baseline-Rauschen	→ 69
Minimales Baseline-Rauschen	→ 70
Signalrauschen minimaler Wert	→ 70
Signalrauschen maximaler Wert	→ 70
► Diagnoseeinstellungen	→ 70
SSD Überwachung Verzögerungszeit	→ 70
900 Ereigniskategorie	→ 71
900 Ereigniskategorie	→ 71
900 Diagnoseverhalten	→ 71
900 Diagnoseverhalten	→ 71
SSD Bereichsüberwachung Verzögerungszeit	→ 71

906 Ereigniskategorie	→  71
906 Ereigniskategorie	→  71
► Aktivieren/Deaktivieren	→  72
SSD: Statistische Sensordiagnose	→  72
► Loop-Diagnose	→  72
► Konfiguration	→  72
Ich habe die Warnhinweise gelesen.	→  72
► Konfiguration	→  73
Baseline Status	→  73
Baseline-Erstellungsprozess	→  73
► Konfiguration	→  73
Zeitstempel Baseline	→  73
Widerstand Baseline	→  73
Versorgungsspannung Baseline	→  74
Zeitstempel vorherige Baseline	→  74
Widerstand vorherige Baseline	→  74
Versorgungsspannung vorherige Base- line	→  74
► Überwachung	→  75
Erlaubte Abweichung +/-	→  75
► Diagnoseeinstellungen	→  75
806 Ereignisverzögerung	→  75
806 Ereigniskategorie	→  75
806 Ereigniskategorie	→  75

806 Diagnoseverhalten	→ 76
806 Diagnoseverhalten	→ 76
► Aktivieren/Deaktivieren	→ 76
Loop-Diagnose	→ 76
► Prozessfenster	→ 76
► Druckbereich	→ 76
500 Prozessalarm Druck	→ 76
Untere Grenze	→ 77
Obere Grenze	→ 77
Zähler Grenzunterschreit. Benutzer Pmin	→ 77
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Pmax	→ 77
500 Diagnoseverhalten	→ 78
500 Diagnoseverhalten	→ 78
500 Ereigniskategorie	→ 78
500 Ereigniskategorie	→ 78
► Druckbereich	→ 78
501 Prozessalarm skalierte Variable	→ 78
Untere Grenze	→ 79
Obere Grenze	→ 79
501 Diagnoseverhalten	→ 79
501 Diagnoseverhalten	→ 79

501 Ereigniskategorie	→ 80
501 Ereigniskategorie	→ 80
► Temperaturbereich	→ 80
Nutzerdefinierte Warnung Temperatur	→ 80
Untere Grenze	→ 80
Obere Grenze	→ 80
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmin	→ 81
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmax	→ 81
502 Diagnoseverhalten	→ 81
502 Diagnoseverhalten	→ 81
502 Ereigniskategorie	→ 82
502 Ereigniskategorie	→ 82
► Sicherheitsmodus	→ 82
► Vorbereitung	→ 82
Ich habe die Warnhinweise gelesen.	→ 82
► Vorbereitung	→ 83
Sicherheitsentriegelungscode eingeben	→ 83
Status Verriegelung	→ 83
► Vorbereitung	→ 85
Testzeichenfolge	→ 85
Bestätigen	→ 85
► Vorbereitung	→ 85
Messstellenkennzeichnung	→ 85
Gerätename	→ 86

Seriennummer	→ 86
Firmware-Version	→ 86
Hardware-Version	→ 87
Bestätigen	→ 87
► Vorbereitung	→ 87
CRC Gerätekonfiguration	→ 87
Gespeicherte CRC Gerätekonfiguration	→ 88
Zeitstempel gespeicherte CRC Gerätekonf.	→ 88
Betriebszeit	→ 88
Konfigurationszähler	→ 88
► Bestätigung	→ 89
Nullpunktverschiebung	→ 89
HP/LP tauschen	→ 89
Dämpfung	→ 89
Sensorverhalten Druckbereich	→ 89
Bestätigen	→ 90
► Bestätigung	→ 90
Übertragungsfunktion Stromausgang	→ 90
Schleichmengenunterdrückung	→ 90
Bestätigen	→ 90
► Bestätigung	→ 91
Messmodus Stromausgang	→ 91
Fehlerverhalten Stromausgang	→ 91
Strombereich Ausgang	→ 91

Messbereichsanfang Ausgang	→ 91
Messbereichsende Ausgang	→ 92
Zuordnung PV	→ 92
Bestätigen	→ 92
► Bestätigung	→ 92
Nullpunktverschiebung	→ 92
Bestätigen	→ 93
► Verriegelung	→ 93
Sicherheitsverriegelungscode eingeben	→ 93
Status Verriegelung	→ 93
Protokoll abspeichern?	→ 94
► Ergebnis	→ 94
Prüfer	→ 94
Ort	→ 95
Datum/Zeit	→ 95
Bemerkungen	→ 95
Anlagenbetreiber	→ 95
► Wiederholungsprüfung	→ 96
► Vorbereitung der Wiederholungsprüfung	→ 96
Ich habe die Warnhinweise gelesen.	→ 96
► Vorbereitung der Wiederholungsprüfung	→ 96
Sichtkontrolle	→ 96
Bemerkungen	→ 97

► Vorbereitung der Wiederholungsprüfung	→ 97
Messstellenkennzeichnung	→ 97
Gerätename	→ 97
Seriennummer	→ 98
Firmware-Version	→ 98
Hardware-Version	→ 98
► Vorbereitung der Wiederholungsprüfung	→ 99
CRC Gerätekonfiguration	→ 99
Gespeicherte CRC Gerätekonfiguration	→ 99
Zeitstempel gespeicherte CRC Gerätekonf.	→ 99
Betriebszeit	→ 99
Konfigurationszähler	→ 100
► Vorbereitung der Wiederholungsprüfung	→ 100
Auswahl des Prüfablaufs	→ 100
Sicherheitsfunktion?	→ 101
► Simulation und Prüfung Alarmstrom	→ 101
Fehlerstrom (high alarm)	→ 101
Bestätigen	→ 101
(High) Sicherheitsfunktion ausgelöst?	→ 101
Klemmenstrom (Max Alarm)	→ 102
Bestätigen	→ 102
(Low) Sicherheitsfunktion ausgelöst?	→ 102
► Wiederholungsprüfung	→ 102

Sollwert 1	→  102
Druck 1	→  103
Klemmenstrom 1	→  103
Stromabweichung 1	→  103
Sollwert 2	→  103
Druck 2	→  103
Klemmenstrom 2	→  104
Stromabweichung 2	→  104
► Beenden	→  104
Aktive Diagnose	→  104
Zusammenfassung	→  105
Entscheidung des Prüfers	→  105
Prüfer	→  105
Ort	→  105
Datum/Uhrzeit Proof Test	→  105
Bemerkungen	→  106
Anlagenbetreiber	→  106
Diagnose	→  107
► Aktive Diagnose	→  107
Aktive Diagnose	→  107
Zeitstempel	→  107
Letzte Diagnose	→  108
Zeitstempel	→  108
Betriebszeit ab Neustart	→  108
Betriebszeit	→  109

► Ereignislogbuch	→  109
Filteroptionen	→  109
► Minimale/Maximale-Werte	→  110
Druck min	→  110
Zähler Grenzüberschreitung Sensor Pmin	→  110
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Pmin	→  110
Minimale Sensortemperatur	→  111
Zähler Grenzüberschreitung Sensor Tmin	→  111
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmin	→  111
Minimale Klemmenspannung	→  111
Minimale Elektroniktemperatur	→  111
Rücksetzen Zähler benutzer P und T	→  112
Druck max	→  112
Zähler Grenzüberschreitung Sensor Pmax	→  112
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Pmax	→  112
Maximale Sensortemperatur	→  112
Zähler Grenzüberschreitung Sensor Tmax	→  113
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmax	→  113
Maximale Klemmenspannung	→  113
Maximale Elektroniktemperatur	→  113
► Simulation	→  114
Simulation	→  114

Wert Simulation Druck	→  114
Wert Stromausgang	→  114
Simulation Diagnoseereignis	→  114
► Heartbeat Technology	→  115
► Heartbeat Verification	→  115
Datum/Zeit Heartbeat Verification	→  115
Betriebszeit (Verifizierung)	→  115
Verifizierungsergebnis	→  115
Status	→  116
► Loop-Diagnose	→  116
Baseline neu erstellen	→  116
Erlaubte Abweichung +/-	→  116
Baseline Status	→  117
Loop-Diagnose	→  117
Klemmenspannung 1	→  117
Untere Schwelle Klemmenspannung	→  117
Obere Schwelle Klemmenspannung	→  117
806 Ereignisverzögerung	→  118
► Statistische Sensordiagnose	→  118
SSD: Statistische Sensordiagnose	→  118
Systemstatus	→  118

Signalstatus	→  119
Status Signalrauschen	→  119
► Diagnoseeinstellungen	→  120
► Eigenschaften	→  120
SSD Bereichsüberwachung Verzögerungszeit	→  120
SSD Überwachung Verzögerungszeit	→  120
500 Prozessalarm Druck	→  120
Untere Grenze	→  120
Obere Grenze	→  121
501 Prozessalarm skalierte Variable	→  121
Untere Grenze	→  121
Obere Grenze	→  121
Nutzerdefinierte Warnung Temperatur	→  122
Untere Grenze	→  122
Obere Grenze	→  122
806 Diagnoseverhalten	→  122
806 Diagnoseverhalten	→  122
806 Ereigniskategorie	→  123
806 Ereigniskategorie	→  123
806 Ereignisverzögerung	→  123
► Konfiguration	→  62
► Konfiguration	→  123
500 Diagnoseverhalten	→  123
500 Diagnoseverhalten	→  123

500 Diagnoseverhalten	→  123
500 Diagnoseverhalten	→  123
500 Ereigniskategorie	→  124
500 Ereigniskategorie	→  124
500 Ereigniskategorie	→  124
500 Ereigniskategorie	→  124
501 Diagnoseverhalten	→  124
501 Diagnoseverhalten	→  124
501 Diagnoseverhalten	→  124
501 Diagnoseverhalten	→  124
501 Ereigniskategorie	→  124
501 Ereigniskategorie	→  124
501 Ereigniskategorie	→  124
501 Ereigniskategorie	→  124
502 Diagnoseverhalten	→  125
502 Diagnoseverhalten	→  125
502 Diagnoseverhalten	→  125
502 Diagnoseverhalten	→  125
502 Ereigniskategorie	→  125
502 Ereigniskategorie	→  125
502 Ereigniskategorie	→  125
502 Ereigniskategorie	→  125
► Prozess	→  126
806 Diagnoseverhalten	→  126
806 Diagnoseverhalten	→  126

806 Diagnoseverhalten	→  126
806 Diagnoseverhalten	→  126
806 Diagnoseverhalten	→  126
806 Diagnoseverhalten	→  126
806 Ereigniskategorie	→  126
806 Ereigniskategorie	→  126
806 Ereigniskategorie	→  126
806 Ereigniskategorie	→  126
806 Ereigniskategorie	→  126
806 Ereigniskategorie	→  126
822 Diagnoseverhalten	→  126
822 Ereigniskategorie	→  127
Sensorverhalten Druckbereich	→  127
841 Ereigniskategorie	→  127
900 Ereigniskategorie	→  128
900 Ereigniskategorie	→  128
900 Ereigniskategorie	→  128
900 Ereigniskategorie	→  128
900 Diagnoseverhalten	→  128
900 Diagnoseverhalten	→  128
900 Diagnoseverhalten	→  128
900 Diagnoseverhalten	→  128
906 Diagnoseverhalten	→  128
906 Diagnoseverhalten	→  128
906 Diagnoseverhalten	→  128

	906 Diagnoseverhalten	→  128
	906 Ereigniskategorie	→  129
	906 Ereigniskategorie	→  129
	906 Ereigniskategorie	→  129
	906 Ereigniskategorie	→  129
Applikation		→  133
► Maßeinheiten		→  133
Druckeinheit		→  133
Nachkommastellen Druck		→  133
Temperatureinheit		→  133
Skalierte Variable Einheit		→  134
Freitext		→  135
Nachkommastellen Skalierte Variable		→  135
► Messwerte		→  136
Druck		→  136
Skalierte Variable		→  136
Sensortemperatur		→  136
Klemmenspannung 1		→  136
Klemmenstrom		→  137
Elektroniktemperatur		→  137
► Sensor		→  137
► Grundeinstellungen		→  137
Übertragungsfunktion Stromausgang		→  137
Dämpfung		→  138

► Sensor Kalibrierung	→ 138
Nullabgleich	→ 138
Lagesollwert	→ 138
Nullpunktverschiebung	→ 139
Sensor Trim Reset	→ 139
Unterer Sensortrim Messwert	→ 139
Unterer Sensortrim	→ 140
Oberer Sensortrim Messwert	→ 140
Oberer Sensortrim	→ 141
► Sensorgrenzen	→ 141
LRL Sensor	→ 141
URL Sensor	→ 141
Minimale Spanne	→ 142
Sensortemperatur untere Grenze	→ 142
Sensortemperatur obere Grenze	→ 142
► Skalierte Variable	→ 142
Zuordnung PV	→ 142
Skalierte Variable Einheit	→ 143
Freitext	→ 143
Druck	→ 144
Übertragungsfunktion skalierte Variable	→ 144
Messbereichsanfang Ausgang	→ 144
Messbereichsende Ausgang	→ 144
Tabelle aktivieren	→ 145

Druckwert 1	→  145
Skalierte Variable Wert 1	→  145
Druckwert 2	→  145
Skalierte Variable Wert 2	→  145
Druck	→  146
Skalierte Variable	→  146
► Nassabgleich	→  146
Nullpunkt	→  146
Druckwert 1	→  146
Spanne	→  146
Druckwert 2	→  147
Nullpunkt	→  146
Messbereichsanfang Ausgang	→  147
Spanne	→  146
Messbereichsende Ausgang	→  147
► Stromausgang	→  149
Zuordnung PV	→  149
Messmodus Stromausgang	→  149
Strombereich Ausgang	→  149
Messbereichsanfang Ausgang	→  150
Messbereichsende Ausgang	→  150
Fehlerverhalten Stromausgang	→  150
Fehlerstrom	→  150

Ausgangsstrom	→  151
Klemmenstrom	→  151
► HART-Ausgang	→  152
► Konfiguration	→  152
HART-Adresse	→  152
HART-Kurzbeschreibung	→  152
Messstellenkennzeichnung	→  152
Präambelanzahl	→  153
Stromschleifenmodus	→  153
► HART-Ausgang	→  153
Zuordnung PV	→  153
Erster Messwert (PV)	→  153
Zuordnung SV	→  154
Zweiter Messwert (SV)	→  154
Zuordnung TV	→  154
Dritter Messwert (TV)	→  155
Zuordnung QV	→  155
Vierter Messwert (QV)	→  156
► Burst-Konfiguration 1	→  156
Burst-Modus 1	→  156
Burst-Kommando 1	→  157
Burst-Variable 0	→  157
Burst-Variable 1	→  158
Burst-Variable 2	→  158
Burst-Variable 3	→  158

Burst-Variable 4	→ 159
Burst-Variable 5	→ 159
Burst-Variable 6	→ 159
Burst-Variable 7	→ 159
Burst-Triggermodus	→ 159
Burst-Triggerwert	→ 160
Min. Updatezeit	→ 160
Max. Updatezeit	→ 161
► Information	→ 161
Geräte-ID	→ 161
Gerätetyp	→ 161
Geräterevision	→ 162
HART-Kurzbeschreibung	→ 162
HART-Revision	→ 162
HART-Beschreibung	→ 162
HART-Nachricht	→ 163
HART-Datum	→ 163
System	→ 164
► Geräteverwaltung	→ 164
Messstellenkennzeichnung	→ 164
Status Verriegelung	→ 164
Konfigurationszähler	→ 165
Gerät zurücksetzen	→ 165
► Benutzerverwaltung	→ 166
Benutzerrolle	→ 166

Passwort	→ 166
Freigabecode eingeben	→ 166
Status Passworteingabe	→ 167
Neues Passwort	→ 167
Neues Passwort bestätigen	→ 167
Status Passworteingabe	→ 167
Altes Passwort	→ 167
Neues Passwort	→ 167
Neues Passwort bestätigen	→ 167
Status Passworteingabe	→ 167
Passwort zurücksetzen	→ 168
Status Passworteingabe	→ 167
Altes Passwort	→ 167
Status Passworteingabe	→ 167
► Bluetooth-Konfiguration	→ 168
Bluetooth Aktivierung	→ 168
► Anzeige	→ 168
Language	→ 168
Format Anzeige	→ 169
1. Anzeigewert	→ 169
2. Anzeigewert	→ 170
3. Anzeigewert	→ 170
4. Anzeigewert	→ 171
Kontrast Anzeige	→ 171
► Geolokalisierung	→ 172

Anlagenkennzeichnung	→  172
Ortsbeschreibung	→  172
Längengrad	→  172
Breitengrad	→  172
Ortshöhe	→  173
Ortsbestimmungsmethode	→  173
► Information	→  173
Gerätename	→  173
Hersteller	→  174
Seriennummer	→  174
Bestellcode	→  174
Firmware-Version	→  175
Hardware-Version	→  175
Erweiterter Bestellcode 1	→  175
Erweiterter Bestellcode 2	→  175
Erweiterter Bestellcode 3	→  176
Prüfsumme	→  176
► Software Konfiguration	→  177
CRC Gerätekonfiguration	→  177
Gespeicherte CRC Gerätekonfiguration	→  177
Zeitstempel gespeicherte CRC Gerätekonf.	→  177
SW-Option aktivieren	→  177
Software-Optionsübersicht	→  178

3 Beschreibung der Geräteparameter

Die Parameter werden im Folgenden nach der Menüstruktur des Bedientools aufgeführt.

Das Bedienmenü ist dynamisch und passt die Auswahl der Parameter an die ausgewählten Optionen an.

3.1 Benutzerführung

Im Hauptmenü Benutzerführung befinden sich die Funktionen, die dem Nutzer ermöglichen schnell grundsätzliche Aufgaben, z.B. die Inbetriebnahme auszuführen. In erster Linie sind dies geführte Assistenten und themenübergreifende Sonderfunktionen.

Navigation  Benutzerführung

3.1.1 Übersicht des Bedienmenüs

Menü "Benutzerführung"

- Inbetriebnahme (→  34)
- Heartbeat Technology (→  56)
- Sicherheitsmodus (→  82)
- Wiederholungsprüfung (→  96)

Menü "Diagnose"

- Aktive Diagnose (→  107)
- Ereignislogbuch (→  109)
- Minimale/Maximale-Werte (→  110)
- Simulation (→  114)
- Heartbeat Technology (→  115)
- Diagnoseeinstellungen (→  70)

Menü "Applikation"

- Maßeinheiten (→  133)
- Messwerte (→  136)
- Sensor (→  137)
- Stromausgang (→  149)
- HART-Ausgang (→  152)

Menü "System"

- Geräteverwaltung (→  164)
- Benutzerverwaltung (→  166)
- Bluetooth-Konfiguration (→  168)
- Anzeige (→  168)
- Geolokalisierung (→  172)
- Information (→  161)
- Software Konfiguration (→  177)

3.1.2 Inbetriebnahme

Diesen Assistenten ausführen, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. In jedem Parameter den passenden Wert eingeben oder die passende Option auswählen.

 Wenn der Assistent abgebrochen wird, bevor alle erforderlichen Parameter eingestellt wurden, werden bereits vorgenommene Einstellungen gespeichert. Aus diesem Grund befindet sich das Gerät dann möglicherweise in einem undefinierten Zustand!

In diesem Fall empfiehlt es sich, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Folgende Parameter werden im Inbetriebnahme-Assistenten eingestellt:

- Geräteidentifikation (→  34)
 - Messstellenkennzeichnung (→  34)
 - Geräteiname (→  34)
 - Seriennummer (→  34)
 - Erweiterter Bestellcode 1 (→  35)
 - Erweiterter Bestellcode 2 (→  35)
 - Erweiterter Bestellcode 3 (→  35)
 - Status Verriegelung (→  36)
 - HART-Kurzbeschreibung (→  37)
 - HART-Datum (→  37)
 - HART-Beschreibung (→  37)
 - HART-Nachricht (→  37)
 - HART-Adresse (→  38)
- Messeinstellungen (→  38)
 - Zuordnung PV (→  38)
 - Dämpfung (→  38)
 - Druckeinheit (→  39)
 - Temperatureinheit (→  39)
 - Skalierte Variable Einheit (→  40)
 - Nullabgleich (→  42)
 - Druck (→  43)
- Ausgangseinstellungen (→  43)
 - Übertragungsfunktion Stromausgang (→  43)
 - LRL Sensor (→  44)
 - URL Sensor (→  44)
 - Minimale Spanne (→  44)
 - Druck (→  45)
 - Skalierte Variable (→  45)
 - Messbereichsanfang Ausgang (→  45)
 - Messbereichsende Ausgang (→  45)
 - Übertragungsfunktion skalierte Variable (→  43)
 - Druckwert 1 (→  47)
 - Strombereich Ausgang (→  49)
 - Fehlerverhalten Stromausgang (→  49)
 - Fehlerstrom (→  50)
 - Stromschleifenmodus (→  50)
 - Zuordnung HART Variablen? (→  50)
 - Prozessgröße Stromausgang (→  50)
 - Zuordnung PV (→  38)
 - Zuordnung SV (→  53)
 - Zuordnung TV (→  54)
 - Zuordnung QV (→  55)

3.1.3 Heartbeat Technology

Heartbeat Technology bietet Diagnosefunktionalität durch kontinuierliche Selbstüberwachung, die Ausgabe zusätzlicher Messgrößen an ein externes Condition Monitoring System sowie die In-situ-Verifikation von Messgeräten in der Anwendung.

Sonderdokumentation "Heartbeat Monitoring + Verification"



SD02525P

Assistent "Heartbeat Verification"

Mit diesem Assistenten lässt sich eine automatische Verifizierung der Gerätefunktionalität starten.

Die Ergebnisse können in Form eines Verifizierungsberichts dokumentiert werden.

Assistent "SSD: Statistische Sensordiagnose"

Durch die statistische Analyse des Drucksignals können Prozessanomalien wie verstopfte Impulsleitungen erkannt werden. Dieser Assistent unterstützt die Einstellungen und Schwellenwerte, die zu einer Diagnosemeldung führen sollen.

Assistent "Loop-Diagnose"

Mit diesem Assistenten lassen sich anhand von Änderungen der Strom-Spannungs-Charakteristik (Baseline) des Signalkreises unerwünschte Installationsanomalien erkennen, wie z.B. Kriechströme, verursacht durch Korrosion der Anschlussklemmen oder eine abfallende Stromversorgung, die zu einem falschen 4-20 mA-Messwert führen kann.

Assistent "Prozessfenster"

Dieser Assistent verwendet benutzerdefinierte Druck- und Temperaturgrenzen, um unerwünschte Installations- oder Anwendungsanomalien zu erkennen.

Anwendungen:

- Defekte Begleitheizung oder Isolierung
- Eingefrorene Prozessanschlüsse
- Dynamische Druckspitzen etc.

3.1.4 Sicherheitsmodus

Der Schreibschutz schützt Geräteeinstellungen vor Überschreiben. Zusätzlich dazu wird für Sicherheitsanwendungen empfohlen, die sicherheitsrelevanten Geräteeinstellungen zu bestätigen. So wird sichergestellt, dass die korrekten Werte eingegeben und in das Gerät heruntergeladen wurden.

Diese Eingabe kann anstelle von manuellen Checklisten als Bestätigungssequenz verwendet werden.

Wenn die sicherheitsrelevanten Geräteeinstellungen bestätigt sind, dann wird das Gerät mit dem Merkmal Sicherheit-verriegelt markiert. Damit wird angezeigt, dass die sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen geprüft und als korrekt bewertet wurden.

Um die Sicherheitsverriegelung zu deaktivieren, muss die Sequenz erneut gestartet werden. Die Sicherheitsverriegelung wird aufgehoben, wenn der Entriegelungscode (= Verriegelungscode) eingegeben wird.

3.1.5 Wiederholungsprüfung

Bei der Wiederholungsprüfung wird der Stromausgang simuliert. Die sichere Funktion während des Tests ist nicht gewährleistet. Es müssen manuelle alternative Maßnahmen ergriffen werden, um die Prozesssicherheit zu gewährleisten.

Achtung: Es kann nur eine Wiederholungsprüfung durchgeführt werden, wenn kein Gerätefehler ansteht und kein Schreibschutz via Hardware-Verriegelungsschalter aktiviert ist.

3.2 Menü "Benutzerführung"

Navigation  Benutzerführung

3.2.1 Assistent "Inbetriebnahme"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme

Assistent "Geräteidentifikation"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident.

Messstellenkennzeichnung

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → Messstellenkenn.

Beschreibung Eine eindeutige Bezeichnung für die Messstelle eingeben, um sie innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Gerätename

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → Gerätename

Beschreibung Anzeige des Namens des Messumformers. Er befindet sich auch auf dem Typenschild des Messumformers.

Anzeige Max. 32 Zeichen wie Buchstaben oder Zahlen.

Seriennummer

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → Seriennummer

Beschreibung Anzeige der Seriennummer des Messgeräts.
 Befindet sich auch auf dem Typenschild von Messaufnehmer und -umformer.

Anzeige Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.

Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i>  Nützliche Einsatzgebiete der Seriennummer ■ Um das Messgerät schnell zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser. ■ Um gezielt Informationen zum Messgerät mithilfe des Device Viewer zu erhalten: www.endress.com/deviceviewer
Erweiterter Bestellcode 1 	
Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → Erw.Bestellcd. 1
Beschreibung	Der erweiterte Bestellcode ist ein alphanumerischer Code, der alle Informationen zur Identifizierung des Gerätes und seiner Optionen enthält.
Anzeige	Zeichenfolge
Werkseinstellung	–
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i> Der erweiterte Bestellcode gibt für das Messgerät die Ausprägung aller Merkmale der Produktstruktur an und charakterisiert damit das Messgerät eindeutig.
Erweiterter Bestellcode 2 	
Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → Erw.Bestellcd. 2
Beschreibung	Der erweiterte Bestellcode ist ein alphanumerischer Code, der alle Informationen zur Identifizierung des Gerätes und seiner Optionen enthält.  Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."
Anzeige	Zeichenfolge
Werkseinstellung	–
Erweiterter Bestellcode 3 	
Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → Erw.Bestellcd. 3
Beschreibung	Der erweiterte Bestellcode ist ein alphanumerischer Code, der alle Informationen zur Identifizierung des Gerätes und seiner Optionen enthält.  Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."
Anzeige	Zeichenfolge

Werkseinstellung –

Assistent "Geräteidentifikation"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident.

Status Verriegelung

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → Status Verrieg.

Beschreibung Anzeige des aktiven Schreibschutzes.

- Anzeige
- Hardware-verriegelt
 - Sicherheitsverriegelt
 - Vorübergehend verriegelt

Zusätzliche Information *Anzeige*

Wenn mehrere Schreibschutzarten aktiv sind, wird auf der Vor-Ort-Anzeige der Schreibschutz mit der höchsten Priorität angezeigt. Im Bedientool hingegen werden alle aktiven Schreibschutzarten angezeigt.

 Detaillierte Angaben zu den Zugriffsrechten: Betriebsanleitung zum Gerät, Kapitel "Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte" und "Bedienphilosophie".

Auswahl

Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"

Optionen	Beschreibung
Keine	Es gelten die Zugriffsrechte, die in Parameter Zugriffsrechte Anzeige angezeigt werden. Erscheint nur auf der Vor-Ort-Anzeige.
Hardware-verriegelt	Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt (z. B. über Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool).
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z. B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

Assistent "Geräteidentifikation"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident.

HART-Kurzbeschreibung

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → HART-Kurzbeschr.
Beschreibung	Definiert die Kurzbezeichnung der Messstelle. Maximale Länge: 8 Zeichen Erlaubte Zeichen: A-Z, 0-9, bestimmte Sonderzeichen
Eingabe	Max. 8 Zeichen: A...Z, 0...9 und bestimmte Sonderzeichen (z. B. Satzzeichen, @, %).

HART-Datum

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → HART-Datum
Beschreibung	Datum der letzten Konfigurationsänderung
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (10)
Zusätzliche Information	Datumsformat: JJJJ-MM-TT  Dieses Format ist bei der Eingabe unbedingt zu beachten. Ansonsten kann es zu Fehlern bei einzelnen HART-Kommandos kommen.

HART-Beschreibung

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → HART-Beschr.
Beschreibung	Beschreibung für die Messstelle.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)

HART-Nachricht

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → HART-Nachricht
Beschreibung	HART-Nachricht, die auf Anforderung vom Master über das HART-Protokoll verschickt wird.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

HART-Adresse

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Geräteident. → HART-Adresse
Beschreibung	HART-Adresse des Geräts definieren.
Eingabe	0 ... 63
Zusätzliche Information	■ Nur bei Adresse "0" ist eine Messwertübertragung über den Stromwert möglich. Bei allen anderen Adressen ist der Strom auf 4,0 mA fixiert (Multidrop-Modus). ■ Für ein System gemäß HART 5.0 sind nur Adressen 0 ... 15 erlaubt. ■ Für ein System ab HART 6.0 sind alle Adressen 0 ... 63 erlaubt.

Assistent "Messeinstellungen"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell.

Zuordnung PV

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell. → Zuordnung PV
Beschreibung	Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur ersten dynamischen Variable (PV).
Auswahl	■ Druck ■ Skalierte Variable

Dämpfung

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell. → Dämpfung
Beschreibung	Die Dämpfung wirkt bevor der Messwerts weiterverarbeitet wird, d.h. vor den folgenden Prozessen: - Skalierung - Grenzwertüberwachung - Weiterleitung an Anzeige - Weiterleitung an Analog Input Block Hinweis: Der Analog Input Block hat einen eigenen Parameter „Dämpfung“. In der Messkette darf nur einer der beiden Dämpfungsparameter einen anderen Wert als 0 haben. Ansonsten wird das Signal mehrfach gedämpft.
Eingabe	0 ... 999,0 s

Assistent "Messeinstellungen"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell.

Druckeinheit

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell. → Druckeinheit

Auswahl	SI-Einheiten	US-Einheiten	Andere Einheiten
	■ MPa ■ kPa ■ Pa ■ bar ■ mbar ■ torr ■ atm ■ kgf/cm² ■ gf/cm²	psi	■ inH₂O ■ inH₂O (4°C) ■ mmH₂O ■ mmH₂O (4°C) ■ mH₂O ■ mH₂O (4°C) ■ ftH₂O ■ inHg ■ mmHg

Temperatureinheit

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell. → Temperatureinh.

Beschreibung Auswahl der Einheit für die Temperatur.

Auswahl	SI-Einheiten	US-Einheiten
	■ °C ■ K	°F

Werkseinstellung Abhängig vom Land:

- °C
- °F

Zusätzliche Information *Auswahl*

Assistent "Messeinstellungen"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell.

Druckeinheit

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell. → Druckeinheit

Auswahl	SI-Einheiten	US-Einheiten	Andere Einheiten
	■ MPa ■ kPa ■ Pa ■ bar ■ mbar ■ torr ■ atm ■ kgf/cm² ■ gf/cm²	psi	■ inH2O ■ inH2O (4°C) ■ mmH2O ■ mmH2O (4°C) ■ mH2O ■ mH2O (4°C) ■ ftH2O ■ inHg ■ mmHg

Skalierte Variable Einheit

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell. → Skaliert Einheit

Beschreibung "Frei text" bzw. erste Auswahlmöglichkeit auswählen, falls die gewünschte Einheit in der Auswahlliste nicht verfügbar ist. Es ist dann möglich, eine kundenspezifische Einheit in einem weiteren Parameter einzugeben.

Auswahl	SI-Einheiten	US-Einheiten	Imperial Einheiten
	■ % ■ mm ■ cm ■ m ■ l ■ hl ■ m³ ■ g ■ kg ■ t ■ g/s ■ kg/s ■ kg/min ■ kg/h ■ t/min ■ t/h ■ t/d ■ m³/s ■ m³/min ■ m³/h ■ m³/d ■ l/s ■ l/min ■ l/h ■ Nm³/h ■ Nm³/h ■ Sm³/s ■ Sm³/min ■ Sm³/h ■ Sm³/d ■ Nm³/s ■ g/cm³ ■ kg/m³ ■ Nm³/min ■ Nm³/d	■ ft ■ in ■ ft³ ■ gal (us) ■ bbl (us;oil) ■ oz ■ lb ■ STon ■ lb/s ■ lb/min ■ lb/h ■ STon/min ■ STon/h ■ STon/d ■ ft³/s ■ ft³/min ■ ft³/h ■ ft³/d ■ gal/s (us) ■ gal/min (us) ■ gal/h (us) ■ gal/d (us) ■ bbl/s (us;oil) ■ bbl/min (us;oil) ■ bbl/h (us;oil) ■ bbl/d (us;oil) ■ Sft³/min ■ Sft³/h ■ Sft³/d	■ gal (imp) ■ gal/s (imp) ■ gal/min (imp) ■ gal/h (imp)
	<i>Kundenspezifische Einheiten</i> Free text		

Freitext



Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell. → Freitext

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Temperatureinheit



Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell. → Temperatureinh.

Beschreibung Auswahl der Einheit für die Temperatur.

Auswahl	SI-Einheiten	US-Einheiten
	■ °C ■ K	°F
Werkseinstellung	Abhängig vom Land:	
	■ °C ■ °F	
Zusätzliche Information	Auswahl	

Assistent "Messeinstellungen"

Navigation



Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell.

Nullabgleich

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell. → Nullabgleich
Beschreibung	Durch die Einbaulage des Messgeräts kann eine Druckverschiebung entstehen. Mit dem Nullabgleich kann die Druckverschiebung korrigiert werden.
Auswahl	■ Nein ■ Bestätigen

Druck

Navigation
 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messeinstell. → Druck
Assistent "Ausgangseinstellungen"
Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst.

Übertragungsfunktion Stromausgang

Navigation
 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Stromfunktion
Beschreibung

Linear

Für den Stromausgang wird das lineare Drucksignal verwendet. Die Durchflussberechnung muss in einer nachgeschalteten Einheit berechnet werden.

Radizierend - nur Differenzdruck

Für den Stromausgang wird das radizierende Durchflusssignal verwendet. Das Stromsignal "Radizierend" wird auf der Vor-Ort-Anzeige mit einem Wurzel-Symbol gekennzeichnet.

Anzeige

- Linear
- Radizierend *

Assistent "Ausgangseinstellungen"
Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst.

Übertragungsfunktion skalierte Variable

**Navigation**
 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → SkaliertFunktion
Beschreibung

"Linear"

Für den Ausgang wird das lineare Drucksignal verwendet. Die Durchflussberechnung muss in einer nachgeschalteten Einheit berechnet werden.

"Radizierend" (Deltabar)

Für den Ausgang wird das radizierende Durchflusssignal verwendet. Das Ausgangssignal "Radizierend" wird auf der Vor-Ort-Anzeige mit einem Wurzel-Symbol gekennzeichnet.

"Tabelle"

Der Ausgang wird definiert durch die eingegebene Tabelle skalierte Variabel / Druck.

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

- Auswahl
- Linear

■ Radizierend *

■ Tabelle

Assistent "Ausgangseinstellungen"

Navigation



Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst.

LRL Sensor

- Navigation



Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → LRL Sensor
- Beschreibung

Gibt die untere Messgrenze des Sensors an.
- Anzeige

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

URL Sensor

- Navigation



Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → URL Sensor
- Beschreibung

Gibt die obere Messgrenze des Sensors an.
- Anzeige

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Minimale Spanne

- Navigation



Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Minimale Spanne
- Beschreibung

Gibt die kleinstmögliche Messspanne des Sensors an.
- Anzeige

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Assistent "Ausgangseinstellungen"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst.

Druck

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Druck

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Skalierte Variable

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Skal. Variable

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Assistent "Ausgangseinstellungen"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst.

Messbereichsanfang Ausgang

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Messanf. Ausg

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Messbereichsende Ausgang

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Messende Ausg

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

LRL Sensor

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → LRL Sensor
Beschreibung	Gibt die untere Messgrenze des Sensors an.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

URL Sensor

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → URL Sensor
Beschreibung	Gibt die obere Messgrenze des Sensors an.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Minimale Spanne

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Minimale Spanne
Beschreibung	Gibt die kleinstmögliche Messspanne des Sensors an.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Assistent "Ausgangseinstellungen"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst.

Übertragungsfunktion skalierte Variable



Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → SkaliertFunktion
Beschreibung	"Linear" Für den Ausgang wird das lineare Drucksignal verwendet. Die Durchflussberechnung muss in einer nachgeschalteten Einheit berechnet werden. "Radizierend" (Deltabar) Für den Ausgang wird das radizierende Durchflusssignal verwendet. Das Ausgangssignal "Radizierend" wird auf der Vor-Ort-Anzeige mit einem Wurzel-Symbol gekennzeichnet. "Tabelle" Der Ausgang wird definiert durch die eingegebene Tabelle skalierte Variabel / Druck.

Auswahl	■ Linear ■ Radizierend * ■ Tabelle
----------------	--

Druckwert 1



Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Druckwert 1
Beschreibung	Druck für den ersten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable Wert 1" zugeordnet.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Skalierte Variable Wert 1

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Skaliert 1
Beschreibung	Wert für den ersten Skalierungspunkt eingeben. Dieser Wert wird zugeordnet zu "Druckwert 1".
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Druckwert 2



Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Druckwert 2
Beschreibung	Druck für den zweiten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable Wert 2" zugeordnet.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Skalierte Variable Wert 2



Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Skaliert 2
Beschreibung	Wert für den zweiten Skalierungspunkt eingeben. Dieser Wert wird zugeordnet zu "Druckwert 2".
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

LRL Sensor

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → LRL Sensor
Beschreibung	Gibt die untere Messgrenze des Sensors an.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

URL Sensor

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → URL Sensor
Beschreibung	Gibt die obere Messgrenze des Sensors an.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Minimale Spanne

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Minimale Spanne
Beschreibung	Gibt die kleinstmögliche Messspanne des Sensors an.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Assistent "Ausgangseinstellungen"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst.

Messbereichsanfang Ausgang



Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Messanf. Ausg
Beschreibung	Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Messbereichsende Ausgang

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Messende Ausg
Beschreibung	Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Strombereich Ausgang

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Strombereich
Beschreibung	Legt fest, welcher Strombereich zum Übertragen des gemessenen oder berechneten Werts verwendet wird. In Klammern sind "Unterer Sättigungswert" und "Oberer Sättigungswert" angegeben. Wenn der Messwert $\leq$ "Unterer Sättigungswert" ist, dann wird der Ausgangsstrom auf den Wert "Unterer Sättigungswert" gesetzt. Wenn der Messwert $\geq$ "Oberer Sättigungswert" ist, dann wird der Ausgangsstrom auf den Wert "Oberer Sättigungswert" gesetzt. Hinweis: Ströme unter 3,6 mA oder über 21,5 mA können benutzt werden, um ein Alarmsignal anzuzeigen.
Auswahl	■ 4...20 mA (4...20.5 mA) ■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) ■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)

Fehlerverhalten Stromausgang

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Fehlerverhalten
Beschreibung	Legt fest, welchen Wert der Ausgangsstrom im Fehlerfall annimmt. Min: < 3.6 mA Max: > 21.5 mA Achtung: Der Hardware DIP-Schalter für Alarmstrom hat Priorität über die Softwareeinstellung.
Auswahl	■ Min. ■ Max.

Fehlerstrom

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Fehlerstrom

Beschreibung Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm eingeben

Eingabe 21,5 ... 23 mA

Stromschleifenmodus

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Stromschl. Modus

Beschreibung Wenn der Loop-Strommodus deaktiviert ist, wird der Multi-Drop-Kommunikationsmodus aktiviert.
Multi-Drop ist ein digitaler HART-Modus, in dem mehrere Geräte die gleiche Verkabelung für Strom und Kommunikation teilen können.
In diesem Modus ist der Ausgangsstrom fixiert.

Anzeige

- Deaktivieren
- Aktivieren

Zuordnung HART Variablen?

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Zuo. HART Var.?

Beschreibung Mit dem HART-Protokoll lassen sich bis zu 4 HART-Variablen übertragen.
"Ja" wählen, um diesen HART-Variablen verschiedene Messgrößen zuzuordnen und diese anzuzeigen.

Auswahl

- Nein
- Ja

Assistent "Ausgangseinstellungen"

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst.

Prozessgröße Stromausgang

Navigation  Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Proz.grö.Strom

Beschreibung Legt fest, welche Prozessgröße der Stromausgang überträgt.

- Anzeige**
- Druck
 - Skalierte Variable

Strombereich Ausgang


Navigation Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Strombereich

Beschreibung Legt fest, welcher Strombereich zum Übertragen des gemessenen oder berechneten Werts verwendet wird.
In Klammern sind "Unterer Sättigungswert" und "Oberer Sättigungswert" angegeben.
Wenn der Messwert ≤ "Unterer Sättigungswert" ist, dann wird der Ausgangsstrom auf den Wert "Unterer Sättigungswert" gesetzt.
Wenn der Messwert ≥ "Oberer Sättigungswert" ist, dann wird der Ausgangsstrom auf den Wert "Oberer Sättigungswert" gesetzt.

Hinweis:
Ströme unter 3,6 mA oder über 21,5 mA können benutzt werden, um ein Alarmsignal anzuzeigen.

- Auswahl**
- 4...20 mA (4...20.5 mA)
 - 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)
 - 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)

Messbereichsanfang Ausgang


Navigation Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Messanf. Ausg

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Messbereichsende Ausgang


Navigation Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Messende Ausg

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Fehlerverhalten Stromausgang

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Fehlerverhalten
Beschreibung	Legt fest, welchen Wert der Ausgangsstrom im Fehlerfall annimmt. Min: < 3.6 mA Max: >21.5 mA Achtung: Der Hardware DIP-Schalter für Alarmstrom hat Priorität über die Softwareeinstellung.
Auswahl	■ Min. ■ Max.

Fehlerstrom

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Fehlerstrom
Beschreibung	Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm eingeben
Eingabe	21,5 ... 23 mA

Stromschleifenmodus

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Stromschl. Modus
Beschreibung	Wenn der Loop-Strommodus deaktiviert ist, wird der Multi-Drop-Kommunikationsmodus aktiviert. Multi-Drop ist ein digitaler HART-Modus, in dem mehrere Geräte die gleiche Verkabelung für Strom und Kommunikation teilen können. In diesem Modus ist der Ausgangsstrom fixiert.
Anzeige	■ Deaktivieren ■ Aktivieren

Zuordnung HART Variablen?

Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Zuo. HART Var.?
Beschreibung	Mit dem HART-Protokoll lassen sich bis zu 4 HART-Variablen übertragen. "Ja" wählen, um diesen HART-Variablen verschiedene Messgrößen zuzuordnen und diese anzuzeigen.

Auswahl

- Nein
- Ja

Assistent "Ausgangseinstellungen"*Navigation*

Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst.

Zuordnung PV**Navigation**

Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Zuordnung PV

Beschreibung

Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur ersten dynamischen Variable (PV).

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable

Zuordnung SV**Navigation**

Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Zuordnung SV

Beschreibung

Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur zweiten dynamischen Variable (SV).

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Klemmenstrom^{*}
- Klemmenspannung^{*}
- Median des Drucksignals^{*}
- Rauschen vom Drucksignal^{*}
- Signalrauschen erkannt^{*}
- Prozentbereich
- Schleifenstrom
- Unbenutzt

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Zusätzliche Information	<i>Auswahl</i> ■ Option Sensor Druck Sensordruck ist das Rohsignal vom Sensor vor Dämpfung und Lagekorrektur. ■ Option Klemmenstrom Der Klemmenstrom ist der zurückgelesene Strom am Klemmenblock. ■ Option Signalrauschen erkannt 0 % - Signalrauschen befindet sich im zulässigen Bereich. 100 % - Signalrauschen befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs. ■ Option Schleifenstrom Der Schleifenstrom ist der Strom am Ausgang der durch den anliegenden Druck gesetzt wird.
Zuordnung TV	
Navigation	 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Zuordnung TV
Beschreibung	Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur dritten dynamischen Variable (TV).
Auswahl	■ Druck ■ Skalierte Variable ■ Sensortemperatur ■ Sensor Druck ■ Elektroniktemperatur ■ Klemmenstrom * ■ Klemmenspannung * ■ Median des Drucksignals * ■ Rauschen vom Drucksignal * ■ Signalrauschen erkannt * ■ Prozentbereich ■ Schleifenstrom ■ Unbenutzt
Zusätzliche Information	<i>Auswahl</i> ■ Option Sensor Druck Sensordruck ist das Rohsignal vom Sensor vor Dämpfung und Lagekorrektur. ■ Option Klemmenstrom Der Klemmenstrom ist der zurückgelesene Strom am Klemmenblock. ■ Option Signalrauschen erkannt 0 % - Signalrauschen befindet sich im zulässigen Bereich. 100 % - Signalrauschen befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs. ■ Option Schleifenstrom Der Schleifenstrom ist der Strom am Ausgang der durch den anliegenden Druck gesetzt wird.

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Zuordnung QV



Navigation

 Benutzerführung → Inbetriebnahme → Ausgangseinst. → Zuordnung QV

Beschreibung

Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur vierten dynamischen Variable (QV).

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Klemmenstrom^{*}
- Klemmenspannung^{*}
- Median des Drucksignals^{*}
- Rauschen vom Drucksignal^{*}
- Signalrauschen erkannt^{*}
- Prozentbereich
- Schleifenstrom
- Unbenutzt

Zusätzliche Information

Auswahl

- Option **Sensor Druck**
Sensordruck ist das Rohsignal vom Sensor vor Dämpfung und Lagekorrektur.
- Option **Klemmenstrom**
Der Klemmenstrom ist der zurückgelesene Strom am Klemmenblock.
- Option **Signalrauschen erkannt**
0 % - Signalrauschen befindet sich im zulässigen Bereich.
100 % - Signalrauschen befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs.
- Option **Schleifenstrom**
Der Schleifenstrom ist der Strom am Ausgang der durch den anliegenden Druck gesetzt wird.

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

3.2.2 Untermenü "Heartbeat Technology"

Assistent "Heartbeat Verification"

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif.

Heartbeat Verification

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Heartbeat Einst. → Heartbeat Verif.

- Auswahl
- Verifizierung starten
 - Ergebnisse anzeigen

Assistent "Mainboardmodul"

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Mainboardmodul

Systemzustand

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Mainboardmodul → Systemzustand

Beschreibung

Prüfung auf aktive Messgerätefehler des Diagnoseverhaltens "Alarm".
Wird ein Messgerätefehler erkannt, wird die Verifizierung zwar durchgeführt, führt aber immer zu dem Gesamtergebnis "Nicht bestanden".

- Anzeige
- Nicht ausgeführt
 - Bestanden
 - Nicht ausgeführt
 - Nicht bestanden

Ausgangsstrom

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Mainboardmodul → Ausgangsstrom

Beschreibung

Prüft, ob der vom Gerät eingestellte Strom mit dem zurückgelesenen Ausgangsstrom übereinstimmt.

Anzeige	■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden
----------------	--

Software Integrität

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Mainboardmodul → Software Interg.
Beschreibung	Prüft, ob die Funktionsblöcke der Software in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden.
Anzeige	■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden

RAM-Prüfung

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Mainboardmodul → RAM-Prüfung
Beschreibung	Prüft die korrekte Funktion des RAM-Speichers (Random Access Memory).
Anzeige	■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden

ROM-Prüfung

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Mainboardmodul → ROM-Prüfung
Beschreibung	Prüft die korrekte Funktion des ROM-Speichers (Read-Only-Memory).
Anzeige	■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden

Loop-Diagnose

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Mainboardmodul → Loop-Diagnose
Beschreibung	Prüft, ob Spannung/Strom innerhalb der mit dem Assistenten eingelernten Strom-Spannungs-Kennlinie liegt. „Nicht bestanden“ kann auf fehlerhafte Spannungsversorgung bzw. Erdung/Verdrahtung hinweisen.
Anzeige	■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden

Sensorintegrität

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Sensormodul → Sensorintegrität
Beschreibung	Prüft die Integrität des Sensors. Umfang der Prüfung ist Abhängig vom Sensortyp.
Anzeige	■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden

Membranintegrität

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Sensormodul → Membranintegrität
Beschreibung	Prüft die Unversehrtheit der Membran. Hinweis: Bei Metallmembranen nicht im Prüfumfang enthalten.
Anzeige	■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden

Sensor-/Membranintegrität

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Sensormodul → Sensor/Membran
Beschreibung	Prüft die Unversehrtheit des Sensors inklusive Membrane.
Anzeige	■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden

Statistische Sensordiagnose

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Sensormodul → SSD
Beschreibung	Prüft, ob die aktuelle Messwerte innerhalb der eingelernten Grenzwerte Signalrauschen liegen.
Anzeige	■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden

Integrität des Analogpfads

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Sensormodul → Pfadin-tegri-tät
Beschreibung	Prüft, ob sich der Analogpfad des Sensors gegenüber dem Auslieferungszustand geändert hat.
Anzeige	■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden

Verifizierungsergebnis

Navigation		Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Verifiz.ergebnis → Verifiz.ergebnis
Anzeige		■ Nicht ausgeführt ■ Bestanden ■ Nicht ausgeführt ■ Nicht bestanden

Protokoll abspeichern?

Navigation		Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Verifiz.ergebnis → Protokoll absp?
Beschreibung		Der Bericht kann abgespeichert und archiviert werden.
Auswahl		■ Nein ■ Ja

Prüfer

Navigation		Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Beenden → Prüfer
Beschreibung		Der eingegebene Prüfername wird im Report aufgeführt.
Eingabe		Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (96)

Ort

Navigation		Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Beenden → Ort
Beschreibung		Der eingegebene Wert wird in den Bericht angezeigt.
Eingabe		Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (96)

Bemerkungen	
Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Beenden → Bemerkungen
Beschreibung	Der eingegebene Wert wird in den Bericht angezeigt.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (255)
Anlagenbetreiber	
Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Beenden → Anlagenbetreiber
Beschreibung	Der eingegebene Wert wird in den Bericht angezeigt.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (96)
Betriebszeit (Verifizierung)	
Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Beenden → Betriebszeit
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)
Datum/Zeit Heartbeat Verification	
Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Beenden → Datum/Zeit Heartbeat Verification
Beschreibung	Datum und Uhrzeit der letzten Heartbeat-Verifizierung. Dieser Wert wird bei jeder Heartbeat-Verifizierung aktualisiert. Notiz: Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, z.B. Die Heartbeat-Überprüfung wird vom Display aus gestartet, '-----' wird angezeigt.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Statusübersicht

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Status-übersicht
Beschreibung	SSD aktivieren.
Anzeige	■ Deaktiviert ■ Lernphase ■ Überwachung inaktiv ■ Überwachung aktiv ■ Überwachung aktiv mit Ereignis ■ Keine Baseline

Statusübersicht

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Status-übersicht
Beschreibung	Bitte warten. Funktion ist noch nicht bereit.
Anzeige	■ Deaktiviert ■ Lernphase ■ Überwachung inaktiv ■ Überwachung aktiv ■ Überwachung aktiv mit Ereignis ■ Keine Baseline

Statusübersicht

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Status-übersicht
Beschreibung	Das Signalrauschen ist zu klein für die Einlernphase. Hinweis: Das Einlernen ist nur bei laufendem Prozess möglich. Maßnahmen: Ventilstellung überprüfen. Falls erforderlich: Das Einlernen später - bei laufendem Prozess - durchführen.
Anzeige	■ Deaktiviert ■ Lernphase ■ Überwachung inaktiv ■ Überwachung aktiv ■ Überwachung aktiv mit Ereignis ■ Keine Baseline

Statusübersicht

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Status-übersicht
Beschreibung	Die Einlernphase ist abgeschlossen. Die Konfiguration fortführen oder beenden.
Anzeige	■ Deaktiviert ■ Lernphase ■ Überwachung inaktiv ■ Überwachung aktiv ■ Überwachung aktiv mit Ereignis ■ Keine Baseline

Statusübersicht

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Status-übersicht
Beschreibung	Die SSD ist nicht aktiv, weil der Mittelwert des Rohsignals außerhalb der Grenzen liegt. Die SSD wird wieder aktiviert, sobald der Mittelwert wieder innerhalb der Grenzen liegt. Gegebenenfalls die Grenzen anpassen.
Anzeige	■ Deaktiviert ■ Lernphase ■ Überwachung inaktiv ■ Überwachung aktiv ■ Überwachung aktiv mit Ereignis ■ Keine Baseline

Statusübersicht

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Status-übersicht
Beschreibung	Die SSD hat ein Ereignis festgestellt (z. B. verstopfte Impulsleitung). Prüfen, ob Wartungsarbeiten erforderlich sind.
Anzeige	■ Deaktiviert ■ Lernphase ■ Überwachung inaktiv ■ Überwachung aktiv ■ Überwachung aktiv mit Ereignis ■ Keine Baseline

Statusübersicht

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Status-übersicht
Beschreibung	Die SSD ist nicht aktiv, weil die Prozessbedingungen zu dynamisch sind für eine zuverlässige Funktion. Gegebenenfalls Baseline neu einlernen oder Abtastrate anpassen. Die SSD wird wieder aktiviert, sobald der Mittelwert des Rohsignals innerhalb der Grenzwerte ist.
Anzeige	■ Deaktiviert ■ Lernphase ■ Überwachung inaktiv ■ Überwachung aktiv ■ Überwachung aktiv mit Ereignis ■ Keine Baseline

Statusübersicht

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Status-übersicht
Beschreibung	Das aktuelle Signalrauschen ist zu klein, um die SSD zu aktivieren.
Anzeige	■ Deaktiviert ■ Lernphase ■ Überwachung inaktiv ■ Überwachung aktiv ■ Überwachung aktiv mit Ereignis ■ Keine Baseline

Statusübersicht

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Status-übersicht
Beschreibung	Die Baseline konnte aus folgenden Gründen nicht erstellt werden: - Während der Erstellung der Baseline-Phase ist nicht genügend Signalrauschen vorhanden. - Während der Erstellung der Baseline-Phase ändert sich der Prozess.
Anzeige	■ Deaktiviert ■ Lernphase ■ Überwachung inaktiv ■ Überwachung aktiv ■ Überwachung aktiv mit Ereignis ■ Keine Baseline

Systemstatus

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Systemstatus
Anzeige	■ Inaktiv ■ Signalrauschen zu klein ■ Stabil ■ Nicht stabil ■ Systemdynamik prüfen ■ Prozessdynamik zu hoch

Signalstatus

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Signalstatus
Anzeige	■ Inaktiv ■ Erstelle Baseline ■ Verifiziere Baseline ■ Verifiziere Baseline fällt aus ■ Überwachung ■ Außerhalb des Bereichs ■ Überwachung inaktiv

Status Signalrauschen

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Stat. Rauschen
Anzeige	■ Inaktiv ■ Erstelle Baseline ■ Verifiziere Baseline ■ Verifiziere Baseline fällt aus ■ Überwachung ■ Außerhalb des Bereichs ■ Überwachung inaktiv

Baseline-Erstellungsprozess

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Baseline-Erstel.
Anzeige	0 ... 100 %

Abtastrate 	
Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Abtast-rate
Beschreibung	Bestimmt die Abtastrate in Abhängigkeit der Prozessbedingungen: "Schnell" Homogener, stabiler Prozess mit Gaussverteilung. "Mittel" Dynamischer Prozess "Langsam" Extrem dynamischer, variabler Prozess
Auswahl	■ Schnell ■ Mittel ■ Langsam

Zähler Baselineerstellung SSD

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Zähler Baseline
Beschreibung	Gibt an, wie oft die Baseline neu erstellt wurde.
Anzeige	Positive Ganzzahl

Baseline vorhanden

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Konfiguration → Baseline vorh.
Beschreibung	Zeigt an, ob bereits eine Baseline existiert.
Anzeige	■ Bitte auswählen ■ Nein ■ Ja

Signalstatus

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Signalstatus
Anzeige	■ Inaktiv ■ Erstelle Baseline ■ Verifiziere Baseline ■ Verifiziere Baseline fällt aus ■ Überwachung ■ Außerhalb des Bereichs ■ Überwachung inaktiv

Aktuelles Baseline-Signal

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Akt. Baseline
Beschreibung	Aktueller Mittelwert des Rohsignals
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Obere Grenze Baseline-Signal



Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Ob. Gr. Signal
Beschreibung	Obere Grenze für den Mittelwert des Rohsignals. Wenn der Mittelwert oberhalb dieser Grenze liegt, ist die SSD inaktiv. Hinweis: Dieser Parameter sollte nicht größer sein als "Signal maximaler Wert".
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Kontrolllinie Baseline-Signal

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Kontr. Baseline
Beschreibung	Eingelernter Mittelwert des Rohsignals.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Untere Grenze Baseline-Signal

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Unt. Gr. Signal
Beschreibung	Untere Grenze für den Mittelwert des Rohsignals. Wenn der Mittelwert unterhalb dieser Grenze liegt, ist die SSD inaktiv. Hinweis: Dieser Parameter sollte nicht kleiner sein als "Signal minimaler Wert".
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Signal minimaler Wert

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Minimaler Wert
Beschreibung	Minimaler Mittelwert des Rohsignals während der Einlernphase.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Signal maximaler Wert

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Maximaler Wert
Beschreibung	Maximaler Mittelwert des Rohsignals während der Einlernphase.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Status Signalrauschen

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Stat. Rauschen
Anzeige	■ Inaktiv ■ Erstelle Baseline ■ Verifiziere Baseline ■ Verifiziere Baseline fällt aus

- Überwachung
- Außerhalb des Bereichs
- Überwachung inaktiv

Aktuelles Baseline-Rauschen

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Akt. Rauschen
Beschreibung	Aktuelles Rauschen (Standardabweichung) des Rohsignals.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Obere Grenze Baseline-Rauschen



Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Ob. Gr. Rauschen
Beschreibung	Oberer Grenzwert für das Rauschen des Rohsignals. Wenn das Rauschen oberhalb dieser Grenze liegt, ist die SSD inaktiv. Hinweis: Dieser Parameter sollte nicht größer sein als "Signalrauschen maximaler Wert".
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Kontrolllinie Baseline-Rauschen

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Kontr. Rauschen
Beschreibung	Eingelerntes Rauschen des Rohsignals
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Untere Grenze Baseline-Rauschen



Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Unt. Gr. Rausch.
Beschreibung	Unterer Grenzwert für das Rauschen des Rohsignals. Wenn das Rauschen unterhalb dieser Grenze liegt, ist die SSD inaktiv. Hinweis: Dieser Parameter sollte nicht kleiner sein als "Signalrauschen minimaler Wert".

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Minimales Baseline-Rauschen



Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Min. Baseline-R.

Beschreibung Mindestwert des Signalrauschens.
Unterhalb dieses Wertes lässt sich die SSD nicht aktivieren.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Signalrauschen minimaler Wert

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Min. Rauschwert

Beschreibung Minimales gemessenes Signalrauschen während der Lernphase.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Signalrauschen maximaler Wert

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Überwachung → Max. Rauschwert

Beschreibung Maximales gemessenes Signalrauschen während der Lernphase.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

SSD Überwachung Verzögerungszeit



Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Diagnoseeinstel. → SSD Verzög.

Eingabe 0 ... 86 400 s

900 Ereigniskategorie

Navigation   Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Diagnoseeinstel. → 900Ereigniskateg.

Beschreibung Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

900 Diagnoseverhalten

Navigation   Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Diagnoseeinstel. → 900 Diagnoseverh.

Beschreibung Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag":
Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Warnung":
Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).
Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Warnung
- Nur Logbucheintrag

SSD Bereichsüberwachung Verzögerungszeit

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Diagnoseeinstel. → SSD Verz.zeit

Eingabe 0 ... 604 800 s

906 Ereigniskategorie

Navigation   Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Diagnoseeinstel. → 906Ereigniskateg.

Beschreibung Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl	■ Ausfall (F) ■ Funktionskontrolle (C) ■ Außerhalb der Spezifikation (S) ■ Wartungsbedarf (M) ■ Kein Einfluss (N)
----------------	---

SSD: Statistische Sensordiagnose

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag → Aktiv./Deaktiv. → Stat. Sens. Diag
Beschreibung	SSD aktivieren oder deaktivieren. Nach Wahl von "Deaktivieren" findet keine statistische Sensordiagnose statt. Es werden keine Diagnosemeldungen ausgegeben.
Auswahl	■ Deaktivieren ■ Aktivieren

Ich habe die Warnhinweise gelesen.

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Konfiguration → Warnhinweise
Beschreibung	Die Charakterisierung der Versorgungsschleife erfordert die zwischenzeitliche Erzeugung eines Ausgangsstroms von 4 mA und 20 mA. Daher das Gerät während der Initialisierung der Signalkreisdiagnose nicht in einer aktiven Stromschleife verwenden.
Auswahl	Ja

Baseline Status

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Konfiguration → Baseline Status
Beschreibung	"Fehlgeschlagen" Bedeutet, dass keine Baseline vorhanden oder eine Erstellung nicht möglich ist. "Erfolg" Bedeutet, eine Baseline ist vorhanden.
Anzeige	■ Fehlgeschlagen ■ Erfolg

Baseline-Erstellungsprozess

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Konfiguration → Baseline-Erstel.
Anzeige	0 ... 100 %

Zeitstempel Baseline

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Konfiguration → Zeitstempel BL
Beschreibung	Zeitstempel, wann die Baseline aufgenommen wurde (Strom-Spannungs-Kennlinie). Zu diesem Zeitpunkt wurde die obere Klemmenspannung (U1) bei 4 mA und die untere Klemmenspannung (U2) bei 20 mA ermittelt.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Widerstand Baseline

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Konfiguration → Widerstand BL
Beschreibung	Zeigt den Widerstandswert der Baseline (Steigung der Strom-Spannungs-Kennlinie).

Anzeige Positive Gleitkommazahl

Versorgungsspannung Baseline

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Konfiguration → Spannung BL

Beschreibung Zeigt den Stützpunkt der Baseline (Spannung an dem Punkt an dem die Strom-Spannungs-Kennlinie gebildet wird).

Anzeige 0,0 ... 50,0 V

Zeitstempel vorherige Baseline

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Konfiguration → Zeitst. vorh. BL

Beschreibung Zeitstempel, wann die vorherige Baseline aufgenommen wurde (Strom-Spannungs-Kennlinie).
Zu diesem Zeitpunkt wurde die obere Klemmenspannung (U1) bei 4 mA und die untere Klemmenspannung (U2) bei 20 mA ermittelt.

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Widerstand vorherige Baseline

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Konfiguration → Widerst. vor. BL

Beschreibung Zeigt den Widerstandswert der vorherigen Baseline (Steigung der vorherigen Strom-Spannungs-Kennlinie).

Anzeige Positive Gleitkommazahl

Versorgungsspannung vorherige Baseline

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Konfiguration → Spannung vor. BL

Beschreibung Zeigt den Stützpunkt der vorherigen Baseline (Spannung an dem Punkt an dem die vorherige Strom-Spannungs-Kennlinie gebildet wurde).

Anzeige 0,0 ... 50,0 V

Erlaubte Abweichung +/-



Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Überwachung → Erlaub Abweich.

Beschreibung Der Wert sollte groß genug gewählt werden, dass normale Spannungsschwankungen nicht zu einer unerwünschten Ereignismeldung führen.

Werkseinstellung
1,5 V DC

Eingabe 0,5 ... 3,0 V

806 Ereignisverzögerung



Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Diagnoseeinstel. → 806 Ereignisverz

Beschreibung Zeigt die Dauer, in welcher der auslösende Status anliegen muss, bis eine Ereignismeldung erfolgt.
Wird verwendet, um kurzfristige Signalinterferenzen auszuschließen.

Eingabe 0 ... 60 s

806 Ereigniskategorie



Navigation   Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Diagnoseeinstel. → 806Ereigniskateg.

Beschreibung Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

806 Diagnoseverhalten


Navigation	Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Diagnoseeinstel. → 806 Diagnoseverh.
Beschreibung	Ereignisverhalten wählen "Nur Logbucheintrag": Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung. "Warnung": Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung). Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.
Auswahl	■ Warnung ■ Nur Logbucheintrag

Loop-Diagnose


Navigation	Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Aktiv./Deaktiv. → Loop-Diagnose
Beschreibung	Loop-Diagnose aktivieren oder deaktivieren. Hinweis: Bei deaktivierter Funktion findet keine Analyse und keine Ereignismeldung statt.
Auswahl	■ Deaktivieren ■ Aktivieren

500 Prozessalarm Druck


Navigation	Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → 500 Druck
Beschreibung	Festlegen, ob die benutzerdefinierten Druckgrenzen festgelegt werden sollen. Bei Wahl von "Aus" findet keine Analyse und somit auch keine Ereignismeldung statt.

Auswahl	■ Aus ■ An
----------------	---

Untere Grenze


Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → Untere Grenze
Beschreibung	Bereich einstellen. Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt. Es gibt keine Hysterese.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Obere Grenze


Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → Obere Grenze
Beschreibung	Bereich einstellen. Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt. Es gibt keine Hysterese.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Zähler Grenzunterschreit. Benutzer Pmin

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → Zähler < P Benu.
Beschreibung	Zählt, wie oft der Wert die vom Benutzer definierten Mindestwerte unterschritten hat. Benutzerdefinierte Mindestwerte werden im Menü Diagnose/Diagnoseeinstellungen/Eigenschaften angezeigt.
Anzeige	0 ... 65 535

Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Pmax

Navigation	 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → Zähler > P Benu.
Beschreibung	Zählt, wie oft der Wert die vom Benutzer festgelegten Höchstwerte überschreitet. Benutzerdefinierte Höchstwerte werden im Menü Diagnose/Diagnoseeinstellungen/Eigenschaften angezeigt.

Anzeige 0 ... 65 535

500 Diagnoseverhalten



Navigation   Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → 500 Diagnoseverh.

Beschreibung Ereignisverhalten wählen
"Nur Logbucheintrag":
Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung
"Warnung":
Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).
"Alarm":
Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an.
Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Aus
- Alarm
- Warnung
- Nur Logbucheintrag

500 Ereigniskategorie



Navigation   Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → 500Ereigniskateg.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

501 Prozessalarm skalierte Variable



Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → 501 Skal.Variable

Beschreibung Festlegen, ob die benutzerdefinierten Grenzen festgelegt werden sollen. Bei Wahl von "Aus" findet keine Analyse und somit auch keine Ereignismeldung statt.

- Auswahl**
- Aus
 - An

Untere Grenze



Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → Untere Grenze

Beschreibung Bereich einstellen.
Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt.
Es gibt keine Hysterese.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Obere Grenze



Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → Obere Grenze

Beschreibung Bereich einstellen.
Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt.
Es gibt keine Hysterese.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

501 Diagnoseverhalten



Navigation   Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich → 501 Diagnoseverh.

Beschreibung Ereignisverhalten wählen
"Nur Logbucheintrag":
Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung
"Warnung":
Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).
"Alarm":
Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an.
Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

- Auswahl**
- Aus
 - Alarm
 - Warnung
 - Nur Logbucheintrag

501 Ereigniskategorie



Navigation

 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Druckbereich
→ 501Ereigniskateg.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

Nutzerdefinierte Warnung Temperatur



Navigation

 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Temperaturber. → War-
nung Temp.

Beschreibung

Festlegen, ob die benutzerdefinierten Sensortemperaturgrenzen festgelegt werden sollen.
Bei "Aus" findet keine Analyse und somit auch keine Ereignismeldung statt.

Auswahl

- Aus
- An

Untere Grenze



Navigation

 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Temperaturber. → Untere
Grenze

Beschreibung

Bereich einstellen.
Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt.
Es gibt keine Hysterese.

Eingabe

-50 ... 150 °C

Obere Grenze



Navigation

 Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Temperaturber. → Obere
Grenze

Beschreibung

Bereich einstellen.
Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt.
Es gibt keine Hysterese.

Eingabe -50 ... 150 °C

Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmin

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Temperaturber. → Zähler < T Benu.

Anzeige 0 ... 65 535

Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmax

Navigation  Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Temperaturber. → Zähler > T Benu.

Anzeige 0 ... 65 535

502 Diagnoseverhalten

Navigation   Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Temperaturber. → 502 Diagnoseverh.

Beschreibung Ereignisverhalten wählen
 "Nur Logbucheintrag":
 Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung
 "Warnung":
 Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).
 "Alarm":
 Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an.
 Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Aus
- Alarm
- Warnung
- Nur Logbucheintrag

502 Ereigniskategorie



Navigation

Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Prozessfenster → Temperaturber.
→ 502Ereigniskateg.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

3.2.3 Assistent "Sicherheitsmodus"

Navigation Benutzerführung → Sicherheitsmodus

Assistent "Vorbereitung"

Navigation Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung

Ich habe die Warnhinweise gelesen.

Navigation

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Warnhinweise

Beschreibung

- Vor der Verwendung des Assistenten das Handbuch zur funktionalen Sicherheit oder die WHG Dokumentation lesen.
- Im Assistenten werden die sicherheitsrelevanten Einstellungen der Parameter angezeigt.
- Der Anwender muss die Richtigkeit dieser Einstellungen bestätigen.
- Durch das Anklicken der Schaltfläche "Beenden" am Ende des Assistenten wird das Messgerät sicherheitsverriegelt.
- Eine Dokumentation der sicherheitsrelevanten Einstellungen der Parameter kann am Ende des Assistenten erzeugt werden.
- Wenn das Messgerät sicherheitsverriegelt ist, dann kann es mittels dieses Assistenten entriegelt werden.
- Wenn der Assistent abgebrochen wird, dann wird der Verriegelungszustand nicht geändert!

Auswahl

Ja

Assistent "Vorbereitung"

Navigation  Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung

Sicherheitsentriegelungscode eingeben

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Freischaltcode
Beschreibung	Der Sicherheits-Verriegelungs- und -Entriegelungscode kann im zugehörigen Handbuch zur Funktionalen Sicherheit oder der WHG Dokumentation nachgeschlagen werden.
Eingabe	0 ... 65 535

Status Verriegelung

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Status Verrieg.
Beschreibung	Anzeige des aktiven Schreibschutzes.
Anzeige	■ Hardware-verriegelt ■ Sicherheitsverriegelt ■ Vorübergehend verriegelt
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i> Wenn mehrere Schreibschutzarten aktiv sind, wird auf der Vor-Ort-Anzeige der Schreibschutz mit der höchsten Priorität angezeigt. Im Bedientool hingegen werden alle aktiven Schreibschutzarten angezeigt.  Detaillierte Angaben zu den Zugriffsrechten: Betriebsanleitung zum Gerät, Kapitel "Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte" und "Bedienphilosophie".

*Auswahl**Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"*

Optionen	Beschreibung
Keine	Es gelten die Zugriffsrechte, die in Parameter Zugriffsrechte Anzeige angezeigt werden. Erscheint nur auf der Vor-Ort-Anzeige.
Hardware-verriegelt	Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt (z. B. über Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool).
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z. B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

Assistent "Vorbereitung"

Navigation  Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung

Wdh.-Prüfung per Bluetooth erlaubt?

Navigation  Benutzerführung → Sicher.verriegel → Vorbereitung → BLE Wdh.-Prüfung

Beschreibung Nach Vervollständigen des Sicherheitsmodus-Assistenten wird das Gerät mit Hilfe der Software-Verriegelung schreibgeschützt.
 Um die Wiederholungsprüfung per Assistent durchzuführen (optional), muss das Gerät nicht entriegelt werden.
 Es muss festgelegt werden, ob eine Wiederholungsprüfung per Assistent via Bluetooth möglich sein soll.

Auswahl

- Nein
- Ja

Assistent "Vorbereitung"

Navigation  Benutzerführung → Sicher.verriegel → Vorbereitung

Sicherheitsverriegelungscode eingeben

Navigation  Benutzerführung → Sicher.verriegel → Vorbereitung → Sicherheitscode

Beschreibung Verriegelungscode eingeben, um die SIL/WHG-Verriegelungssequenz zu starten.

Eingabe 0 ... 65 535

Zusätzliche Information **Verriegelungscodes**

- WHG: 7450
- SIL: 7452
- SIL und WHG: 7454

Assistent "Vorbereitung"

Navigation  Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung

Testzeichenfolge

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Testzeichenfolge
Beschreibung	Folgende Zeichenkette wird angezeigt: 0123456789+,-,. Den Parameter "Bestätigen" auf "Ja" setzen, wenn die Zeichenkette richtig dargestellt wird. Den Parameter "Bestätigen" auf "Nein" setzen, wenn die Zeichenkette nicht richtig dargestellt wird. In diesem Fall ist keine Sicherheitsverriegelung möglich.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Bestätigen

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Bestätigen
Beschreibung	Folgende Zeichenkette wird angezeigt: 0123456789+,-,. Den Parameter "Bestätigen" auf "Ja" setzen, wenn die Zeichenkette richtig dargestellt wird. Den Parameter "Bestätigen" auf "Nein" setzen, wenn die Zeichenkette nicht richtig dargestellt wird. In diesem Fall ist keine Sicherheitsverriegelung möglich.
Auswahl	■ Nein ■ Ja

Assistent "Vorbereitung"


Navigation  Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung

Messstellenkennzeichnung

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Messstellenkenn.
Beschreibung	Anzeige der eindeutigen Bezeichnung für die Messstelle, um sie innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können. ie wird in der Kopfzeile angezeigt.
Anzeige	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /).

Zusätzliche Information

Anzeige



1 Position des Kopfzeilentexts auf der Anzeige

A0029422

Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.

Gerätename	
Navigation	 Benutz器führung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Gerätename
Beschreibung	Anzeige des Namens des Messumformers. Er befindet sich auch auf dem Typenschild des Messumformers.
Anzeige	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben oder Zahlen.

Seriennummer		
Navigation	 Benutz器führung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Seriennummer	
Beschreibung	Anzeige der Seriennummer des Messgeräts.  Befindet sich auch auf dem Typenschild von Messaufnehmer und -umformer.	
Anzeige	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i>  Nützliche Einsatzgebiete der Seriennummer ■ Um das Messgerät schnell zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser. ■ Um gezielt Informationen zum Messgerät mithilfe des Device Viewer zu erhalten: www.endress.com/deviceviewer	

Firmware-Version	
Navigation	 Benutz器führung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Firmware-Version
Beschreibung	Anzeige der installierten Gerätefirmware-Version.
Anzeige	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz

Zusätzliche Information*Anzeige*

Die Firmware-Version befindet sich auch auf:

- Der Titelseite der Anleitung
- Dem Messumformer-Typenschild

Hardware-Version**Navigation**

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Hardware-Version

Anzeige

Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Bestätigen**Navigation**

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Bestätigen

Beschreibung

Bestätigen, dass man mit dem richtigen Gerät verbunden ist.

Auswahl

- Nein
- Ja

Assistent "Vorbereitung"*Navigation*

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung

CRC Gerätekonfiguration**Navigation**

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → CRC Gerätekonf.

Beschreibung

CRC Gerätekonfiguration basierend auf den aktuell sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen.
Kann verwendet werden, um Änderungen in den sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen zu erkennen.

Anzeige

0 ... 65 535

Gespeicherte CRC Gerätekonfiguration

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Gesp. CRC Konf.
Beschreibung	Gespeicherter CRC nach der letzten Sicherheitsverriegelung. Werksauslieferung ist 65535 bedeutet, dass das Gerät noch nicht sicherheitsverriegelt wurde.
Anzeige	0 ... 65 535

Zeitstempel gespeicherte CRC Gerätekonf.

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Zeit gesp. CRC
Beschreibung	Gibt den Zeitstempel, wann der CRC letztmalig gespeichert wurde bzw. wann der Assistent für die Sicherheitsverriegelungs letztmalig durchgeführt wurde.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Betriebszeit

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Betriebszeit
Beschreibung	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.
Zusätzliche Information	Maximale Zeit: 9 999 d (~ 27 Jahre)

Konfigurationszähler

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Vorbereitung → Konfig.zähler
Beschreibung	Zeigt den Zählerstand für Änderungen von Geräteparametern. Zusatzinformation: - Wenn sich bei einem statischen Parameter der Wert während der Optimierung oder Konfiguration ändert, wird der Zähler um 1 erhöht. Dies unterstützt die Parameterversionsführung. - Bei gleichzeitiger Änderung mehrerer Parameter, z. B. durch Laden von Parametern in das Gerät aus einer externen Quelle wie z. B. FieldCare, kann der Zähler einen höheren Wert anzeigen. - Der Zähler kann nie zurückgesetzt werden und wird auch nach einem Geräte-Reset nicht auf einen Defaultwert zurückgestellt. Nach dem Zählerwert 65535 beginnt der Zähler wieder bei 1.
Anzeige	0 ... 65 535

Assistent "Bestätigung"

Navigation  Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung

Nullpunktverschiebung

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Nullpunktversch.
	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Nullpunktversch.
Beschreibung	Zugewiesener Wert für Nullabgleich durch Einbaulage.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

HP/LP tauschen

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → HP/LP tauschen
Beschreibung	Zugewiesene Einstellung Hochdruck / Niederdruck.
Anzeige	■ Nein ■ Ja

Dämpfung

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Dämpfung
Beschreibung	Zugewiesener Wert der Dämpfungskonstante.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Sensorverhalten Druckbereich

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Druckbereichverh
Beschreibung	Zugewiesene Einstellung Diagnoseverhalten beim über-/unterschreiten vom Messbereich.
Anzeige	■ Alarm ■ Warnung ■ Anmerkung ■ Special

Bestätigen**Navigation**

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Bestätigen



Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Bestätigen

Auswahl

- Nein
- Ja

Assistent "Bestätigung"*Navigation*

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung

Übertragungsfunktion Stromausgang**Navigation**

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Stromfunktion

Beschreibung

Zugewiesene Einstellung der Übertragungsfunktion des Stromausgangs.

HINWEIS

"Radizierend" ist nur bei Differenzdruckmessung möglich.

Anzeige

- Linear
- Radizierend

Schleichmengenunterdrückung**Navigation**

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Schleichm. unt.

Anzeige

Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Bestätigen**Navigation**

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Bestätigen

Auswahl

- Nein
- Ja

Assistent "Bestätigung"

Navigation  Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung

Messmodus Stromausgang

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Messmod. Ausg.
Beschreibung	Zugewiesene Einstellung welche Kurvenform des Stromausganges verwendet wird.
Anzeige	■ Standard ■ Invertiert ■ Bi-direktional

Fehlerverhalten Stromausgang

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Fehlerverhaltn
Beschreibung	Zugewiesener Wert vom Ausgangsstrom im Fehlerfall.
Anzeige	■ Min. ■ Max.

Strombereich Ausgang

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Strombereich
Beschreibung	Zugewiesene Einstellung welcher Strombereich der Messwertübertragung verwendet wird.
Anzeige	■ 4...20 mA (4...20.5 mA) ■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) ■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) ■ Kundenspezifisch

Messbereichsanfang Ausgang

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Messanf. Ausg
Beschreibung	Zugewiesener Wert 4 mA.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Messbereichsende Ausgang

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Messende Ausg
Beschreibung	Zugewiesener Wert 20 mA.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Zuordnung PV

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Zuordnung PV
Beschreibung	Identifiziert die mit dem PV verknüpfte Prozessvariable. Der PV wird für den Stromausgang verwendet.
Anzeige	■ Druck ■ Skalierte Variable

Bestätigen



Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Bestätigen
Auswahl	■ Nein ■ Ja

Assistent "Bestätigung"

Navigation  Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung

Nullpunktverschiebung

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Nullpunktversch.
Beschreibung	Zugewiesener Wert für Nullabgleich durch Einbaulage.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Bestätigen

**Navigation**

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Bestätigung → Bestätigen

Auswahl

- Nein
- Ja

Assistent "Verriegelung"*Navigation*

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Verriegelung

Sicherheitsverriegelungscode eingeben

**Navigation**

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Verriegelung → Sicherheitscode

Beschreibung

Verriegelungscode eingeben, um die SIL/WHG-Verriegelungssequenz zu starten.

Eingabe

0 ... 65 535

Zusätzliche Information**Verriegelungscode**

- WHG: 7450
- SIL: 7452
- SIL und WHG: 7454

Status Verriegelung

Navigation

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Verriegelung → Status Verrieg.

Beschreibung

Anzeige des aktiven Schreibschutzes.

Anzeige

- Hardware-verriegelt
- Sicherheitsverriegelt
- Vorübergehend verriegelt

Zusätzliche Information*Anzeige*

Wenn mehrere Schreibschutzarten aktiv sind, wird auf der Vor-Ort-Anzeige der Schreibschutz mit der höchsten Priorität angezeigt. Im Bedientool hingegen werden alle aktiven Schreibschutzarten angezeigt.



Detaillierte Angaben zu den Zugriffsrechten: Betriebsanleitung zum Gerät, Kapitel "Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte" und "Bedienphilosophie".

*Auswahl**Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"*

Optionen	Beschreibung
Keine	Es gelten die Zugriffsrechte, die in Parameter Zugriffsrechte Anzeige angezeigt werden. Erscheint nur auf der Vor-Ort-Anzeige.
Hardware-verriegelt	Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt (z. B. über Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool).
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z. B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

Protokoll abspeichern?**Navigation**

Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Verriegelung → Protokoll absp?

Beschreibung

Der Bericht kann abgespeichert und archiviert werden.

Auswahl

- Nein
- Ja

Assistent "Beenden"*Navigation*

Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden

Prüfer**Navigation**

Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Prüfer



Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Ergebnis → Prüfer

Beschreibung

Der eingegebene Prüfurname wird im Report aufgeführt.

Eingabe

Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (96)

Ort

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Ort
	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Ergebnis → Ort
Beschreibung	Der eingegebene Wert wird in den Bericht angezeigt.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (96)

Datum/Zeit

Navigation	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Ergebnis → Datum/Zeit
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Bemerkungen

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Bemerkungen
	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Ergebnis → Bemerkungen
Beschreibung	Der eingegebene Wert wird in den Bericht angezeigt.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (255)

Anlagenbetreiber

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Anlagenbetreiber
	 Benutzerführung → Sicherheitsmodus → Ergebnis → Anlagenbetreiber
Beschreibung	Der eingegebene Wert wird in den Bericht angezeigt.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (96)

3.2.4 Assistent "Wiederholungsprüfung"

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr.

Assistent "Vorbereitung der Wiederholungsprüfung"

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung

Ich habe die Warnhinweise gelesen.

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Warnhinweise
Beschreibung	Verlust der Prozesssicherheit, wenn das sicherheitsbezogene Ausgangssignal 4 bis 20 mA während der Prüfung benutzt wird. - Handbuch zur funktionalen Sicherheit oder WHG Dokumentation lesen. - Das sicherheitsbezogene Ausgangssignal 4 bis 20 mA während der Prüfung nicht für die Schutzeinrichtung nutzen. - Die Prozesssicherheit muss während der Prüfung durch geeignete Maßnahmen gewährleistet werden.
Auswahl	Ja

Assistent "Vorbereitung der Wiederholungsprüfung"

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung

Sichtkontrolle

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Sichtkontrolle
Beschreibung	Die visuelle Prüfung kann folgendes enthalten: - Kabelverschraubung - Verdrahtung - Klemmenblock - Gehäuse / Gehäusedeckel - Mechanische und elektrische Installation Weitere Informationen dem Handbuch für funktionale Sicherheit oder der WHG Dokumentation entnehmen.
Auswahl	■ Bitte auswählen ■ Nicht bestanden ■ Bestanden

Bemerkungen


Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Bemerkungen
Beschreibung	Der eingegebene Wert wird in den Bericht angezeigt.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (255)

Assistent "Vorbereitung der Wiederholungsprüfung"

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung

Messstellenkennzeichnung

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Messstellenkenn.
Beschreibung	Anzeige der eindeutigen Bezeichnung für die Messstelle, um sie innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können. ie wird in der Kopfzeile angezeigt.
Anzeige	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /).
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i>



A0029422

1 Position des Kopfzeilentexts auf der Anzeige

Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.

Gerätename

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Geräteiname
Beschreibung	Anzeige des Namens des Messumformers. Er befindet sich auch auf dem Typenschild des Messumformers.
Anzeige	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben oder Zahlen.

Seriennummer 	
Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Seriennummer
Beschreibung	Anzeige der Seriennummer des Messgeräts.  Befindet sich auch auf dem Typenschild von Messaufnehmer und -umformer.
Anzeige	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i>  Nützliche Einsatzgebiete der Seriennummer ▪ Um das Messgerät schnell zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser. ▪ Um gezielt Informationen zum Messgerät mithilfe des Device Viewer zu erhalten: www.endress.com/deviceviewer
Firmware-Version	
Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Firmware-Version
Beschreibung	Anzeige der installierten Gerätefirmware-Version.
Anzeige	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i>  Die Firmware-Version befindet sich auch auf: ▪ Der Titelseite der Anleitung ▪ Dem Messumformer-Typenschild
Hardware-Version	
Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Hardware-Version
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Assistent "Vorbereitung der Wiederholungsprüfung"

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung

CRC Gerätekonfiguration

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → CRC Gerätekonf.
Beschreibung	CRC Gerätekonfiguration basierend auf den aktuell sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen. Kann verwendet werden, um Änderungen in den sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen zu erkennen.
Anzeige	0 ... 65 535

Gespeicherte CRC Gerätekonfiguration

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Gesp. CRC Konf.
Beschreibung	Gespeicherter CRC nach der letzten Sicherheitsverriegelung. Werksauslieferung ist 65535 bedeutet, dass das Gerät noch nicht sicherheitsverriegelt wurde.
Anzeige	0 ... 65 535

Zeitstempel gespeicherte CRC Gerätekonf.

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Zeit gesp. CRC
Beschreibung	Gibt den Zeitstempel, wann der CRC letztmalig gespeichert wurde bzw. wann der Assistent für die Sicherheitsverriegelung letztmalig durchgeführt wurde.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Betriebszeit

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Betriebszeit
Beschreibung	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.
Zusätzliche Information	Maximale Zeit: 9 999 d (≈ 27 Jahre)

Konfigurationszähler

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Konfig.zähler
Beschreibung	Zeigt den Zählerstand für Änderungen von Geräteparametern. Zusatzinformation: - Wenn sich bei einem statischen Parameter der Wert während der Optimierung oder Konfiguration ändert, wird der Zähler um 1 erhöht. Dies unterstützt die Parameterversionsführung. - Bei gleichzeitiger Änderung mehrerer Parameter, z. B. durch Laden von Parametern in das Gerät aus einer externen Quelle wie z. B. FieldCare, kann der Zähler einen höheren Wert anzeigen. - Der Zähler kann nie zurückgesetzt werden und wird auch nach einem Geräte-Reset nicht auf einen Defaultwert zurückgestellt. Nach dem Zählerwert 65535 beginnt der Zähler wieder bei 1.
Anzeige	0 ... 65 535

Assistent "Vorbereitung der Wiederholungsprüfung"

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung

Auswahl des Prüfablaufs

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Auswahl Prüfabl.
Beschreibung	Die Wiederholungsprüfung des Geräts kann wie folgt durchgeführt werden: Prüfablauf A mit Assistenten (PTC > 90%): - Min- und Max-Alarmstrom simulieren und prüfen. - Unteren und oberen Messwert anfahren und prüfen. - Sicherheitsfunktion bestätigen. Prüfablauf B mit Assistenten (PTC > 50%): - Aktuelle Messwert durch Plausibilitätsprüfung verifizieren. - Min- und Max-Alarmstrom simulieren und prüfen. - Sicherheitsfunktion bestätigen. Für zusätzliche Prüfabläufe ohne Assistenten bitte das Handbuch zur funktionalen Sicherheit verwenden.
Auswahl	■ Bitte auswählen ■ Prüfablauf A ■ Prüfablauf B

Sicherheitsfunktion?

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Vor. der Prüfung → Sicherheitsf.?

Auswahl

- Bitte auswählen
- MAX-Überwachung
- MIN-Überwachung
- Bereichsüberwachung

Assistent "Simulation und Prüfung Alarmstrom"

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Simulation

Fehlerstrom (high alarm)

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Simulation → Fehlerstrom (high alarm)

Beschreibung Aktuell eingestellter Wert für oberen Fehlerstrom.

Anzeige 21,5 ... 23 mA

Bestätigen

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Simulation → Bestätigen

Beschreibung Bestätigen, dass der angezeigte Wert dem eingestellten maximalen Fehlerstrom entspricht.

Auswahl

- Bitte auswählen
- Nein
- Ja

(High) Sicherheitsfunktion ausgelöst?

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Simulation → (High) Ausgelöst?

Beschreibung Bestätigen, dass der Ausgangsstrom die erforderliche Sicherheitsfunktion auslöst.

Auswahl Ja

Klemmenstrom (Max Alarm)

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Simulation → Klemmenstr.(Max)

Beschreibung Intern rückgelesener Klemmenstrom (High-Alarm).

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Bestätigen

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Simulation → Bestätigen

Beschreibung Bestätigen, dass der rückgelesene angezeigte Wert dem gestellten Max Fehlerstrom innerhalb der Toleranz $\pm 0,32\text{mA}$ entspricht.

Auswahl

- Bitte auswählen
- Nein
- Ja

(Low) Sicherheitsfunktion ausgelöst?

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Simulation → (Low) Ausgelöst?

Beschreibung Bestätigen, dass der Ausgangsstrom die erforderliche Sicherheitsfunktion auslöst.

Auswahl Ja

Assistent "Wiederholungsprüfung"

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Wiederholungspr.

Sollwert 1

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Wiederholungspr. → Sollwert 1

Beschreibung Referenzdruck für oberen Messbereich vorgeben.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Druck 1

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Wiederholungspr. → Druck 1
Beschreibung	Ausgang Druck
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Klemmenstrom 1

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Wiederholungspr. → Klemmenstrom 1
Beschreibung	Klemmenstrom für oberen Messbereich.
Anzeige	0 ... 30 mA

Stromabweichung 1

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Wiederholungspr. → Stromabw. 1
Beschreibung	Entscheiden, ob der Klemmenstrom zum vorgegeben Druck des oberen Messbereichs innerhalb der Toleranz liegt
Auswahl	■ Bitte auswählen ■ Nicht bestanden ■ Bestanden

Sollwert 2

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Wiederholungspr. → Sollwert 2
Beschreibung	Referenzdruck für unteren Messbereich vorgeben.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Druck 2

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Wiederholungspr. → Druck 2
Beschreibung	Ausgang Druck
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Klemmenstrom 2

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Wiederholungspr. → Klemmenstrom 2
Beschreibung	Klemmenstrom für unteren Messbereich.
Anzeige	0 ... 30 mA

Stromabweichung 2

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Wiederholungspr. → Stromabw. 2
Beschreibung	Entscheiden, ob der Klemmenstrom zum vorgegeben Druck des unteren Messbereichs innerhalb der Toleranz liegt
Auswahl	■ Bitte auswählen ■ Nicht bestanden ■ Bestanden

Assistent "Beenden"

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden

Aktive Diagnose

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Aktive Diagnose
Voraussetzung	Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.
Beschreibung	Anzeige der aktuell aufgetretenen Diagnosemeldung. Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt.
Anzeige	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i>  Weitere anstehende Diagnosemeldungen lassen sich in Untermenü Diagnoseliste anzeigen. <i>Beispiel</i> Zum Anzeigeformat:  F271 Hauptelektronik-Fehler

Zusammenfassung

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Zusammenfassung

Anzeige

- Bestanden
- Nicht bestanden
- Unbekannt

Entscheidung des Prüfers

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Entsch. des Pr.

Beschreibung Verantwortlich für die Bewertung der Wiederholungsprüfung ist der Prüfer. Die angezeigte Zusammenfassung ist kein verbindlicher Prüfentscheid.

Auswahl

- Bitte auswählen
- Nicht bestanden
- Bestanden

Prüfer

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Prüfer

Beschreibung Der eingegebene Prüfername wird im Report aufgeführt.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (96)

Ort

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Ort

Beschreibung Der eingegebene Wert wird in den Bericht angezeigt.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (96)

Datum/Uhrzeit Proof Test

Navigation  Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Datum/Uhrzeit

Beschreibung Dieser Wert wird bei jedem Proof-Test und mit der Prüfer-Bestätigung "Bestanden" aktualisiert.

Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen
----------------	---

Bemerkungen

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Bemerkungen
-------------------	--

Beschreibung	Der eingegebene Wert wird in den Bericht angezeigt.
---------------------	---

Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (255)
----------------	---

Anlagenbetreiber

Navigation	 Benutzerführung → Wiederholungspr. → Beenden → Anlagenbetreiber
-------------------	---

Beschreibung	Der eingegebene Wert wird in den Bericht angezeigt.
---------------------	---

Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (96)
----------------	--

3.3 Menü "Diagnose"

Navigation  Diagnose

3.3.1 Untermenü "Aktive Diagnose"

Navigation  Diagnose → Aktive Diagnose

Aktive Diagnose

Navigation	  Diagnose → Aktive Diagnose → Aktive Diagnose
Voraussetzung	Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.
Beschreibung	Anzeige der aktuell aufgetretenen Diagnosemeldung. Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt.
Anzeige	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i>  Weitere anstehende Diagnosemeldungen lassen sich in Untermenü Diagnoseliste anzeigen. <i>Beispiel</i> Zum Anzeigeformat:  F271 Hauptelektronik-Fehler

Zeitstempel

Navigation	  Diagnose → Aktive Diagnose → Zeitstempel
Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit, zu der die aktuelle Diagnosemeldung aufgetreten ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i>  Die Diagnosemeldung lässt sich über Parameter Aktuelle Diagnose (→  104) anzeigen. <i>Beispiel</i> Zum Anzeigeformat: 24d12h13m00s

Letzte Diagnose

Navigation	 Diagnose → Aktive Diagnose → Letzte Diagnose
Voraussetzung	Zwei Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten.
Beschreibung	Anzeige der vor der aktuellen Meldung zuletzt aufgetretenen Diagnosemeldung.
Anzeige	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i>  Via Vor-Ort-Anzeige: Behebungsmaßnahme und Zeitstempel zur Ursache der Diagnosemeldung sind über die -Taste abrufbar. <i>Beispiel</i> Zum Anzeigeformat:  F271 Hauptelektronik-Fehler

Zeitstempel

Navigation	 Diagnose → Aktive Diagnose → Zeitstempel
Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit, zu der die Diagnosemeldung vor der aktuellen Diagnosemeldung zuletzt aufgetreten ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i>  Die Diagnosemeldung lässt sich über Parameter Letzte Diagnose (→  108) anzeigen. <i>Beispiel</i> Zum Anzeigeformat: 24d12h13m00s

Betriebszeit ab Neustart

Navigation	 Diagnose → Aktive Diagnose → Zeit ab Neustart
Beschreibung	Zeigt die Betriebszeit, die seit dem letzten Geräteneustart vergangen ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Betriebszeit

Navigation	 Diagnose → Aktive Diagnose → Betriebszeit
Beschreibung	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.
Zusätzliche Information	Maximale Zeit: 9 999 d (≈ 27 Jahre)

3.3.2 Untermenü "Ereignislogbuch"

Navigation  Diagnose → Ereignislogbuch

Filteroptionen

Navigation	 Diagnose → Ereignislogbuch → Filteroptionen
Beschreibung	Auswahl der Kategorie, deren Ereignismeldungen in der Ereignisliste des Bedientools angezeigt werden.
Auswahl	■ Alle ■ Ausfall (F) ■ Funktionskontrolle (C) ■ Außerhalb der Spezifikation (S) ■ Wartungsbedarf (M) ■ Information (I) ■ Nicht kategorisiert
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i>  Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert: ■ F = Failure ■ C = Function Check ■ S = Out of Specification ■ M = Maintenance Required

Ereignisliste löschen



Navigation	 Diagnose → Ereignislogbuch → Ereign. löschen
Beschreibung	Auswahl zur Bearbeitung der aktuellen Werte im Ereignis-Logbuch.
Auswahl	■ Abbrechen ■ Daten löschen

Zusätzliche Information*Beschreibung*

Nach der Ausführung dieser Funktion ist die Ereignis-Liste leer und alle Ereignisse sind gelöscht.



Es ist möglich die Ereignis-Liste über ein Bedientool (z. B. FieldCare) zu exportieren.

3.3.3 Untermenü "Minimale/Maximale-Werte"*Navigation*

Diagnose → Min/Max-Werte

Druck min**Navigation**

Diagnose → Min/Max-Werte → Druck min

Beschreibung

Minimal oder maximal vom Gerät gemessener Wert.

Anzeige

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Zähler Grenzüberschreitung Sensor Pmin**Navigation**

Diagnose → Min/Max-Werte → Zähler P < Pmin

Beschreibung

Zählt, wie oft der Wert die sensorspezifischen Mindestwerte unterschreitet.
Die sensorspezifischen Mindestwerte werden im Menü Anwendung/Sensor angezeigt.

Anzeige

0 ... 65 535

Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Pmin**Navigation**

Diagnose → Min/Max-Werte → Zähler < P Benu.

Beschreibung

Zählt, wie oft der Wert die vom Benutzer definierten Mindestwerte unterschritten hat.
Benutzerdefinierte Mindestwerte werden im Menü Diagnose/Diagnoseeinstellungen/
Eigenschaften angezeigt.

Anzeige

0 ... 65 535

Minimale Sensortemperatur

Navigation  Diagnose → Min/Max-Werte → Min. Sensortemp.

Beschreibung Minimal oder maximal vom Gerät gemessener Wert.
Benutzer können diesen Wert nicht zurücksetzen.

Anzeige -273,15 ... 9726,85 °C

Zähler Grenzüberschreitung Sensor Tmin

Navigation  Diagnose → Min/Max-Werte → Zähler T < Tmin

Beschreibung Zählt, wie oft der Wert die sensorspezifischen Mindestwerte/Maximalwerte unterschreitet/überschreitet.
Die sensorspezifischen Mindestwerte/Maximalwerte werden im Menü Anwendung/Sensor angezeigt.

Anzeige 0 ... 65535

Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmin

Navigation  Diagnose → Min/Max-Werte → Zähler < T Benu.

Anzeige 0 ... 65535

Minimale Klemmenspannung

Navigation  Diagnose → Min/Max-Werte → Min. Klemmenspg.

Beschreibung Minimale oder maximale gemessene Klemmenspannung (Versorgung).

Anzeige 0,0 ... 50,0 V

Minimale Elektroniktemperatur

Navigation  Diagnose → Min/Max-Werte → Min.Elekt.r.temp.

Beschreibung Minimale oder maximale gemessene Temperatur der Hauptelektronik.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Rücksetzen Zähler benutzer P und T



Navigation  Diagnose → Min/Max-Werte → Rück Zähler P T

Auswahl

- Abbrechen
- Bestätigen

Druck max

Navigation  Diagnose → Min/Max-Werte → Druck max

Beschreibung Minimal oder maximal vom Gerät gemessener Wert.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Zähler Grenzüberschreitung Sensor Pmax

Navigation  Diagnose → Min/Max-Werte → Zähler P > Pmax

Beschreibung Zählt, wie oft der Wert die sensorspezifischen Höchstwerte überschreitet. Sensorspezifische Höchstwerte werden im Menü Anwendung/Sensor angezeigt.

Anzeige 0 ... 65 535

Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Pmax

Navigation  Diagnose → Min/Max-Werte → Zähler > P Benu.

Beschreibung Zählt, wie oft der Wert die vom Benutzer festgelegten Höchstwerte überschreitet. Benutzerdefinierte Höchstwerte werden im Menü Diagnose/Diagnoseeinstellungen/Eigenschaften angezeigt.

Anzeige 0 ... 65 535

Maximale Sensortemperatur

Navigation  Diagnose → Min/Max-Werte → Max. Sensortemp.

Beschreibung Minimal oder maximal vom Gerät gemessener Wert. Benutzer können diesen Wert nicht zurücksetzen.

Anzeige -273,15 ... 9 726,85 °C

Zähler Grenzüberschreitung Sensor Tmax

Navigation	  Diagnose → Min/Max-Werte → Zähler T > Tmax
Beschreibung	Zählt, wie oft der Wert die sensorspezifischen Mindestwerte/Maximalwerte unterschreitet/überschreitet. Die sensorspezifischen Mindestwerte/Maximalwerte werden im Menü Anwendung/Sensor angezeigt.
Anzeige	0 ... 65 535

Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmax

Navigation	  Diagnose → Min/Max-Werte → Zähler > T Benu.
Anzeige	0 ... 65 535

Maximale Klemmenspannung

Navigation	  Diagnose → Min/Max-Werte → Max. Klemmensp.
Beschreibung	Minimale oder maximale gemessene Klemmenspannung (Versorgung).
Anzeige	0,0 ... 50,0 V

Maximale Elektroniktemperatur

Navigation	  Diagnose → Min/Max-Werte → Max.Elektr.temp.
Beschreibung	Minimale oder maximale gemessene Temperatur der Hauptelektronik.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

3.3.4 Untermenü "Simulation"

Navigation  Diagnose → Simulation

Simulation

Navigation   Diagnose → Simulation → Simulation

Beschreibung Simuliert eine oder mehrere Prozessvariablen und/oder Ereignisse.

Warnung:

Die Ausgabe entspricht dem simulierten Wert oder Ereignis.

Auswahl

- Aus
- Stromausgang
- Simulation Diagnoseereignis
- Druck

Wert Simulation Druck

Navigation   Diagnose → Simulation → Druck

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Wert Stromausgang

Navigation   Diagnose → Simulation → Wert Stromausg

Beschreibung Legt den simulierten Wert des Ausgangsstroms fest.

Eingabe 3,59 ... 23 mA

Simulation Diagnoseereignis

Navigation   Diagnose → Simulation → Diagnoseereignis

Beschreibung Auswahl eines Diagnoseereignisses für die Simulation, die dadurch aktiviert wird.

Auswahl

- Aus
- Auswahlliste Diagnoseereignisse (abhängig von der ausgewählten Kategorie)

Zusätzliche Information*Beschreibung*

Für die Simulation stehen die zugehörigen Diagnoseereignisse der im Parameter **Kategorie Diagnoseereignis** ausgewählten Kategorie zur Auswahl.

3.3.5 Untermenü "Heartbeat Technology"*Navigation*

Diagnose → Heartbeat Techn.

Untermenü "Heartbeat Verification"*Navigation*

Diagnose → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif.

Datum/Zeit Heartbeat Verification**Navigation**

Diagnose → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Datum/Zeit Heartbeat Verification

Beschreibung

Datum und Uhrzeit der letzten Heartbeat-Verifizierung.

Dieser Wert wird bei jeder Heartbeat-Verifizierung aktualisiert.

Notiz:

Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, z.B. Die Heartbeat-Überprüfung wird vom Display aus gestartet, '-----' wird angezeigt.

Anzeige

Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Betriebszeit (Verifizierung)**Navigation**

Diagnose → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Betriebszeit

Anzeige

Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Verifizierungsergebnis**Navigation**

Diagnose → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Verifiz.ergebnis

Anzeige

- Nicht ausgeführt
- Bestanden
- Nicht ausgeführt
- Nicht bestanden

Status	
Navigation	 Diagnose → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Status
Beschreibung	Zeigt aktuellen Stand der Verifikation an.
Anzeige	■ Ausgeführt ■ In Arbeit ■ Nicht bestanden ■ Nicht ausgeführt
Untermenü "Loop-Diagnose"	
<i>Navigation</i>	 Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose
Baseline neu erstellen 	
Navigation	 Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Baseline neu
Beschreibung	Hinweis Der Stromausgang wird simuliert. SPS überbrücken oder andere geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine irrtümliche Auslösung von Alarmmeldungen oder Änderungen im Regelkreisverhalten zu verhindern. Die Baseline sollte neu eingelernt werden, wenn geplante Änderungen in der Schleife vorgenommen wurden.
Auswahl	■ Nein ■ Ja
Erlaubte Abweichung +/- 	
Navigation	 Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Erlaub Abweich.
Beschreibung	Der Wert sollte groß genug gewählt werden, dass normale Spannungsschwankungen nicht zu einer unerwünschten Ereignismeldung führen. Werkseinstellung 1,5 V DC
Eingabe	0,5 ... 3,0 V

Baseline Status

Navigation	 Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Baseline Status
Beschreibung	"Fehlgeschlagen" Bedeutet, dass keine Baseline vorhanden oder eine Erstellung nicht möglich ist. "Erfolg" Bedeutet, eine Baseline ist vorhanden.
Anzeige	■ Fehlgeschlagen ■ Erfolg

Loop-Diagnose



Navigation	 Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Loop-Diagnose
Beschreibung	Loop-Diagnose aktivieren oder deaktivieren. Hinweis: Bei deaktivierter Funktion findet keine Analyse und keine Ereignismeldung statt.
Auswahl	■ Deaktivieren ■ Aktivieren

Klemmenspannung 1

Navigation	 Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Klemmenspg. 1
Beschreibung	Zeigt aktuelle Klemmenspannung, die am Ausgang anliegt
Anzeige	0,0 ... 50,0 V

Untere Schwelle Klemmenspannung

Navigation	 Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Untere Schwelle
Anzeige	0,0 ... 50,0 V

Obere Schwelle Klemmenspannung

Navigation	 Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Obere Schwelle
Anzeige	0,0 ... 50,0 V

806 Ereignisverzögerung**Navigation**

 Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → 806 Ereignisverz

Beschreibung

Zeigt die Dauer, in welcher der auslösende Status anliegen muss, bis eine Ereignismeldung erfolgt.
Wird verwendet, um kurzfristige Signalinterferenzen auszuschließen.

Eingabe

0 ... 60 s

Untermenü "Statistische Sensordiagnose"

Navigation



Diagnose → Heartbeat Techn. → SSD

SSD: Statistische Sensordiagnose**Navigation**

 Diagnose → Heartbeat Techn. → SSD → Stat. Sens. Diag

Beschreibung

SSD aktivieren oder deaktivieren.

Nach Wahl von "Deaktivieren" findet keine statistische Sensordiagnose statt. Es werden keine Diagnosemeldungen ausgegeben.

Auswahl

- Deaktivieren
- Aktivieren

Systemstatus**Navigation**

 Diagnose → Heartbeat Techn. → SSD → Systemstatus

Anzeige

- Inaktiv
- Signalrauschen zu klein
- Stabil
- Nicht stabil
- Systemdynamik prüfen
- Prozessdynamik zu hoch

Signalstatus

Navigation  Diagnose → Heartbeat Techn. → SSD → Signalstatus

Anzeige

- Inaktiv
- Erstelle Baseline
- Verifiziere Baseline
- Verifiziere Baseline fällt aus
- Überwachung
- Außerhalb des Bereichs
- Überwachung inaktiv

Status Signalrauschen

Navigation  Diagnose → Heartbeat Techn. → SSD → Stat. Rauschen

Anzeige

- Inaktiv
- Erstelle Baseline
- Verifiziere Baseline
- Verifiziere Baseline fällt aus
- Überwachung
- Außerhalb des Bereichs
- Überwachung inaktiv

Zähler Baselineerstellung SSD

Navigation  Diagnose → Heartbeat Techn. → SSD → Zähler Baseline

Beschreibung Gibt an, wie oft die Baseline neu erstellt wurde.

Anzeige Positive Ganzzahl

3.3.6 Untermenü "Diagnoseeinstellungen"

Navigation  Diagnose → Diagnoseeinstel.

Untermenü "Eigenschaften"

Navigation  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften

SSD Bereichsüberwachung Verzögerungszeit

Navigation  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → SSD Verz.zeit

Eingabe 0 ... 604800 s

SSD Überwachung Verzögerungszeit

Navigation  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → SSD Verzög.

Eingabe 0 ... 86400 s

500 Prozessalarm Druck

Navigation  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → 500 Druck

Beschreibung Festlegen, ob die benutzerdefinierten Druckgrenzen festgelegt werden sollen. Bei Wahl von "Aus" findet keine Analyse und somit auch keine Ereignismeldung statt.

Auswahl

- Aus
- An

Untere Grenze

Navigation  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → Untere Grenze

Beschreibung Bereich einstellen.
Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt.
Es gibt keine Hysterese.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Obere Grenze**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → Obere Grenze

Beschreibung

Bereich einstellen.

Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt. Es gibt keine Hysterese.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

501 Prozessalarm skalierte Variable**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → 501 Skal.Variable

Beschreibung

Festlegen, ob die benutzerdefinierten Grenzen festgelegt werden sollen. Bei Wahl von "Aus" findet keine Analyse und somit auch keine Ereignismeldung statt.

Auswahl

- Aus
- An

Untere Grenze**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → Untere Grenze

Beschreibung

Bereich einstellen.

Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt. Es gibt keine Hysterese.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Obere Grenze**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → Obere Grenze

Beschreibung

Bereich einstellen.

Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt. Es gibt keine Hysterese.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Nutzerdefinierte Warnung Temperatur

**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → Warnung Temp.

Beschreibung

Festlegen, ob die benutzerdefinierten Sensortemperaturgrenzen festgelegt werden sollen.
Bei "Aus" findet keine Analyse und somit auch keine Ereignismeldung statt.

Auswahl

- Aus
- An

Untere Grenze

**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → Untere Grenze

Beschreibung

Bereich einstellen.
Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt.
Es gibt keine Hysterese.

Eingabe

-50 ... 150 °C

Obere Grenze

**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → Obere Grenze

Beschreibung

Bereich einstellen.
Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt.
Es gibt keine Hysterese.

Eingabe

-50 ... 150 °C

806 Diagnoseverhalten

**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → 806 Diagnoseverh.

Beschreibung

Ereignisverhalten wählen
"Nur Logbucheintrag":
Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.
"Warnung":
Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).
Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Warnung
- Nur Logbucheintrag

806 Ereigniskategorie

Navigation  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → 806Ereigniskateg.

Beschreibung Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

806 Ereignisverzögerung

Navigation  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → 806 Ereignisverz

Beschreibung Zeigt die Dauer, in welcher der auslösende Status anliegen muss, bis eine Ereignismeldung erfolgt.
Wird verwendet, um kurzfristige Signalinterferenzen auszuschließen.

Eingabe 0 ... 60 s

Untermenü "Konfiguration"

Navigation  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Konfiguration

500 Diagnoseverhalten

Navigation  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Konfiguration → 500 Diagnoseverh.

Beschreibung Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag":
Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung

"Warnung":
Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).

"Alarm":
Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an.

Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

- Auswahl**
- Aus
 - Alarm
 - Warnung
 - Nur Logbucheintrag

500 Ereigniskategorie


Navigation Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Konfiguration → 500Ereigniskateg.

- Auswahl**
- Ausfall (F)
 - Funktionskontrolle (C)
 - Außerhalb der Spezifikation (S)
 - Wartungsbedarf (M)
 - Kein Einfluss (N)

501 Diagnoseverhalten


Navigation Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Konfiguration → 501 Diagnose-verh.

Beschreibung

Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag":
Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung

"Warnung":
Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).

"Alarm":
Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an.

Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

- Auswahl**
- Aus
 - Alarm
 - Warnung
 - Nur Logbucheintrag

501 Ereigniskategorie


Navigation Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Konfiguration → 501Ereigniskateg.

- Auswahl**
- Ausfall (F)
 - Funktionskontrolle (C)
 - Außerhalb der Spezifikation (S)
 - Wartungsbedarf (M)
 - Kein Einfluss (N)

502 Diagnoseverhalten**Navigation**

  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Konfiguration → 502 Diagnose-verh.

Beschreibung

Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag":

Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung

"Warnung":

Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).

"Alarm":

Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an.

Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Aus
- Alarm
- Warnung
- Nur Logbucheintrag

502 Ereigniskategorie**Navigation**

  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Konfiguration → 502Ereigniskateg.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

Untermenü "Prozess"*Navigation*

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess

806 Diagnoseverhalten**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 806 Diagnoseverh.

Beschreibung

Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag":

Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Warnung":

Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).

Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Warnung
- Nur Logbucheintrag

806 Ereigniskategorie**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 806Ereigniskateg.

Beschreibung

Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

822 Diagnoseverhalten**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 822 Diagnoseverh.

Anzeige

- Alarm
- Warnung
- Nur Logbucheintrag

822 Ereigniskategorie**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 822 Ereigniskateg.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

Sensorverhalten Druckbereich**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → Druckbereichverh

Beschreibung

Ereignisverhalten wählen

"Alarm":

Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an.

"Warnung":

Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).

"Nur Logbucheintrag":

Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Special":

– Unterschreitung der unteren Sensorgrenze: Stromausgang < 3,6 mA.

– Überschreitung der oberen Sensorgrenze: Stromausgang von 21 - 23 mA an, abhängig von der Einstellung.

Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, verschwindet die Warnmeldung.

Auswahl

- Alarm
- Warnung
- Nur Logbucheintrag
- Special

841 Ereigniskategorie**Navigation**

Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 841 Ereigniskateg.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

900 Ereigniskategorie


Navigation Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 900Ereigniskateg.

Beschreibung Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

900 Diagnoseverhalten


Navigation Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 900 Diagnoseverh.

Beschreibung Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag":
Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Warnung":
Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).
Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Warnung
- Nur Logbucheintrag

906 Diagnoseverhalten


Navigation Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 906 Diagnoseverh.

Beschreibung Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag":
Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Warnung":
Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).
Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Aus
- Warnung
- Nur Logbucheintrag

906 Ereigniskategorie**Navigation**

 Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 906Ereigniskateg.

Beschreibung

Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

Untermenü "Prozess"

Navigation



Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess

806 Diagnoseverhalten**Navigation**

 Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 806 Diagnoseverh.

Beschreibung

Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag":

Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Warnung":

Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).

Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Warnung
- Nur Logbucheintrag

806 Ereigniskategorie**Navigation**

 Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 806Ereigniskateg.

Beschreibung

Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

822 Diagnoseverhalten

Navigation	 Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 822 Diagnoseverh.
Anzeige	■ Alarm ■ Warnung ■ Nur Logbucheintrag

822 Ereigniskategorie



Navigation	 Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 822 Ereigniskateg.
Auswahl	■ Ausfall (F) ■ Funktionskontrolle (C) ■ Außerhalb der Spezifikation (S) ■ Wartungsbedarf (M) ■ Kein Einfluss (N)

Sensorverhalten Druckbereich



Navigation	 Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → Druckbereichverh
Beschreibung	Ereignisverhalten wählen "Alarm": Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an. "Warnung": Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung). "Nur Logbucheintrag": Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung. "Special": – Unterschreitung der unteren Sensorgrenze: Stromausgang < 3,6 mA. – Überschreitung der oberen Sensorgrenze: Stromausgang von 21 - 23 mA an, abhängig von der Einstellung. Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, verschwindet die Warnmeldung.
Auswahl	■ Alarm ■ Warnung ■ Nur Logbucheintrag ■ Special

841 Ereigniskategorie**Navigation**

 Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 841 Ereigniskateg.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

900 Ereigniskategorie**Navigation**

  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 900 Ereigniskateg.

Beschreibung

Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

900 Diagnoseverhalten**Navigation**

  Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 900 Diagnoseverh.

Beschreibung

Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag":

Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Warnung":

Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).

Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Warnung
- Nur Logbucheintrag

906 Diagnoseverhalten

**Navigation**

 Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 906 Diagnoseverh.

Beschreibung

Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag":

Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Warnung":

Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).

Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl

- Aus
- Warnung
- Nur Logbucheintrag

906 Ereigniskategorie

**Navigation**

 Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 906Ereigniskateg.

Beschreibung

Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

3.4 Menü "Applikation"

Navigation  Applikation

3.4.1 Untermenü "Maßeinheiten"

Navigation  Applikation → Maßeinheiten

Druckeinheit

Navigation   Applikation → Maßeinheiten → Druckeinheit

Auswahl	SI-Einheiten	US-Einheiten	Andere Einheiten
	■ MPa ■ kPa ■ Pa ■ bar ■ mbar ■ torr ■ atm ■ kgf/cm² ■ gf/cm²	psi	■ inH₂O ■ inH₂O (4°C) ■ mmH₂O ■ mmH₂O (4°C) ■ mH₂O ■ mH₂O (4°C) ■ ftH₂O ■ inHg ■ mmHg

Nachkommastellen Druck

Navigation  Applikation → Maßeinheiten → NKomma.St. Druck

Beschreibung Die Einstellung beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Gerätes.

Auswahl

- Automatisch
Die Nachkommastelle wird automatisch eingestellt.
Beispiel: Einheit mbar: eine Nachkommastelle; Einheit bar: vier Nachkommastellen
- x
- x.x
- x.xx
- x.xxx
- x.xxxx

Temperatureinheit

Navigation   Applikation → Maßeinheiten → Temperatureinh.

Beschreibung Auswahl der Einheit für die Temperatur.

Auswahl	SI-Einheiten	US-Einheiten
	■ °C	°F
	■ K	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land:	
	■ °C	
	■ °F	
Zusätzliche Information	Auswahl	

Skalierte Variable Einheit

Navigation	Applikation → Maßeinheiten → Skaliert Einheit
Beschreibung	"Frei text" bzw. erste Auswahlmöglichkeit auswählen, falls die gewünschte Einheit in der Auswahlliste nicht verfügbar ist. Es ist dann möglich, eine kundenspezifische Einheit in einem weiteren Parameter einzugeben.

Auswahl	SI-Einheiten	US-Einheiten	Imperial Einheiten
	■ % ■ mm ■ cm ■ m ■ l ■ hl ■ m³ ■ g ■ kg ■ t ■ g/s ■ kg/s ■ kg/min ■ kg/h ■ t/min ■ t/h ■ t/d ■ m³/s ■ m³/min ■ m³/h ■ m³/d ■ l/s ■ l/min ■ l/h ■ Nm³/h ■ Nm³/h ■ Sm³/s ■ Sm³/min ■ Sm³/h ■ Sm³/d ■ Nm³/s ■ g/cm³ ■ kg/m³ ■ Nm³/min ■ Nm³/d	■ ft ■ in ■ ft³ ■ gal (us) ■ bbl (us;oil) ■ oz ■ lb ■ STon ■ lb/s ■ lb/min ■ lb/h ■ STon/min ■ STon/h ■ STon/d ■ ft³/s ■ ft³/min ■ ft³/h ■ ft³/d ■ gal/s (us) ■ gal/min (us) ■ gal/h (us) ■ gal/d (us) ■ bbl/s (us;oil) ■ bbl/min (us;oil) ■ bbl/h (us;oil) ■ bbl/d (us;oil) ■ Sft³/min ■ Sft³/h ■ Sft³/d	■ gal (imp) ■ gal/s (imp) ■ gal/min (imp) ■ gal/h (imp)
	<i>Kundenspezifische Einheiten</i> Free text		

Freitext



Navigation  Applikation → Maßeinheiten → Freitext

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Nachkommastellen Skalierte Variable



Navigation  Applikation → Maßeinheiten → NKomma Skal. Var

Beschreibung This selection does not affect the measurement and calculation accuracy of the device.

- Auswahl
- x
 - x.x
 - x.xx
 - x.xxx
 - x.xxxx

3.4.2 Untermenü "Messwerte"

Navigation  Applikation → Messwerte

Sensor Druck

- Navigation   Applikation → Messwerte → Sensor Druck
- Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Druck

- Navigation   Applikation → Messwerte → Druck

Skalierte Variable

- Navigation   Applikation → Messwerte → Skal. Variable
- Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Sensortemperatur

- Navigation   Applikation → Messwerte → Sensortemp.
- Anzeige -273,15 ... 9 726,85 °C

Klemmenspannung 1

- Navigation   Applikation → Messwerte → Klemmenspg. 1
- Beschreibung Zeigt aktuelle Klemmenspannung, die am Ausgang anliegt

Anzeige 0,0 ... 50,0 V

Klemmenstrom

Navigation   Applikation → Messwerte → Klemmenstrom

Beschreibung Zeigt aktuell gemessenen Stromwert des Stromausgangs

Anzeige 0 ... 30 mA

Elektroniktemperatur

Navigation   Applikation → Messwerte → Elektroniktemp.

Beschreibung Zeigt die aktuelle Temperatur der Hauptelektronik an.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

3.4.3 Untermenü "Sensor"

Navigation  Applikation → Sensor

Untermenü "Grundeinstellungen"

Navigation  Applikation → Sensor → Grundeinstellg.

Übertragungsfunktion Stromausgang

Navigation   Applikation → Sensor → Grundeinstellg. → Stromfunktion

Beschreibung Linear
Für den Stromausgang wird das lineare Drucksignal verwendet. Die Durchflussberechnung muss in einer nachgeschalteten Einheit berechnet werden.

Radizierend - nur Differenzdruck
Für den Stromausgang wird das radizierende Durchflusssignal verwendet. Das Stromsignal "Radizierend" wird auf der Vor-Ort-Anzeige mit einem Wurzel-Symbol gekennzeichnet.

Anzeige

- Linear
- Radizierend *

Dämpfung**Navigation**

  Applikation → Sensor → Grundeinstellg. → Dämpfung

Beschreibung

Die Dämpfung wirkt bevor der Messwerts weiterverarbeitet wird, d.h. vor den folgenden Prozessen:

- Skalierung
- Grenzwertüberwachung
- Weiterleitung an Anzeige
- Weiterleitung an Analog Input Block

Hinweis:

Der Analog Input Block hat einen eigenen Parameter „Dämpfung“. In der Messkette darf nur einer der beiden Dämpfungsparameter einen anderen Wert als 0 haben. Ansonsten wird das Signal mehrfach gedämpft.

Eingabe

0 ... 999,0 s

Untermenü "Sensor Kalibrierung"

Navigation  Applikation → Sensor → Sensor Kalibr.

Nullabgleich**Navigation**

  Applikation → Sensor → Sensor Kalibr. → Nullabgleich

Beschreibung

Durch die Einbaulage des Messgeräts kann eine Druckverschiebung entstehen. Mit dem Nullabgleich kann die Druckverschiebung korrigiert werden.

Auswahl

- Nein
- Bestätigen

Lagesollwert**Navigation**

  Applikation → Sensor → Sensor Kalibr. → Lagesollwert

Voraussetzung

Absolutdrucksensor

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Beschreibung Wert eingeben um den der Messwert korrigiert werden soll, z. B. als Lagekorrektur für Absolutdrucksensoren.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Nullpunktverschiebung



Navigation  Applikation → Sensor → Sensor Kalibr. → Nullpunktversch.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Sensor Trim Reset



Navigation  Applikation → Sensor → Sensor Kalibr. → Sen.Trim Reset

Auswahl

- Nein
- Bestätigen

Unterer Sensortrim Messwert

Navigation  Applikation → Sensor → Sensor Kalibr. → UntererTrimMessw

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Unterer Sensortrim

**Navigation**

Applikation → Sensor → Sensor Kalibr. → Unt. Sensortrim

Beschreibung

Über diese beiden Parameter kann ein Sensor neu kalibriert werden, z. B. wenn der Sensor genau auf den Messbereich kalibriert werden soll. Die höchste Messgenauigkeit des Sensors wird erreicht, wenn der Wert für den Parameter "Unterer Sensortrim" so nah wie möglich am Wert für den "LRV" liegt und der Wert für den Parameter "Oberer Sensortrim" so nah wie möglich am Wert für das "URV" liegt.

Für den unteren und oberen Wert der Sensorkennlinie muss je ein bekannter Referenzdruck anliegen. Je genauer das Referenzmessgerät bei der Sensorkalibration ist, desto höher ist später die Messgenauigkeit des Drucktransmitters. Über die Parameter "Unterer Sensortrim" und "Oberer Sensortrim" wird dann dem anliegenden Druck ein neuer Wert zugeordnet.

Hinweis:

Eingegebener Wert darf maximal "Sensor Druck" +/- 10 % des erlaubten Maximaldrucks betragen (URL).

Eingabe wie folgt:

- Referenzdruck für "LRV" anlegen.
- Gemessener Referenzdruck im Feld "Unterer Sensortrim" eingeben und bestätigen.
- Referenzdruck für "URV" anlegen.
- Gemessener Referenzdruck im Feld "Oberer Sensortrim" eingeben und bestätigen.
- Die Kalibrierung des Sensors ist nun abgeschlossen.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Oberer Sensortrim Messwert

Navigation

Applikation → Sensor → Sensor Kalibr. → ObererTrimMessw

Anzeige

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

**Oberer Sensortrim****Navigation**

 Applikation → Sensor → Sensor Kalibr. → Ob. Sensortrim

Beschreibung

Über diese beiden Parameter kann ein Sensor neu kalibriert werden, z. B. wenn der Sensor genau auf den Messbereich kalibriert werden soll. Die höchste Messgenauigkeit des Sensors wird erreicht, wenn der Wert für den Parameter "Unterer Sensortrim" so nah wie möglich am Wert für den "LRV" liegt und der Wert für den Parameter "Oberer Sensortrim" so nah wie möglich am Wert für das "URV" liegt.

Für den unteren und oberen Wert der Sensorkennlinie muss je ein bekannter Referenzdruck anliegen. Je genauer das Referenzmessgerät bei der Sensorkalibration ist, desto höher ist später die Messgenauigkeit des Drucktransmitters. Über die Parameter "Unterer Sensortrim" und "Oberer Sensortrim" wird dann dem anliegenden Druck ein neuer Wert zugeordnet.

Hinweis:

Eingegebener Wert darf maximal "Sensor Druck" +/- 10 % des erlaubten Maximaldrucks betragen (URL).

Eingabe wie folgt:

- Referenzdruck für "LRV" anlegen.
- Gemessener Referenzdruck im Feld "Unterer Sensortrim" eingeben und bestätigen.
- Referenzdruck für "URV" anlegen.
- Gemessener Referenzdruck im Feld "Oberer Sensortrim" eingeben und bestätigen.
- Die Kalibrierung des Sensors ist nun abgeschlossen.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Untermenü "Sensorgrenzen"

Navigation  Applikation → Sensor → Sensorgrenzen

LRL Sensor**Navigation**

 Applikation → Sensor → Sensorgrenzen → LRL Sensor

Beschreibung

Gibt die untere Messgrenze des Sensors an.

Anzeige

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

URL Sensor**Navigation**

 Applikation → Sensor → Sensorgrenzen → URL Sensor

Beschreibung

Gibt die obere Messgrenze des Sensors an.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Minimale Spanne

Navigation  Applikation → Sensor → Sensorgrenzen → Minimale Spanne

Beschreibung Gibt die kleinstmögliche Messspanne des Sensors an.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Sensortemperatur untere Grenze

Navigation  Applikation → Sensor → Sensorgrenzen → Sens.Tmin Grenze

Anzeige -273,15 ... 9 726,85 °C

Sensortemperatur obere Grenze

Navigation  Applikation → Sensor → Sensorgrenzen → Sens.Tmax Grenze

Anzeige -273,15 ... 9 726,85 °C

Untermenü "Skalierte Variable"

Navigation  Applikation → Sensor → Skal. Variable

Zuordnung PV



Navigation   Applikation → Sensor → Skal. Variable → Zuordnung PV

Beschreibung Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur ersten dynamischen Variable (PV).

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable

Skalierte Variable Einheit

**Navigation**

Applikation → Sensor → Skal. Variable → Skaliert Einheit

Beschreibung

"Frei text" bzw. erste Auswahlmöglichkeit auswählen, falls die gewünschte Einheit in der Auswahlliste nicht verfügbar ist. Es ist dann möglich, eine kundenspezifische Einheit in einem weiteren Parameter einzugeben.

Auswahl*SI-Einheiten*

- %
- mm
- cm
- m
- l
- hl
- m³
- g
- kg
- t
- g/s
- kg/s
- kg/min
- kg/h
- t/min
- t/h
- t/d
- m³/s
- m³/min
- m³/h
- m³/d
- l/s
- l/min
- l/h
- Nm³/h
- NI/h
- Sm³/s
- Sm³/min
- Sm³/h
- Sm³/d
- Nm³/s
- g/cm³
- kg/m³
- Nm³/min
- Nm³/d

US-Einheiten

- ft
- in
- ft³
- gal (us)
- bbl (us;oil)
- oz
- lb
- STon
- lb/s
- lb/min
- lb/h
- STon/min
- STon/h
- STon/d
- ft³/s
- ft³/min
- ft³/h
- ft³/d
- gal/s (us)
- gal/min (us)
- gal/h (us)
- gal/d (us)
- bbl/s (us;oil)
- bbl/min (us;oil)
- bbl/h (us;oil)
- bbl/d (us;oil)
- Sft³/min
- Sft³/h
- Sft³/d

Imperial Einheiten

- gal (imp)
- gal/s (imp)
- gal/min (imp)
- gal/h (imp)

Kundenspezifische Einheiten

Free text

Freitext

**Navigation**

Applikation → Sensor → Skal. Variable → Freitext

Eingabe

Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Druck

Navigation  Applikation → Sensor → Skal. Variable → Druck

Übertragungsfunktion skalierte Variable

**Navigation**  Applikation → Sensor → Skal. Variable → SkaliertFunktion**Beschreibung**

"Linear"

Für den Ausgang wird das lineare Drucksignal verwendet. Die Durchflussberechnung muss in einer nachgeschalteten Einheit berechnet werden.

"Radizierend" (Deltabar)

Für den Ausgang wird das radizierende Durchflusssignal verwendet. Das Ausgangssignal "Radizierend" wird auf der Vor-Ort-Anzeige mit einem Wurzel-Symbol gekennzeichnet.

"Tabelle"

Der Ausgang wird definiert durch die eingegebene Tabelle skalierte Variabel / Druck.

Auswahl

- Linear
- Radizierend *
- Tabelle

Messbereichsanfang Ausgang

**Navigation**  Applikation → Sensor → Skal. Variable → Messanf. Ausg**Beschreibung**

Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Messbereichsende Ausgang

**Navigation**  Applikation → Sensor → Skal. Variable → Messende Ausg**Beschreibung**

Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Tabelle aktivieren 	
Navigation	 Applikation → Sensor → Skal. Variable → Tabelle akt.
Auswahl	■ Deaktivieren ■ Aktivieren
Druckwert 1 	
Navigation	  Applikation → Sensor → Skal. Variable → Druckwert 1
Beschreibung	Druck für den ersten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable Wert 1" zugeordnet.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Skalierte Variable Wert 1	
Navigation	  Applikation → Sensor → Skal. Variable → Skaliert 1
Beschreibung	Wert für den ersten Skalierungspunkt eingeben. Dieser Wert wird zugeordnet zu "Druckwert 1".
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Druckwert 2 	
Navigation	  Applikation → Sensor → Skal. Variable → Druckwert 2
Beschreibung	Druck für den zweiten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable Wert 2" zugeordnet.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Skalierte Variable Wert 2 	
Navigation	  Applikation → Sensor → Skal. Variable → Skaliert 2
Beschreibung	Wert für den zweiten Skalierungspunkt eingeben. Dieser Wert wird zugeordnet zu "Druckwert 2".
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Druck

**Navigation**

Applikation → Sensor → Skal. Variable → Druck

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Skalierte Variable

**Navigation**

Applikation → Sensor → Skal. Variable → Skal. Variable

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Untermenü "Nassabgleich"*Navigation*

Applikation → Sensor → Nassabgleich

Nullpunkt

**Navigation**

Applikation → Sensor → Nassabgleich → Nullpunkt

Auswahl

- Nein
- Bestätigen

Druckwert 1

**Navigation**

Applikation → Sensor → Nassabgleich → Druckwert 1

Beschreibung

Druck für den ersten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable Wert 1" zugeordnet.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Spanne

**Navigation**

Applikation → Sensor → Nassabgleich → Spanne

Auswahl

- Nein
- Bestätigen

Druckwert 2

Navigation	 Applikation → Sensor → Nassabgleich → Druckwert 2
Beschreibung	Druck für den zweiten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable Wert 2" zugeordnet.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Messbereichsanfang Ausgang

Navigation	 Applikation → Sensor → Nassabgleich → Messanf. Ausg
Beschreibung	Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Messbereichsende Ausgang

Navigation	 Applikation → Sensor → Nassabgleich → Messende Ausg
Beschreibung	Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Untermenü "Nassabgleich"

Navigation  Applikation → Sensor → Nassabgleich

Nullpunkt

Navigation	  Applikation → Sensor → Nassabgleich → Nullpunkt
Auswahl	■ Nein ■ Bestätigen

Druckwert 1

**Navigation**

Applikation → Sensor → Nassabgleich → Druckwert 1

Beschreibung

Druck für den ersten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable Wert 1" zugeordnet.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Spanne

**Navigation**

Applikation → Sensor → Nassabgleich → Spanne

Auswahl

- Nein
- Bestätigen

Druckwert 2

**Navigation**

Applikation → Sensor → Nassabgleich → Druckwert 2

Beschreibung

Druck für den zweiten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable Wert 2" zugeordnet.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Messbereichsanfang Ausgang

**Navigation**

Applikation → Sensor → Nassabgleich → Messanf. Ausg

Beschreibung

Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Messbereichsende Ausgang

**Navigation**

Applikation → Sensor → Nassabgleich → Messende Ausg

Beschreibung

Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

3.4.4 Untermenü "Stromausgang"

Navigation  Applikation → Stromausg.

Zuordnung PV

Navigation  Applikation → Stromausg. → Zuordnung PV

Beschreibung Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur ersten dynamischen Variable (PV).

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable

Messmodus Stromausgang

Navigation   Applikation → Stromausg. → Messmod. Ausg.

Beschreibung Kurvenform des Stromausganges auswählen.

Auswahl

- Standard
- Invertiert
- Bi-direktional

Strombereich Ausgang

Navigation   Applikation → Stromausg. → Strombereich

Beschreibung Legt fest, welcher Strombereich zum Übertragen des gemessenen oder berechneten Werts verwendet wird.
In Klammern sind "Unterer Sättigungswert" und "Oberer Sättigungswert" angegeben.
Wenn der Messwert $\leq$ "Unterer Sättigungswert" ist, dann wird der Ausgangsstrom auf den Wert "Unterer Sättigungswert" gesetzt.
Wenn der Messwert $\geq$ "Oberer Sättigungswert" ist, dann wird der Ausgangsstrom auf den Wert "Oberer Sättigungswert" gesetzt.

Hinweis:
Ströme unter 3,6 mA oder über 21,5 mA können benutzt werden, um ein Alarmsignal anzuzeigen.

- Auswahl**
- 4...20 mA (4...20.5 mA)
 - 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)
 - 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)

Messbereichsanfang Ausgang

Navigation   Applikation → Stromausg. → Messanf. Ausg

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Messbereichsende Ausgang

Navigation   Applikation → Stromausg. → Messende Ausg

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als "Prozessgröße Stromausgang" ausgewählt wurde, den zugehörigen Messbereichsanfang (4 mA) und Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Fehlerverhalten Stromausgang

Navigation   Applikation → Stromausg. → Fehlerverhaltn

Beschreibung Legt fest, welchen Wert der Ausgangsstrom im Fehlerfall annimmt.
Min: < 3.6 mA
Max: >21.5 mA

Achtung: Der Hardware DIP-Schalter für Alarmstrom hat Priorität über die Softwareeinstellung.

- Auswahl**
- Min.
 - Max.

Fehlerstrom

Navigation  Applikation → Stromausg. → Fehlerstrom

Beschreibung Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm eingeben

Eingabe 21,5 ... 23 mA

Ausgangsstrom

Navigation	 Applikation → Stromausg. → Ausgangsstrom
Beschreibung	Zeigt aktuell berechneten Stromwert des Stromausgangs
Anzeige	3,59 ... 23 mA

Klemmenstrom

Navigation	 Applikation → Stromausg. → Klemmenstrom
Beschreibung	Zeigt aktuell gemessenen Stromwert des Stromausgangs
Anzeige	0 ... 30 mA

4 mA-Trimmwert

Navigation	 Applikation → Stromausg. → 4 mA-Trimmwert
Beschreibung	Trimmwert für den 4mA-Stromausgang eingeben. Hinweis: Simulation muss aktiv sein.
Eingabe	3 ... 5 mA

20 mA-Trimmwert

Navigation	 Applikation → Stromausg. → 20 mA-Trimmwert
Beschreibung	Trimmwert eingeben für 20mA-Stromausgang. Hinweis: Simulation muss aktiv sein.
Eingabe	18 ... 22 mA

3.4.5 Untermenü "HART-Ausgang"

Navigation  Applikation → HART-Ausgang

Untermenü "Konfiguration"

Navigation  Applikation → HART-Ausgang → Konfiguration

HART-Adresse

Navigation	  Applikation → HART-Ausgang → Konfiguration → HART-Adresse
Beschreibung	HART-Adresse des Geräts definieren.
Eingabe	0 ... 63
Zusätzliche Information	■ Nur bei Adresse "0" ist eine Messwertübertragung über den Stromwert möglich. Bei allen anderen Adressen ist der Strom auf 4,0 mA fixiert (Multidrop-Modus). ■ Für ein System gemäß HART 5.0 sind nur Adressen 0 ... 15 erlaubt. ■ Für ein System ab HART 6.0 sind alle Adressen 0 ... 63 erlaubt.

HART-Kurzbeschreibung

Navigation	  Applikation → HART-Ausgang → Konfiguration → HART-Kurzbeschr.
Beschreibung	Definiert die Kurzbezeichnung der Messstelle. Maximale Länge: 8 Zeichen Erlaubte Zeichen: A-Z, 0-9, bestimmte Sonderzeichen
Eingabe	Max. 8 Zeichen: A...Z, 0...9 und bestimmte Sonderzeichen (z. B. Satzzeichen, @, %).

Messstellenkennzeichnung

Navigation	  Applikation → HART-Ausgang → Konfiguration → Messstellenkenn.
Beschreibung	Eine eindeutige Bezeichnung für die Messstelle eingeben, um sie innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Präambelanzahl

Navigation	 Applikation → HART-Ausgang → Konfiguration → Präambelanzahl
Beschreibung	Bestimmt die Präambelanzahl im HART-Telegramm
Eingabe	5 ... 20

Stromschleifenmodus

Navigation	 Applikation → HART-Ausgang → Konfiguration → Stromschl. Modus
Beschreibung	Wenn der Loop-Strommodus deaktiviert ist, wird der Multi-Drop-Kommunikationsmodus aktiviert. Multi-Drop ist ein digitaler HART-Modus, in dem mehrere Geräte die gleiche Verkabelung für Strom und Kommunikation teilen können. In diesem Modus ist der Ausgangsstrom fixiert.
Auswahl	■ Deaktivieren ■ Aktivieren

Untermenü "HART-Ausgang"

Navigation  Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang

Zuordnung PV

Navigation	 Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang → Zuordnung PV
Beschreibung	Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur ersten dynamischen Variable (PV).
Auswahl	■ Druck ■ Skalierte Variable

Erster Messwert (PV)

Navigation	 Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang → Erster Messw(PV)
Beschreibung	Zeigt ersten HART-Wert (PV).
Zusätzliche Information	

Zuordnung SV 	
Navigation	 Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang → Zuordnung SV
Beschreibung	Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur zweiten dynamischen Variable (SV).
Auswahl	■ Druck ■ Skalierte Variable ■ Sensortemperatur ■ Sensor Druck ■ Elektroniktemperatur ■ Klemmenstrom * ■ Klemmenspannung * ■ Median des Drucksignals * ■ Rauschen vom Drucksignal * ■ Signalrauschen erkannt * ■ Prozentbereich ■ Schleifenstrom ■ Unbenutzt
Zusätzliche Information	<i>Auswahl</i> ■ Option Sensor Druck Sensordruck ist das Rohsignal vom Sensor vor Dämpfung und Lagekorrektur. ■ Option Klemmenstrom Der Klemmenstrom ist der zurückgelesene Strom am Klemmenblock. ■ Option Signalrauschen erkannt 0 % - Signalrauschen befindet sich im zulässigen Bereich. 100 % - Signalrauschen befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs. ■ Option Schleifenstrom Der Schleifenstrom ist der Strom am Ausgang der durch den anliegenden Druck gesetzt wird.
Zweiter Messwert (SV) 	

Navigation	 Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang → Zweit. Messw(SV)
Beschreibung	Zeigt zweiten HART-Wert (SV).

Zuordnung TV 	
Navigation	 Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang → Zuordnung TV
Beschreibung	Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur dritten dynamischen Variable (TV).

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Klemmenstrom^{*}
- Klemmenspannung^{*}
- Median des Drucksignals^{*}
- Rauschen vom Drucksignal^{*}
- Signalrauschen erkannt^{*}
- Prozentbereich
- Schleifenstrom
- Unbenutzt

Zusätzliche Information*Auswahl*

- Option **Sensor Druck**
Sensordruck ist das Rohsignal vom Sensor vor Dämpfung und Lagekorrektur.
- Option **Klemmenstrom**
Der Klemmenstrom ist der zurückgelesene Strom am Klemmenblock.
- Option **Signalrauschen erkannt**
0 % - Signalrauschen befindet sich im zulässigen Bereich.
100 % - Signalrauschen befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs.
- Option **Schleifenstrom**
Der Schleifenstrom ist der Strom am Ausgang der durch den anliegenden Druck gesetzt wird.

Dritter Messwert (TV)**Navigation**

 Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang → Dritt. Messw(TV)

Beschreibung

Zeigt dritten HART-Wert (TV).

Zuordnung QV**Navigation**

  Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang → Zuordnung QV

Beschreibung

Auswahl für die Zuordnung einer Messgröße (HART-Gerätevariable) zur vierten dynamischen Variable (QV).

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Klemmenstrom^{*}
- Klemmenspannung^{*}
- Median des Drucksignals^{*}
- Rauschen vom Drucksignal^{*}

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

- Signalrauschen erkannt *
- Prozentbereich
- Schleifenstrom
- Unbenutzt

Zusätzliche Information*Auswahl*

- Option **Sensor Druck**
Sensordruck ist das Rohsignal vom Sensor vor Dämpfung und Lagekorrektur.
- Option **Klemmenstrom**
Der Klemmenstrom ist der zurückgelesene Strom am Klemmenblock.
- Option **Signalrauschen erkannt**
0 % - Signalrauschen befindet sich im zulässigen Bereich.
100 % - Signalrauschen befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs.
- Option **Schleifenstrom**
Der Schleifenstrom ist der Strom am Ausgang der durch den anliegenden Druck gesetzt wird.

Vierter Messwert (QV)

Navigation
 Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang → Viert. Messw(QV)
Beschreibung

Zeigt vierten HART-Wert (QV).

Untermenü "Burst-Konfiguration 1"
Navigation  Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1

Burst-Modus 1

**Navigation**
 Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Burst-Modus 1
Beschreibung

Auswahl zur Aktivierung des HART-Burst-Modus für die Burst-Nachricht X.

Auswahl

- Aus
Das Messgerät sendet nur auf Anfrage eines HART-Masters Daten.
- An
Das Messgerät sendet ohne Anforderung regelmäßig Daten.

Zusätzliche Information*Auswahl*

- Aus
Das Messgerät sendet nur auf Anfrage eines HART-Masters Daten.
- An
Das Messgerät sendet ohne Anforderung regelmäßig Daten.

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Burst-Kommando 1**Navigation**

Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Burst-Kommando 1

Beschreibung

Auswahl des HART-Kommandos, das zum HART-Master gesendet wird.

Auswahl

- Erster Messwert (PV)
- Schleifenstrom und PV % Bereich
- Dynamische Variablen
- Gerätevariablen mit Status
- Gerätevariablen
- Zusätzlicher Gerätestatus

Zusätzliche Information*Auswahl*

- Kommando 1
Auslesen der primären Variable.
- Kommando 2
Auslesen des Stroms und des Hauptmesswerts in Prozent.
- Kommando 3
Auslesen der dynamischen HART-Variablen und des Stroms.
- Kommando 9
Auslesen der dynamischen HART-Variablen einschließlich des zugehörigen Status.
- Kommando 33
Auslesen der dynamischen HART-Variablen einschließlich der zugehörigen Einheit.
- Kommando 48
Auslesen der kompletten Gerätediagnose.

Option "Kommando 33"

Die HART-Gerätevariablen werden über Kommando 107 festgelegt.

Kommandos

- Informationen zu den festgelegten Einzelheiten der Kommandos: HART-Spezifikationen
- Die Messgrößen (HART-Gerätevariablen) werden den dynamischen Variablen im Untermenü **Ausgang** zugeordnet.

Burst-Variable 0**Navigation**

Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 0

Beschreibung

Bei HART-Kommando 9 und 33: Auswahl der HART-Gerätevariable oder der Prozessgröße.

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Gemessener Strom *
- Klemmenspannung 1 *

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

- Median des Drucksignals^{*}
- Rauschen vom Drucksignal^{*}
- Signalrauschen erkannt^{*}
- Prozentbereich
- Gemessener Strom
- Erster Messwert (PV)
- Zweiter Messwert (SV)
- Dritter Messwert (TV)
- Vierter Messwert (QV)
- Unbenutzt

Zusätzliche Information

Auswahl

Wenn kein Burst-Telegramm konfiguriert wird, dann wird die Option **Unbenutzt** gesetzt.

Burst-Variable 1

Navigation

Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 1

Beschreibung

Bei HART-Kommando 9 und 33: Auswahl der HART-Gerätevariable oder der Prozessgröße.

Auswahl

Siehe Parameter **Burst-Variable 0** (→ 157).

Burst-Variable 2

Navigation

Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 2

Beschreibung

Bei HART-Kommando 9 und 33: Auswahl der HART-Gerätevariable oder der Prozessgröße.

Auswahl

Siehe Parameter **Burst-Variable 0** (→ 157).

Burst-Variable 3

Navigation

Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 3

Beschreibung

Bei HART-Kommando 9 und 33: Auswahl der HART-Gerätevariable oder der Prozessgröße.

Auswahl

Siehe Parameter **Burst-Variable 0** (→ 157).

*

Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Burst-Variable 4



Navigation  Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 4

Beschreibung Bei HART-Kommando 9: Auswahl der HART-Gerätevariable oder der Prozessgröße.

Auswahl Siehe Parameter **Burst-Variable 0** (→  157).

Burst-Variable 5



Navigation  Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 5

Beschreibung Bei HART-Kommando 9: Auswahl der HART-Gerätevariable oder der Prozessgröße.

Auswahl Siehe Parameter **Burst-Variable 0** (→  157).

Burst-Variable 6



Navigation  Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 6

Beschreibung Bei HART-Kommando 9: Auswahl der HART-Gerätevariable oder der Prozessgröße.

Auswahl Siehe Parameter **Burst-Variable 0** (→  157).

Burst-Variable 7



Navigation  Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 7

Beschreibung Bei HART-Kommando 9: Auswahl der HART-Gerätevariable oder der Prozessgröße.

Auswahl Siehe Parameter **Burst-Variable 0** (→  157).

Burst-Triggermodus



Navigation  Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Triggermodus

Beschreibung Auswahl des Ereignisses, das die Burst- Nachricht X auslöst.

Auswahl

- Kontinuierlich
- Bereich *
- Überschreitung *
- Unterschreitung *
- Änderung

Zusätzliche Information*Auswahl*

- Kontinuierlich
Die Nachricht wird kontinuierlich gesendet, mindestens im Abstand der vorgegebenen Zeitspanne im Parameter **Burst min Zeitspanne** (→  160).
- Bereich
Die Nachricht wird gesendet, wenn sich der festgelegte Messwert um den Wert im Parameter **Burst-Triggerwert** (→  160) verändert hat.
- Überschreitung
Die Nachricht wird gesendet, wenn der festgelegte Messwert den Wert im Parameter **Burst-Triggerwert** (→  160) überschreitet.
- Unterschreitung
Die Nachricht wird gesendet, wenn der festgelegte Messwert den Wert im Parameter **Burst-Triggerwert** (→  160) unterschreitet.
- Änderung
Die Nachricht wird gesendet, wenn sich ein Messwert in der Burstnachricht verändert.

Burst-Triggerwert**Navigation**

 Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Triggerwert

Beschreibung

Eingabe des Burst-Triggerwertes.

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Zusätzliche Information*Beschreibung*

Der Burst-Triggerwert bestimmt zusammen mit der im Parameter **Burst-Triggermodus** (→  159) ausgewählten Option den Zeitpunkt der Burst-Nachricht X.

Min. Updatezeit**Navigation**

 Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Min.Updatezeit

Beschreibung

Eingabe der minimalen Zeitspanne zwischen zwei Burst-Kommandos der Burst-Nachricht X.

Eingabe

Positive Ganzzahl

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Max. Updatezeit**Navigation**

Applikation → HART-Ausgang → Burst-Konfig. 1 → Max.Updatezeit

Beschreibung

Eingabe der maximalen Zeitspanne zwischen zwei Burst-Kommandos der Burst-Nachricht X.

Eingabe

Positive Ganzzahl

Untermenü "Information"*Navigation*

Applikation → HART-Ausgang → Information

Geräte-ID**Navigation**

Applikation → HART-Ausgang → Information → Geräte-ID

Beschreibung

Anzeige der Geräte-ID (Device ID) zur Identifizierung des Messgeräts in einem HART-Netzwerk.

Anzeige

6-stellige Hexadezimalzahl

Zusätzliche Information*Beschreibung*

Die Geräte-ID ist neben Gerätetyp und Hersteller-ID ein Teil der eindeutigen Geräteerkennung (Unique ID). Durch die Geräteerkennung wird jedes HART-Gerät eindeutig identifiziert.

Gerätetyp**Navigation**

Applikation → HART-Ausgang → Information → Gerätetyp

Beschreibung

Anzeige des Gerätetyps (Device type), mit dem das Messgerät bei der HART Communication Foundation registriert ist.

Anzeige

2-stellige Hexadezimalzahl

Werkseinstellung

0x54

Werkseinstellung

0x5A

Zusätzliche Information*Beschreibung*

Der Gerätetyp wird vom Hersteller vergeben. Er wird benötigt, um dem Gerät die passende Gerätebeschreibungsdatei (DD) zuzuordnen.

Gerätrevision

Navigation	  Applikation → HART-Ausgang → Information → Gerätrevision
Beschreibung	Anzeige der Gerätrevision (Device Revision), mit der das Gerät bei der HART Communication Foundation registriert ist.
Anzeige	2-stellige Hexadezimalzahl
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i>  Die Gerätrevision wird benötigt, um dem Gerät die passende Gerätebeschreibungsdatei (DD) zuzuordnen.

HART-Kurzbeschreibung



Navigation	  Applikation → HART-Ausgang → Information → HART-Kurzbeschr.
Beschreibung	Definiert die Kurzbezeichnung der Messstelle. Maximale Länge: 8 Zeichen Erlaubte Zeichen: A-Z, 0-9, bestimmte Sonderzeichen
Eingabe	Max. 8 Zeichen: A...Z, 0...9 und bestimmte Sonderzeichen (z. B. Satzzeichen, @, %).

HART-Revision

Navigation	  Applikation → HART-Ausgang → Information → HART-Revision
Beschreibung	Zeigt HART-Revision des Geräts.

HART-Beschreibung



Navigation	  Applikation → HART-Ausgang → Information → HART-Beschr.
Beschreibung	Beschreibung für die Messstelle.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)

HART-Nachricht



Navigation	Applikation → HART-Ausgang → Information → HART-Nachricht
Beschreibung	HART-Nachricht, die auf Anforderung vom Master über das HART-Protokoll verschickt wird.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

HART-Datum



Navigation	Applikation → HART-Ausgang → Information → HART-Datum
Beschreibung	Datum der letzten Konfigurationsänderung
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (10)
Zusätzliche Information	Datumsformat: JJJJ-MM-TT Dieses Format ist bei der Eingabe unbedingt zu beachten. Ansonsten kann es zu Fehlern bei einzelnen HART-Kommandos kommen.

3.5 Menü "System"

Navigation  System

3.5.1 Untermenü "Geräteverwaltung"

Navigation  System → Geräteverwaltung

Messstellenkennzeichnung

Navigation	 System → Geräteverwaltung → Messstellenkenn.
Beschreibung	Eine eindeutige Bezeichnung für die Messstelle eingeben, um sie innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Status Verriegelung

Navigation	 System → Geräteverwaltung → Status Verrieg.
Beschreibung	Anzeige des aktiven Schreibschutzes.
Anzeige	■ Hardware-verriegelt ■ Sicherheitsverriegelt ■ Vorübergehend verriegelt
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i> Wenn mehrere Schreibschutzarten aktiv sind, wird auf der Vor-Ort-Anzeige der Schreibschutz mit der höchsten Priorität angezeigt. Im Bedientool hingegen werden alle aktiven Schreibschutzarten angezeigt.  Detaillierte Angaben zu den Zugriffsrechten: Betriebsanleitung zum Gerät, Kapitel "Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte" und "Bedienphilosophie". <i>Auswahl</i>

Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"

Optionen	Beschreibung
Keine	Es gelten die Zugriffsrechte, die in Parameter Zugriffsrechte Anzeige angezeigt werden. Erscheint nur auf der Vor-Ort-Anzeige.
Hardware-verriegelt	Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt (z. B. über Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool).
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z. B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

Konfigurationszähler

Navigation	  System → Geräteverwaltung → Konfig.zähler
Beschreibung	Zeigt den Zählerstand für Änderungen von Geräteparametern. Zusatzinformation: - Wenn sich bei einem statischen Parameter der Wert während der Optimierung oder Konfiguration ändert, wird der Zähler um 1 erhöht. Dies unterstützt die Parameterversionsführung. - Bei gleichzeitiger Änderung mehrerer Parameter, z. B. durch Laden von Parametern in das Gerät aus einer externen Quelle wie z. B. FieldCare, kann der Zähler einen höheren Wert anzeigen. - Der Zähler kann nie zurückgesetzt werden und wird auch nach einem Geräte-Reset nicht auf einen Defaultwert zurückgestellt. Nach dem Zählerwert 65535 beginnt der Zähler wieder bei 1.
Anzeige	0 ... 65 535

Gerät zurücksetzen



Navigation	  System → Geräteverwaltung → Gerät rücksetzen
Beschreibung	Auswahl für das Zurücksetzen der gesamten Gerätekonfiguration oder eines Teils der Konfiguration auf einen definierten Zustand.
Auswahl	■ Abbrechen ■ Auf Werkseinstellung * ■ Auf Auslieferungszustand * ■ Gerät neu starten
Zusätzliche Information	<i>Auswahl</i>

Optionen	Beschreibung
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.
Auf Werkseinstellung	Jeder Parameter wird auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt.
Auf Auslieferungszustand	Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werkseinstellung.  Wenn keine kundenspezifischen Einstellungen bestellt wurden, ist diese Option nicht sichtbar.
Gerät neu starten	Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z. B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

3.5.2 Untermenü "Benutzerverwaltung"

Navigation  System → Benutzerverwalt.

Benutzerrolle

Navigation   System → Benutzerverwalt. → Benutzerrolle

Beschreibung Anzeige der Zugriffsrechte auf die Parameter via Bedientool.

Anzeige

- Bediener
- Instandhalter
- Experte

Zusätzliche Information *Beschreibung*

 Die Zugriffsrechte sind über Parameter **Freigabecode eingeben** änderbar.

 Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein.

Anzeige

 Detaillierte Angaben zu den Zugriffsrechten: Betriebsanleitung zum Gerät, Kapitel "Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte" und "Bedienphilosophie".

Passwort

Navigation  System → Benutzerverwalt. → Passwort

Beschreibung Eingabe des Passwortes für die Benutzerrolle "Instandhalter", um Zugriff auf die Funktionen dieser Rolle zu bekommen.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)

Freigabecode eingeben



Navigation  System → Benutzerverwalt. → Freig.code eing.

Beschreibung Eingabe des anwenderspezifischen Freigabecodes, um den Parameterschreibschutz im Bedientool aufzuheben.

Eingabe 0 ... 9 999

Status Passworteingabe

Navigation  System → Benutzerverwalt. → Status Passwort

Beschreibung Anzeige des Status der Überprüfung des Passwortes.

Anzeige

- -----
- Passwort falsch
- Passwortregeln nicht erfüllt
- Passwort akzeptiert
- Zugang verweigert
- Passwortbestätigung fehlerhaft
- Passwort rücksetzen erfolgreich
- Ungültige Benutzerrolle
- Eingabereihenfolge falsch

Neues Passwort

Navigation  System → Benutzerverwalt. → Neues Passwort

Beschreibung Das neue "Instandhalter"-Passwort definieren.
Ein neues Passwort ist gültig, nachdem es im Parameter "Neues Passwort bestätigen" bestätigt wurde.
Jedes gültige Passwort besteht aus 4 bis 16 Zeichen und kann Buchstaben und Ziffern enthalten.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)

Neues Passwort bestätigen

Navigation  System → Benutzerverwalt. → Passw bestätigen

Beschreibung Bestätigung des neu definierten Passworts.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)

Altes Passwort

Navigation  System → Benutzerverwalt. → Altes Passwort

Beschreibung Eingabe des aktuellen Passwortes, um anschließend eine Änderung des bestehenden Passwortes durchführen zu können.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)

Passwort zurücksetzen

Navigation	 System → Benutzerverwalt. → PW zurücksetzen
Beschreibung	Code eingeben, um das aktuelle "Instandhalter"-Passwort zurückzusetzen. Der Code wird von Ihrem lokalen Support bereitgestellt.
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)

3.5.3 Untermenü "Bluetooth-Konfiguration"

Navigation  System → Bluetooth-Konf.

Bluetooth Aktivierung

Navigation	  System → Bluetooth-Konf. → Bluetooth Aktiv.
Beschreibung	Wenn Bluetooth deaktiviert ist, kann es nur über das Display oder das Bedientool wieder aktiviert werden. Das Reaktivieren über die SmartBlue-App ist nicht möglich.
Auswahl	■ Deaktivieren ■ Aktivieren

3.5.4 Untermenü "Anzeige"

Navigation  System → Anzeige

Language

Navigation	  System → Anzeige → Language
Voraussetzung	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.
Beschreibung	Auswahl der eingestellten Sprache auf der Vor-Ort-Anzeige.
Auswahl	■ English ■ Deutsch ■ Français ■ Español ■ Italiano ■ Nederlands

- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian)
- Svenska
- Türkçe
- 中文 (Chinese)
- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
- Bahasa Indonesia
- tiếng Việt (Vietnamese)
- čeština (Czech)

Werkseinstellung English (alternativ ist die bestellte Sprache voreingestellt)

Format Anzeige

Navigation   System → Anzeige → Format Anzeige

Voraussetzung Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.

Beschreibung Auswahl der Messwertdarstellung auf der Vor-Ort-Anzeige.

Auswahl

- 1 Wert groß
- 1 Bargraph + 1 Wert
- 2 Werte

Zusätzliche Information *Beschreibung*

Es lassen sich Darstellungsform (Größe, Bargraph) und Anzahl der gleichzeitig angezeigten Messwerte (1...4) einstellen. Diese Einstellung gilt nur für den normalen Messbetrieb.



- Welche Messwerte auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, wird über die Parameter **1. Anzeigewert** (→  169)...Parameter **8. Anzeigewert** Parameter **4. Anzeigewert** (→  171) festgelegt.
- Wenn insgesamt mehr Messwerte festgelegt werden als die gewählte Darstellung zulässt, zeigt das Gerät die Werte im Wechsel an. Die Anzeigedauer bis zum nächsten Wechsel wird über Parameter **Intervall Anzeige** eingestellt.

1. Anzeigewert



Navigation   System → Anzeige → 1. Anzeigewert

Voraussetzung Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.

Beschreibung Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts.

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Stromausgang
- Sensortemperatur
- % Messspanne

Zusätzliche Information *Beschreibung*

Wenn mehrere Messwerte untereinander stehen, erscheint dieser an 1. Stelle. Der Wert wird nur während des normalen Messbetriebs angezeigt.

 Die Einstellung, wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter **Format Anzeige** (→  169).

Abhängigkeit

 Die Einheit des dargestellten Messwerts wird aus dem Untermenü **Systemeinheiten** übernommen.

2. Anzeigewert**Navigation**

  System → Anzeige → 2. Anzeigewert

Voraussetzung

Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.

Beschreibung

Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts.

Auswahl

- Keine
- Druck
- Skalierte Variable
- Stromausgang
- Sensortemperatur
- % Messspanne

Zusätzliche Information*Beschreibung*

Wenn mehrere Messwerte untereinander stehen, erscheint dieser an 2. Stelle. Der Wert wird nur während des normalen Messbetriebs angezeigt.

 Die Einstellung, wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter **Format Anzeige** (→  169).

Abhängigkeit

 Die Einheit des dargestellten Messwerts wird aus dem Untermenü **Systemeinheiten** übernommen.

3. Anzeigewert**Navigation**

  System → Anzeige → 3. Anzeigewert

Voraussetzung

Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.

Beschreibung

Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts.

Auswahl

- Keine
- Druck
- Skalierte Variable

- Stromausgang
- Sensortemperatur
- % Messspanne

Zusätzliche Information*Beschreibung*

Wenn mehrere Messwerte untereinander stehen, erscheint dieser an 3. Stelle. Der Wert wird nur während des normalen Messbetriebs angezeigt.



Die Einstellung, wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter **Format Anzeige** (→ 169).

Auswahl

Die Einheit des dargestellten Messwerts wird aus dem Untermenü **Systemeinheiten** übernommen.

4. Anzeigewert**Navigation**

System → Anzeige → 4. Anzeigewert

Voraussetzung

Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.

Beschreibung

Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts.

Auswahl

- Keine
- Druck
- Skalierte Variable
- Stromausgang
- Sensortemperatur
- % Messspanne

Zusätzliche Information*Beschreibung*

Wenn mehrere Messwerte untereinander stehen, erscheint dieser an 4. Stelle. Der Wert wird nur während des normalen Messbetriebs angezeigt.



Die Einstellung, wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter **Format Anzeige** (→ 169).

Auswahl

Die Einheit des dargestellten Messwerts wird aus dem Untermenü **Systemeinheiten** übernommen.

Kontrast Anzeige**Navigation**

System → Anzeige → Kontrast Anzeige

Beschreibung

Kontrast der Vor-Ort-Anzeige an Umgebungsbedingungen anpassen (z.B. Ablesewinkel oder Beleuchtung)

Eingabe

20 ... 80 %

Werkseinstellung

Abhängig vom Display

Zusätzliche Information



Kontrast einstellen via Drucktasten:

- Schwächer: Gleichzeitiges Drücken der Tasten  und 
- Stärker: Gleichzeitiges Drücken der Tasten  und 

3.5.5

Untermenü "Geolokalisierung"

Navigation

 System → Geolokalisierung

Anlagenkennzeichnung

Navigation

 System → Geolokalisierung → Anlagenkennz.

Beschreibung

Eingabe der Prozesseinheit in der das Gerät installiert ist.

Eingabe

Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Ortsbeschreibung

Navigation

 System → Geolokalisierung → Ortsbeschreibung

Beschreibung

Eingabe der Standortbeschreibung, um das Gerät in der Anlage zu finden.

Eingabe

Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Längengrad

Navigation

 System → Geolokalisierung → Längengrad

Beschreibung

Eingabe der Längengradkoordinaten, die den Gerätestandort beschreiben.

Eingabe

–180 ... 180 °

Breitengrad

Navigation

 System → Geolokalisierung → Breitengrad

Beschreibung

Eingabe der Breitengradkoordinaten, die den Gerätestandort beschreiben.

Eingabe -90 ... 90 °

Ortshöhe



Navigation System → Geolokalisierung → Ortshöhe

Beschreibung Eingabe der Höhenangabe, die den Gerätestandort beschreiben.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Ortsbestimmungsmethode



Navigation System → Geolokalisierung → Ortsbest.methode

Beschreibung Auswahl des Datenformats zur Bestimmung der geographischen Position. Die Codes zur Bestimmung der Position basieren auf der US National Marine Electronics Association (NMEA) Standard NMEA 0183.

Auswahl

- No fix
- GPS or Standard Positioning Service fix
- Differential GPS fix
- Precise positioning service (PPS) fix
- Real Time Kinetic (RTK) fixed solution
- Real Time Kinetic (RTK) float solution
- Estimated dead reckoning
- Manual input mode
- Simulation Mode

3.5.6 Untermenü "Information"

Navigation System → Information

Gerätename

Navigation System → Information → Gerätename

Beschreibung Anzeige des Namens des Messumformers. Er befindet sich auch auf dem Typenschild des Messumformers.

Anzeige Max. 32 Zeichen wie Buchstaben oder Zahlen.

Hersteller	
Navigation	 System → Information → Hersteller
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen
Seriennummer 	
Navigation	 System → Information → Seriennummer
Beschreibung	Anzeige der Seriennummer des Messgeräts.  Befindet sich auch auf dem Typenschild von Messaufnehmer und -umformer.
Anzeige	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i>  Nützliche Einsatzgebiete der Seriennummer ■ Um das Messgerät schnell zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser. ■ Um gezielt Informationen zum Messgerät mithilfe des Device Viewer zu erhalten: www.endress.com/deviceviewer
Bestellcode 	
Navigation	 System → Information → Bestellcode
Beschreibung	Zeigt den Gerätebestellcode.
Anzeige	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satzzeichen (z. B. /).
Werkseinstellung	–
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i> Der Bestellcode entsteht durch eine umkehrbare Transformation aus dem erweiterten Bestellcode. Der erweiterte Bestellcode gibt die Ausprägung aller Gerätemerkmale der Produktstruktur an. Am Bestellcode sind die Gerätemerkmale nicht direkt ablesbar.  Nützliche Einsatzgebiete des Bestellcodes ■ Um ein baugleiches Ersatzgerät zu bestellen. ■ Um das Messgerät schnell eindeutig zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser.

Firmware-Version

Navigation	 System → Information → Firmware-Version
Beschreibung	Anzeige der installierten Gerätefirmware-Version.
Anzeige	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i>  Die Firmware-Version befindet sich auch auf: ■ Der Titelseite der Anleitung ■ Dem Messumformer-Typenschild

Hardware-Version

Navigation	 System → Information → Hardware-Version
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Erweiterter Bestellcode 1

Navigation	 System → Information → Erw.Bestellcd. 1
Beschreibung	Der erweiterte Bestellcode ist ein alphanumerischer Code, der alle Informationen zur Identifizierung des Gerätes und seiner Optionen enthält.
Anzeige	Zeichenfolge
Werkseinstellung	–
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i> Der erweiterte Bestellcode gibt für das Messgerät die Ausprägung aller Merkmale der Produktstruktur an und charakterisiert damit das Messgerät eindeutig.

Erweiterter Bestellcode 2

Navigation	 System → Information → Erw.Bestellcd. 2
Beschreibung	Der erweiterte Bestellcode ist ein alphanumerischer Code, der alle Informationen zur Identifizierung des Gerätes und seiner Optionen enthält.  Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."
Anzeige	Zeichenfolge

Werkseinstellung

–

Erweiterter Bestellcode 3

Navigation

 System → Information → Erw.Bestellcd. 3

Beschreibung

Der erweiterte Bestellcode ist ein alphanumerischer Code, der alle Informationen zur Identifizierung des Gerätes und seiner Optionen enthält.

 Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."

Anzeige

Zeichenfolge

Werkseinstellung

–

XML build number

Navigation

  System → Information → XML build no.

Anzeige

Positive Ganzzahl

Prüfsumme

Navigation

  System → Information → Prüfsumme

Beschreibung

Prüfsumme für Firmware-Version.

Anzeige

Positive Ganzzahl

3.5.7 Untermenü "Software Konfiguration"

Navigation  System → Softw. Konfig.

CRC Gerätekonfiguration

Navigation	 System → Softw. Konfig. → CRC Gerätekonf.
Beschreibung	CRC Gerätekonfiguration basierend auf den aktuell sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen. Kann verwendet werden, um Änderungen in den sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen zu erkennen.
Anzeige	0 ... 65 535

Gespeicherte CRC Gerätekonfiguration

Navigation	 System → Softw. Konfig. → Gesp. CRC Konf.
Beschreibung	Gespeicherter CRC nach der letzten Sicherheitsverriegelung. Werksauslieferung ist 65535 bedeutet, dass das Gerät noch nicht sicherheitsverriegelt wurde.
Anzeige	0 ... 65 535

Zeitstempel gespeicherte CRC Gerätekonf.

Navigation	 System → Softw. Konfig. → Zeit gesp. CRC
Beschreibung	Gibt den Zeitstempel, wann der CRC letztmalig gespeichert wurde bzw. wann der Assistent für die Sicherheitsverriegelung letztmalig durchgeführt wurde.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

SW-Option aktivieren



Navigation	 System → Softw. Konfig. → SW-Opt.aktivier.
Beschreibung	Eingabe eines Aktivierungscode zur Freischaltung einer zusätzlich bestellten Softwareoption.
Eingabe	Max. 10-stellige Zeichenfolge aus Zahlen.
Werkseinstellung	Abhängig von der bestellten Softwareoption

Zusätzliche Information*Beschreibung*

Wenn ein Messgerät mit einer zusätzlichen Softwareoption bestellt wurde, wird der Aktivierungscode bereits ab Werk im Messgerät einprogrammiert.

Eingabe

Für die nachträgliche Freischaltung einer Softwareoption: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebsorganisation.

HINWEIS!

Der Aktivierungscode ist mit der Seriennummer des Messgeräts verknüpft und variiert je nach Messgerät und Softwareoption.

Die Eingabe eines fehlerhaften oder ungültigen Codes führt zum Verlust bereits aktivierter Softwareoptionen.

- ▶ Vor Eingabe eines neuen Aktivierungscode: Vorhandenen Aktivierungscode aus dem Parameter-Protokoll notieren.
- ▶ Den neuen Aktivierungscode eingeben, den Endress+Hauser bei Bestellung der neuen Softwareoption zur Verfügung gestellt hat.
- ▶ Bei Eingabe eines fehlerhaften oder ungültigen Codes: Den alten Aktivierungscode aus dem Parameter-Protokoll eingeben.
- ▶ Den neuen Aktivierungscode unter Angabe der Seriennummer bei der Endress+Hauser Vertriebsorganisation prüfen lassen oder erneut anfragen.

Beispiel für eine Softwareoption

Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option **EA** "Extended HistoROM"

Software-Optionsübersicht

Navigation

  System → Softw. Konfig. → SW-Optionsübers.

Beschreibung

Zeigt alle aktivierten Softwareoptionen

Anzeige

- SIL
- WHG
- Heartbeat Verification
- Heartbeat Monitoring

Stichwortverzeichnis

Symbole

(High) Sicherheitsfunktion ausgelöst? (Parameter) .. 101
 (Low) Sicherheitsfunktion ausgelöst? (Parameter) .. 102

0 ... 9

1. Anzeigewert (Parameter) 169
 2. Anzeigewert (Parameter) 170
 3. Anzeigewert (Parameter) 170
 4 mA-Trimmwert (Parameter) 151
 4. Anzeigewert (Parameter) 171
 20 mA-Trimmwert (Parameter) 151
 500 Diagnoseverhalten (Parameter) 78, 123
 500 Ereigniskategorie (Parameter) 78, 124
 500 Prozessalarm Druck (Parameter) 76, 120
 501 Diagnoseverhalten (Parameter) 79, 124
 501 Ereigniskategorie (Parameter) 80, 124
 501 Prozessalarm skalierte Variable (Parameter)
 78, 121
 502 Diagnoseverhalten (Parameter) 81, 125
 502 Ereigniskategorie (Parameter) 82, 125
 806 Diagnoseverhalten (Parameter) .. 76, 122, 126, 129
 806 Ereigniskategorie (Parameter) .. 75, 123, 126, 129
 806 Ereignisverzögerung (Parameter) 75, 118, 123
 822 Diagnoseverhalten (Parameter) 126, 130
 822 Ereigniskategorie (Parameter) 127, 130
 841 Ereigniskategorie (Parameter) 127, 131
 900 Diagnoseverhalten (Parameter) 71, 128, 131
 900 Ereigniskategorie (Parameter) 71, 128, 131
 906 Diagnoseverhalten (Parameter) 128, 132
 906 Ereigniskategorie (Parameter) 71, 129, 132

A

Abtaste (Parameter) 66
 Aktive Diagnose (Parameter) 104, 107
 Aktive Diagnose (Untermenü) 107
 Aktuelles Baseline-Rauschen (Parameter) 69
 Aktuelles Baseline-Signal (Parameter) 67
 Altes Passwort (Parameter) 167
 Anlagenbetreiber (Parameter) 61, 95, 106
 Anlagenkennzeichnung (Parameter) 172
 Anzeige (Untermenü) 168
 Applikation (Menü) 133
 Assistent
 Ausgangseinstellungen ... 43, 44, 45, 46, 48, 50, 53
 Beenden 94, 104
 Bestätigung 89, 90, 91, 92
 Geräteidentifikation 34, 36, 37
 Heartbeat Verification 56
 Inbetriebnahme 34
 Mainboardmodul 56
 Messeinstellungen 38, 39, 40, 42
 Sicherheitsmodus 82
 Simulation und Prüfung Alarmstrom 101
 Verriegelung 93
 Vorbereitung 82, 83, 84, 85, 87

Vorbereitung der Wiederholungsprüfung

..... 96, 97, 99, 100
 Wiederholungsprüfung 96, 102
 Ausgangseinstellungen (Assistent)
 43, 44, 45, 46, 48, 50, 53
 Ausgangsstrom (Parameter) 56, 151
 Auswahl des Prüfablaufs (Parameter) 100

B

Baseline neu erstellen (Parameter) 116
 Baseline Status (Parameter) 73, 117
 Baseline vorhanden (Parameter) 66
 Baseline-Erstellungsprozess (Parameter) 65, 73
 Beenden (Assistent) 94, 104
 Bemerkungen (Parameter) 61, 95, 97, 106
 Benutzerführung (Menü) 31, 34
 Benutzerrolle (Parameter) 166
 Benutzerverwaltung (Untermenü) 166
 Beschreibung der Geräteparameter 31
 Bestätigen (Parameter) 85, 87, 90, 92, 93, 101, 102
 Bestätigung (Assistent) 89, 90, 91, 92
 Bestellcode (Parameter) 174
 Betriebszeit (Parameter) 88, 99, 109
 Betriebszeit (Verifizierung) (Parameter) 61, 115
 Betriebszeit ab Neustart (Parameter) 108
 Bluetooth Aktivierung (Parameter) 168
 Bluetooth-Konfiguration (Untermenü) 168
 Breitengrad (Parameter) 172
 Burst-Kommando 1 (Parameter) 157
 Burst-Konfiguration 1 (Untermenü) 156
 Burst-Modus 1 (Parameter) 156
 Burst-Triggermodus (Parameter) 159
 Burst-Triggerwert (Parameter) 160
 Burst-Variable 0 (Parameter) 157
 Burst-Variable 1 (Parameter) 158
 Burst-Variable 2 (Parameter) 158
 Burst-Variable 3 (Parameter) 158
 Burst-Variable 4 (Parameter) 159
 Burst-Variable 5 (Parameter) 159
 Burst-Variable 6 (Parameter) 159
 Burst-Variable 7 (Parameter) 159

C

CRC Gerätekonfiguration (Parameter) 87, 99, 177

D

Dämpfung (Parameter) 38, 89, 138
 Datum/Uhrzeit Proof Test (Parameter) 105
 Datum/Zeit (Parameter) 95
 Datum/Zeit Heartbeat Verification (Parameter) . 61, 115
 Diagnose (Menü) 107
 Diagnoseeinstellungen (Untermenü) 120
 Dokument
 Aufbau 4
 Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung 4
 Funktion 4
 Umgang 4

Verwendete Symbole	5
Zielgruppe	4
Dokumentfunktion	4
Dritter Messwert (TV) (Parameter)	155
Druck (Parameter)	43, 45, 136, 144, 146
Druck 1 (Parameter)	103
Druck 2 (Parameter)	103
Druck max (Parameter)	112
Druck min (Parameter)	110
Druckeinheit (Parameter)	39, 40, 133
Druckwert 1 (Parameter)	47, 145, 146, 148
Druckwert 2 (Parameter)	47, 145, 147, 148

E

Eigenschaften (Untermenü)	120
Elektroniktemperatur (Parameter)	137
Entscheidung des Prüfers (Parameter)	105
Ereignisliste löschen (Parameter)	109
Ereignislogbuch (Untermenü)	109
Erlaubte Abweichung +/- (Parameter)	75, 116
Erster Messwert (PV) (Parameter)	153
Erweiterter Bestellcode 1 (Parameter)	35, 175
Erweiterter Bestellcode 2 (Parameter)	35, 175
Erweiterter Bestellcode 3 (Parameter)	35, 176

F

Fehlerstrom (high alarm) (Parameter)	101
Fehlerstrom (Parameter)	50, 52, 150
Fehlerverhalten Stromausgang (Parameter)	49, 52, 91, 150
Filteroptionen (Parameter)	109
Firmware-Version (Parameter)	86, 98, 175
Format Anzeige (Parameter)	169
Freigabecode eingeben (Parameter)	166
Freitext (Parameter)	41, 135, 143
Funktion	
siehe Parameter	

G

Geolokalisierung (Untermenü)	172
Gerät zurücksetzen (Parameter)	165
Geräte-ID (Parameter)	161
Geräteidentifikation (Assistent)	34, 36, 37
Gerätename (Parameter)	34, 86, 97, 173
Geräterevision (Parameter)	162
Gerätetyp (Parameter)	161
Geräteverwaltung (Untermenü)	164
Gespeicherte CRC Gerätekonfiguration (Parameter)	88, 99, 177
Grundeinstellungen (Untermenü)	137

H

Hardware-Version (Parameter)	87, 98, 175
HART-Adresse (Parameter)	38, 152
HART-Ausgang (Untermenü)	152, 153
HART-Beschreibung (Parameter)	37, 162
HART-Datum (Parameter)	37, 163
HART-Kurzbeschreibung (Parameter)	37, 152, 162
HART-Nachricht (Parameter)	37, 163
HART-Revision (Parameter)	162

Heartbeat Technology (Untermenü)	115
Heartbeat Verification (Assistent)	56
Heartbeat Verification (Parameter)	56
Heartbeat Verification (Untermenü)	115
Hersteller (Parameter)	174
HP/LP tauschen (Parameter)	89

I

Ich habe die Warnhinweise gelesen. (Parameter)	72, 82, 96
Inbetriebnahme (Assistent)	34
Information (Untermenü)	161, 173
Integrität des Analogpfads (Parameter)	59

K

Klemmenspannung 1 (Parameter)	117, 136
Klemmenstrom (Max Alarm) (Parameter)	102
Klemmenstrom (Parameter)	137, 151
Klemmenstrom 1 (Parameter)	103
Klemmenstrom 2 (Parameter)	104
Konfiguration (Untermenü)	123, 152
Konfigurationszähler (Parameter)	88, 100, 165
Kontrast Anzeige (Parameter)	171
Kontrolllinie Baseline-Rauschen (Parameter)	69
Kontrolllinie Baseline-Signal (Parameter)	67

L

Lagesollwert (Parameter)	138
Längengrad (Parameter)	172
Language (Parameter)	168
Letzte Diagnose (Parameter)	108
Loop-Diagnose (Parameter)	58, 76, 117
Loop-Diagnose (Untermenü)	116
LRL Sensor (Parameter)	44, 46, 48, 141

M

Mainboardmodul (Assistent)	56
Maßeinheiten (Untermenü)	133
Max. Updatezeit (Parameter)	161
Maximale Elektroniktemperatur (Parameter)	113
Maximale Klemmenspannung (Parameter)	113
Maximale Sensortemperatur (Parameter)	112
Membranintegrität (Parameter)	58
Menü	
Applikation	133
Benutzerführung	31, 34
Diagnose	107
System	164
Messbereichsanfang Ausgang (Parameter)	45, 48, 51, 91, 144, 147, 148, 150
Messbereichsende Ausgang (Parameter)	45, 49, 51, 92, 144, 147, 148, 150
Messeinstellungen (Assistent)	38, 39, 40, 42
Messmodus Stromausgang (Parameter)	91, 149
Messstellenkennzeichnung (Parameter)	34, 85, 97, 152, 164
Messwerte (Untermenü)	136
Min. Updatezeit (Parameter)	160
Minimale Elektroniktemperatur (Parameter)	111
Minimale Klemmenspannung (Parameter)	111

Minimale Sensortemperatur (Parameter)	111
Minimale Spanne (Parameter)	44, 46, 48, 142
Minimale/Maximale-Werte (Untermenü)	110
Minimales Baseline-Rauschen (Parameter)	70

N

Nachkommastellen Druck (Parameter)	133
Nachkommastellen Skalierte Variable (Parameter) ..	135
Nassabgleich (Untermenü)	146, 147
Neues Passwort (Parameter)	167
Neues Passwort bestätigen (Parameter)	167
Nullabgleich (Parameter)	42, 138
Nullpunkt (Parameter)	146, 147
Nullpunktverschiebung (Parameter)	89, 92, 139
Nutzerdefinierte Warnung Temperatur (Parameter)	
.....	80, 122

O

Obere Grenze (Parameter)	77, 79, 80, 121, 122
Obere Grenze Baseline-Rauschen (Parameter)	69
Obere Grenze Baseline-Signal (Parameter)	67
Obere Schwelle Klemmenspannung (Parameter) ...	117
Oberer Sensortrim (Parameter)	141
Oberer Sensortrim Messwert (Parameter)	140
Ort (Parameter)	60, 95, 105
Ortsbeschreibung (Parameter)	172
Ortsbestimmungsmethode (Parameter)	173
Ortshöhe (Parameter)	173

P

Parameter	
Aufbau der Beschreibung	4
Passwort (Parameter)	166
Passwort zurücksetzen (Parameter)	168
Präambelanzahl (Parameter)	153
Protokoll abspeichern? (Parameter)	60, 94
Prozess (Untermenü)	126, 129
Prozessgröße Stromausgang (Parameter)	50
Prüfer (Parameter)	60, 94, 105
Prüfsumme (Parameter)	176

R

RAM-Prüfung (Parameter)	57
ROM-Prüfung (Parameter)	57
Rücksetzen Zähler benutzer P und T (Parameter) ...	112

S

Schleichmengenunterdrückung (Parameter)	90
Sensor (Untermenü)	137
Sensor Druck (Parameter)	136
Sensor Kalibrierung (Untermenü)	138
Sensor Trim Reset (Parameter)	139
Sensor-/Membranintegrität (Parameter)	59
Sensorgrenzen (Untermenü)	141
Sensorintegrität (Parameter)	58
Sensortemperatur (Parameter)	136
Sensortemperatur obere Grenze (Parameter)	142
Sensortemperatur untere Grenze (Parameter)	142
Sensorverhalten Druckbereich (Parameter)	89, 127, 130
Seriennummer (Parameter)	34, 86, 98, 174

Sicherheitsentriegelungscode eingeben (Parameter) ..	83
Sicherheitsfunktion? (Parameter)	101
Sicherheitsmodus (Assistent)	82
Sicherheitsverriegelungscode eingeben (Parameter)	
.....	84, 93
Sichtkontrolle (Parameter)	96
Signal maximaler Wert (Parameter)	68
Signal minimaler Wert (Parameter)	68
Signalrauschen maximaler Wert (Parameter)	70
Signalrauschen minimaler Wert (Parameter)	70
Signalstatus (Parameter)	65, 67, 119
Simulation (Parameter)	114
Simulation (Untermenü)	114
Simulation Diagnoseereignis (Parameter)	114
Simulation und Prüfung Alarmstrom (Assistent) ...	101
Skalierte Variable (Parameter)	45, 136, 146
Skalierte Variable (Untermenü)	142
Skalierte Variable Einheit (Parameter)	40, 134, 143
Skalierte Variable Wert 1 (Parameter)	47, 145
Skalierte Variable Wert 2 (Parameter)	47, 145
Software Integrität (Parameter)	57
Software Konfiguration (Untermenü)	177
Software-Optionsübersicht (Parameter)	178
Sollwert 1 (Parameter)	102
Sollwert 2 (Parameter)	103
Spanne (Parameter)	146, 148
SSD Bereichsüberwachung Verzögerungszeit (Para-	
meter)	71, 120
SSD Überwachung Verzögerungszeit (Parameter)	
.....	70, 120
SSD: Statistische Sensordiagnose (Parameter) ...	72, 118
Statistische Sensordiagnose (Parameter)	59
Statistische Sensordiagnose (Untermenü)	118
Status (Parameter)	116
Status Passworteingabe (Parameter)	167
Status Signalrauschen (Parameter)	65, 68, 119
Status Verriegelung (Parameter)	36, 83, 93, 164
Statusübersicht (Parameter)	62, 63, 64
Stromabweichung 1 (Parameter)	103
Stromabweichung 2 (Parameter)	104
Stromausgang (Untermenü)	149
Strombereich Ausgang (Parameter)	49, 51, 91, 149
Stromschleifenmodus (Parameter)	50, 52, 153
SW-Option aktivieren (Parameter)	177
System (Menü)	164
Systemstatus (Parameter)	65, 118
Systemzustand (Parameter)	56

T

Tabelle aktivieren (Parameter)	145
Temperatureinheit (Parameter)	39, 41, 133
Testzeichenfolge (Parameter)	85

U

Übertragungsfunktion skalierte Variable (Parameter)	
.....	43, 46, 144
Übertragungsfunktion Stromausgang (Parameter)	
.....	43, 90, 137
Untere Grenze (Parameter) ...	77, 79, 80, 120, 121, 122

Untere Grenze Baseline-Rauschen (Parameter)	69
Untere Grenze Baseline-Signal (Parameter)	68
Untere Schwelle Klemmenspannung (Parameter) . . .	117
Unterer Sensortrim (Parameter)	140
Unterer Sensortrim Messwert (Parameter)	139
Untermenü	
Aktive Diagnose	107
Anzeige	168
Benutzerverwaltung	166
Bluetooth-Konfiguration	168
Burst-Konfiguration 1	156
Diagnoseeinstellungen	120
Eigenschaften	120
Ereignislogbuch	109
Geolokalisierung	172
Geräteverwaltung	164
Grundeinstellungen	137
HART-Ausgang	152, 153
Heartbeat Technology	115
Heartbeat Verification	115
Information	161, 173
Konfiguration	123, 152
Loop-Diagnose	116
Maßeinheiten	133
Messwerte	136
Minimale/Maximale-Werte	110
Nassabgleich	146, 147
Prozess	126, 129
Sensor	137
Sensor Kalibrierung	138
Sensorgrenzen	141
Simulation	114
Skalierte Variable	142
Software Konfiguration	177
Statistische Sensordiagnose	118
Stromausgang	149
URL Sensor (Parameter)	44, 46, 48, 141

V

Verifizierungsergebnis (Parameter)	60, 115
Verriegelung (Assistent)	93
Versorgungsspannung Baseline (Parameter)	74
Versorgungsspannung vorherige Baseline (Parameter)	74
Vierter Messwert (QV) (Parameter)	156
Vorbereitung (Assistent)	82, 83, 84, 85, 87
Vorbereitung der Wiederholungsprüfung (Assistent)	96, 97, 99, 100

W

Wdh.-Prüfung per Bluetooth erlaubt? (Parameter) . . .	84
Wert Simulation Druck (Parameter)	114
Wert Stromausgang (Parameter)	114
Widerstand Baseline (Parameter)	73
Widerstand vorherige Baseline (Parameter)	74
Wiederholungsprüfung (Assistent)	96, 102

X

XML build number (Parameter)	176
--	-----

Z

Zähler Baselineerstellung SSD (Parameter)	66, 119
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Pmax (Parameter)	77, 112
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmax (Parameter)	81, 113
Zähler Grenzüberschreitung Sensor Pmax (Parameter)	112
Zähler Grenzüberschreitung Sensor Tmax (Parameter)	113
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Pmin (Parameter)	77, 110
Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmin (Parameter)	81, 111
Zähler Grenzüberschreitung Sensor Pmin (Parameter)	110
Zähler Grenzüberschreitung Sensor Tmin (Parameter)	111
Zeitstempel (Parameter)	107, 108
Zeitstempel Baseline (Parameter)	73
Zeitstempel gespeicherte CRC Gerätekonf. (Parameter)	88, 99, 177
Zeitstempel vorherige Baseline (Parameter)	74
Zielgruppe	4
Zuordnung HART Variablen? (Parameter)	50, 52
Zuordnung PV (Parameter)	38, 53, 92, 142, 149, 153
Zuordnung QV (Parameter)	55, 155
Zuordnung SV (Parameter)	53, 154
Zuordnung TV (Parameter)	54, 154
Zusammenfassung (Parameter)	105
Zweiter Messwert (SV) (Parameter)	154



www.addresses.endress.com
