

Çalıştırma Talimatları

OUSAF44

UV absorpsiyonu ölçümü için OUA260 akış düzeneğine sahip optik sensör



İçindekiler









1	Bu doküman hakkında	4	8.6	Sensör camı ve contasının değiştirilmesi	31
1.1	Güvenlik bilgileri	4	9	Onarım	35
1.2	Semboller	4	9.1	Genel notlar	35
1.3	Ürün üzerindeki semboller	4	9.2	Yedek parçalar	35
2	Temel güvenlik talimatları	5	9.3	İade	35
2.1	Personel için gereksinimler	5	9.4	İmha	36
2.2	Kullanım amacı	5	10	Aksesuarlar	36
2.3	İş yeri güvenliği	5	10.1	Akış düzeneği	36
2.4	İşletim güvenliği	5	10.2	Kablolar	37
2.5	Ürün güvenliği	6	10.3	Kalibrasyon	37
3	Ürün açıklaması	7	11	Teknik bilgi	37
3.1	Sensör tasarımı	7	11.1	Giriş	37
3.2	Ölçüm prensibi	8	11.2	Ortam	37
4	Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması	9	11.3	Proses	38
4.1	Teslimatın kabul edilmesi	9	11.4	Mekanik yapı	38
4.2	Ürün tanımlaması	9	İndeks	40	
4.3	Üretici adresi	10			
4.4	Teslimat kapsamı	10			
5	Montaj	10			
5.1	Montaj gereksinimleri	10			
5.2	Sensörün montajı	13			
5.3	Montaj sonrası kontrolü	14			
6	Elektrik bağlantısı	14			
6.1	Sensörün bağlanması	14			
6.2	Lamba voltajı	15			
6.3	Tehlikeli alanlarda kullanım için versiyonlar	15			
6.4	Koruma derecesinin temin edilmesi	18			
6.5	Bağlantı sonrası kontrolü	18			
7	Devreye alma	20			
7.1	Fonksiyon kontrolü	20			
7.2	Sensörün kalibrasyonu/ayarı	20			
8	Bakım	23			
8.1	Bakım programı	23			
8.2	Tehlikeli bölge lambasının değiştirilmesi	23			
8.3	Cıva buharlı lambanın değiştirilmesi ...	24			
8.4	Referans filtrenin değiştirilmesi	27			
8.5	Ölçüm filtresinin değiştirilmesi	29			

1 Bu doküman hakkında




1.1 Güvenlik bilgileri

Bilgilerin yapısı	Anlamı
<p>⚠ TEHLİKE</p> <p>Nedenleri (sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi</p>	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşacaktır .
<p>⚠ UYARI</p> <p>Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi</p>	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşabilir .
<p>⚠ DİKKAT</p> <p>Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi</p>	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde hafif veya daha ciddi yaralanmalar oluşabilir.
<p>DUYURU</p> <p>Neden/durum Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Eylem/not</p>	Bu işaret, maddi hasara neden olabilecek durumlara karşı uyarır.

1.2 Semboller

	Ek bilgi, ipucu
	İzin verilen
	Tavsiye edilen
	İzin verilmeyen veya tavsiye edilmeyen
	Cihaz dokümantasyonu referansı
	Sayfa referansı
	Grafik referansı
	Bağımsız bir adım sonucu

1.3 Ürün üzerindeki semboller

	Cihaz dokümantasyonu referansı
	Uyarı: UV radyasyonu
	Bu işareti taşıyan ürünleri sınıflandırılmamış genel atık şeklinde imha etmeyin. Bunun yerine, geçerli koşullar altında imha edilmeleri için bunları üreticiye iade edin.

2 Temel güvenlik talimatları

2.1 Personel için gereksinimler

- Ölçüm sisteminin kurulumu, işletilmesi ve bakımı sadece özel eğitimli teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Teknik personel, tesis operatörü tarafından belirtilen işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmiş olmalıdır.
- Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Teknik personel bu Kullanım Talimatlarını okumuş ve anlamış olmalı ve belirtilen talimatlara uymalıdır.
- Ölçüm noktası arızaları sadece yetkili ve özel eğitimli personel tarafından onarılmalıdır.



Bu Kullanım Talimatlarında belirtilmeyen onarımlar sadece doğrudan üretici veya servis kuruluşu tarafından yapılmalıdır.

2.2 Kullanım amacı

Sensör elektromanyetik spektrumun mor ötesi bölgesinde proses sıvılarının spektral absorpsiyonunu ölçer. Sensör çok sayıda endüstriyel alanda geniş kapsamlı uygulamalar için uygundur , bunlar arasında aşağıdakiler bulunur:

- Protein konsantrasyonları ölçümü
- Kromatografi izleme
- Filtrasyon izleme
- Organik bileşenlerde konsantrasyon ölçümü
- Aroma tespiti

Kullanım amacı dışındaki her türlü kullanım, insanların ve ölçüm sisteminin güvenliğini tehlikeye atar. Bu nedenle, başka herhangi bir amaçla kullanıma izin verilmemektedir.

Üretici, yanlış veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

2.3 İş yeri güvenliği

Operatör, aşağıdaki güvenlik düzenlemelerine uyulmasını sağlamaktan sorumludur:

- Montaj kuralları
- Yerel standartlar ve düzenlemeler
- Patlama korumasına ilişkin düzenlemeler

Elektromanyetik uyumluluk

- Ürün, endüstriyel uygulamalarla ilgili uluslararası standartlara uygun şekilde elektromanyetik uyumluluk açısından test edilmiştir.
- Belirtilen elektromanyetik uyumluluğun sağlanabilmesi için ürün bu Kullanım Talimatlarında belirtilen şekilde bağlanmalıdır.

2.4 İşletim güvenliği

Tüm ölçüm noktasını devreye almadan önce:

1. Tüm bağlantıların doğru olduğunu onaylayın.
2. Elektrik kablolarında ve hortum bağlantılarında hasar bulunmadığından emin olun.

3. Hasarlı ürünleri çalıştırmayın ve kaza eseri çalışmalarını engelleyin.
4. Hasarlı ürünleri kusurlu olarak etiketleyin.

Çalışma sırasında:

- ▶ Arızalar giderilemiyorsa, ürünleri servis dışı bırakın ve kaza eseri çalışmalarını engelleyin.

2.5 Ürün güvenliği

DİKKAT

Cıva lamba

Gözlere ve cilde zarar verebilir!

- ▶ Gözlerin ve cildin kılıfsız ürüne maruz kalmasından kaçınınız.
- ▶ UV radyasyonuna karşı korunmak için koruyucu gözlükler giyin.

DİKKAT

Cıvalı lambanın kırılması

Serbest kalan cıvanın solunması nedeniyle olası yaralanma!


- ▶ Solunması halinde kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes almasının engellenmediğinden emin olun.
- ▶ Lamba üreticisinin güvenlik veri sayfasına uygun hareket edin.

2.5.1 En son teknoloji

Ürün, güvenlik açısından en son teknolojiye göre tasarlanmış olup, test edilmiş ve üretim yerinden kullanım güvenliğini sağlayacak şekilde ayrılmıştır. İlgili tüm düzenlemelere ve uluslararası standartlara uyulmuştur.


2.5.2 Tehlikeli bölge lambasına sahip versiyonlar

- ▶ Bu kılavuza ait olan XA içerisindeki güvenlik talimatlarına uyun.

 Tehlikeli bölgelerdeki elektrikli ekipman için güvenlik talimatları, fotometre sensörler, XA01403C

3 Ürün açıklaması

3.1 Sensör tasarımı



A0030202

1 Akış armatürüne sahip sensör OUA260

1 Kablo bağlantısı

2 Lamba modülü

3 Akış armatürü OUA260 (versiyona bağlı olarak)

4 Dedektör modülü

Dedektör ve lamba sipariş edilen kişisel seçeneklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

3.2 Ölçüm prensibi

Işık absorpsiyonu

Ölçüm prensibi için Lambert-Beer kuralı baz alınır.

Işığın absorpsiyonu ile absorbe eden maddenin konsantrasyonu arasında lineer bir bağıllık bulunur:

$$A = -\log(T) = \varepsilon \cdot c \cdot OPL$$

$$T = I/I_0$$

T ... İletim

I ... Dedektörde alınan ışığın yoğunluğu

I₀ ... Işık kaynağının iletilen ışığının yoğunluğu

A ... Absorpsiyon

ε ... Sönme katsayısı


c ... Konsantrasyon

OPL ... Optik yol uzunluğu

Bir ışık kaynağı madde içerisinden radyasyon yayar ve konu radyasyon dedektör tarafında ölçülür.

Işık dalga boyu seçimi için bir filtreden geçtiğinde, ışığın yoğunluğu bir fotodiyot tarafından belirlenir ve bir foto akıma çevrilir.

Sonrasında iletme (%) veya absorbe etme birimlerine (AU, OD) çevrim ilgili transmitter tarafından gerçekleştirilir.



A0029412

2 Referanslı absorpsiyon ölçümü

- 1 Işık kaynağı
- 2 Optik camlar
- 3 Ölçüm filtresi
- 4 Ölçüm dedektörü
- 5 Lens
- 6 Madde akışı
- 7 Referans filtre
- 8 Referans dedektör

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1 Teslimatın kabul edilmesi

1. Paketin hasar görmediğinden emin olun.
 - ↳ Pakette herhangi bir hasar varsa tedarikçiyi uyarın. Sorun çözümlenene kadar hasarlı paketi ellemeyin.
2. Paket içeriğinin hasar görmediğinden emin olun.
 - ↳ Teslimat içeriğinde herhangi bir hasar varsa tedarikçiyi uyarın. Sorun çözümlenene kadar hasarlı ürünlere dokunmayın.
3. Teslimatın eksiksiz olduğundan ve eksik parça olmadığından emin olun.
 - ↳ Nakliye dokümanlarını siparişiniz ile karşılaştırın.
4. Ürünün saklanması ve depolanmasında kullanılan ambalaj darbeler ve neme karşı koruma sağlamalıdır.
 - ↳ Bu amaçla en iyi korumayı orijinal paket sağlar. İzin verilen ortam koşullarına uyduğunuzdan emin olun.

Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen tedarikçinize veya yerel satış merkezimize başvurun.

4.2 Ürün tanımlaması

4.2.1 İsim plakası

İsim plakası cihaz hakkındaki şu bilgileri içerir:

- Üretici tanımlaması
- Sipariş kodu
- Seri numarası
- Güvenlik bilgileri ve uyarılar

▶ İsim plakası üzerindeki bilgileri sipariş ile karşılaştırın.

4.2.2 Ürünün tanımlanması

Ürün sayfası

www.endress.com/ousaf44

Sipariş kodunun okunması

Ürününüzün sipariş kodunu ve seri numarasını şu yerlerde bulabilirsiniz:

- İsim plakasında
- Teslimat kağıtlarında

Ürün hakkında bilgi

1. www.endress.com adresine gidin.
2. Sayfada arama (büyüteç sembolü): Geçerli seri numarası girin.

3. Arama yapın (büyüteç).

↳ Ürün yapısı açılan bir popup pencerede görüntülenir.

4. Ürüne genel bakışı tıklayın.

↳ Yeni bir pencere açılır. Burada, ürün dokümantasyonu da dahil olmak üzere cihazınızla ilgili bilgileri doldurun.

4.3 Üretici adresi

Endress+Hauser Conducta Inc.
4123 East La Palma Avenue, Suite 200
Anaheim, CA 92807 ABD

4.4 Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamında, sipariş edilen versiyona bağlı olarak, aşağıdakiler bulunur:

- Akış düzeneği olmayan dedektör ve lamba modülü veya
- Akış düzeneği OUA260 üzerine monte edilmiş dedektör ve lamba modülü
- Kullanım Talimatları

► Herhangi bir sorunuz olması durumunda:

Lütfen tedarikçinizle veya yerel satış merkezi ile irtibata geçin.


5 Montaj

5.1 Montaj gereksinimleri

5.1.1 Ölçüm sistemi

Bir optik ölçüm sistemi aşağıdakilerden oluşur:


- Sensör (fotometre) OUSAF44
- Transmitter, ör n. Liquline CM44P
- Kablo seti, ör n. CUK80
- OUA260 Montajı



3 Bir fotometre sensörü içeren örnek ölçüm sistemi

- | | | | |
|---|-------------------|---|------------------------------|
| 1 | boru | 5 | Akış düzeneği OUA260 |
| 2 | Transmitter CM44P | 6 | Sensör: Işık kaynağı (lamba) |
| 3 | CUK80 kablo seti | 7 | CUK80 kablo seti |
| 4 | Sensör: dedektör | | |

5.1.2 Boyutlar




A0028305

4 Sensör modülü

- A Lamba boyutu → Tablo
 B Dedektör boyutu → Tablo
 C Montaj; montaj için Teknik Bilgiler'e bakın


Lamba tipi	Boyut A, mm (inç) olarak
Cıva buharlı lamba	142 (5.60)
Dedektör tipi	Boyut B, mm (inç) olarak
Referans çubuğa sahip standart	60.2 (2.37)
Easycal	69 (2.70)

 Sensör modülünün toplam uzunluğu lambanın, dedektörün ve grubun uzunluklarından hesaplanır.

OUA260 grubunun boyutları Teknik Bilgiler, TI00418C içerisinde verilmiştir.

- Sensör kablosunu bağlamak için sensörün lamba ve dedektör tarafında ek 5 cm (2") boşluk bırakın.

5.1.3 Montaj açısı



A0028250

5 Montaj açıları. Oklar boru içerisindeki madde akışının yönünü gösterir.

- A Uygun montaj açısı, C'den daha iyi
- B Optimum montaj açısı, en iyi kurulum pozisyonu
- C Kabul edilebilir montaj açısı
- D Kaçınılması gereken montaj açısı
- E Yasaklı montaj açısı

5.2 Sensörün montajı

Sensörler özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle bunlar prosese OUA260 gibi bir akış düzeneği ile monte edilebilir. Akış düzeneği doğrudan bir proses hattına veya bir by-pass hattına monte edilebilir.

Sensör bir grup olmadan kullanılamaz.

- ▶ Sensör gövdesi ve dedektör muhafazasının yatay hizalandığından emin olun. Bu optik camların dikey hizalanmasını ve cam yüzeylerinde birikmelerin engellenmesini sağlar.
- ▶ Sensörü basınç regülatörlerinin girişine monte edin.

- ▶ Lambanın ve dedektör muhafazasının ucundaki kablo konnektörü için yeterli alan bırakın. Bu alanlara engelsiz erişim bağlantı/çıkarma işlemleri için gereklidir.
- ▶ Sensörlerin basınç altında çalıştırılması hava veya gaz baloncuklarının oluşmasını engeller.

DUYURU

Montaj hataları


Sensör hasarı, kablo bükülmesi veya benzeri olasılıklar

- ▶ Sensör gövdelerinin dışarıdan gelen kuvvetler nedeniyle hasara karşı korunduklarından emin olun - örneğin arabalar veya yandaki yollar.
- ▶ Lambayı veya dedektörü akış düzeneğine vidalamadan önce kabloyu çıkarın.
- ▶ Kablo üzerine aşırı çekme kuvveti uygulamadığınızdan emin olun (örn. düzensiz çekme hareketleri).
- ▶ Metal gruplar kullanırken ulusal topraklama düzenlemelerine uyduğunuzdan emin olun.

Eğer sensör OUA260 grubu ile birlikte sipariş edilmişse, akış düzeneği teslimatta sensör üzerine hazırda monte edilmiştir. Sensör hemen kullanıma hazırdır.

Eğer sensör ve grup ayrı sipariş edilmişse, sensörü aşağıdaki şekilde monte etmeniz gereklidir:

1. OUA260 akış düzeneğini proses bağlantıları ile prosese monte edin.
2. O-ring contalarını lamba ve dedektöre taktığınızdan emin olun.
Lamba ve dedektörü akış düzeneği üzerine vidalayın.

 Lamba ve dedektör, proses hattı etkilenmeden gruptan çıkarılabilir ve buraya takılabilir.

5.3 Montaj sonrası kontrolü

Sensörü aşağıdaki soruların hepsine "evet" cevabı verebiliyorsanız çalıştırın:

- Sensör ve kablo hasarsız mı?
- Doğru bir montaj açısı seçtiniz mi?

6 Elektrik bağlantısı

⚠ UYARI

Cihazda elektrik vardır!


Hatalı bağlantı yaralanmaya veya ölüme neden olabilir!

- ▶ Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- ▶ Elektrik teknisyeni bu Çalıştırma Talimatlarını okumuş ve anlamış olmalı ve belirtilen talimatlara uymalıdır.
- ▶ Bağlantı işlemine başlamadan **önce** kablolarda elektrik olmadığından emin olun.

6.1 Sensörün bağlanması

Sensör, önceden sonlandırılmış veya etiketlenmiş CUK80 kablo seti aracılığıyla vericiye bağlanır. Terminaller ve etiketler kullanılan transmiere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kablo seti ayrı sipariş edilmelidir.

► CUK80 kablosunu kısaltmayın veya değiştirmeyin!



A0028385

6 OUSAF44 bağlantı kablosu

A Işık kaynağı (lamba) güç beslemesi

B Ölçüm ve referans dedektör sinyalleri

CM44P terminali	Kablo rengi	Atama
P+	YE (kalın)	Lamba voltajı +
S+	YE (ince)	Lamba voltajı + tespiti
S-	BK (ince)	Lamba voltajı - tespiti
P-	BK (kalın)	Lamba voltajı -
A (1)	RD	Sensör ölçüm dedektörü +
C(1)	BK	Sensör ölçüm dedektörü -
SH (1)	GY	Koruma
A (2)	WH	Sensör referansı +
C(2)	GN	Kanal 1 Sensör referansı -
SH (2)	GY	Kanal 1 Koruma

6.2 Lamba voltajı

Sensör versiyonu	Lamba tipi	Lamba voltajı [V]
OUSAF44-xxxx	Düşük basınçlı cıva buharlı lamba	10,0 ± 0,1

6.3 Tehlikeli alanlarda kullanım için versiyonlar


i Bölüm sadece bir fotometre, kablo seti CUK80 ve bir Liquiline CM44P transmitter içeren ölçüm noktaları için geçerlidir.

i Patlama tehlikesi olan bölgelerde elektrikli ekipmanlar için güvenlik talimatları, XA01403C

6.3.1 Dedektörün bir güvenlik bariyeri kullanılarak bağlanması

Fotometre sensörleri akım modunda çalıştırılan dedektörler olarak silikon fotovoltaik hücreler kullanır. Dedektörler kendinden emniyetlidir ve Bölge 1 ve Sınıf I, Bölüm 1 çevre koşullarında çalıştırılabilir.

Güvenli alan, tehlikeli alandan bir güvenlik bariyer MTL7760AC ile ayrılır.




7 Güvenlik bariyeri, boyutlar, mm (inç)


i Güvenlik bariyeri sadece çok zayıf bir akıma sahip olabilir, çünkü sensörden gelen optik sinyaller nanoamper aralığında olabilir. Bu nedenle sensör kablo kılıfı bariyerin toprak terminaline bağlanır.

Teslimatta CUK80 dedektör kablosu güvenlik bariyeri daimi bağlanır. Yapmanız gereken sadece ayrı kablo uçlarını dedektöre ve transmiyere bağlamaktır.

1. Güvenlik bariyerini bir DIN rayı üzerindeki topraklama modülü dahil monte edin.



2. Kablonun dedektör fişini dedektöre bağlayın.
3. Kablonun diğer ucunu transmiyere bağlayın.




6.3.2 Tehlikeli bölge lambasının bir birleşim kutusu kullanılarak bağlanması

Tehlikeli bölge lambası (EXP-1) sertifikalı bir birleşim kutusu kullanılarak transmiyere bağlanmalıdır.

i FM onayına sahip versiyonlar için bağlantı kutusu teslimata dahildir ve lamba tarafında önceden sonlandırılmıştır. Sadece transmiyerin (CUK80) kablosunu birleşim kutusu terminallerine bağlamanız yeterlidir.

ATEX onayına sahip versiyonlar için birleşim kutusu teslimata dahil değildir ve o ve gereken kablo rakorları müşteri tarafından kurulum yerinde tedarik edilmelidir. Kabloları tamamen kendiniz bağlamalısınız (transmiyer için CUK80 ve fotometre sensörünün lamba kablosu).



8 Tehlikeli alan lambasının bir birleşim kutusu kullanılarak CM44Pye bağlanması

6.4 Koruma derecesinin temin edilmesi

Sadece bu kullanım talimatları içerisinde açıklanan ve kullanım amacı doğrultusunda gerekli olan mekanik ve elektrik bağlantıları teslim edilen cihaza kurulabilir.

► Çalışma sırasında çok dikkatli olun.

Bu ürün için izin verilen bağımsız koruma tipleri (sızdırmazlık (IP), elektrik güvenliği, EMC parazit koruması, patlama koruması) aşağıda örneği verilen durumlarda garanti edilemez:

- Kapaklar açık kalırsa
- Verilenler dışında farklı güç üniteleri kullanılırsa
- Kablo rakorları yeterince sıkılmazsa (izin verilen IP seviyesi koruması için 2 Nm (1,5 lbf ft) ile sıkılmalıdır)
- Kablo rakorları için uygun olmayan kablo çapları kullanılırsa
- Modüller sağlam bir şekilde oturmazsa
- Ekran tam yerine oturtulmazsa (sızdırmazlık yetersizliği nedeniyle nem girmesi riski)
- Kablolar/kablo uçları gevşek veya yetersiz sıkılmış olursa
- Cihazda unutulmuş kablo parçaları, teller

6.5 Bağlantı sonrası kontrolü

Cihaz durumu ve teknik özellikleri	Notlar
Sensör, grup ve kablo üzerinden dış hasar bulunuyor mu?	Gözle kontrol

Elektrik bağlantısı	Notlar
Bağlı olan transmitterin besleme voltajı isim plakasındaki veriler ile eşleşiyor mu?	Gözle kontrol
Takılan kabloların gerçinliği ve kıvrımları giderildi mi?	
Kablo, kıvrım ve bükülme yapmadan döşenmiş mi?	Sıkı şekilde oturmuş olduğunu kontrol edin (yavaşça çekerek)
Sinyal kabloları, bağlantı şemasına uygun şekilde bağlanmış mı?	
Bütün kablo girişleri takılı, sıkılmış ve sızdırmaz özellikli mi?	Yanlardan giren kablolarda gelen suyun süzülebilmesi için kabloda aşağı doğru bir kıvrım bırakın.
PE distribütör rayları topraklandı mı (varsa)?	Kurulum noktasında topraklama

7 Devreye alma

7.1 Fonksiyon kontrolü

İlk devreye alma öncesinde aşağıdakilerden emin olun:

- Sensör doğru şekilde kurulmuş
- Elektrik bağlantısı doğru

7.2 Sensörün kalibrasyonu/ayarı

Bir fotometre sensörü, akış düzeneği (verilmişse) ve bir transmitterden oluşan ölçüm noktaları fabrikada ayarlanır. İlk kez devreye alma yapılırken normalde ayarlama gerekmez.

Buna rağmen yine de bir ayar gerekiyorsa, aşağıdaki ayar opsiyonlarına sahipsiniz:

- Kalibrasyon standartları ile ayar
- EasyCAL kullanımı

7.2.1 Standart çözeltiler ile kalibrasyon/ayar

Kalibrasyon/ayar için bilinen absorpsiyona sahip (sensör dalga boyunda) solüsyonlar kullanın.



UYARI

Potasyum dikromat toksik, alev alan, kanserojendir ve mutasyona yol açan etkilere sahiptir!

Kanser, genetik kusurlara neden olur, üremeyi etkiler, doğmamış çocuklara zarar verir ve yangınları yoğunlaştırır. Solunursa potansiyel olarak hayati tehlike yaratır, yutulursa toksiktir, cilt ile temas ederse zararlıdır. Ciddi cilt yanmaları ve ciddi göz hasarına neden olur!

- ▶ Potasyum dikromat ile çalışıldığında her zaman koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.
- ▶ Kullanım öncesinde özel öneri alın.
- ▶ Üreticinin güvenlik veri sayfasındaki tüm talimatları takip edin.

Ölçüm işlemi için uygun kalibrasyon solüsyonları kullanın. Genel olarak kullanılan solüsyon örnekleri:

- Potasyum dikromat, $K_2Cr_2O_7$
Bir litrede seyreltilmiş 182 ml 0,1N $K_2Cr_2O_7$ solüsyonu, 280 nm'de yaklaşık 10 OD absorpsiyona sahiptir. Solüsyonun seyreltilmesi ile, ölçüm noktasını ayarlamak üzere kullanılabilceğiniz bir seri kalibrasyon solüsyonu üretebilirsiniz.
- D-triptofan
Sık sık optik kalibrasyon için de kullanılan bir protein. 100 ppm konsantrasyona sahip bir solüsyon 280 nm'de yaklaşık 2,6 OD absorpsiyona sahiptir.

$AU = OD \cdot OPL [cm]$

AU ... absorpsiyon birimleri, OD ... optik yoğunluk, OPL optik yol uzunluğu

Bir D-triptofan ana solüsyonunun üretilmesi

1. 1 g D-triptofanı 200 ml deiyonize su bulunan bir laboratuvar kabında ısıtarak (30 °C (86 °F)) karıştırarak (manyetik karıştırıcı) çözündürün.
2. D-triptofan çözünürken, laboratuvar kabı yaklaşık 450 ml hacme sahip olana kadar deiyonize su ekleyin.


3. Triptofan tamamen çözünene kadar 30 °C (86 °F) sıcaklıkta karıştırmaya devam edin.
4. Volumetrik bir şişe içerisinde solüsyonu 1000 ml hacme seyreltin.
 - ↳ Şimdi 1000 mg/l (ppm) konsantrasyona sahip bir ana D-triptofan solüsyonuna sahip olursunuz.
5. Seyreltme yaparak ana solüsyondan bir seri kalibrasyon solüsyonu oluşturun ve bir laboratuvar spektrometresi kullanarak sensör dalga boyunda solüsyonların absorpsiyonunu belirleyin.
 - ↳ Bu değer çiftlerini (konsantrasyon ve absorpsiyon değerleri) transmitterde uygulama kalibrasyonu için veri setlerinde kullanın.

i Potasyum dikromat veya D-triptofan yerine kalibrasyon/ayar ve uygulama kalibrasyonu için proses maddenizi de kullanabilirsiniz. Burada aynı zamanda bilenen konsantrasyonda bir seri seyreltme üretin ve laboratuvarda absorpsiyonu belirleyin.


7.2.2 Easycal

Easycal, herhangi bir sıvı standardı olmadan NIST için izlenebilir bir kalibrasyon/ayar gerçekleştirmenize imkan tanır.

Easycal ile dedektör: fonksiyon



A0033709



A0033708

9 Filtre "dışarı" pozisyonda

- 1 NIST-izlenebilir filtre (yüksek)
- 2 Kilitleme vidası

10 Filtre "içeri" pozisyonda

- 3 Konumlama pimi
- 4 Lens grubu

Her Easycal cihazı iki izlenebilir filtreye sahiptir - bir filtre nominal 0,5 AU ve diğer filtre 1 AU (absorpsiyon birimi) değerine sahiptir - bunlar cihaz ölçüm yoluna ayrı veya birlikte yerleştirilebilir. Bu filtre(ler) izlenebilir test ekipmanları ile taranabilir ve bağımsız dalga boyunda gerçek absorpsiyon tespit edilebilir.

Optik EasyCal filtrenin gerçek değerlerini kullanmanız çok önemlidir. Bu değerler sağlanan kalibrasyon sertifikasında verilmiştir.

- Absorpsiyon değerlerini girin (CM44P): **Menü/Kurulum/Girişler/Fotometre/Genişletilmiş kurulum/Ölçüm kanalı/Kalibrasyon ayarları/EasyCal = Evet, NIST filtre yüksek ve NIST filtre düşük.**


i Yeniden sertifikalama için her yıl EasyCalı Servis Merkezimize gönderin. Buna NIST tarafından izlenebilen kaynaklara uygun şekilde komple fonksiyonel test ve filtrelerin yeniden sertifikasyonu dahildir.

7.2.3 Gözle kontrol

Her standart sensör için teslimata bir referans çubuk dahildir (EasyCal bulunmayan sensör). Bu yolla kalibrasyon solüsyonları kullanma zorunluluğu olmadan cihazda bir fonksiyonel test gerçekleştirilmesi mümkündür.

Referans çubuk sensör dedektör muhafazasına vidalanır, dolayısıyla sensör ışığı kısmen engellenir. Bu optik zincirdeki absorpsiyonu simüle eder.

Aşağıdaki ölçüm dedektörünün kesit alanının görünümü referans çubuğun pozisyonunu ve engelleme etkisini gösterir.



A0029964

11 Referans çubuk takılı şekilde dedektör modülünün kesit alanı

Devreye alma sırasında referans çubuk için bir değer elde etmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. Akış düzeneğini su ile doldurun. Ölçülen değer olarak "sıfır" gösterildiğinden emin olun.
2. Referans çubuğu dedektör muhafazasına takın.
 - ↳ Ölçülen değeri not edin.

Akış düzeneğini yeniden su ile doldurarak ve referans çubuğu yeniden takarak kalibrasyonu daha sonra istediğiniz bir zamanda da kontrol edebilirsiniz. Ölçülen değer not edilen değere eşit olmamalıdır.

8 Bakım

Tüm ölçüm sisteminin çalışma emniyetini ve güvenilirliğini sağlamak üzere gereken tüm önlemleri doğru zamanda yerine getirin.

DUYURU

Proses ve proses kontrolü üzerindeki etkiler!

- ▶ Sistem üzerinde bir çalışma gerçekleştirirken bunun proses kontrol sistemine ve prosesin kendisine olan etkilerini aklınızda bulundurun.
- ▶ Kendi güvenliğinizi açısından sadece orijinal aksesuarlar kullanın. Orijinal parçalar kullandığınızda bakım işlemleri sonrasında da fonksiyon, hassasiyet ve güvenilirlik garantisine sahip olursunuz.

DUYURU

Hassas optik parçalar

Eğer dikkatli şekilde ilerlemezseniz, optik parçalara hasar verebilir veya ciddi şekilde kıriletebilirsiniz.

- ▶ Bakım işlemleri sadece uygun eğitim almış personel tarafından gerçekleştirilebilir.
- ▶ Tüm optik parçaların temizlenmesi için etanol ile birlikte lenslerin temizliği için uygun tiftiksiz bir bez kullanın.

8.1 Bakım programı

- Bakım ve servis aralıkları uygulamaya özel belirlenir.
- Temizlik aralıkları maddeye bağlıdır.

Bakım kontrol listesi

- Lamba değiştirin
Lamba tipik olarak 1000 ile 3000 çalışma saati sonrasında değiştirilir (→ 📄 39).
- Sensör camı ve contasını değiştirin
Camın hasarlanması durumunda değiştirilmesi gereklidir.
- Madde ile temas halinde olan O-ring'leri değiştirin
Madde ile temas halinde olan O-ringlerin değişimi prosese özel gereksinimlere bağlıdır. Kullanılmış bir O-ring'i kesinlikle bir daha kullanmayın.

8.2 Tehlikeli bölge lambasının değiştirilmesi

Tehlikeli bölge lambası için montaj ve demontaj işlemi tehlikeli olmayan bölge versiyonu ile aynıdır.



Doğru yedek parça kitini kullandığınızdan emin olun.

8.3 Cıva buharlı lambanın deęiřtirilmesi

⚠ UYARI

Tehlikeli voltaj

Elektrik çarpması nedeniyle ciddi veya ölümcül yaralanma tehlikesi!

- ▶ Lambada herhangi bir bakım çalıřması gerçekleřtirmeden önce, tüm kabloları çıkarın ve sensörden güç beslemesini kesin.
- ▶ Lambayı sadece akımsız durumda deęiřtirin.

⚠ DİKKAT

Cıva lamba

Gözlere ve cilde zarar verebilir!

- ▶ Gözlerin ve cildin kılıfsız ürüne maruz kalmasından kaçının.
- ▶ UV radyasyonuna karřı korunmak için koruyucu gözlükler giyin.

⚠ DİKKAT

Cıvalı lambanın kırılması


Serbest kalan cıvanın solunması nedeniyle olası yaralanma!

- ▶ Solunması halinde kiřiyi temiz havaya çıkarın ve nefes almasının engellenmedięinden emin olun.
- ▶ Lamba üreticisinin güvenlik veri sayfasına uygun hareket edin.

Kullanılan lambanın çıkarılması


- ▶ Transmitterdeki lambayı yazılım fonksiyonunu kullanarak kapatın.
- ▶ Lamba kablosunu çıkarın.
- ▶ Lambanın soęumasına izin verin (30 dakika).

1.



Lamba modülünü saat yönünün tersine çevirerek akıř düzeneęinden çıkarın.


2.



Bir 1" açık uçlu anahtar kullanın. Anahtar ile kablo konnektörünün taban plakasını yerinde tutun ve elle saatin tersi yönde çevirerek lamba muhafazasının vidalarını çıkarın.


↳ Lamba ve reflektör ünitesini muhafazadan çıkarın.

3.



Lambayı 1-2 tur tutarak sabitleme vidasını gevşetin.

4.



Lamba soketini lamba güç besleme ünitesi ile reflektör arasında tutun ve bağlantısından dışarı doğru bastırın. Devre kartının kablosuna zarar vermeyin! Sonrasında lambayı reflektörden tamamen çıkarın.

↳ Cıva içeren lambalar için yerel düzenlemelere uygun şekilde kullanılmış lambayı imha edin.


5.

Lamba modülünün kablolarının aşınmış veya reflektörün hasarlı olup olmadığını kontrol edin.

Yeni bir lamba takılması

Lamba ile çalışırken lensler için bir bez kullanın veya pudrasız lateks eldivenler giyin.


1.



Yeni lambayı ve reflektörü etanol ve lensi temizlemek için kullanılan bir bezle temizleyin.

↳ Temizlendiklerinde optik yüzeylere dokunmayın!


2.



Yeni lambayı reflektör içerisinde dikkatlice soket içersine yönlendirin.

↳ Lambanın güvenli şekilde doğru pozisyona oturduğundan emin olun.

3.




Sabitleme vidasını yeniden sıkıştırın.

↳ Bu vida sadece lambayı yerinde tutmak için kullanılır. Bu nedenle, çok fazla sıkıştırmayın çünkü bu lambaya zarar verebilir veya kırabilir.


4. Lamba kontak alanının yeniden kapatma öncesinde tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun.

5.



Lamba ve reflektör grubunu muhafazaya yeniden vidalayın ve elle sıkıştırın.

6.



Lamba modülünün tamamını akış düzeneğine tekrar monte edin.

Lamba değiştirildikten sonra sistemin ayarlanması gereklidir. Ek olarak, CM44P üzerindeki lampa için çalışma saati sayacını sıfırlamalısınız: **CAL/Fotometre/Lamba çalışma süresi/Resetle**.

8.4 Referans filtrenin değiştirilmesi

⚠ UYARI

Tehlikeli voltaj

Elektrik çarpması nedeniyle ciddi veya ölümcül yaralanma tehlikesi!

- ▶ Lambada herhangi bir bakım çalışması gerçekleştirilmeden önce, tüm kabloları çıkarın ve sensörden güç beslemesini kesin.
- ▶ Filtreyi sadece akımsız durumda değiştirin.

⚠ DİKKAT

Cıva lampa

Gözlere ve cilde zarar verebilir!

- ▶ Gözlerin ve cildin kılıfsız ürüne maruz kalmasından kaçının.
- ▶ UV radyasyonuna karşı korunmak için koruyucu gözlükler giyin.


⚠ DİKKAT

Cıvalı lambanın kırılması

Serbest kalan cıvanın solunması nedeniyle olası yaralanma!

- ▶ Solunması halinde kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes almasının engellenmediğinden emin olun.
- ▶ Lampa üreticisinin güvenlik veri sayfasına uygun hareket edin.

- ▶ Transmitterdeki lambayı yazılım fonksiyonunu kullanarak kapatın.
- ▶ Lamba kablosunu çıkarın.
- ▶ Lambanın soğumasına izin verin (30 dakika).
- ▶ Lamba modülünü akış düzeneğinden çıkarın, lamba muhafazasını demonte edin ve lamba ve reflektör ünitesini muhafazadan çıkarın. Cıva buharlı lambayı değiştirmek için açıklananla aynı yöntemle ilerleyin. → 24



12 Referans filtrenin değiştirilmesi

- 1 Devre kartındaki vida
- 2 O-ring
- 3 Referans filtre
- 4 Lamba tutucu

1. Her iki vidayı (öğe 1) çıkarın ve devre kartını lamba tutucudan sökün (öğe 4).
2. Lamba tutucusunu ters çevirin ve filtreyi (öğe 3) elinize bırakın.
3. Yeni filtreyi takın. Bunu yaparken "yansıyan" tarafın ışık kaynağına doğru baktığından emin olun. Yedek parça kitinden doğru filtreyi (referans filtre) kullanın!
4. Devre kartını geri takın ve vidaları hafifçe sıkıştırın.
5. Lamba modülünü yeniden monte edin ve grup üzerine geri takın.

Sonrasında ölçüm sistemini yeniden kalibre etmeniz/ayarlamamız gereklidir.

Ek olarak, CM44P olması durumunda filtre değişimi için sayacı sıfırlamanız gereklidir: **CAL/ Fotometre/Filtre değişimi/Resetle**

8.5 Ölçüm filtresinin değiştirilmesi


i Easycal bulunan versiyonlar:

Eğer Easycal dedektör modülü yeniden sertifikalama için gönderildiyse, ölçüm filtresinde bir hata teşhis taraması gerçekleştirilir ve gerekirse ölçüm filtresi değiştirilir.

Filtreyi kendiniz değiştirmeyin.


Standart dedektör bulunan versiyonlar

1.




Dedektör muhafazasını akış düzeneğinden çıkarın.

2.




Dedektör muhafazasından çıkarmak için dedektör modülünü saat yönünde çevirerek çıkarın. Takılı kalırsa, grubun vidalarını sökmek için kablo soketinin taban plakasına bir 1" (25 mm) açık uçlu anahtar yerleştirin.

3.




Sabitleme vidasını serbest bırakın.

4.




Grubu dikey, dik pozisyonda tutun ve filtre düşene kadar yumuşak bir şekilde üzerine vurun.

5.




Yeni ölçüm filtresini muhafazaya takın. Filtre üzerindeki ok kurulum yönünü gösterir. Ok aşağı bakacak şekilde filtreyi muhafaza içerisine takın.

6.




Ölçüm filtresinin sabitleme vidasını filtre ile temas edene kadar sıkıştırın. Filtrenin yerinde tutulduğundan emin olun.

7.



Dedektör modülünü dedektör muhafazasına vidalayın.

8.



Dedektör muhafazasını tekrar akış düzeneğine monte edin.

Sonrasında ölçüm sistemini yeniden kalibre etmeniz/ayarlamamız gereklidir.

Ek olarak, CM44P olması durumunda filtre değişimi için sayacı sıfırlamanız gereklidir: **CAL/ Fotometre/Filtre değişimi/Resetle**

8.6 Sensör camı ve contasının değiştirilmesi



Flowcell OUA260, BA01600C için Kullanım Talimatları

CUA261, BA01652C için Kullanım Talimatları



Eğer sensörü CUA261 adaptörü kullanarak bir VARIVENT akış düzeneğine monte etmişseniz, optik camların çıkarılması ve değiştirilmesi hakkında bilgiler için Kullanım Talimatları'na bakın.

Optik camların ve contaların çıkarılması

Yol uzunluğunu korumak için her zaman camları aynı tipte camlarla değiştirin.

Aşağıdaki OUA260 için geçerlidir:

Akış düzeneği camları ve contaları değiştirmek için proses hattından çıkarılmalıdır.


1. Sadece OUA260 olması durumunda:

Proses borusundaki akışı durdurun ve grubu **kuru** proses hattından çıkarın.

2. Lambayı ve dedektör muhafazasını gruptan çıkarın.


Aşağıdaki açıklama her iki taraf için de geçerlidir, örn. dedektör tarafı ve lamba tarafı. Her zaman O-ring'leri veya optik camları değiştirin ¹⁾ her iki tarafta.

3.




4 Alyan vidayı (1/8" veya 3 mm) cam halkasından çıkarın. Vidaları eşit ve cam halkası çevresinde dönüşümlü gevşettiğinizden emin olun.

4.



Cam halkasını iç kısımda O-ring ile birlikte gruba doğru.

5.




Optik camı grubun dışına doğru yavaşça itin. Cam sıkışırsa, cam contasının (O-ring) çevresine biraz aseton uygulayın ve etkilemesi için birkaç dakika bekleyin. Bu camın çıkarılmasına yardımcı olmalıdır. **Conta sonrasında yeniden kullanılamaz!**

Optik camların ve contaların kontrol edilmesi veya değiştirilmesi

1. Grubun cam alanını atıklar veya kirlenmeye karşı kontrol edin. Gerekirse temizleyin.
2. Optik camları ufalanma veya aşınma işaretlerine karşı kontrol edin.
 - ↳ Eğer ufalanma/aşınma işaretleri bulunuyorsa camları değiştirin.
3. Tüm O-ring'leri imha edin ve bunları ilgili bakım kitindeki yeni O-ring'ler ile değiştirin.


1) Optik camların sadece hasarlandıklarında değiştirilmesi gereklidir.

4. Optik camı ve sonrasında cam halkasını yeni contalar ile birlikte gruba monte edin. Cam halkasının vidalarını çapraz olarak karşıt sırayla sıkıştırdığınızdan emin olun. Bu yöntemle, halkanın doğru oturtulduğundan emin olun.
 5. Eğer optik camlar ve cam halkalar aynı değilse, lambanın doğru tarafta bulunduğundan emin olun. Lamba "daha kısa" cam uzunluğuna sahip tarafta olmalıdır. Sonrasında lamba ve dedektörü grup üzerine monte edin.
-  Eğer yol uzunluğunu diğer optik camları takarak değiştirmişseniz, ölçüm sistemini uygun şekilde yapılandırmanız gereklidir.
- Tüm koşullarda, her zaman camları monte ve demonte ettikten sonra sıvılar ile bir ayar gerçekleştirmelisiniz.

Hassas optik yol uzunluğu (POPL) için bir ayarlayıcıya sahip gruplar

Hassas optik yol uzunluğu (POPL) ayarlayıcı optik yol uzunluğunu ölçüm için gereken net mesafeye ayarlamak mümkündür.

POPL sadece Easycal bulunan ve optik yol uzunlukları < 5 mm olan ölçüm sistemleri için gereklidir.



A0030205

13 POPL fonksiyonuna sahip grup, kesit görünümü

- 1 Ölçüm mastarı
- 2 OUA260 Montajı
- 3 Cam halkasının vidaları
- 4 Yol uzunluğu ayarlayıcı
- 5 Camlı aktüatörler
- 6 Sabitleme vidaları

i Aşağıdaki açıklama halihazırda POPL takılı olan gruplar için geçerlidir. Eğer POPL yenilemesi yapıyorsanız, lütfen yedek parça kiti ile birlikte verilen talimatlara bakın.

1. O-ring'leri ve hasarlı camları POPL olmayan gruplar için aynı şekilde değiştirin. Grubun her iki tarafına cam halkaları yeniden takana kadar adımları takip edin.
2. Her bir cam halkasında bulunan 2 sabitleme vidasını (madde 6) çıkarın.
3. Ölçüm mastarını temizleyin (madde 1) ve bunu camlar arasında konumlanana kadar grubun içerisine takın.
4. Şimdi yol uzunluğu ayarlayıcıyı kullanın (madde 4). Ölçüm mastarı her iki cama da değene (→ şema) kadar her iki taraftaki aktüatörü (madde 5) kademeli şekilde vidalayarak yol uzunluğunu azaltın. Çok sıkı sıkıştırmayın.
5. Ölçüm mastarını dikkatlice yeniden gruptan çıkarın.
6. Sonrasında aktüatörü yerine sabitlemek için sabitleme vidalarını sıkıştırın.
 - ↳ Yol uzunluğu ayarlayıcıyı çıkarın.

Mümkünse: monte edilen akış düzeneğine proses basıncının iki katı değerinde bir basınç testi uygulayın. Ölçüm mastarı ile bir başka kontrol gerçekleştirin ve gerekirse yol uzunluğunu

ayarlayın. Basınç testleri O-ring cam contalarının baskısını ve montaj sırasında ayar dişlerini garanti altına alır. Bu yol uzunluğundaki ilk değişimleri telafi eder.



Bazı cam yüzeyleri birbirlerine paralel olmayabilir. Bu özellikle camların yalazlı parlatılmış kuvars olması halinde normaldir. Ölçüm mastarının cam yüzeylerini çizmediğinden kesinlikle emin olun.

9 Onarım

9.1 Genel notlar

Onarım ve dönüşüm konsepti aşağıdakileri sağlar:

- Ürün modüler bir tasarıma sahiptir
- Yedek parçalar, ilgili kit talimatlarını içeren kitler şeklinde gruplanmıştır
- Sadece üreticiden temin edilen orijinal yedek parçaları kullanın
- Onarımlar üreticinin Servis Departmanı veya eğitimli kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir
- Sertifikalı cihazlar sadece üreticinin Servis Departmanı tarafından veya fabrikada diğer sertifikalı versiyonlar dönüştürülebilir
- Geçerli standartlara, ulusal düzenlemelere, Ex dokümantasyonuna (XA) ve sertifikalara uygun

1. Kit talimatına uygun şekilde onarımı gerçekleştirin.

2. Onarım ve dönüşümü belgeleyin ve bunu Yaşam Çevrimi Yönetimi aracına (W@M) girin veya girilmesini sağlayın.

9.2 Yedek parçalar

Teslimata hazır olan cihaz yedek parçaları web sitesinde bulunmaktadır:

<https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>

- Yedek parça siparişi verirken cihazın seri numarası bilgisini de girin.


9.3 İade

Onarım veya bir fabrika kalibrasyonu gerekiyorsa ya da yanlış bir ürün sipariş veya teslim edilmiş ürün iade edilmelidir. Bir ISO sertifikalı şirket ve aynı zamanda kanuni düzenlemeler nedeniyle, Endress+Hauser madde ile temas etmiş olan iade ürün işlemlerinde belirli prosedürlere uymak zorundadır.

Cihazın hızlı, güvenli ve profesyonel bir şekilde iade edilmesini sağlamak için:

- Prosedür ve genel koşullar hakkında bilgi için www.endress.com/support/return-material web sitesine göz atın.

9.4 İmha

-  Elektrik ve elektronik ekipmanlar hakkındaki 2012/19/EU Direktifi (WEEE) gerektiriyorsa, WEEE'nin ayrılmamış kentsel atık olarak imha edilmesini en aza indirmek için ürünler, gösterilen sembolle işaretlenmiştir. Bu işareti taşıyan ürünleri sınıflandırılmamış genel atık şeklinde imha etmeyin. Bunun yerine, uygun koşullar altında imha edilmesi için üreticiye iade edin.

Cıvalı lambayı doğru şekilde imha edin

- Cıvalı lambayı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

10 Aksesuarlar

Aşağıdakiler bu dokümantasyonun yayınladığı zamanda mevcut olan en önemli aksesuarlardır.

Listelenen aksesuarlar talimatlardaki ürün ile teknik olarak uygundur.

1. Ürün kombinasyonu için uygulamaya özel sınırlamalar mümkündür. Ölçüm noktasının uygulamaya uygun olmasını sağlayın. Bu ölçüm noktasının operatörünün sorumluluğudur.
2. Tüm ürünler için talimatlardaki bilgilere, özellikle de teknik bilgilere dikkat edin.
3. Burada listelenmemiş olan aksesuarlar için lütfen Servis veya Satış Merkezi ile irtibata geçin.

10.1 Akış düzeneği

OUA260

- Hijyenik sensörler için akış düzeneği
- Borularda sensör kurulumu için
- Çok sayıda malzeme, proses bağlantısı ve yol uzunluğu versiyonu mevcuttur
- Ürün sayfasındaki Product Configurator: www.endress.com/oua260



Teknik Bilgiler TI00418C

CUA261

- VARINLINE muhafazaya kurulum için VARIVENT adaptör
- Hijyenik proses bağlantısı, proسته temizlik (CIP) ve proسته sterilizasyon (SIP) için uygun
- Çok sayıda cam malzemesi ve yol uzunluğu versiyonu mevcuttur
- Ürün sayfasındaki Product Configurator: www.endress.com/cua261



Kullanım Talimatları BA01652C

10.2 Kablolar

CUK80 kablo seti

- Analog fotometre sensörlerini bağlamak için önceden sonlandırılmış ve etiketlenmiş kablolar
- Ürün yapısına göre sipariş

10.3 Kalibrasyon

Kit OUSAF44 EasyCal yenileme kiti

- UV absorpsiyon sensörlerinin kalibrasyonu için NIST ile izlenebilir patent sistemi
- Sipariş numaraları:
 - 254 nm: 71210149
 - 280 nm: 71210150
 - 295 nm: 71210156
 - 302 nm: 71210153
 - 313 nm: 71210151
 - 365 nm: 71210152

Referans çubuk

Sipariş numarası: 71108543

11 Teknik bilgi

11.1 Giriş

11.1.1 Ölçülen değişken

UV-absorpsiyon

11.1.2 Ölçüm aralığı

- 0 ile 2,5 AU arası
- Maks. 50 OD (optik yol uzunluğuna bağlı olarak)

11.1.3 Dalga boyu

Ayrık dalga boyu 254, 280, 295, 302, 313 veya 365 nm'de

Talep edilirse fazlası mevcuttur

11.2 Ortam

11.2.1 Ortam sıcaklığı

Tehlikeli olmayan bölge versiyonları

0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Tehlikeli bölge versiyonları

2 ... 40 °C (36 ... 104 °F)

11.2.2 Saklama sıcaklığı

-10 ile +70 °C (+10 ile +160 °F) arası

11.2.3 Nem

%5 ile 95 arası

11.2.4 Koruma derecesi

IP65 ve NEMA 4

11.2.5 Elektrik güvenliği

Maksimum yükseklik ≤ MSL üzerinde 2000 m (6560 ft)

11.3 Proses

11.3.1 Proses sıcaklığı

0 ile 90 °C (32 ile 194 °F) arası sürekli

Maks. 130 °C (266 °F) 2 saat için

11.3.2 Proses basıncı

Maks. 100 bar (1450 psi) mutlak, malzemeye bağlı olarak, akış düzeneğinin boru ölçüsü ve proses bağlantısı

11.4 Mekanik yapı

11.4.1 Boyutlar

→  12

11.4.2 Ağırlık

Sensör

UV lamba 0,58 kg (1,28 lbs)

Tel örgülü kabloya sahip UV lamba (1,2 m (4 ft)) ve birleşim kutusu (tehlikeli bölge için sensör) 3,2 kg (6,66 lbs)

Easycal dedektör 0,65 kg (1,43 lbs)

Standart dedektör 0,36 kg (0,794 lbs)

OUA260 Montajı



Teknik Bilgiler OUA260, TI00418C

Düzenek CUA261



Kullanım Talimatları CUA261, BA01652C

11.4.3 Malzemeler

Sensör muhafazası

Paslanmaz çelik 316

OUA260 Montajı



Teknik Bilgiler OUA260, TI00418C

Düzenek CUA261



Kullanım Talimatları CUA261, BA01652C

Kablo konnektörü uçları

Nikel kaplamalı pirinç

11.4.4 Işık kaynağı

Düşük basınçlı cıva buharlı lamba

Lamba çalışma ömrü: tipik olarak 3000 saat, en az 1000 saat



Lamba 30 dakikalık bir ısınma süresi geçene kadar tam kapasitede çalışmayacaktır.

11.4.5 Dedektör

UV silikon dedektör, hermetik yalıtımlı

11.4.6 Filtre

Çok kademeli parazit filtresi, aşırı UV koşulları için tasarlanmıştır

İndeks

A

Aksesuarlar 36

B

Bağlantı

Kontrol 18

Ölçüm enstrümanı 14

Bakım programı 23

Boyutlar 12

C

Cihaz açıklaması 7

Cihaz tipi 7

D

Dalga boyu 37

Değişim

Cıva lamba 24

Sensör camı ve contası 31

E

Easycal 21

F

Fonksiyon kontrolü 20

G

Güç beslemesi

Ölçüm enstrümanının bağlanması 14

Güvenlik

İş yeri güvenliği 5

Operasyonel 5

Ürün 6

Güvenlik bilgileri 4

Güvenlik talimatları 5

İ

İade 35

İmha 36

İsim plakası 9

İş yeri güvenliği 5

İşletim güvenliği 5

K

Kontrol

Bağlantı 18

Montaj 14

Koruma derecesinin temin edilmesi 18

Kullanım

Amacı 5

Kullanım amacı 5

L

Lamba voltajı 15

M

Montaj

Kontrol 14

Montaj açısı 13

Montaj gereksinimleri 10

Ö

Ölçülen değişken 37

Ölçüm aralığı 37

Ölçüm prensibi 8

Ölçüm sistemi 10

P

Personel için gereksinimler 5

R

Referans çubuk 22

S

Semboller 4

Sensörün montajı 13

T

Tehlikeli bölge lambası 15

Teknik personel 5

Teslimat kapsamı 10

Teslimatın kabul edilmesi 9

Ü

Ürün güvenliği 6

Ürünün tanımlanması 9



71681510

www.addresses.endress.com
