



제2021-070592-01-1 호

# 안 전 인 증 서

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstrasse 1, 79689, Maulburg, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

Liquid Level Switches Liquiphant

## 형식·모델(용량·등급) / 인증번호

FTL41-KC\*\*\*B\*\*\*\*\* (Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb) / 19-KA4BO-0848X

## 인 증 기 준

고용노동부고시 제2021-22호

## 인 증 조 건

### 1. 제조공장

·본 인증서는 'Hauptstrasse 1, 79689, Maulburg, Germany'에서 생산하는 제품에 한함.

### 2. 제품개요

·0종과 1종 경계 지역에 설치되는 내압방폭 구조의 레벨 스위치임.

·사용주위온도 및 공정온도: IECEx 인증서(IECEx KIWA 19.0010X Issue No.1) Annex 참조

### 3. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함.

·FTL41-KC\*\*\*B\*\*\*\*\*

→\*: 방폭성능에 영향을 주지 않는 코드임.

### 4. 안전한 사용을 위한 조건

·상세 조건은 관련 IECEx 인증서(IECEx KIWA 19.0010X Issue No.1)의 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조

### 5. 인증(변경)사항

·1차 변경(2020.07.02.): 기존 제2019-070769-01-1호에서 기기보호등급 기재하여 재발행함.

·2차 변경(2021.12.13.): 기존 제2021-070592-01-1호에서 IECEx인증서 갱신으로 인하여 재발행함.

### 6. 그 밖의 사항

·사용자 매뉴얼 참조

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx KIWA 19.0010X Issue No.1)와 함께 사용

2019 년 11 월 12 일

## 한국산업기술시험원장

