


取扱説明書 Levelflex FMP51/FMP52/FMP54 HART

ガイドレーダーレベル計





A0023555

目次

1	主要な資料情報	5	6.2	機器の取付け	42
1.1	資料の機能	5	6.2.1	ツールリスト	42
1.2	資料の表記規則	5	6.2.2	FMP54 ロッドプローブの取付け	43
1.2.1	安全シンボル	5	6.2.3	プローブの切断	43
1.2.2	電気シンボル	5	6.2.4	気相補正機能付き FMP54 : ロッド プローブの取付け	46
1.2.3	工具シンボル	6	6.2.5	機器の設置	47
1.2.4	特定情報および図に関するシン ボル	6	6.2.6	「センサ、分離型」バージョンの取 付け	48
1.3	関連資料	7	6.2.7	変換器ハウジングの回転	50
1.3.1	技術仕様書	7	6.2.8	表示部の回転	50
1.3.2	簡易取扱説明書 (KA)	7	6.3	設置状況の確認	51
1.3.3	安全上の注意事項 (XA)	7			
1.4	用語および略語	7	7	電気接続	52
1.5	登録商標	8	7.1	接続条件	52
2	安全上の基本注意事項	9	7.1.1	端子の割当て	52
2.1	要員の要件	9	7.1.2	ケーブル仕様	59
2.2	用途	9	7.1.3	機器プラグ	60
2.3	労働安全	9	7.1.4	電源	61
2.4	操作上の安全性	10	7.1.5	過電圧保護	63
2.5	製品の安全性	10	7.2	機器の接続	63
2.5.1	CE マーク	10	7.2.1	端子部カバーを開く	64
2.5.2	EAC 認証	10	7.2.2	接続	64
3	製品説明	11	7.2.3	差込式スプリング端子	65
3.1	製品構成	11	7.2.4	端子部カバーを閉じる	65
3.1.1	Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/ FMP55	11	7.3	配線状況の確認	66
3.1.2	電子部ハウジング	12	8	操作オプション	67
4	納品内容確認および製品識別表示	13	8.1	概要	67
4.1	受入	13	8.1.1	現場操作	67
4.2	製品識別表示	13	8.1.2	リモート表示部と操作モジュール FHX50 による操作	68
4.2.1	銘板	14	8.1.3	Bluetooth® ワイヤレス技術を経由	69
5	保管、輸送	15	8.1.4	リモート操作	70
5.1	保存温度	15	8.2	操作メニューの構成と機能	71
5.2	測定点までの製品の搬送	15	8.2.1	操作メニューの構成	71
6	設置	17	8.2.2	ユーザーの役割と関連するアクセ ス権	72
6.1	設置条件	17	8.2.3	データアクセス - セキュリティ	72
6.1.1	適切な取付け位置	17	8.3	表示部および操作モジュール	77
6.1.2	制限された条件下での取付け	19	8.3.1	表示	77
6.1.3	プローブの機械的負荷に関する注 意事項	21	8.3.2	操作部	80
6.1.4	コアキシャルプローブの横応力 (曲 げ強度)	22	8.3.3	数字とテキストの入力	81
6.1.5	プロセス接続に関する情報	23	8.3.4	コンテキストメニューを開く	83
6.1.6	外装付フランジの取付け	25	8.3.5	表示部および操作モジュール上の 反射波形表示	84
6.1.7	プローブの固定	26	9	HART プロトコルを介したシステム インテグレーション	85
6.1.8	特別な設置状況	30	9.1	DD ファイルの概要	85
			9.2	HART デバイス変数および測定値	85

10	SmartBlue（アプリ）を使用した設定	86
10.1	要件	86
10.2	SmartBlue アプリ	86
10.3	SmartBlue での反射波形表示	86
11	設定ウィザードによる設定	88
12	操作メニューを使用した設定	89
12.1	機能チェック	89
12.2	操作言語の設定	89
12.3	基準距離の確認	89
12.4	レベル測定の設定	91
12.5	界面測定の設定	93
12.6	基準反射波形の記録	95
12.7	現場表示器の設定	96
12.7.1	レベル測定用の現場表示器の初期設定	96
12.7.2	界面測定用の現場表示器の初期設定	96
12.7.3	現場表示器の調整	96
12.8	電流出力の設定	97
12.8.1	レベル測定用の電流出力の初期設定	97
12.8.2	界面測定用の電流出力の初期設定	97
12.8.3	電流出力の調整	97
12.9	設定管理	98
12.10	不正アクセスからの設定の保護	99
13	診断およびトラブルシューティング	100
13.1	一般トラブルシューティング	100
13.1.1	一般エラー	100
13.1.2	エラー - SmartBlue 操作	102
13.1.3	パラメータ設定エラー	103
13.2	現場表示器の診断情報	105
13.2.1	診断メッセージ	105
13.2.2	対処法の呼び出し	107
13.3	操作ツール上の診断イベント	108
13.4	診断リスト	109
13.5	診断イベントのリスト	110
13.6	イベントログ	112
13.6.1	イベント履歴	112
13.6.2	イベントログのフィルタリング	112
13.6.3	情報イベントの概要	112
13.7	ファームウェアの履歴	114
14	メンテナンス	115
14.1	外部洗浄	115
15	修理	116
15.1	一般的注意事項	116
15.1.1	修理コンセプト	116
15.1.2	防爆認証機器の修理	116

15.1.3	電子モジュールの交換	116
15.1.4	機器の交換	116
15.2	スペアパーツ	117
15.3	返却	117
15.4	廃棄	117
16	アクセサリ	118
16.1	機器関連のアクセサリ	118
16.1.1	日除けカバー	118
16.1.2	電子部ハウジングの取付ブラケット	119
16.1.3	ロッド伸長パイプ/センタリングリング	120
16.1.4	取付キット（絶縁）	121
16.1.5	センタリングスター	122
16.1.6	センタリングウェイト	125
16.1.7	リモート表示部 FHX50	127
16.1.8	過電圧保護	128
16.1.9	HART 機器用の Bluetooth モジュール	129
16.2	通信関連のアクセサリ	130
16.3	サービス関連のアクセサリ	131
16.4	システムコンポーネント	131
17	操作メニュー	133
17.1	操作メニューの概要（SmartBlue）	133
17.2	操作メニューの概要（表示モジュール）	139
17.3	操作メニューの概要（操作ツール）	147
17.4	「設定」メニュー	154
17.4.1	「マッピング」ウィザード	167
17.4.2	「高度な設定」サブメニュー	168
17.5	「診断」メニュー	223
17.5.1	「診断リスト」サブメニュー	225
17.5.2	「イベントログブック」サブメニュー	226
17.5.3	「機器情報」サブメニュー	227
17.5.4	「測定値」サブメニュー	230
17.5.5	「データのログ」サブメニュー	234
17.5.6	「シミュレーション」サブメニュー	237
17.5.7	「機器チェック」サブメニュー	242
17.5.8	「Heartbeat」サブメニュー	244

索引	245
-----------	------------

1 主要な資料情報

1.1 資料の機能

本取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階において必要とされる、以下を含むあらゆる情報が記載されています。

- 製品識別表示
- 納品内容確認
- 保管
- 設置
- 接続
- 操作
- 設定
- トラブルシューティング
- メンテナンス
- 廃棄

1.2 資料の表記規則

1.2.1 安全シンボル



危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。



危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。



危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。



人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2 電気シンボル



交流



直流および交流



直流



グラウンド接続

オペレータに関する限り、接地システムを用いて接地された接地端子

⊕ 保護接地 (PE)

その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。

接地端子は機器の内側と外側にあります。

- 内側の接地端子：保護接地と電源を接続します。
- 外側の接地端子：機器とプラントの接地システムを接続します。

1.2.3 工具シンボル



プラスドライバ



マイナスドライバ



星型ドライバ



六角レンチ



スパナ

1.2.4 特定情報および図に関するシンボル



使用可

許可された手順、プロセス、動作



推奨

推奨の手順、プロセス、動作



使用不可

禁止された手順、プロセス、動作



ヒント

追加情報を示します。




資料参照



図参照



注意すべき注記または個々のステップ



一連のステップ



操作・設定の結果



外観検査



操作ツールによる操作



書き込み保護パラメータ

1, 2, 3, ...

項目番号

A, B, C, ...



安全上の注意事項

関連する取扱説明書に記載された安全上の注意事項に注意してください。



接続ケーブルの温度耐性

接続ケーブルの温度耐性の最小値を指定します。

1.3 関連資料

以下の資料は、弊社ウェブサイトのダウンロードエリアから入手できます (www.endress.com/downloads)。



同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。

- W@M デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) : 銘板のシリアル番号を入力してください。
- Endress+Hauser Operations アプリ : 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板の 2D マトリクスコード (QR コード) をスキャンしてください。

1.3.1 技術仕様書

計画支援

本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。

1.3.2 簡易取扱説明書 (KA)

簡単に初めての測定を行うためのガイド

簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載されています。

1.3.3 安全上の注意事項 (XA)

認証に応じて、以下の安全上の注意事項 (XA) が機器に同梱されます。これは、取扱説明書の付随資料です。



機器に対応する安全上の注意事項 (XA) の情報が銘板に明記されています。

1.4 用語および略語

BA

資料『取扱説明書』

KA

資料『簡易取扱説明書』

TI

資料『技術仕様書』

SD

資料『個別説明書』

XA

資料『安全上の注意事項』

PN

定格圧力

MWP

MWP (最大動作圧力/最大プロセス圧力)

MWP は銘板にも明記されています。

ToF

Time of Flight (飛行伝播時間)

FieldCare

デバイスの設定からコンディションモニタリングまでカバーするプラントアセットマネジメントツール

DeviceCare

Endress+Hauser HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Ethernet フィールド機器用の汎用設定ソフトウェア

DTM

デバイスタイプマネージャ

DD

HART 通信プロトコル用のデバイス記述

ϵ_r (Dk)

比誘電率

PLC

プログラマブルロジックコントローラ (PLC)

CDI

サービスインターフェース

操作ツール

「操作ツール」という用語は、以下の操作ソフトウェアの代わりに使用されます。

- FieldCare / DeviceCare : HART 通信および PC を介した操作用
- SmartBlue (アプリ) : Android または iOS 搭載のスマートフォンまたはタブレット端末を用いた操作用

BD

不感知距離 : BD の範囲内では信号が解析されません。

PLC

プログラマブルロジックコントローラ (PLC)

CDI

サービスインターフェース

PFS

パルス周波数ステータス (スイッチ出力)

1.5 登録商標

HART®

FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録商標です。

Bluetooth®

Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。

Apple®

Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android®

Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

KALREZ®、VITON®

DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE USA の登録商標です。

TEFLON®

E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA の登録商標です。

TRI-CLAMP®

Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA の登録商標です。

NORD-LOCK®

Nord-Lock International AB の登録商標です。

FISHER®

Fisher Controls International LLC, Marshalltown, USA の登録商標です。

MASONEILAN®

Dresser, Inc., Addison, USA の登録商標です。

2 安全上の基本注意事項

2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

2.2 用途

アプリケーションおよび測定物

本書で説明する機器は、液体のレベル測定と界面測定にのみ使用することを目的としたものです。注文したバージョンに応じて、本機器は爆発性、可燃性、毒性、酸性性の測定物も測定できます。

「技術データ」に明記された限界値および取扱説明書やその他の関連文書に記載された条件を遵守した場合に、計測機器を以下の測定のためのみに使用できます。

- ▶ プロセス変数（測定値）：レベルおよび/または界面高さ
- ▶ プロセス変数（計算可能）：任意形状の容器内の体積または質量（リニアライゼーション機能によりレベルから計算）

運転時間中、機器が適切な条件下にあるよう、次の点に注意してください。

- ▶ 接液部材質が十分な耐性を発揮する測定物にのみ、本機器を使用してください。
- ▶ 「技術データ」の制限値に従ってください。

不適切な用途

不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な流体および洗浄用流体に関して、**Endress+Hauser** では接液部材質の耐食性確認のサポートを提供いたしますが、保証や責任は負いかねます。

残存リスク

電子回路部での発熱に加えてプロセスからの伝熱により、電子回路部ハウジングとその中に格納されているアセンブリ（表示モジュール、メイン電子モジュール、I/O 電子モジュールなど）の温度が 80 °C (176 °F) まで上昇する可能性があります。運転中に、センサが測定物の温度に近い温度に達する可能性があります。

表面に接触することによるやけどの危険があります！

- ▶ 測定物の温度が高い場合は、接触しないように保護対策を講じて、やけどを防止してください。

2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各地域/各国の規定に従って必要な個人用保護具を着用してください。

分割型ロッドプローブを使用すると、ロッドの個々の部品間の接合部に測定物が入り込むことがあります。接合部を緩めると、この測定物が流出する可能性があります。危険な（例：腐食性または毒性）測定物の場合、けがにつながる可能性があります。

- ▶ ロッドプローブの個々の部品間の接合部を緩めるときは、測定物に応じて適切な保護具を着用してください。

2.4 操作上の安全性

けがに注意！

- ▶ 適切な技術的条件下でエラーや不具合がない場合にのみ、機器を操作してください。
- ▶ 施設作業するには、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

機器の改造

機器を無断で変更することは、予測不可能な危険を招くおそれがあり、認められません。

- ▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、そのことが明確に許可されている場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

危険場所

危険場所で機器を使用する場合に、要員やプラントが危険にさらされないよう、以下の点にご注意ください（例：爆発防止、圧力機器安全）。

- ▶ 注文した機器が危険場所仕様になっているか、銘板を確認してください。
- ▶ 本書に付随する別冊の補足資料の記載事項にご注意ください。

2.5 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP（Good Engineering Practice）に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。本機は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。

注記

湿潤環境下で機器を開けると保護等級が無効になります。

- ▶ 湿潤環境下で機器を開けると、銘板に示された保護等級の有効性が失われます。これは、機器の安全な操作を妨げる可能性もあります。

2.5.1 CE マーク

本計測機器は、適用される EU 指令の法的必要条件を満たしています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は CE マークを本機器に貼ることにより、本機器の適合を証明しています。

2.5.2 EAC 認証


計測システムは EAC ガイドラインの法的要求に準拠しています。関連の「EAC 適合性の宣言」にリストされていますが、同時に規格に適合しています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、EAC マークを付けることにより保証いたします。

3 製品説明

3.1 製品構成

3.1.1 Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55




A0012399

図 1 Levelflex の構造

- 1 電子部ハウジング
- 2 プロセス接続部（例として：フランジ）
- 3 ローププローブ
- 4 プローブ終端ウェイト
- 5 ロッドプローブ
- 6 コアキシャルプローブ

3.1.2 電子部ハウジング



A0012422

図 2 電子回路部ハウジングの構成

- 1 表示部のカバー
- 2 表示モジュール
- 3 メイン電子モジュール
- 4 ケーブルグランド（機器のバージョンに応じて 1 または 2）
- 5 銘板
- 6 I/O 電子モジュール
- 7 端子（ばね荷重端子、取外可能）
- 8 端子部カバー
- 9 接地端子

4 納品内容確認および製品識別表示

4.1 受入

納品時に以下の点を確認してください。

- 発送書類のオーダーコードと製品ラベルに記載されたオーダーコードが一致するか？
- 納入品に損傷がないか？
- 銘板のデータと発送書類に記載された注文情報が一致するか？
- 必要に応じて（銘板を参照）：安全注意事項（XA）があるか？


 1 つでも条件が満たされていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

4.2 製品識別表示

機器を識別するには以下の方法があります。

- 銘板
- 納品書に記載されたオーダーコード（機器仕様コードの明細付き）
- 銘板のシリアル番号を W@M デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に入力すると、機器に関するすべての情報が表示されます。
- 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations App に入力するか、Endress+Hauser 操作アプリケーションで 2-D マトリクスコード（QR コード）をスキャンすると、機器に関するすべての情報が表示されます。

4.2.1 銘板



A0010725

図 3 Levelflex の銘板 ; 寸法単位 : mm (in)

- 1 機器名
- 2 製造者の住所
- 3 オーダーコード
- 4 シリアル番号 (Ser. no.)
- 5 拡張オーダーコード (Ext. ord. cd.)
- 6 プロセス圧力
- 7 気相補正 : 基準距離
- 8 認証シンボル
- 9 認定および認証関連データ
- 10 保護等級 (例 : IP、NEMA)
- 11 安全上の注意事項 (例 : XA、ZD、ZE) の資料番号
- 12 2-D マトリクスコード (QR コード)
- 13 変更マーク
- 14 製造日 : 年/月
- 15 ケーブルの許容温度範囲
- 16 機器リビジョン (Dev.Rev.)
- 17 機器に関する追加情報 (認証、認定、通信) (例 : SIL、PROFIBUS)
- 18 ファームウェアバージョン (FW)
- 19 CE マーク、C-Tick
- 20 機器 ID
- 21 接液部の材質
- 22 許容周囲温度 (T_a)
- 23 ケーブルグランドのネジ寸法
- 24 プローブ長
- 25 信号出力
- 26 作動電圧

i 拡張オーダーコードは 33 桁のみ銘板に表示することができます。33 桁を超える拡張オーダーコードの場合、34 桁以上は表示されませんが、完全な拡張オーダーコードを機器の操作メニューの**拡張オーダーコード 1~3** パラメータで確認できます。

5 保管、輸送

5.1 保存温度


- 許容保管温度：-40～+80 °C (-40～+176 °F)
- 弊社出荷時の梱包材をご利用ください。
- FMP51 および FMP54 のオプション：-50～+80 °C (-58～+176 °F)
この範囲は、オーダーコード 580「試験、証明」でオプション JN「変換器の周囲温度 -50 °C (-58 °F)」を選択した場合に有効となります。温度が恒久的に -40 °C (-40 °F) を下回る場合、故障する可能性が高くなります。

5.2 測定点までの製品の搬送

警告

ハウジングまたはロッドが損傷する、あるいは、抜ける恐れがあります。
けがに注意！

- ▶ 計測機器を測定点に搬送する場合は、出荷時の梱包材を使用するか、プロセス接続部を持ってください。
- ▶ 吊上装置（吊り帯、アイボルトなど）は必ずプロセス接続部に固定し、絶対に電子部ハウジングまたはプローブで持ち上げないでください。機器が意図せずに傾いたり、滑ったりしないよう、機器の重心に注意してください。
- ▶ 18 kg (39.6 lbs) 以上の機器については、安全上の注意事項および輸送条件に従ってください (IEC 61010)。



A0013920

6 設置

6.1 設置条件

6.1.1 適切な取付位置




図 4 Levelflex の設置条件

A0012606

取付時の設置間隔の要件

- タンク壁とロッド/ローブプローブとの距離 (A) :
 - 平らな金属壁の場合 : 50 mm (2 in) 以上
 - プラスチック壁の場合 : タンク外側の金属部品から 300 mm (12 in) 以上
 - コンクリート壁の場合 : 500 mm (20 in) 以上。そうでない場合は、測定範囲が減少する可能性があります。
- ロッドプローブと内部金具 (3) との距離 (B) : 300 mm (12 in) 以上
- 複数の Levelflex を使用する場合 :
 - センサ軸間の最小距離は 100 mm (3.94 in) です。
- プローブ終端とタンクの底からの距離 (C) :
 - ローブプローブ : 150 mm (6 in) 以上
 - ロッドプローブ : 10 mm (0.4 in) 以上
 - コアキシャルプローブ : 10 mm (0.4 in) 以上

i コアキシャルプローブは、壁や内部の固定具から任意の距離に取り付けることができます。


その他の条件

- 屋外に設置する場合は、厳しい気象条件から機器を保護するために日除けカバー (1) を使用できます。
 - 金属タンクに設置する場合は、不要反射が強くなるため、プローブはタンク中心 (2) に取り付けないことを推奨します。
どうしても中心の取付位置が避けられない場合は、機器の設定後に不要反射の除去 (マッピング) を実施してください。
 - 投入カーテンが形成される位置 (3) にはプローブを取り付けしないでください。
 - 設置時や運転中にローププローブが折れ曲がらないように (例: 測定物がサイロ壁に向かって移動した結果)、適切な取付位置を選定してください。
-  ローププローブが吊り下げられている場合 (プローブ終端が底に固定されていない)、ローププローブと内部金具の距離は、測定物が動くことで変化する可能性があるため、300 mm (12 in) 以下にできません。測定物の比誘電率が最低 DC = 1.8 である限り、プローブ終端のウェイトとタンクの円錐部が時々接触しても測定には影響ありません。
-  ハウジングをくぼみ (例: コンクリート天井) に取り付ける場合は、端子部/表示部カバーから壁までの最小距離が 100 mm (4 in) となるように注意してください。そうでない場合は、設置後に端子部/表示部にアクセスできなくなります。

6.1.2 制限された条件下での取付け

分離型プローブの取付け

分離型プローブの機器バージョンは、取付けスペースが制限されるアプリケーションに最適です。この場合、電子部ハウジングはプローブとは別の位置に取り付けられます。




A0014794

- A プローブ側に角度付きプラグ
 B 電子部ハウジング側に角度付きプラグ
 C 注文したリモートケーブルの長さ

- 製品構成、仕様コード 600「プローブ型式」：
 - バージョン MB「分離型センサ、3m ケーブル」
 - バージョン MC「分離型センサ、6m ケーブル」
 - バージョン MD「分離型センサ、9m ケーブル」
- これらのバージョンには、接続ケーブルが同梱されます。
 最小曲げ半径：100 mm (4 inch)
- これらのバージョンには、電子部ハウジング用の取付ブラケットが同梱されます。取付オプション：
 - 壁取付け
 - DN32～DN50 (1-1/4～2 inch) の柱またはパイプに取付け
- 接続ケーブルには、ストレートプラグおよび角度付きプラグ (90°) 各 1 つが付いています。現場の状況に応じて、角度付きプラグはプローブ側または電子部ハウジング側に接続できます。

i プローブ、電子モジュール、接続ケーブルは相互に互換性があり、共通のシリアル番号が付いています。接続する際には、必ず、シリアル番号が同じ部品同士を接続してください。

分離型プローブ



制限された取付条件（天井までの距離が限られている）の場合は、分離型ロッドプローブ（ $\varnothing 16\text{ mm}$ ）の使用が推奨されます。

- 最大プローブ長 10 m (394 in)
- 最大横応力 30 Nm
- 分離型プローブは以下の長さを単位として、複数を組み合わせて使用することができます。
 - 500 mm (20 in)
 - 1000 mm (40 in)

i 個々のロッドセグメント間の接合部は、中にあるノルトロックワッシャによって固定されます。事前組立てされた対のワッシャを、カム面同士が向き合うように挿入します。

6.1.3 プローブの機械的負荷に関する注意事項

ローブプローブの許容引張荷重

FMP51

ローブ 4 mm (1/6") SUS 316 相当

5 kN

ローブ 4mm (1/6") アロイ C

5 kN

FMP52

ローブ 4 mm (1/6") PFA>SUS 316 相当

2 kN

FMP54

ローブ 4 mm (1/6") SUS 316 相当

10 kN

ロッドプローブの横応力（曲げ強度）

FMP51

ロッド 8 mm (1/3") SUS 316L 相当

10 Nm

ロッド 12 mm (1/2") SUS 316L 相当

30 Nm

ロッド 12 mm (1/2") アロイ C

30 Nm

ロッド 16 mm (0.63") SUS 316L 相当 分離型

30 Nm

FMP52

ロッド 16 mm (0.63") PFA>SUS 316L 相当

30 Nm

FMP54

ロッド 16 mm (0.63") SUS 316L 相当

30 Nm

ロッド 16 mm (0.63") SUS 316L 相当 分離型

30 Nm

流動条件に起因する横荷重（曲げモーメント）

プローブに作用する曲げモーメント M の計算式：

$$M = c_w \times \rho / 2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0.5 \times L)$$

以下を使用：

c_w ：摩擦係数

ρ [kg/m³]：測定物密度

v [m/s]：測定物の流速、ロッドプローブに対して垂直

d [m]：ロッドプローブの直径

L [m]：レベル

L_N [m] : プロープ長


計算例

摩擦係数 c_w 0.9 (乱流 - 高レイノルズ数と仮定)


密度 ρ [kg/m³] 1000 (例: 水)

プローブ直径 [m] 0.008

$L = L_N$ (条件不良)



A0014175



A0014182-JA

6.1.4 コアキシャルプローブの横応力（曲げ強度）

FMP51

プローブ $\varnothing$ 21.3 mm SUS 316L 相当
60 Nm

プローブ $\varnothing$ 42.4 mm SUS 316L 相当
300 Nm

プローブ $\varnothing$ 42.4 mm アロイ C
300 Nm

FMP54

プローブ $\varnothing$ 42.4 mm SUS 316L 相当
300 Nm

6.1.5 プロセス接続に関する情報

i プロブは、ネジ込み接続またはフランジを使用してプロセス接続部に取り付けます。この設置方法でプロブ終端が大きく移動してタンク底面や円錐部に時々接触する恐れがある場合は、プロブ下端を切断して位置を固定する必要があります。

ネジ込み接続




図 5 ネジ込み接続による取付け；容器天井と同一平面上

シール


ネジおよびシールのタイプは、DIN 3852 Part 1、ネジ込みプラグ、Form A に準拠します。

以下のシールリングタイプを使用できます。

- ネジ G3/4" 用：DIN 7603 に準拠、寸法 27 mm × 32 mm
- ネジ G1/-1/2" 用：DIN 7603 に準拠、寸法 48 mm × 55 mm

用途に対して適切な耐久性のある材質で、この規格に適合する Form A、C、D のシールリングを使用してください。

ノズルの取付け



H センタリングロッドまたはローブプロブの固い部分の長さ

- 許容されるノズル直径 : $\leq 150 \text{ mm (6 in)}$
これより大口径の場合、近い範囲の測定能力が低下する可能性があります。
大口径のノズルについては、「ノズル $\geq \text{DN300}$ に取付け」セクションを参照してください。
- 許容されるノズル高さ : $\leq 150 \text{ mm (6 in)}$
これよりノズル高さがある場合、近い範囲の測定能力が低下する可能性があります。
特別な場合は (必要に応じて)、ノズル高さを高くすることが可能です (「FMP51 および FMP52 用のセンタリングロッド」および「FMP54 用のロッド伸長パイプ/センタリングリング HMP40」セクションを参照)。
- リンギング効果を防止するため、ノズル終端をタンク天井と同一平面にする必要があります。

i 断熱材付きタンクの場合、凝縮液の形成を防ぐためにノズルも断熱する必要があります。

センタリングロッド

ローププローブの場合、プロセス中にロープがノズル壁に接触しないよう、センタリングロッド付きバージョンの使用が必要になる場合があります。

オプションのセンタリングロッドの長さにより、最大ノズル高さが決定します。

FMP54 用のロッド伸長パイプ/センタリングリング HMP40

ローププローブ付きの FMP54 用に、ロッド伸長パイプ/センタリングリング HMP40 がアクセサリとして用意されています。ローププローブがノズルの下端と接触する場合は、これを使用する必要があります。


i アクセサリにはノズル高さに応じたロッド伸長パイプが含まれ、ノズルが近い場合や粉体で使用する場合にはセンタリングディスクも組み込まれます。

この部品は機器本体とは別に納入されます。これに応じて、短いプローブ長を注文してください。

口径が小さいセンタリングディスク (DN40 および DN50) は、ディスク上のノズル内に大量の付着物が形成されない場合に限り、使用してください。ノズルに測定物が詰まらないようにしてください。

ノズル $\geq \text{DN300}$ に取付け

300 mm (12 in) 以上のノズルに設置することが避けられない場合は、近い範囲の干渉信号を防ぐため、下図に従って設置してください。



- 1 ノズル下端
- 2 ノズル下端とほぼ同一平面上 ($\pm 50 \text{ mm}$)
- 3 プレート、ノズル $\text{DN } 300 \text{ mm (12 in)}$ = プレート $\text{DN } 280 \text{ mm (11 in)}$; ノズル $\text{DN } \geq 400 \text{ mm (16 in)}$ = プレート $\text{DN } \geq 350 \text{ mm (14 in)}$
- 4 パイプ $\text{DN } 150 \sim 180 \text{ mm}$

6.1.6 外装付フランジの取付け



外装付フランジの場合は、以下の点に注意してください。


- 用意されたフランジ穴の数と同数のフランジネジを使用してください。
- 適切なトルクでネジを締めてください（表を参照）。
- 24 時間後または最初の温度サイクルの後にネジを締め直してください。
- プロセス圧力と温度に応じて、必要な箇所は定期的にネジを点検し、締め直してください。

通常、PTFE フランジ外装はノズルと機器のフランジ間のシール材としての役割も果たします。

フランジサイズ	ネジの数	締付トルク
EN		
DN40/PN40	4	35～55 Nm
DN50/PN16	4	45～65 Nm
DN50/PN40	4	45～65 Nm
DN80/PN16	8	40～55 Nm
DN80/PN40	8	40～55 Nm
DN100/PN16	8	40～60 Nm
DN100/PN40	8	55～80 Nm
DN150/PN16	8	75～115 Nm
DN150/PN40	8	95～145 Nm
ASME		
1½"/150 lbs	4	20～30 Nm
1½"/300 lbs	4	30～40 Nm
2"/150 lbs	4	40～55 Nm
2"/300 lbs	8	20～30 Nm
3"/150 lbs	4	65～95 Nm
3"/300 lbs	8	40～55 Nm
4"/150 lbs	8	45～70 Nm
4"/300 lbs	8	55～80 Nm
6"/150 lbs	8	85～125 Nm
6"/300 lbs	12	60～90 Nm
JIS		
10K 40 A	4	30～45 Nm
10K 50 A	4	40～60 Nm
10K 80 A	8	25～35 Nm
10K 100 A	8	35～55 Nm
10K 100 A	8	75～115 Nm

6.1.7 プロープの固定

ローププロープの固定




A0012609

- A ロープのたるみ : $\geq 10 \text{ mm/ (1 m プロープ長)}$ [$0.12 \text{ in/ (1 ft プロープ長)}$]
 B 確実に接地されたプローブ終端
 C 確実に絶縁されたプローブ終端
 1 プロープ終端ウェイトの雌ネジ内の留め具
 2 絶縁された固定キット

- 次の場合は、ローププローブ終端を固定（下に固定）する必要があります。
 プロープがタンク壁、円錐部、内部金具/梁、その他の設置部品と一時的に接触する場合
- プロープウェイトには、プローブ終端を固定するための雌ネジが用意されています。
 ロープ 4 mm (1/6"), SUS 316 相当 : M14
- 下に固定する場合は、プローブ終端を確実に接地するか、または確実に絶縁する必要があります。確実に絶縁された接続部でプローブを固定できない場合は、絶縁された固定キットを使用してください。
- 接地された固定具を使用する場合は、正のプローブ終端エコーの検出を有効にする必要があります。そうしないと、自動プローブ長補正が行われません。
 ナビゲーション : エキスパート → センサ → EOP 評価 → EOP 検索モード
 設定 : **正の EOP 値** オプション
- 張力が極端に高くないよう（例：熱膨張により）、またロープ切断の危険性を避けるために、ロープはたるませてください。必要なたるみ : $\geq 10 \text{ mm/ (1 m ロープ長)}$ [$0.12 \text{ in/ (1 ft ロープ長)}$]
 ローププローブの許容引張荷重に注意してください。

ロッドプローブの固定

- 防爆認証の場合：プローブ長が 3 m (10 ft) 以上の場合は支持が必要です。
- 一般に、水平方向の流れがある場合（例：攪拌機により）や振動が激しい場合は、ロッドプローブを固定しなければなりません。
- ロッドプローブは、必ずプローブ終端を直接固定してください。



A0012607

測定単位 mm (in)

- 1 ロッドプローブ、コーティングなし
- 2 スリーブとロッドを確実に電気接触させるため穴径が大きすぎないスリーブ
- 3 短い金属パイプ（例：溶接固定）
- 4 ロッドプローブ、コーティングあり
- 5 プラスチックスリーブ（例：PTFE、PEEK、PPS）
- 6 短い金属パイプ（例：溶接固定）

プローブ $\phi 8$ mm (0.31 in)

- $a < \phi 14$ mm (0.55 in)
- $b = \phi 8.5$ mm (0.34 in)

プローブ $\phi 12$ mm (0.47 in)

- $a < \phi 20$ mm (0.78 in)
- $b = \phi 12.5$ mm (0.52 in)

プローブ $\phi 16$ mm (0.63 in)

- $a < \phi 26$ mm (1.02 in)
- $b = \phi 16.5$ mm (0.65 in)

注記

プローブ終端の接地が不十分だと、正しく測定されない場合があります。

- ▶ スリーブとロッドプローブを確実に電気接触させるため穴径が大きすぎないスリーブを使用してください。


注記

溶接によりメイン電子モジュールが損傷する可能性があります。

- ▶ 溶接作業を行う前に：ロッドプローブを接地し、電子モジュールを取り外してください。

コアキシャルプローブの固定

WHG 認証の場合：プローブ長が 3 m (10 ft) 以上の場合は支持が必要です。




A0012608

コアキシャルプローブは、グラウンドチューブの任意の場所で固定できます。

6.1.8 特別な設置状況

外筒管および内筒管

i 外筒管および内筒管アプリケーションでは、センタリングディスク/スター/ウェイト（アクセサリとして入手可能）の使用を推奨します。



A0039216

図 6 単位：mm (in)

- A 内筒管に取付け
- B 外筒管に取付け
- C センタリングディスク/センタリングスター/センタリングウェイト
- 1 レベル測定用の金属製センタリングディスク (SUS 316L 相当)
- 2 固定ネジ；トルク：25 Nm ± 5 Nm
- 3 界面測定用に推奨される非金属製センタリングスター (PEEK、PFA)
- 4 レベル測定用の金属製センタリングウェイト (SUS 316L 相当)
- 5 プローブ終端と外筒管の下端との最小距離 10 mm (0.4 in)

- パイプ直径：> 40 mm (1.6 in) (ロッドプローブの場合)
- ロッドプローブは、直径 150 mm (6 in) までのパイプに取り付けることができます。これよりパイプ直径が大きい場合は、コアキシャルプローブの使用を推奨します。
- 側面の排出口、穴、スロット、溶接部（内側に最大 5 mm (0.2 in) 突き出ている）は、測定に影響しません。
- パイプ直径は変化が生じないようにしてください。
- プローブは下側の排出口よりも 100 mm (4 in) 長くなければなりません。

- プロブは、測定範囲内でパイプ壁に接触しないようにしてください。必要に応じて、プロブを支持するか、または張って固定します。すべてのローブプロブは、タンク内で張って固定できるように準備されています（アンカー穴付きのテンションウェイト）。
- ロッドプロブの終端に金属製センタリングディスクが取り付けられている場合は、プロブ終端を検出するための信号を確実に設定できます。
注意：界面測定には、PEEK または PFA 製の非金属製センタリングスターが推奨されます。金属製センタリングディスクを使用する場合は、センタリングディスクが常に下部測定物に覆われている必要があります。そうでない場合は、界面測定の結果が不正確になる可能性があります。
- コアキシャルプロブは、パイプ直径で取付けが許容される限り、制限なく使用できます。

 凝縮液（水）が形成された外筒管および比誘電率の低い測定物（炭化水素など）の場合：

時間の経過とともに、外筒管は下側の排出口まで凝縮液で満たされます。レベルが低い場合、レベルエコーは凝縮液のエコーによってマスクされます。この範囲では凝縮液のレベルが出力され、これよりレベルが高い場合のみ正しい値が出力されます。そのため、測定する最低レベルよりも下側の排出口が 100 mm (4 in) 低いことを確認し、下側の排出口下端のレベルに金属製センタリングディスクを取り付けます。

 断熱材付きタンクの場合、凝縮液の形成を防ぐために外筒管も断熱する必要があります。

パイプ直径に対するセンタリングディスク/センタリングスター/センタリングウェイトの割当て

金属製センタリングディスク（SUS 316L 相当）

レベル測定の場合

ロッドセンタリングディスク（Ød）45 mm（1.77 in）

パイプ直径（ØD）用
DN50～DN65（2"～2½"）

ロッドセンタリングディスク（Ød）75 mm（2.95 in）

パイプ直径（ØD）用
DN80～DN100（3"～4"）

ローブセンタリングディスク（Ød）75 mm（2.95 in）

パイプ直径（ØD）用
DN80～DN100（3"～4"）

金属製センタリングウェイト（SUS 316L 相当）

レベル測定の場合

ローブセンタリングウェイト（Ød）45 mm（1.77 in）、h 60 mm（2.36 in）

パイプ直径（ØD）用
DN50/2"

ローブセンタリングウェイト（Ød）75 mm（2.95 in）、h 30 mm（1.81 in）

パイプ直径（ØD）用
DN80/3"

ローブセンタリングウェイト（Ød）95 mm（3.74 in）、h 30 mm（1.81 in）

パイプ直径（ØD）用
DN100/4"

非金属性センタリングスター（PEEK）

レベル測定および界面測定用、使用温度：-60～+250 °C（-76～482 °F）

ロッドセンタリングスター（Ød）48～95 mm（1.89～3.74 in）

パイプ直径（ØD）用
≥ DN50/2"


非金属性センタリングスター（PFA）

レベル測定および界面測定用、使用温度：-200～+250 °C (-328～+482 °F)

ロッドセンタリングスター（Ød） 37 mm (1.46 in)

パイプ直径（ØD）用
≥40 mm (1.57 in)

枕タンクおよび縦型タンク




A0014141

1 コアキシャルプローブ

- 時々接触するようなことがない限り、壁面との距離は任意です。
- 内部の固定具が多いタンクに設置する場合、またはプローブの近くに内部の固定具が位置している場合は、コアキシャルプローブ（1）を使用してください。


地下タンク



A0014142

大口径のノズルの場合は、ノズル壁での反射を防止するため、コアキシャルプローブを使用してください。


角度付きの取付け



A0014145

- 機械的理由により、プローブはできるだけ液面と垂直に取り付けてください。
- プローブを斜めに設置する場合は、設置角度に応じてプローブ長を短くする必要があります。
 - $\alpha 5^\circ$: $LN_{max.}$ 4 m (13.1 ft)
 - $\alpha 10^\circ$: $LN_{max.}$ 2 m (6.6 ft)
 - $\alpha 30^\circ$: $LN_{max.}$ 1 m (3.3 ft)

非金属タンク



A0012527

- 1 非金属タンク
2 金属板または金属フランジ

非金属タンクに設置した場合に、最適な測定結果を保証するため：


- 金属フランジ付きの機器を使用してください（最小サイズ DN50/2"）。
- または、プロセス接続部で、直径が 200 mm (8 in) 以上の金属板をプローブに対して直角に取り付けます。



コアキシャルプローブの場合には、プロセス接続部に金属表面は必要ありません。

プラスチックおよびガラスタンク：プローブを外壁に取付け

プラスチックおよびガラスタンクの場合は、特定の条件下でプローブを外壁に取り付けることも可能です。



- 1 プラスチックまたはガラスタンク
- 2 ネジ込みスリーブ付き金属板
- 3 タンク壁とプローブの間に隙間ができないように注意してください！

要件

- 測定物の比誘電率： $\epsilon_r > 7$
- 非導電性のタンク壁
- 最大壁厚 (a) :
 - プラスチック： $< 15 \text{ mm (0.6 in)}$
 - ガラス： $< 10 \text{ mm (0.4 in)}$
- タンクに金属製の補強材が取り付けられていないこと

機器を取り付ける場合、以下の点に注意してください。

- プローブはタンク壁に直接取り付けます（壁とプローブの間に隙間ができないように）。
- 測定が影響を受けないように、直径が 200 mm (8 in) 以上のプラスチック製ハーフパイプ、または同様の保護ユニットをプローブに取り付けます。
- タンク直径が 300 mm (12 in) 未満の場合：
 - タンクの反対側に、プロセス接続に導電的に接続され、タンク外周の約半分を覆う接地板を取り付けます。
- タンク直径が 300 mm (12 in) 以上の場合：
 - プロセス接続部で、直径が 200 mm (8 in) 以上の金属板をプローブに対して直角に取り付けます（上図を参照）。

タンク外側に設置した場合の調整

プローブをタンク壁の外側に取り付けると、信号の伝搬速度が低下します。これを補正するには、2つの方法があります。

気相補正ファクタによる補正

誘電性の壁の影響は、誘電性の気相の影響に相当するため、同じ方法で補正できます。補正係数は、実際のプローブ長 LN とタンクが空のときの測定プローブ長の割合で計算されます。

i 機器は、微分曲線でプローブ終端エコーの位置を特定します。そのため、測定プローブ長の値はマッピングカーブに左右されます。さらに正確な値を得るためには、FieldCare の反射波形表示を使用して手動で測定プローブ長を特定することを推奨します。

1. パラメータを選択します：エキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード
 ↳ 定数 GPC ファクタ オプションを選択します。

2. パラメータを選択します：エキスパート → センサ → 気相補正 → 定数 GPC ファクタ
↳ 割合：「(実際のプローブ長) / (測定プローブ長)」を入力します。

校正パラメータによる補正


実際に気相を補正する必要がある場合は、外部取付けの補正用に気相補正機能を使用することはできません。この場合は、校正パラメータ (**空校正** と **満量校正**) を調整する必要があります。そして、実際のプローブ長より大きい値を **実際のプローブ長** パラメータに入力しなければなりません。3つの場合すべてで、補正係数は、タンクが空のときの測定プローブ長と実際のプローブ長 LN の割合となります。

 機器は、微分曲線でプローブ終端エコーを検索します。そのため、測定プローブ長の値はマッピングカーブに左右されます。さらに正確な値を得るためには、FieldCare の反射波形表示を使用して手動で測定プローブ長を特定することを推奨します。

1. パラメータを選択します：設定 → 空校正
↳ 「(測定プローブ長) / (実際のプローブ長)」係数でパラメータ値を増加させます。
2. パラメータを選択します：設定 → 満量校正
↳ 「(測定プローブ長) / (実際のプローブ長)」係数でパラメータ値を増加させます。
3. パラメータを選択します：設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → プローブ長の確認
↳ **手動入力** オプションを選択します。
4. Parameter (パラメータ) 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → 実際のプローブ長
↳ 測定プローブ長を入力します。

断熱材付きタンク


i プロセス温度が高い場合は、熱の放射や伝達により電子回路部が過熱しないよう、機器をタンク断熱部（1）に設置してください。断熱材は図の「MAX」と示した位置を超えないようにしてください。



A0014653

図 7 プロセス接続（ネジ）


- 1 タンク断熱材
- 2 一体型機器
- 3 センサ、分離型



A0014654

図 8 プロセス接続（フランジ）

- 1 タンク断熱材
- 2 一体型機器
- 3 センサ、分離型




A0014657

図 9 プロセス接続（ネジ） - センサバージョン XT および HT

- 1 タンク断熱材
- 2 一体型機器
- 3 センサ、分離型

* XT バージョンは、200 °C (392 °F) を超える飽和蒸気には推奨いたしません；代わりに HT バージョンを使用する必要があります。



A0014658

図 10 プロセス接続（フランジ） - センサバージョン XT および HT

1 タンク断熱材

2 一体型機器

3 センサ、分離型


* XTバージョンは、200 °C (392 °F) を超える飽和蒸気には推奨いたしません；代わりに HTバージョンを使用する必要があります。

既存バイパスチャンバのディスプレイサを更新

FMP51 および FMP54 は、既存バイパスチャンバ内にある従来のディスプレイサシステムの代替品として最適です。このために、Fisher や Masoneilan のバイパスチャンバに適したフランジが用意されています (FMP51 用は特殊製品; FMP54 用は、製品構成の仕様コード 100、オプション LNJ、LPJ、LQJ)。メニューガイド方式で現場操作できるため、Levelflex は数分で設定できます。液が一部充填された状態でも交換可能です。ウェット校正は必要ありません。

利点：

- 可動部がないため、メンテナンス作業は不要です。
- 温度、密度、乱流、振動などの影響を受けません。
- ロッドプローブの切断、交換が容易です。そのため、プローブは現場でも容易に調整できます。



A0014153

1 バイパスチャンバのフランジ

更新計画の指針：

- 通常はロッドプローブを使用します。150 mm 以下の金属製バイパスチャンバに設置する場合は、コアキシャルプローブと同様の効果を得ることが可能です。
- プローブと側壁の接触を避けなければなりません。必要に応じて、プローブの下部終端にセンタリングディスクまたはセンタリングスターを取り付けます。
- プローブ終端近くでも正しく作動するよう、センタリングディスクまたはセンタリングスターはバイパスチャンバの内径にできるだけ正確に合わせてください。

界面測定に関する追加情報

- 油と水の場合、センタリングスターは下側排出口の下部終端（水レベル）に配置してください。
- パイプ直径は変化が生じないようにしてください。必要に応じてコアキシャルプローブを使用してください。
- ロッドプローブが壁と接触しないように注意してください。必要に応じて、プローブの終端でセンタリングスターを使用してください。
- 界面測定には、PEEK または PFA 製の非金属製センタリングスターが推奨されます。金属製センタリングディスクを使用する場合は、センタリングディスクが常に下部測定物に覆われている必要があります。そうでない場合は、界面測定の結果が不正確になる可能性があります。

6.2 機器の取付け

6.2.1 ツールリスト


 AF8 mm	 AF36 mm	 AF55 mm	 3 mm	 6 mm	 4 mm
---	--	--	---	---	---

- ローププローブを切断する場合：のこぎりまたはボルトカッターを使用
- コアキシャルプローブを切断する場合：のこぎりを使用
- フランジおよびその他のプロセス接続には、適切な取付工具を使用してください。

6.2.2 FMP54 ロッドプローブの取付け

i コアキシャルプローブは工場出荷時に取付けと調整が行われています。設置後、直ちに使用できます。その他の設定を行う必要はありません。

FMP54 機器は、ロッドプローブが取り外された状態で納入されます。設置作業の前に、プローブを以下の手順で取り付ける必要があります。



- 1 ネジ込みスリーブ
- 2 ノルトロックワッシャ
- 3 ロッドプローブ

1. ネジ込みスリーブを、グラウンドの接続ネジ (M10x1) に止まるまでねじ込みます。このとき、斜角面がグラウンドに向いていることを確認します。
2. ノルトロックワッシャを接続ネジに取り付けます。事前組立てされた対のワッシャを、カム面同士が向き合うように挿入します。
3. ロッドプローブをネジボルトにねじ込み、スパナ (14 mm AF) でネジ込みスリーブをしっかりと保持し、スパナ (14 mm AF) を使用してロッドプローブのレンチ平面で締め付けます。トルク 15 Nm

6.2.3 プローブの切断

ロッドプローブの切断


容器底面または排出円錐部との距離が 10 mm (0.4 in) 以下になる場合は、ロッドプローブを切断しなければなりません。その場合は、ロッドプローブの下部終端をのこぎりで切断します。

i コーティングされたロッドプローブは切断できません。

ローププローブの切断

容器底面または排出円錐部との距離が 150 mm (6 in) 以下になる場合は、ローププローブを切断しなければなりません。

i コーティングされたローププローブは切断できません。



A0012453

ロープ材質 SUS 316 相当

- A :
4 mm (0.16 in)
- B
40 mm (1.6 in)
- C :
3 mm; 5 Nm (3.69 lbf ft)

1. 六角レンチを使用して、ロープウェイトまたはセンタリングディスクの留め具についている止めネジを緩めます。注意：止めネジは、誤って緩まないようにするため、クランプコーティングが施されています。そのため、ネジを緩めるには、より高いトルクが必要です。
2. 緩めたロープをウェイトまたはスリーブから取り外します。
3. 新しいロープ長を測ります。
4. ロープの切断する位置に粘着テープを巻き、飛散を防止します。
5. ロープをのこぎりで直角に切断するか、またはボルトカッターで切断します。
6. ロープをウェイトまたはスリーブに完全に挿入します。
7. 止めネジを元の位置にねじ込みます。止めネジにはクランプコーティングが施されているため、緩み止め剤を塗布する必要ありません。

コアキシャルプローブの切断

容器底面または排出円錐部との距離が 10 mm (0.4 in) 以下になる場合は、コアキシャルプローブを切断しなければなりません。


- i** コアキシャルプローブは、下部終端から最大 80 mm (3.2 in) まで切断できます。中にはパイプの中心にロッドを固定するためのセンタリングリングが組み込まれています。フランジを使用して、センタリングリングはロッドの所定の位置に固定されます。センタリングリングの約 10 mm (0.4 in) 下まで切断することが可能です。

コアキシャルプローブの下部終端をのこぎりで切断します。

新しいプローブ長の入力

プローブの切断後：

1. **プローブ設定** サブメニュー に移動し、プローブ長の補正を行います。
- 2.



A0014241

- 1 新しいプローブ長のフィールド

ドキュメンテーションのため：電子部ハウジング内の機器本体ディスプレイでクイックリファレンスガイドを使って新しいプローブ長を入力します。

6.2.4 気相補正機能付き FMP54 : ロッドプローブの取付け

i このセクションは、気相補正機能付きの FMP54 にのみ適用されます（製品構成：仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EF または EG）。


コアキシャルプローブ

基準反射付きのコアキシャルプローブは工場出荷時に取付けと調整が行われています。設置後、直ちに使用できます。その他の設定を行う必要はありません。

ロッドプローブ

基準反射付きのロッドプローブは、ロッドプローブが取り外された状態で納入されます。設置作業の前に、ロッドプローブを以下の手順で取り付ける必要があります。

i 個々のロッドセグメント間の接合部は、中にあるノルトロックワッシャによって固定されます。事前組立てされた対のワッシャを、カム面同士が向き合うように挿入します。




- 1 ネジ込みスリーブ
- 2 ノルトロックワッシャ
- 3 ロッドプローブ；、大口径
- 4 ロッドプローブ；大口径

1. ネジ込みスリーブを、グラウンドの接続ネジ（M10x1）に止まるまでねじ込みます。このとき、斜角面がグラウンドに向いていることを確認します。
2. ノルトロックワッシャを接続ネジに取り付けます。
3. 接続ネジに大径のロッドプローブをねじ込み、手で締め付けます。
4. ネジボルトに別の 1 対のノルトロックワッシャを取り付けます。
5. 小径のロッドプローブをネジボルトにねじ込み、スパナ（14 mm AF）でネジ込みスリーブをしっかりと保持し、スパナ（14 mm AF）を使用してロッドプローブのレンチ平面で締め付けます。トルク 15 Nm

i ロッドプローブを内筒管または外筒管チャンバに取り付けた後、加圧されていない状態で基準距離の設定を確認し、必要に応じて修正します。

6.2.5 機器の設置

ネジ込み接続付き機器の取付け



A0012528

ネジ込み接続付きの機器をスリーブまたはフランジにねじ込み、スリーブ/フランジを介してプロセス容器に固定します。

- i** ■ ねじ込むときには、六角ボルトのみを回してください。
 - ネジ 3/4" : 36 mm
 - ネジ 1-1/2" : 55 mm
- 最大許容締付けトルク :
 - ネジ 3/4" : 45 Nm
 - ネジ 1-1/2" : 450 Nm
- 付属のアラミド繊維製シールと 40 bar のプロセス圧力を使用する場合の推奨トルク (FMP51 の場合のみ、FMP54 にはシールは付属しません) :
 - ネジ 3/4" : 25 Nm
 - ネジ 1-1/2" : 140 Nm
- 金属タンクに設置する場合は、プロセス接続とタンクの間で金属がしっかり接触していることを確認してください。

フランジ付き機器の取付け


機器の取付けにシールを使用する場合は、プロセスフランジとプローブフランジを確実に電気接触させるためにコーティングされていない金属ネジを使用してください。

ローブプローブの取付け

注記

静電放電により電子モジュールが損傷する可能性があります。

- ▶ ローププローブをタンクへ下ろす前に、ハウジングを接地してください。



A0012852

ローププローブをタンクへ下ろすときは、以下に注意してください。

- ローププローブをゆっくりと解いてタンクへ慎重に下ろします。
- ロープが折れ曲がらないように注意してください。
- タンクの内部金具を損傷させる可能性があるため、ウェイトが制御されずに揺れ動くことがないようにしてください。

6.2.6 「センサ、分離型」バージョンの取付け

i このセクションは、「プローブ型式」=「センサ、分離型」（仕様コード 600、バージョン MB/MC/MD）バージョンの機器にのみ適用されます。

「プローブ型式」=「分離型」バージョンには、以下が同梱されます。

- プロセス接続部付きプローブ
- 電子部ハウジング
- 電子部ハウジングの壁または支柱取付用の取付ブラケット
- 接続ケーブル（注文した長さ）。ケーブルには、ストレートプラグおよび角度付きプラグ（90°）各 1 つが付いています。現場の状況に応じて、角度付きプラグはプローブ側または電子部ハウジング側に接続できます。

⚠ 注意


機械的応力により接続ケーブルのプラグが損傷したり、緩んだりする可能性があります。

- ▶ 接続ケーブルを接続する前に、プローブと電子部ハウジングをしっかりと取り付けてください。
- ▶ 接続ケーブルは機械的応力がかからないように敷設します。最小曲げ半径：
100 mm (4 in)
- ▶ ケーブルを接続する場合は、角度付きプラグを接続する前にストレートプラグを接続します。両方のプラグのユニオンナットのトルク：6 Nm

i プローブ、電子モジュール、接続ケーブルは相互に互換性があり、共通のシリアル番号が付いています。接続する際には、必ず、シリアル番号が同じ部品同士を接続してください。

強い振動が発生する場合は、プラグインコネクタに緩み止め剤（例：ロックタイト 243）を使用することも可能です。

電子部ハウジングの取付け





A0014793

図 11 取付ブラケットを使用した電子部ハウジングの取付け。測定単位 mm (in)

- A 壁取付け
- B 支柱取付け

接続ケーブルの接続




A0014794

図 12 接続ケーブルの接続。ケーブルは、以下の方法で接続できます。測定単位 mm (in)

- A プローブ側に角度付きプラグ
- B 電子部ハウジング側に角度付きプラグ
- C 注文したりモートケーブルの長さ

6.2.7 変換器ハウジングの回転

端子部や表示モジュールにアクセスしやすくするため、変換器ハウジングを回転させることが可能です。




A0032242

1. オープンエンドスパナを使用して固定ネジを緩めます。
2. ハウジングを必要な方向に回転させます。
3. 固定ネジをしっかりと締め付けます（プラスチックハウジングは 1.5 Nm、アルミニウムまたはステンレスハウジングは 2.5 Nm）。

6.2.8 表示部の回転


カバーを開ける



A0021430

1. 表示部カバーの固定クランプのネジを六角レンチ（3 mm）を使用して緩め、クランプ 90°を反時計回りに回します。
2. カバーを外してカバーシールを確認し、必要に応じて交換します。


表示モジュールの回転



A0036401

1. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。
2. 表示モジュールを必要な位置に回転させます（両方向に最大 $8 \times 45^\circ$ ）。
- 3.ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にコイルケーブルを収納し、表示モジュールを電子部コンパートメントにかみ合うまで差し込みます。

表示部のカバーを閉じる



A0021451

1. 表示部のカバーをねじ込みます。
2. 固定クランプを時計回りに 90° 回して、表示部カバーの固定クランプのネジを 3 mm の六角レンチを使用して締め付けます (2.5 Nm)。

6.3 設置状況の確認

- ☐ 機器は損傷していないか？（外観検査）
- ☐ 機器が測定点の仕様を満たしているか？
 - プロセス温度
 - プロセス圧力
 - 周囲温度範囲
 - 測定範囲
- ☐ 測定点の識別番号とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？
- ☐ 機器が降雨あるいは直射日光に対して適切に保護されているか？
- ☐ 機器が衝撃に対して適切に保護されているか？
- ☐ すべての取付ネジおよび固定ネジはしっかりと締め付けられているか？
- ☐ 機器が適切に固定されているか？

7 電気接続

7.1 接続条件

7.1.1 端子の割当て

2 線式、4-20 mA HART の端子割当て




図 13 2 線式、4-20 mA HART の端子割当て

- A 過電圧保護機能なし
- B 過電圧保護機能内蔵
- 1 4~20 mA HART (パッシブ) 機器の接続：端子 1 および 2、過電圧保護機能なし
- 2 4~20 mA HART (パッシブ) 機器の接続：端子 1 および 2、過電圧保護機能内蔵
- 3 ケーブルシールド用端子

ブロック図：2 線式、4~20 mA HART





図 14 ブロック図：2 線式、4~20 mA HART

- 1 電源付きアクティブバリア (例：RN221N)；端子電圧に注意
- 2 HART 通信抵抗 ($\geq 250 \Omega$)；最大負荷に注意
- 3 Commubox FXA195 または FieldXpert SFX350/SFX370 の接続 (VIATOR Bluetooth モデム使用)
- 4 アナログ表示機器；最大負荷に注意
- 5 ケーブルシールド：ケーブル仕様を参照
- 6 機器

2 線式、4～20 mA HART、スイッチ出力の端子割当て




A0036500

図 15 2 線式、4～20 mA HART、スイッチ出力の端子割当て

- A 過電圧保護機能なし
- B 過電圧保護機能内蔵
- 1 4～20 mA HART (パッシブ) 機器の接続：端子 1 および 2、過電圧保護機能なし
- 2 スイッチ出力 (オープンコレクタ) の接続：端子 3 および 4、過電圧保護機能なし
- 3 スイッチ出力 (オープンコレクタ) の接続：端子 3 および 4、過電圧保護機能内蔵
- 4 4～20 mA HART (パッシブ) 機器の接続：端子 1 および 2、過電圧保護機能内蔵
- 5 ケーブルシールド用端子

ブロック図：2 線式、4～20 mA HART、スイッチ出力




A0036501

図 16 ブロック図：2 線式、4～20 mA HART、スイッチ出力

- 1 電源付きアクティブバリア (例：RN221N)；端子電圧に注意
- 2 HART 通信抵抗 ($\geq 250 \Omega$)；最大負荷に注意
- 3 Commubox FXA195 または FieldXpert SFX350/SFX370 の接続 (VIATOR Bluetooth モデム使用)
- 4 アナログ表示機器；最大負荷に注意
- 5 ケーブルシールド：ケーブル仕様を参照
- 6 機器
- 7 スイッチ出力 (オープンコレクタ)

2 線式、4~20 mA HART、4~20 mA の端子割当て




A0036502

図 17 2 線式、4~20 mA HART、4~20 mA の端子割当て

- A 過電圧保護機能なし
 B 過電圧保護機能内蔵
 1 電流出力 1、4~20 mA HART (パッシブ) 機器の接続：端子 1 および 2、過電圧保護機能なし
 2 電流出力 2、4~20 mA HART (パッシブ) 機器の接続：端子 3 および 4、過電圧保護機能なし
 3 電流出力 2、4~20 mA HART (パッシブ) 機器の接続：端子 3 および 4、過電圧保護機能内蔵
 4 電流出力 1、4~20 mA HART (パッシブ) 機器の接続：端子 1 および 2、過電圧保護機能内蔵
 5 ケーブルシールド用端子

ブロック図：2 線式、4~20 mA HART、4~20 mA




A0036502

図 18 ブロック図：2 線式、4~20 mA HART、4~20 mA

- 1 電源付きアクティブバリア (例：RN221N)；端子電圧に注意
 2 HART 通信抵抗 ($\geq 250 \Omega$)；最大負荷に注意
 3 Commubox FXA195 または FieldXpert SFX350/SFX370 の接続 (VIATOR Bluetooth モデム使用)
 4 アナログ表示機器；最大負荷に注意
 5 ケーブルシールド：ケーブル仕様を参照
 6 機器
 7 アナログ表示機器；最大負荷に注意
 8 電源付きアクティブバリア (例：RN221N)、電流出力 2；端子電圧に注意

4 線式、4～20 mA HART の端子割当て (10.4～48 V_{DC})




A0036516

図 19 4 線式、4～20 mA HART の端子割当て (10.4～48 V_{DC})

- 1 4～20 mA HART (アクティブ) の接続：端子 3 および 4
- 2 電源接続：端子 1 および 2
- 3 ケーブルシールド用端子

ブロック図：4 線式、4～20 mA HART (10.4～48 V_{DC})




A0036526

図 20 ブロック図：4 線式、4～20 mA HART (10.4～48 V_{DC})

- 1 演算ユニット (例：PLC)
- 2 HART 通信抵抗 ($\geq 250 \Omega$)；最大負荷に注意
- 3 Commubox FXA195 または FieldXpert SFX350/SFX370 の接続 (VIATOR Bluetooth モデム使用)
- 4 アナログ表示機器；最大負荷に注意
- 5 ケーブルシールド：ケーブル仕様を参照
- 6 機器
- 7 供給電圧；端子電圧を参照、ケーブル仕様を参照。

4 線式、4～20 mA HART の端子割当て (90～253 V_{AC})



A0036519

図 21 4 線式、4～20 mA HART の端子割当て (90～253 V_{AC})

- 1 4～20 mA HART (アクティブ) の接続：端子 3 および 4
- 2 電源接続：端子 1 および 2
- 3 ケーブルシールド用端子

⚠ 注意

電気的安全性を確保するために：


- ▶ 保護接続は外さないでください。
- ▶ 保護アースを外す前に供給電圧の接続を切ってください。

i 供給電源に接続する前に、保護アースを内部の接地端子 (3) に接続してください。必要に応じて等電位線に外部の接地端子に接続してください。

i 電磁適合性 (EMC) を確保するには：機器の接地には電源ケーブルの保護接地線だけでなく、プロセス接続（フランジまたはネジ込み接続）または外部の接地端子を介して機能接地も行ってください。

i 機器の近くにアクセスしやすい電源スイッチを設置する必要があります。電源スイッチには機器の開閉器であることを明示してください (IEC/EN61010)。

ブロック図：4 線式、4～20 mA HART（90～253 V_{AC}）




A0036527

図 22 ブロック図：4 線式、4～20 mA HART（90～253 V_{AC}）

- 1 演算ユニット（例：PLC）
- 2 HART 通信抵抗（ $\geq 250 \Omega$ ）；最大負荷に注意
- 3 Commubox FXA195 または FieldXpert SFX350/SFX370 の接続（VIATOR Bluetooth モデム使用）
- 4 アナログ表示機器；最大負荷に注意
- 5 ケーブルシールド：ケーブル仕様を参照
- 6 機器
- 7 供給電圧；端子電圧を参照、ケーブル仕様を参照。


スイッチ出力の接続例

i HART 機器では、オプションとしてスイッチ出力を使用できます。



A0015909

図 23 リレーの接続



A0015910

図 24 デジタル入力の接続

- 1 プルアップ抵抗
- 2 デジタル入力

i 最適な干渉波の適合性を得るには、**1000 Ω** 未満の外部抵抗（リレーの抵抗またはプルアップ抵抗）に接続することを推奨します。

HART ループコンバータ HMX50

HART プロトコルの動変数は、HART ループコンバータ HMX50 を使用してそれぞれ 4~20 mA に変換できます。変数と電流出力の割り当て、および、個々のパラメータの測定範囲は HMX50 で設定されます。




図 25 HART ループコンバータ HMX50 の接続図（例：パッシブ 2 線機器と電流出力（電源として接続））

HART ループコンバータ HMX50 はオーダー番号 71063562 で入手できます。

関連資料：TI00429F および BA00371F

7.1.2 ケーブル仕様


- 過電圧保護機能のない機器
差込式スプリング端子、ケーブル断面積 0.5~2.5 mm² (20~14 AWG)
- 過電圧保護機能付き機器
ケーブル断面積 0.2~2.5 mm² (24~14 AWG) 用のネジ端子
- 周囲温度 T_U60 °C (140 °F) の場合：温度 T_U+20 K 用のケーブルを使用してください。

HART

- アナログ信号のみを使用する場合は、標準の機器ケーブルで十分です。
- HART を使用する場合は、シールドケーブルを推奨します。プラントの接地コンセプトに従ってください。
- 4 線機器の場合は、標準の機器ケーブルで十分です。

7.1.3 機器プラグ


i 機器プラグ (M12 または 7/8") 付きの機器バージョンでは、信号ケーブルを接続するためにハウジングを開ける必要はありません。



A0011175

図 26 M12 プラグのピン割当て

- 1 + 信号
- 2 未使用
- 3 - 信号
- 4 接地



A0011176

図 27 7/8" プラグのピン割当て

- 1 - 信号
- 2 + 信号
- 3 未使用
- 4 シールド

7.1.4 電源

2 線式、4~20 mA HART、パッシブ

2 線式 ; 4~20 mA HART¹⁾

「認証」 ²⁾	機器の端子電圧 U	電源ユニットの供給電圧 U_0 に応じた最大負荷 R
■ 非防爆 ■ Ex nA ■ Ex ic ■ CSA GP	11.5~35 V ^{3) 4)}	A0035511
Ex ia / IS	11.5~30 V ⁴⁾	
■ Ex d / XP ■ Ex ic[ia] ■ Ex tD / DIP	13.5~30 V ^{4) 5)}	A0034969

1) オーダーコードの仕様コード 020 : オプション A

2) 製品構成の仕様コード 010

3) 周囲温度が $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ (-22°F) の場合、最小エラー電流値 (3.6 mA) での機器始動には最小電圧 14 V が必要となります。周囲温度が $T_a \geq 60^\circ\text{C}$ (140°F) の場合、最小エラー電流値 (3.6 mA) での機器始動には最小電圧 12 V が必要となります。スタートアップ電流はパラメータ設定できます。機器を固定電流値 $I \geq 4.5\text{ mA}$ (HART マルチドロップモード) で操作する場合は、すべての周囲温度範囲において電圧 $U \geq 11.5\text{ V}$ で十分です。

4) Bluetooth モデムを使用している場合は、最小供給電圧が 2 V 上昇します。

5) 周囲温度が $T_a \leq -20^\circ\text{C}$ (-4°F) の場合、最小エラー電流値 (3.6 mA) での機器始動には最小電圧 16 V が必要となります。

2 線式 ; 4~20 mA HART、スイッチ出力¹⁾

「認証」 ²⁾	機器の端子電圧 U	電源ユニットの供給電圧 U_0 に応じた最大負荷 R
■ 非防爆 ■ Ex nA ■ Ex nA[ia] ■ Ex ic ■ Ex ic[ia] ■ Ex d[ia] / XP ■ Ex ta / DIP ■ CSA GP	13.5~35 V ^{3) 4)}	A0034971
■ Ex ia / IS ■ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP	13.5~30 V ^{3) 4)}	



1) オーダーコードの仕様コード 020 : オプション B

2) 製品構成の仕様コード 010

3) 周囲温度が $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ (-22°F) の場合、最小エラー電流値 (3.6 mA) での機器始動には最小電圧 16 V が必要となります。

4) Bluetooth モデムを使用している場合は、最小供給電圧が 2 V 上昇します。

2 線式；4～20 mA HART、4～20 mA¹⁾

「認証」 ²⁾	機器の端子電圧 U	電源ユニットの供給電圧 U ₀ に応じた最大負荷 R
すべて	チャンネル 1： 13.5～30 V ^{3) 4) 5)}	 A0034969
	チャンネル 2： 12～30 V	 A0022583

- 1) オーダーコードの仕様コード 020：オプション C
- 2) 製品構成の仕様コード 010
- 3) 周囲温度が T_a ≤ -30 °C (-22 °F) の場合、最小エラー電流値 (3.6 mA) での機器始動には最小電圧 16 V が必要となります。
- 4) 周囲温度が T_a ≤ -40 °C (-40 °F) の場合、最大端子電圧が U ≤ 28 V に制限される必要があります。
- 5) Bluetooth モデムを使用している場合は、最小供給電圧が 2 V 上昇します。

極性反転保護	あり
f = 0～100 Hz 時の許容残留リップル	U _{SS} < 1 V
f = 100～10000 Hz 時の許容残留リップル	U _{SS} < 10 mV

4 線式、4～20 mA HART、アクティブ

「電源；出力」 ¹⁾	端子電圧	最大負荷 R_{max}
K：4 線式、AC 90～253 V、4～20 mA HART	90～253 V _{AC} (50～60 Hz)、過電圧カテゴリ II	500 Ω
L：4 線式、DC 10.4～48 V、4～20 mA HART	10.4～48 V _{DC}	

1) 製品構成の仕様コード 020

7.1.5 過電圧保護

DIN EN 60079-14 の試験手順基準 60060-1 (10 kA、パルス 8/20 μs) に準拠した過電圧保護を必要とする可燃性液体のレベル測定に本機器を使用する場合、過電圧保護モジュールを設置してください。

内蔵の過電圧保護モジュール

内蔵の過電圧保護モジュールは、2 線式 HART、PROFIBUS PA、および FOUNDATION Fieldbus の各機器で使用できます。

製品構成：項目 610 「取付け済みアクセサリ」、オプション NA 「過電圧保護」

技術データ	
チャンネルあたりの抵抗	2 × 0.5 Ω 最大
DC 電圧しきい値	400～700 V
インパルス電圧しきい値	< 800 V
1 MHz の静電容量	< 1.5 pF
インパルス電圧の公称放電電流 (8/20 μs)	10 kA

外部の過電圧保護モジュール

Endress+Hauser の HAW562 または HAW569 は、外部過電圧保護に適しています。

 詳細情報については以下の文書を参照ください。

- HAW562：TI01012K
- HAW569：TI01013K

7.2 機器の接続

警告


爆発に注意！

- ▶ 適用される各国の規格を順守してください。
- ▶ 安全上の注意事項 (XA) の仕様に従ってください。
- ▶ 指定のケーブルグラウンド以外使用しないでください。
- ▶ 電源が銘板に示されている情報と一致していることを確認してください。
- ▶ 電源のスイッチを切ってから機器を接続します。
- ▶ 電源を投入する前に、等電位線を外部の接地端子に接続してください。

必要な工具/アクセサリ：

- カバーロック付きの機器の場合：六角レンチ AF3
- 電線ストリッパー
- 標準ケーブルを使用する場合：1 つのスリーブですべての電線接続に対応


7.2.1 端子部カバーを開く



A0021490

1. 端子部カバーの固定クランプのネジを六角レンチ (3 mm) を使用して緩め、クランプ 90° を時計回りに回します。
2. その後に端子部カバーを回して外し、カバーのガスケットを点検して、必要に応じて交換します。

7.2.2 接続




A0036418

図 28 寸法単位 : mm (in)

1. 電線管接続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線管接続口のシーリングリングは外さないでください。
2. ケーブルシースを取り除きます。
3. 長さ 10 mm (0.4 in) にわたってケーブル終端を剥きます。より線ケーブルを使用する場合は、スリーブも取り付けます。
4. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。

5. 端子の割当てに従ってケーブルを接続します。

→




A0034682

6. シールドケーブルを使用する場合：ケーブルシールドを接地端子に接続します。

7.2.3 差込式スプリング端子

過電圧保護機能を備えていない機器の場合は、差込式スプリング端子を使用して電気接続を行います。スリーブ付きの剛性およびフレキシブル導体は、レバーを使用せずに直接端子に挿入することが可能であり、自動的に接点が形成されます。




A0013661

29 寸法単位：mm (in)

端子からケーブルを外す場合：

1. 3 mm 以下のマイナスドライバを使用して 2 つの端子孔間の溝を押し下げます。
2. これと同時に、端子からケーブル終端を引き抜きます。

7.2.4 端子部カバーを閉じる



A0021491

1. 端子部カバーを回して固くねじ込みます。

2. 固定クランプ 90°を六角レンチ (3 mm) を使用して反時計回りに回し、クランプをトルク 2.5 Nm (1.84 lbf ft) で再度締め付けます。



7.3 配線状況の確認

- ☐ 機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
- ☐ 使用されるケーブルの仕様は正しいか？
- ☐ 取り付けられたケーブルに適切なストレーンリリーフがあるか？
- ☐ すべてのケーブルグランドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉されているか？
- ☐ 供給電圧が銘板に示されている仕様と一致しているか？
- ☐ 端子割当は正しいか？
- ☐ 必要に応じて、保護接地接続が確立されているか？
- ☐ 電圧が供給されている場合、機器の運転準備が整っているか、表示モジュールに値が表示されているか？
- ☐ハウジングカバーはすべて取り付けられ、固定されているか？
- ☐ 固定クランプはしっかりと締め付けられているか？


8 操作オプション

8.1 概要

8.1.1 現場操作

操作部	プッシュボタン	タッチコントロール
「ディスプレイ；操作」のオーダーコード	オプション C「SD02」	オプション E「SD03」
	 A0036312	 A0036313
表示部	4 行表示	4 行表示 白色バックライト；機器エラー発生時は赤に変化
	測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能	
	表示部の許容周囲温度：-20～+70 °C (-4～+158 °F) 温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。	
操作部	3 つのプッシュボタン（田, 日, 回）による現場操作 各種危険場所でも操作部にアクセス可能	タッチコントロール、3 つの光学式キー（田、日、回）による外部操作
追加機能	データバックアップ機能 機器設定を表示モジュールに保存可能	
	データ比較機能 表示モジュールに保存された機器設定と現在の機器設定とを比較できます。	
	データ転送機能 表示モジュールを使用して変換器設定を別の機器に転送できます。	

8.1.2 リモート表示部と操作モジュール FHX50 による操作




A0036314

図 30 FHX50 操作オプション

- 1 表示部および操作モジュール SD03（光学式キー）、カバーガラスの上から操作できます。
- 2 表示部および操作モジュール SD02（プッシュボタン）、カバーは取り外してください。

8.1.3 Bluetooth® ワイヤレス技術を経由

要件



A0036790


図 31 Bluetooth モジュール搭載の機器

- 1 機器の電子回路部ハウジング
- 2 Bluetooth モジュール

この操作オプションは Bluetooth モジュール搭載の機器でのみ使用可能です。以下のオプションがあります：

- 機器と一緒に Bluetooth モジュールが注文されている。
仕様コード 610 「取付け済みアクセサリ」、オプション NF 「Bluetooth」
- Bluetooth モジュールがアクセサリ（注文番号：71377355）として注文され、取り付けられている。個別説明書 SD02252F を参照してください。

SmartBlue（アプリ）経由の操作




A0034939

図 32 SmartBlue（アプリ）経由の操作

- 1 変換器電源ユニット
- 2 スマートフォン/タブレット端末、SmartBlue（アプリ）搭載
- 3 Bluetooth モジュール搭載の変換器

8.1.4 リモート操作

HART プロトコル経由




A0036169

図 33 HART 経由のリモート操作オプション

- 1 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)
- 2 変換器電源ユニット、例：RN221N (通信抵抗付き)
- 3 Commubox FXA191、FXA195 および Field Communicator 375、475 用の接続部
- 4 Field Communicator 475
- 5 操作ツール (例：DeviceCare/FieldCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM) 搭載のコンピュータ
- 6 Commubox FXA191 (RS232) または FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350/SFX370
- 8 VIATOR Bluetooth モデム、接続ケーブル付き
- 9 変換器

サービスインターフェイス (CDI) 経由の DeviceCare/FieldCare



A0032466

図 34 サービスインターフェイス (CDI) 経由の DeviceCare/FieldCare

- 1 機器のサービスインターフェイス (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 DeviceCare/FieldCare 操作ツール搭載のコンピュータ

8.2 操作メニューの構成と機能

8.2.1 操作メニューの構成

メニュー	サブメニュー/ パラメータ	意味
	Language ¹⁾	現場表示器の操作言語を設定します。
初回設定 ²⁾		メニューガイド方式で初回設定を行うための対話型ウィザードを起動します。 ウィザードの終了後、通常は他のメニューで追加設定をする必要はありません。
設定	パラメータ 1 ... パラメータ N	これらすべてのパラメータに適切な値を割り当てると、標準アプリケーションにおける測定の設定が完了します。
	高度な設定	その他のサブメニューやパラメータが含まれます。 ■ 機器を特殊な測定条件に合わせるため ■ 測定値を処理するため（スケール、リニアライゼーション） ■ 信号出力を設定するため
診断	診断リスト	現在発生中のエラーメッセージが最大 5 件含まれます。
	イベントログブック ³⁾	最新のメッセージ 20 件（すでに発生していない）が含まれます。
	機器情報	機器の識別に必要な情報が含まれます。
	測定値	すべての現在の測定値が含まれます。
	データのログ	個別の測定値の履歴が含まれます。
	シミュレーション	測定値または出力値のシミュレーションに使用されます。
	機器チェック	機器の測定機能のチェックに必要なすべてのパラメータが含まれます。
	Heartbeat ⁴⁾	Heartbeat 検証 および Heartbeat モニタリング アプリケーションパッケージのすべてのウィザードが含まれます。
エキスパート ⁵⁾ 機器のすべてのパラメータが含まれます（上記サブメニューのいずれかに、すでに含まれているパラメータを含む）。このメニューは機器の機能ブロックに従って構成されています。 エキスパートメニューのパラメータの説明については、以下を参照してください。 GP01000F (HART)	システム	測定または通信インターフェイスに関与しない、一般的な機器パラメータがすべて含まれます。
	センサ	測定の設定に必要なすべてのパラメータが含まれます。
	出力	■ 電流出力の設定に必要なすべてのパラメータが含まれます。 ■ スイッチ出力の設定に必要なすべてのパラメータが含まれます（PFS）。
	通信	デジタル通信インターフェイスの設定に必要なすべてのパラメータが含まれます。
	診断	動作エラーの検出および分析に必要なすべてのパラメータが含まれます。

- 1) 操作ツール（例：FieldCare）を介して操作する場合、パラメータ「Language」は「設定 → 高度な設定 → 表示」に表示されます。
- 2) FDT/DTM システムを介して操作する場合のみ
- 3) 現場操作の場合にのみ使用可能
- 4) DeviceCare または FieldCare を介して操作する場合にのみ使用可能
- 5) 「エキスパート」メニューを入力する場合は、必ずアクセスコードが要求されます。ユーザー固有のアクセスコードが設定されていない場合は、「0000」を入力してください。

8.2.2 ユーザーの役割と関連するアクセス権

「オペレータ」と「メンテナンス」の2つのユーザーの役割は、機器固有のアクセスコードが設定されている場合、パラメータの書込アクセス権が異なります。これにより、現場表示器を介した機器設定の不正アクセスが保護されます。→ 図 72

パラメータのアクセス権

ユーザーの役割	読み込みアクセス権		書き込みアクセス権	
	アクセスコードなし (初期設定)	アクセスコードあり	アクセスコードなし (初期設定)	アクセスコードあり
オペレータ	✓	✓	✓	--
メンテナンス	✓	✓	✓	✓

不正なアクセスコードを入力した場合、ユーザーには「オペレータ」のアクセス権が付与されます。

 ユーザーが現在ログオンしているユーザーの役割は、**アクセスステータス表示** パラメータ（ディスプレイ操作）または**アクセスステータス ツール** パラメータ（ツール操作）で確認できます。

8.2.3 データアクセス - セキュリティ

アクセスコードによる書き込み保護

機器固有のアクセスコードを使用して、機器設定用パラメータを書き込み保護することが可能です。これにより、現場操作による値の変更ができなくなります。

現場表示器によるアクセスコードの設定

1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコード設定
2. アクセスコードとして最大 4 桁の数値コードを設定します。
3. **アクセスコードの確認** パラメータに同じコードを入力します。
↳ すべての書き込み保護パラメータの前に、 シンボルが表示されます。

操作ツール（例：FieldCare）によるアクセスコードの設定

1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定
2. アクセスコードとして最大 4 桁の数値コードを設定します。
↳ 書込保護がオンになります。

常に変更可能なパラメータ

測定に影響を及ぼさない特定のパラメータは、書き込み保護から除外されます。アクセスコード設定にもかかわらず、これは、他のパラメータがロックされている場合も常に変更可能です。

ナビゲーション、編集画面で 10 分以上キーを押さなかった場合、機器は自動的に書き込み保護パラメータを再度ロックします。ナビゲーション、編集画面から測定値表示モードに戻すと、機器は自動的に書き込み保護パラメータを 60 秒後にロックします。



- アクセスコードを使用して書き込みアクセス権を有効にした場合は、無効にする場合も必ずアクセスコードが必要です→ 図 73。
- 各書き込み保護パラメータは、「機能説明書」に  シンボルで示されています。

アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器のパラメータの前に  シンボルが表示されている場合、そのパラメータは機器固有のアクセスコードで書き込み保護されています。そのときは、現場表示器を使用して値を変更することはできません → 図 72。

機器固有のアクセスコードを入力すると、現場操作による書き込みアクセス権のロックを無効にできます。

1.  を押すと、アクセスコードの入力プロンプトが表示されます。
2. アクセスコードを入力します。
 - ↳ パラメータの前の  シンボルが消えます。それまで書き込み保護されていたすべてのパラメータが再び使用可能になります。

アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器を介して

1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコード設定
2. **0000** を入力します。
3. **アクセスコードの確認** パラメータに、もう一度 **0000** を入力します。
 - ↳ 書き込み保護が無効になります。アクセスコードを入力しなくてもパラメータの変更が可能になります。

操作ツールを使用（例：FieldCare）


1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定
2. **0000** を入力します。
 - ↳ 書き込み保護が無効になります。アクセスコードを入力しなくてもパラメータの変更が可能になります。

書き込み保護スイッチによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードによるパラメータ書き込み保護とは異なり、これは、すべての操作メニュー（「表示のコントラスト」パラメータ用以外）の書き込みアクセス権をロックします。

これにより、パラメータ値は読み取り専用となり、編集はできなくなります（「表示のコントラスト」パラメータ以外）。


- 現場表示器を介して
- サービスインターフェイス（CDI）経由
- HART プロトコル経由



A0026157


1. 固定クランプを緩めます。
2. 表示部のカバーを外します。
3. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。ロックスイッチにアクセスしやすくするため、表示モジュールを電子部コンパートメントの縁に差し込みます。

→



A0036086

4. メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を **ON** 位置に設定すると、ハードウェア書き込み保護が有効になります。メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を **OFF** 位置 (初期設定) に設定すると、ハードウェア書き込み保護が無効になります。
- ↳ ハードウェア書き込み保護が有効な場合： **ハードウェア書き込みロック** オプションが **ロック状態** パラメータに表示されます。さらに、現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に  シンボルが表示されます。



A0015870

ハードウェア書き込み保護が無効な場合： **ロック状態** パラメータには何も表示されません。現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に表示されていた  シンボルは消えます。

5. ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にケーブルを収納し、表示モジュールを必要な向きで電子部コンパートメントにかみ合うまで差し込みます。
6. 変換器を再度取り付ける場合は、取り外しと逆の手順を実施してください。

キーパッドロックの有効化/無効化

キーパッドロックを使用すると、現場操作によるすべての操作メニューへのアクセスを防ぐことができます。その結果、操作メニューのナビゲーションまたはパラメータの変更はできなくなります。操作画面表示の測定値を読み取ることだけが可能です。

キーパッドロックのオン/オフはコンテキストメニューで行います。

キーパッドロックのオン

SD03 表示部の場合のみ：

キーパッドロックが自動的にオンになります。

- 機器が表示部を介して 1 分以上操作されなかった場合
- 機器をリスタートした場合

キーロックを手動で有効化：

1. 測定値表示の画面を表示します。
⏏ を 2 秒以上押します。
↳ コンテキストメニューが表示されます。
2. コンテキストメニューで **キーロック オン** オプションを選択します。
↳ キーパッドロックがオンになっています。

 キーパッドロック有効時に操作メニューにアクセスしようとする、**キーロック オン**メッセージが表示されます。

キーパッドロックのオフ

1. キーパッドロックがオンになっています。
⏏ を 2 秒以上押します。
↳ コンテキストメニューが表示されます。
2. コンテキストメニューで **キーロック オフ** オプションを選択します。
↳ キーパッドロックがオフになります。


Bluetooth® ワイヤレス技術

Bluetooth® ワイヤレス技術を介した信号伝送では、フラウンホーファー研究所で試験された暗号技術が使用されます。

- SmartBlue アプリが搭載されていない場合、Bluetooth® ワイヤレス技術を介して機器を表示することはできません。
- **1 台**のセンサと **1 台**のスマートフォンまたはタブレット端末とのポイント・トゥー・ポイント接続のみが構築されます。

8.3 表示部および操作モジュール

8.3.1 表示



A0012635

図 35 現場操作の表示部および操作モジュールの表示

- 1 測定値表示部（1つの値、最大サイズ）
- 1.1 タグとエラーシンボル（エラーが出ている場合）を含むヘッダー
- 1.2 測定値シンボル
- 1.3 測定値
- 1.4 単位
- 2 測定値表示部（1つの値 + バーグラフ）
- 2.1 測定値 1 のバーグラフ
- 2.2 測定値 1（単位付き）
- 2.3 測定値 1 の測定値シンボル
- 2.4 測定値 2
- 2.5 測定値 2 の単位
- 2.6 測定値 2 の測定値シンボル
- 3 パラメータ表示（この場合：選択リスト付きのパラメータ）
- 3.1 パラメータ名とエラーシンボル（エラーが出ている場合）を含むヘッダー
- 3.2 選択リスト、☑は現在のパラメータ値を示します。
- 4 数字の入力マトリックス
- 5 英数字および特殊文字の入力マトリックス

サブメニューの表示シンボル

シンボル	意味
 A0018367	表示/操作 表示位置： ■ メインメニューの「表示/操作」選択項目の横 ■ 「表示/操作」メニューの左側のヘッダー
 A0018364	設定 表示位置： ■ メインメニューの「設定」選択項目の横 ■ 「設定」メニューの左側のヘッダー
 A0018365	エキスパート 表示位置： ■ メインメニューの「エキスパート」選択項目の横 ■ 「エキスパート」メニューの左側のヘッダー
 A0018366	診断 表示位置： ■ メインメニューの「診断」選択項目の横 ■ 「診断」メニューの左側のヘッダー

ステータス信号

シンボル	意味
F A0032902	「故障」 機器エラーが発生。測定値は無効。
C A0032903	「機能チェック」 機器はサービスモード（例：シミュレーション中）
S A0032904	「仕様範囲外」 機器は作動中： ■ 技術仕様の範囲外（例：始動時または洗浄プロセス時） ■ ユーザーが行ったパラメータ設定の範囲外（例：レベルが設定範囲外）
M A0032905	「メンテナンスが必要」 メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

ロック状態の表示シンボル

シンボル	意味
 A0013148	読み取り専用パラメータ 表示されるパラメータは、表示のみを目的とするものであり、編集はできません。
 A0013150	機器のロック ■ パラメータ名の前：機器はソフトウェアおよび/またはハードウェアでロックされています。 ■ 測定値画面のヘッダー：機器はソフトウェアでロックされています。

測定値シンボル

シンボル	意味
測定値	
 A0032892	レベル
 A0032893	距離
 A0032908	電流出力
 A0032894	測定された電流値
 A0032895	端子電圧
 A0032896	電子モジュールまたはセンサ温度
測定チャンネル	
 A0032897	測定チャンネル 1
 A0032898	測定チャンネル 2
測定値ステータス	
 A0018361	「アラーム」ステータス 測定が中断します。出力が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
 A0018360	「警告」ステータス 機器は測定を継続します。診断メッセージが生成されます。

8.3.2 操作部

キー	意味
− A0018330	− キー メニュー、サブメニュー用 選択リスト内の選択バーを上方へ移動 テキストおよび数値エディタ用 入力画面で、選択バーを左へ移動（戻る）
+ A0018329	+ キー メニュー、サブメニュー用 選択リスト内の選択バーを下方へ移動 テキストおよび数値エディタ用 入力画面で、選択バーを右へ移動（次へ）
E A0018328	Enter キー 測定値表示用 ■ キーを短く押すと、操作メニューが開く ■ キーを2秒押すと、コンテキストメニューが開く メニュー、サブメニュー用 ■ キーを短く押した場合： - 選択したメニュー、サブメニュー、またはパラメータが開く ■ パラメータの位置でキーを2秒押した場合： - パラメータ機能のヘルプテキストがある場合は、これが開く テキストおよび数値エディタ用 ■ キーを短く押した場合： ■ 選択したグループが開く ■ 選択した動作を実行 ■ キーを2秒押すと、編集したパラメータ値を確定
− + + A0032909	エスケープキーの組み合わせ（キーを同時に押す） メニュー、サブメニュー用 ■ キーを短く押した場合： ■ 現在のメニューレベルを終了し、より高次のレベルに移動 ■ ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる ■ キーを2秒押すと、測定値表示に戻る（「ホーム画面」） テキストおよび数値エディタ用 変更を確定せずに、テキストまたは数値エディタを閉じる
− + E A0032910	− / Enter キーの組み合わせ（キーを同時に長押し） コントラストを弱く（より明るい設定）
+ + E A0032911	+ / Enter キーの組み合わせ（キーを同時に長押し） コントラストを強く（より暗い設定）

8.3.3 数字とテキストの入力

数値エディタ

1

2

3

4

20

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
- . ← C
X ✓

- + E

A0013941

テキストエディタ

1

2

3

4

User

ABC_ DEFG HIJK
LMNO PQRS TUVW
XYZ ↵C↵ Aa1@
C X ✓

- + E

A0013999

1 編集画面

2 入力値の表示エリア

3 入力画面

4 操作部

入力画面

数値およびテキストエディタの入力画面では、次の入力シンボルが使用できます。

数値エディタ

シンボル	意味
0 ... 9 A0013998	数値 0～9 の選択
. A0016619	入力位置に桁区切り記号を挿入
- A0016620	入力位置にマイナス符号を挿入
✓ A0013985	選択の確定
← A0016621	入力位置を 1 つ左へ移動
X A0013986	変更を確定せずに、入力を終了
C A0014040	入力文字をすべて消去

テキストエディタ

シンボル	意味
ABC_ ... XYZ A0013997	文字 A～Z の選択
Aa1@ A0013981	切替え - 大文字/ 小文字 - 数値の入力 - 特殊文字の入力

 A0013985	選択の確定
 A0013987	修正ツールの選択に切替え
 A0013986	変更を確定せずに、入力を終了
 A0014040	入力文字をすべて消去

修正シンボル (において)

シンボル	意味
 A0032907	入力文字をすべて消去
 A0018324	入力位置を 1 つ右へ移動
 A0018326	入力位置を 1 つ左へ移動
 A0032906	入力位置の左隣りの文字を削除

8.3.4 コンテキストメニューを開く


コンテキストメニューを使用すると、操作画面表示から簡単かつダイレクトに次のメニューを開くことができます。

- 設定
- 設定バックアップの表示
- エンベロープカーブ
- キーロックオン

コンテキストメニューの呼び出しと終了

操作画面表示にします。

1.  を 2 秒 間押します。
↳ コンテキストメニューが開きます。



A0037872


2.  +  を同時に押します。
↳ コンテキストメニューが閉じて、操作画面が表示されます。

コンテキストメニューによるメニューの呼び出し

1. コンテキストメニューを開きます。
2.  を押して、必要なメニューに移動します。
3.  を押して、選択を確定します。
↳ 選択したメニューが開きます。

8.3.5 表示部および操作モジュール上の反射波形表示

測定信号を評価するため、反射波形とマッピングカーブ（マッピングが記録されている場合）を表示部および操作モジュールに表示することが可能です。



A0014277

9 HART プロトコルを介したシステムインテグレーション

9.1 DD ファイルの概要

HART

製造者 ID	0x11
デバイスタイプ	0x1122
HART 仕様	7.0
DD ファイル	ファイルの詳細については、以下を参照： ■ www.endress.com ■ www.fieldcommgroup.org

9.2 HART デバイス変数および測定値

出荷時に以下の測定値が HART 機器に割り当てられています。

レベル測定用のデバイス変数

デバイス変数	測定値
PV 値	リニアライゼーションされたレベル
SV 値	フィルタ処理なしの距離
TV 値	エコーの絶対振幅
QV 値	エコーの相対振幅

界面測定用のデバイス変数

デバイス変数	測定値
PV 値	リニアライゼーションされた界面
SV 値	リニアライゼーションされたレベル
TV 値	上層部の厚さ
QV 値	界面の絶対振幅

 デバイス変数への測定値の割当ては、以下のサブメニューで変更できます。
エキスパート → 通信 → 出力

10 SmartBlue（アプリ）を使用した設定

10.1 要件

機器の要件

SmartBlue を使用した設定は、機器に Bluetooth モジュールが取り付けられている場合にのみ可能です。

システム要件

SmartBlue アプリは、Android の場合は Google Play ストア、iOS の場合は App ストアから、モバイルスマートフォンまたはタブレット端末用にダウンロードできます。

- iOS 機器：iPhone 5S または iOS11 以降；iPad 第 5 世代または iOS11 以降；iPod Touch 第 6 世代または iOS11 以降

- Android 搭載機器：Android 6.0 および Bluetooth® 4.0 以降

初期パスワード

初めて接続を確立するときは、Bluetooth モジュールの銘板に記載された ID 番号が初期パスワードとして使用されます。

i Bluetooth モジュールを 1 つの機器から取り外して別の機器に取り付ける場合は、次の点に注意することが重要です。それは、すべてのログインデータが Bluetooth モジュールにのみ保存され、機器には保存されないということです。これは、ユーザーによって変更されたパスワードにも適用されます。

10.2 SmartBlue アプリ

1. QR コードをスキャンするか、または App Store の検索フィールドに「SmartBlue」と入力します。



図 36 ダウンロードリンク

2. SmartBlue を起動します。
3. 表示されたライブラリストから機器を選択します。
4. 以下のログインデータを入力します。
 - ↳ ユーザー名：admin
 - パスワード：機器のシリアル番号
5. 詳細については、アイコンをタップします。


i 初回のログイン後にパスワードを変更します。

10.3 SmartBlue での反射波形表示

SmartBlue では反射波形の表示と記録が可能です。

反射波形以外にも、以下の値を表示できます。


- D = 距離
- L = レベル
- A = 絶対振幅
- スクリーンショットをとると、表示部分（ズーム機能）が保存されます。
- ビデオシーケンスの場合は常に、ズーム機能なしで全面が保存されます。



A0029486

図 37 SmartBlue（Android 版）での反射波形表示（例）

- 1 ビデオ記録
- 2 スクリーンショット作成
- 3 マッピングメニューの表示
- 4 ビデオ記録の開始/停止
- 5 時間軸上の時刻移動



A0029487


図 38 SmartBlue（iOS 版）での反射波形表示（例）

- 1 ビデオ記録
- 2 スクリーンショット作成
- 3 マッピングメニューの表示
- 4 ビデオ記録の開始/停止
- 5 時間軸上の時刻移動

11 設定ウィザードによる設定

ウィザードが FieldCare および DeviceCare¹⁾ に表示されます。ユーザーはこのウィザードに従って初期設定プロセスを実行できます。

1. 機器を FieldCare または DeviceCare に接続します。
2. FieldCare または DeviceCare で機器を開きます。
↳ 機器のダッシュボード（ホームページ）が表示されます。



A0025866

- 1 「Commissioning (設定)」ボタンでウィザードを呼び出します。
 3. 「Commissioning (設定)」をクリックして、ウィザードを開始します。
 4. 各パラメータに適切な値を入力するか、または適切な項目を選択します。これらの値は機器に直接書き込まれます。
 5. 「Next (次へ)」をクリックして次のページに移動します。
 6. すべてのページの入力完了したら「Finish (完了)」をクリックしてウィザードを終了します。
- i** すべての必要なパラメータを入力する前にウィザードをキャンセルした場合、機器が未設定の状態になる可能性があります。この場合、機器を初期設定にリセットすることをお勧めします。

1) DeviceCare は www.software-products.endress.com からダウンロードできます。ソフトウェアをダウンロードするには、Endress+Hauser ソフトウェアポータルへの登録が必要です。

12 操作メニューを使用した設定

12.1 機能チェック

測定点を設定する前に、設置状況および配線状況を確認してください。

12.2 操作言語の設定

初期設定：英語または注文した地域の言語




図 39 現場表示器の言語設定の例

A0029420

12.3 基準距離の確認

i このセクションは、気相補正機能付きの FMP54 にのみ適用されます（製品構成：仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EF または EG）。


気相補正機能付きのコアキシャルプローブは、出荷時に校正されています。一方、ロードプローブは取付け後に校正する必要があります。

内筒管または外筒管内にロッドプローブを取り付けた後に確認し、必要に応じて、基準距離の設定を加圧されていない状態で修正します。最高の精度を得るためには、レベルが基準距離 L_{ref} より 200 mm 以上低くなければなりません。

手順	パラメータ	アクション
1	エキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード	オン オプション を選択して、気相補正を有効にします。
2	エキスパート → センサ → 気相補正 → 現在の基準距離	表示された現在の基準距離が基準値と一致するか確認します (300 mm または 550 mm、銘板を参照)。 一致する場合：その他の措置は必要ありません。 一致しない場合：手順 3 に進みます。
3	エキスパート → センサ → 気相補正 → 基準距離	現在の基準距離 パラメータ に表示される値を取り込みます。 これにより、基準距離が修正されます。

 すべてのパラメータの詳細な説明については、以下を参照してください。
GP01000F、「Levelflex - 機能説明書 - HART」

12.4 レベル測定の設定



A0011360

図 40 液体のレベル測定用パラメータの設定

LN	プローブ長
R	測定基準点
D	距離
L	レベル
E	空校正 (ゼロ点)
F	満量校正 (= スパン)

i ローププローブを使用する場合に ϵ_r 値が 7 以下だと、テンションウェイト付近での測定はできません。この場合、空校正 E は $LN - 250 \text{ mm}$ ($LN - 10 \text{ in}$) を超えないようにしてください。


- 設定 → デバイスのタグ
↳ デバイスのタグを入力します。
- 「界面測定」アプリケーションパッケージの機器の場合：
次の項目に移動します。設定 → 動作モード
↳ **レベル** オプションを選択します。
- 次の項目に移動します。設定 → 距離の単位
↳ 長さの単位を選択します。
- 次の項目に移動します。設定 → タンクタイプ
↳ タンクタイプを選択します。
- タンクタイプ** パラメータ = 外筒管：
次の項目に移動します。設定 → パイプ直径
↳ 外筒管または内筒管の直径を設定します。
- 次の項目に移動します。設定 → 測定物グループ
↳ 測定物グループ (**水ベース (DC >= 4)** または**その他**) を設定します。
- 次の項目に移動します。設定 → 空校正
↳ 空距離 E (測定基準点 R から 0% 位置までの距離) を設定します。
- 次の項目に移動します。設定 → 満量校正
↳ 満量距離 F (0% から 100% までの距離) を設定します。
- 次の項目に移動します。設定 → レベル
↳ 測定レベル L を表示します。

10. 次の項目に移動します。設定 → 距離
↳ 測定基準点 R とレベル L 間の距離 D を表示します。
11. 次の項目に移動します。設定 → 信号品質
↳ 解析されたレベルエコーの信号品質を表示します。
12. 現場表示器による操作：
次の項目に移動します。設定 → マッピング → 距離の確定
↳ 不要反射マップの記録を開始するために、必要に応じて、表示された距離と実際の値を比較します²⁾。
13. 操作ツールによる操作：
次の項目に移動します。設定 → 距離の確定
↳ 不要反射マップの記録を開始するために、必要に応じて、表示された距離と実際の値を比較します²⁾。

2) 気相補正機能付きの FMP54 の場合（製品構成：仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション「EF」または「EG」）、不要反射マップは記録されない場合があります。

12.5 界面測定の設定

i 界面測定は、対応するソフトウェアオプションが機器に搭載されている場合にのみ可能です。製品構成：仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EB「界面測定」



A0011177

図 41 界面測定用パラメータの設定

- LN プローブ長
- R 測定基準点
- DI 界面距離（フランジから下部測定物までの距離）
- LI 界面
- DL 距離
- LL レベル
- UP 上層部の厚さ
- E 空校正（ゼロ点）
- F 満量校正（= スパン）

1. 次の項目に移動します。設定 → デバイスのタグ
↳ デバイスのタグを入力します。
2. 次の項目に移動します。設定 → 動作モード
↳ **界面** オプションを選択します。
3. 次の項目に移動します。設定 → 距離の単位
↳ 長さの単位を選択します。
4. 次の項目に移動します。設定 → タンクタイプ
↳ タンクタイプを選択します。
5. **タンクタイプ** パラメータ = 外筒管：
次の項目に移動します。設定 → パイプ直径
↳ 外筒管または内筒管の直径を設定します。
6. 次の項目に移動します。設定 → タンクレベル
↳ 充填レベルを設定します（**満量** または **一部充填**）。
7. 次の項目に移動します。設定 → 上部接続までの距離
↳ 外筒管内: 基準点 R から上部排出口の下端までの距離を設定します。それ以外の場合はすべて、初期設定のままにしてください。
8. 次の項目に移動します。設定 → DC 値
↳ 上部測定物の比誘電率 (ϵ_r) を設定します。

9. 次の項目に移動します。設定 → 空校正
↳ 空距離 E (測定基準点 R から 0% 位置までの距離) を設定します。
10. 次の項目に移動します。設定 → 満量校正
↳ 満量距離 F (0% から 100% までの距離) を設定します。
11. 次の項目に移動します。設定 → レベル
↳ 測定レベル L_L を表示します。
12. 次の項目に移動します。設定 → 界面
↳ 界面高さ L_I を表示します。
13. 次の項目に移動します。設定 → 距離
↳ 測定基準点 R とレベル L_L 間の距離 D_L を表示します。
14. 次の項目に移動します。設定 → 界面距離
↳ 測定基準点 R と界面 L_I 間の距離 D_I を表示します。
15. 次の項目に移動します。設定 → 信号品質
↳ 解析されたレベルエコーの信号品質を表示します。
16. 現場表示器による操作 :
次の項目に移動します。設定 → マッピング → 距離の確定
↳ 不要反射マップの記録を開始するために、必要に応じて、表示された距離と実際の値を比較します³⁾。
17. 操作ツールを使用 (例 : FieldCare) :
次の項目に移動します。設定 → 距離の確定
↳ 不要反射マップの記録を開始するために、必要に応じて、表示された距離と実際の値を比較します³⁾。

3) 気相補正機能付きの FMP54 の場合 (製品構成 : 仕様コード 540 「アプリケーションパッケージ」、オプション 「EF」 または 「EG」)、不要反射マップは記録されない場合があります。

12.6 基準反射波形の記録

測定の設定後に現在の反射波形を基準反射波形として記録することを推奨します。これは、後で診断のために使用できます。**基準カーブの保存** パラメータは、反射波形を記録するために使用されます。

メニュー内のパス

エキスパート → 診断 → エンベロープ診断 → 基準カーブの保存

選択項目の説明

■ いいえ

動作なし

■ はい

現在の反射波形が基準カーブとして保存されます。



ソフトウェアバージョン **01.00.zz** または **01.01.zz** が搭載されている機器の場合、このサブメニューはユーザーの役割が「サービス」のときにのみ表示されます。



基準反射波形は、これが機器から FieldCare に読み込まれた後、FieldCare の反射波形図にのみ表示されます。それには、FieldCare の「基準カーブ読み込み」機能を使用します。




図 42 「基準カーブ読み込み」機能

12.7 現場表示器の設定

12.7.1 レベル測定用の現場表示器の初期設定

パラメータ	電流出力が 1 つの機器の初期設定	電流出力が 2 つの機器の初期設定
表示形式	1 つの値、最大サイズ	1 つの値、最大サイズ
1 の値表示	リニアライゼーションされたレベル	リニアライゼーションされたレベル
2 の値表示	距離	距離
3 の値表示	電流出力 1	電流出力 1
4 の値表示	なし	電流出力 2

12.7.2 界面測定用の現場表示器の初期設定

パラメータ	電流出力が 1 つの機器の初期設定	電流出力が 2 つの機器の初期設定
表示形式	1 つの値、最大サイズ	1 つの値、最大サイズ
1 の値表示	リニアライゼーションされた界面	リニアライゼーションされた界面
2 の値表示	リニアライゼーションされたレベル	リニアライゼーションされたレベル
3 の値表示	上層部の厚さ	電流出力 1
4 の値表示	電流出力 1	電流出力 2

12.7.3 現場表示器の調整

以下のサブメニューを使用して現場表示器を調整できます。

設定 → 高度な設定 → 表示

12.8 電流出力の設定

12.8.1 レベル測定用の電流出力の初期設定

電流出力	割り当てられた測定値	4mA の値	20mA の値
1	リニアライゼーションされたレベル	0% または対応するリニアライズされた値	100% または対応するリニアライズされた値
2 ¹⁾	エコーの相対振幅	0 mV	2 000 mV

1) 電流出力が 2 つある機器の場合

12.8.2 界面測定用の電流出力の初期設定

電流出力	割り当てられた測定値	4mA の値	20mA の値
1	リニアライゼーションされた界面	0% または対応するリニアライズされた値	100% または対応するリニアライズされた値
2 ¹⁾	リニアライゼーションされたレベル	0% または対応するリニアライズされた値	100% または対応するリニアライズされた値

1) 電流出力が 2 つある機器の場合

12.8.3 電流出力の調整

以下のサブメニューで電流出力を調整できます。

基本設定

設定 → 高度な設定 → 電流出力 1～2

高度な設定

エキスパート → 出力 1～2 → 電流出力 1～2

機能説明書 (GP01000F) を参照

12.9 設定管理

設定後、現在の機器設定の保存、他の測定点へのコピー、または前の機器設定の復元を行うことが可能です。これは、**設定管理** パラメータ およびその選択項目を使用して実行することが可能です。

メニュー内のパス

設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 設定管理

選択項目の説明

■ キャンセル

何も実行せずにこのパラメータを終了します。

■ バックアップの実行

現在の機器設定のバックアップコピーを、HistoROM（機器に内蔵）から機器の表示モジュールに保存します。

■ 復元

機器設定のバックアップコピーを、表示モジュールから機器の HistoROM にコピーします。

■ 複製

機器の変換器設定を、表示モジュールを使用して別の機器に複製します。個々の測定点を特徴付ける以下のパラメータは転送**されません**。

- HART データコード
- HART ショートタグ
- HART メッセージ
- HART 記述子
- HART アドレス
- デバイスのタグ
- 測定物タイプ

■ 比較

表示モジュールに保存された機器設定と HistoROM の現在の機器設定とを比較します。その結果は、**比較の結果** パラメータ パラメータに表示されます。

■ バックアップデータの削除

機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールから削除します。



この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。



既存のバックアップコピーが、**復元** オプションを使用して元の機器以外に復元された場合、個々の機器機能が使用できなくなる可能性があります。場合によっては、「納入時の状態」にリセットして元の状態に復元することもできません。

設定を別の機器に転送する場合は、必ず**複製** オプションを使用してください。

12.10 不正アクセスからの設定の保護

次の2つの方法で、不正アクセスから設定を保護できます。

- パラメータによるロック（ソフトウェアロック）
- 書込保護スイッチによるロック（ハードウェアロック）

13 診断およびトラブルシューティング

13.1 一般トラブルシューティング

13.1.1 一般エラー

エラー	考えられる原因	解決方法
機器が応答しない	電源電圧が銘板に明記された値と異なる	正しい電圧を接続する。
	電源電圧の極性が正しくない	極性を正す。
	ケーブルと端子の接触不良	ケーブルと端子の電氣的接続を確実にを行う。
ディスプレイの値が見えない	コントラスト設定が強すぎる/弱すぎる	■ 田 と 回 を同時に押して、コントラストを上げる。 ■ 田 と 回 を同時に押して、コントラストを下げる。
	ディスプレイケーブルのプラグが正しく接続されていない	プラグを正しく接続する。
	ディスプレイの故障	ディスプレイを交換する。
機器の起動時、またはディスプレイの接続時に、表示部に「通信エラー」が表示される	電磁干渉	機器の接地を確認する。
	ディスプレイのケーブルまたはプラグの破損	ディスプレイを交換する。
1つの機器から別の機器へのディスプレイを介したパラメータの複製が機能しない。「保存」および「キャンセル」選択項目しか使用できない。	以前に新しい機器でデータバックアップが実行されなかった場合、バックアップを搭載したディスプレイが正しく検出されない	ディスプレイ（バックアップ搭載）を接続し、機器を再起動する。
出力電流 <3.6 mA	信号ケーブルの接続が正しくない	接続を確認する。
	電子モジュールの故障	電子部を交換する。
HART 通信が機能しない	通信用抵抗がない、または正しく設置されていない	通信用抵抗（250 Ω）を正しく設置する。
	Commubox 接続が正しくない	Commubox を正しく接続する。
	Commubox が「HART」に設定されていない。	Commubox セレクタスイッチを「HART」に設定する。
CDI 通信が作動しない	コンピュータの COM ポートの設定が正しくない	コンピュータの COM ポートの設定を確認し、必要に応じて変更する。
機器測定が正しくない	パラメータ設定エラー	パラメータ設定を確認し、修正する。
SmartBlue 経由での機器との通信エラー	Bluetooth 接続なし	スマートフォンまたはタブレット端末の Bluetooth 機能を有効にする。
	機器がすでに別のスマートフォン/タブレット端末と接続されている	別のスマートフォン/タブレット端末から機器を外す。
	Bluetooth モジュールが接続されていない	Bluetooth モジュールを接続する（SD02252F を参照）。
SmartBlue を介してログインできない	機器が初めて使用される	初期パスワード（Bluetooth モジュールの ID 番号）を入力し、それを変更する。

エラー	考えられる原因	解決方法
SmartBlue を介して機器を操作できない	不正なパスワードが入力されている	小文字/大文字に注意して、正しいパスワードを入力する。
SmartBlue を介して機器を操作できない	パスワードを忘れた	Endress+Hauser サービス部門 (www.addresses.endress.com) にお問い合わせください。

13.1.2 エラー - SmartBlue 操作

エラー	考えられる原因	解決方法
ライブラリストに機器が表示されない	Bluetooth 接続なし	スマートフォンまたはタブレット端末の Bluetooth® 機能を有効にする
		センサの Bluetooth® 機能が無効になっているので復帰シーケンスを実行する
ライブラリストに機器が表示されない	機器がすでに別のスマートフォン/タブレット端末と接続されている	センサとスマートフォンまたはタブレット端末との 1 つの ポイント・トゥー・ポイント接続のみが構築される
ライブラリストに機器が表示されるが SmartBlue からアクセスできない	Android 機器	位置情報機能がアプリに対して有効になっているか？ 機能を初めて承認したか？
		特定の Android バージョンでは Bluetooth® と組み合わせて GPS または位置情報機能を有効にする必要がある
		GPS を有効化 - アプリを完全に終了して再起動 - アプリに対して位置情報機能が有効になっている
ライブラリストに機器が表示されるが SmartBlue からアクセスできない	Apple 製機器	標準でログイン ユーザー名に「admin」を入力 初期パスワード (Bluetooth モジュールの ID) を大文字小文字を注意して入力する
SmartBlue を介してログインできない	機器が初めて使用される	初期パスワード (Bluetooth モジュールの ID) を入力してログインしパスワードを変更する：大文字小文字を注意して入力する
SmartBlue を介して機器を操作できない	不正なパスワードが入力されている	正しいパスワードを入力する。
SmartBlue を介して機器を操作できない	パスワードを忘れた	Endress+Hauser サービス部門 (www.addresses.endress.com) にお問い合わせください。

13.1.3 パラメータ設定エラー

レベル測定のパラメータ設定エラー

エラー	考えられる原因	解決方法
測定値が正しくない	測定距離 (設定 → 距離) が実際の距離と一致している場合： 校正エラー	■ 空校正 パラメータ (→ 156)を確認し、必要に応じて調整する。 ■ 満量校正 パラメータ (→ 157)を確認し、必要に応じて調整する。 ■ リニアライゼーションを確認し、必要に応じて調整する (リニアライゼーション サブメニュー (→ 182))。
	測定距離 (設定 → 距離) が実際の距離と一致しない場合： 不要反射	マッピングを行う (距離の確定 パラメータ (→ 164))。
充填/排出時に測定値の変化なし	不要反射	マッピングを行う (距離の確定 パラメータ (→ 164))。
	プローブの付着物	プローブを清掃する。
	エコトラッキングでエラーが発生する	エコトラッキングを無効にする (エキスパート → センサ → エコトラッキング → 評価モード = 履歴オフ)。
電源のスイッチオンの後に診断メッセージ エコーロスト が表示される	エコーしきい値が高すぎる	測定物グループ パラメータ (→ 155)を確認する。 必要に応じて、 測定物特性 パラメータ (→ 170)の詳細な設定を選択する。
	レベルエコーの抑制	マッピングを消去し、必要に応じて、再度記録する (マップ記録 パラメータ (→ 166))。
タンクが空なのに機器がレベルを表示する	プローブ長が正しくない	プローブ長補正を行う (プローブ長の確認 パラメータ (→ 198))。
	不要反射	タンクが空のときにプローブ全長にわたってマッピングを実施する (距離の確定 パラメータ (→ 164))。
測定レンジ全体にわたってレベル勾配が正しくない	異なるタンクタイプが選択されている	タンクタイプ パラメータ (→ 155)を正しく設定する。

界面測定のパラメータ設定エラー


エラー	考えられる原因	解決方法
設定が タンクレベル = 満量 の場合に、タンクが空になると表示される界面高さが急に高い値になる	全体レベルが上部不感知距離の範囲外で検出されている	不感知距離を増やす (不感知距離 パラメータ (→ 173))。
		タンクレベル パラメータ (→ 161) = 一部充填 に設定する。
タンクレベル = 一部充填 の場合に、タンクが充填されると表示される全体レベルが急に低い値になる	全体レベルが上部不感知距離に入っている	不感知距離を減らす (不感知距離 パラメータ (→ 173))。
界面測定値の勾配が正しくない	上部測定物の比誘電率 (DC 値) が正しく設定されていない	上部測定物の正しい比誘電率 (DC 値 パラメータ (→ 162)) を入力する。
界面と全体レベルの測定値が同じ	不正確な比誘電率により全体レベルのエコーしきい値が高すぎる	上部測定物の正しい比誘電率 (DC 値) を入力する (DC 値 パラメータ (→ 162))。

エラー	考えられる原因	解決方法
界面が薄い場合に、全体レベルが界面レベルに急に変わる	上部測定物の厚みが 60 mm 以下	界面の測定は、界面高さが 60 mm を超える場合にのみ可能。
界面測定値が急に変わる	エマルション層がある	エマルション層が測定に影響を及ぼしている。 Endress+Hauser にお問い合わせください。

13.2 現場表示器の診断情報

13.2.1 診断メッセージ

機器の自己診断システムで検出されたエラーが、測定値表示と交互に診断メッセージとして表示されます。



ステータス信号


F A0032902	「故障 (F)」 オプション 機器エラーが発生。測定値は無効。
C A0032903	「機能チェック (C)」 オプション 機器はサービスモード (例: シミュレーション中)
S A0032904	「仕様範囲外 (S)」 オプション 機器は作動中: ■ 技術仕様の範囲外 (例: スタートアップまたは洗浄中) ■ ユーザが行った設定の範囲外 (例: レベルが設定スパンの範囲外)
M A0032905	「メンテナンスが必要 (M)」 オプション メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

ステータスシンボル（イベントレベルのシンボル）

⊗	「アラーム」ステータス 測定が中断します。信号出力が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
△	「警告」ステータス 機器は測定を継続します。診断メッセージが生成されます。

診断イベントおよびイベントテキスト

診断イベントを使用してエラーを特定することが可能です。イベントテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断イベントの前に対応するシンボルが表示されます。



2つあるいはそれ以上の診断メッセージが同時に発生している場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージのみが示されます。その他の未処理メッセージは **診断リスト** サブメニューに表示されます。

-  処理済みの過去の診断メッセージは、以下に表示されます。
- 現場表示器：
イベントログブック
 - FieldCare：
「イベントリスト/HistoROM」機能

操作部

メニュー、サブメニューの操作機能	
	+ キー 対処法に関するメッセージを開きます。
	Enter キー 操作メニューを開きます。

13.2.2 対処法の呼び出し




図 43 対処法のメッセージ

- 1 診断情報
- 2 ショートテキスト
- 3 サービス ID
- 4 診断動作と診断コード
- 5 イベントの発生時間
- 6 対処法

診断メッセージを表示します。

1. ➡ を押します (① シンボル)。
 - ➡ **診断リスト** サブメニュー が開きます。
2. ➡ または ➡ を使用して必要な診断イベントを選択し、ⓔ を押します。
 - ➡ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
3. ➡ + ➡ を同時に押します。
 - ➡ 対処法に関するメッセージが閉じます。

診断 メニュー内の診断イベントの入力項目に移動します (例: **診断リスト** サブメニューまたは **前回の診断結果**)。

1. ➡ を押します。
 - ➡ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2. ➡ + ➡ を同時に押します。
 - ➡ 対処法に関するメッセージが閉じます。


13.3 操作ツール上の診断イベント

機器で診断イベントが発生している場合は、操作ツールのステータス左上にステータス信号が、対応するイベントレベルのシンボルとともに表示されます (NAMUR NE 107 に準拠)。

- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)


A: 操作メニューから

1. **診断** メニューに移動します。
 - ➡ **現在の診断結果** パラメータには、診断イベントとイベントテキストが表示されます。
2. 表示範囲の右側にある**現在の診断結果** パラメータの上にカーソルを合わせます。




診断イベントに対する対処法のヒントが表示されます。

B: 「ドキュメントの作成」機能から



「ドキュメントの作成」機能を選択します。




「データの概要」にチェックが入っていることを確認します。

3. 「名前をつけて保存 ...」をクリックしてプロトコルの PDF を保存します。
 - ➡ プロトコルには診断メッセージと対処法情報が含まれます。


C:「イベントリスト/拡張 HistoROM」機能から

1.



「イベントリスト/拡張 HistoROM」機能を選択します。

2.



「イベントリストの読み込み」機能を選択します。

- ↳ 対処法情報を含むイベントリストが「データの概要」ウィンドウに表示されます。

13.4 診断リスト

診断リスト サブメニュー サブメニューでは、現在未処理の診断メッセージを最大 5 件表示できます。5 件以上のメッセージが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージが表示部に示されます。

ナビゲーションパス

診断 → 診断リスト

対処法の呼び出しと終了

1.

⏏ を押します。

- ↳ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。

2.

⏏ + ⏏ を同時に押します。

- ↳ 対処法に関するメッセージが閉じます。

13.5 診断イベントのリスト

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
センサの診断				
003	プローブの破損が検出されました	1. マップをチェックして下さい。 2. センサをチェックして下さい。	F	Alarm
046	付着を検知しました	センサを清掃して下さい	F	Alarm
104	HF ケーブル	乾燥、シーリングのチェックして下さい。 1. HF ケーブル接続の 2. HF ケーブルの変更して下さい。	F	Alarm
105	HF ケーブル	1. HF ケーブルをしっかりと接続して下さい。 2. HF ケーブルの変更して下さい。	F	Alarm
106	センサ	1. センサを確認して下さい 2. HF ケーブルを確認して下さい 3. サービスに連絡して下さい	F	Alarm
電子部の診断				
242	ソフトウェアの互換性なし	1. ソフトウェアをチェックして下さい。 2. メイン電子モジュールのフラッシュまたは交換をして下さい。	F	Alarm
252	モジュールの互換性なし	1. 正しい電子モジュールが使われているか確認する 2. 電子モジュールを交換する	F	Alarm
261	電子モジュール	1. 機器を再起動して下さい。 2. 電子モジュールをチェックして下さい。 3. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換してください。	F	Alarm
262	モジュール接続	1. モジュール接続をチェックして下さい。 2. 電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
270	メイン電子モジュール故障	メイン電子モジュールの変更	F	Alarm
271	メイン電子モジュール故障	1. 機器を再起動して下さい。 2. メイン電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
272	メイン電子モジュール故障	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
273	メイン電子モジュール故障	1. 表示器での応急時操作。 2. メイン電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
275	I/O モジュール 故障	I/O モジュールの変更	F	Alarm
276	I/O モジュール 誤り	1. 機器を再起動して下さい。	F	Alarm
276	I/O モジュールの故障	2. IO モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
282	データストレージ	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
283	電子メモリ内容	1. データの転送または機器のリセットをして下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
311	電子モジュール故障	メンテナンスが必要です。1.リセットしないでください。 2.弊社サービスに連絡してください。	M	Warning
設定の診断				
410	データ転送	1. 接続をチェックして下さい。 2. データ転送を再試行して下さい。	F	Alarm

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
411	アップロード/ダウンロードが有効	アップロード/ダウンロードがアクティブです。おまちください。	C	Warning
412	ダウンロード中	ダウンロード中です。しばらくお待ち下さい。	C	Warning
431	トリム 1~2	調整の実行	C	Warning
435	リニアライゼーション	リニアライゼーションテーブルをチェックして下さい。	F	Alarm
437	設定の互換性なし	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
438	データセット	1. データセットファイルのチェック 2. 機器設定のチェック 3. 新規設定のアップロード/ダウンロード	M	Warning
441	電流出力 1~2	1. プロセスの状態をチェックして下さい。 2. 電流出力の設定をチェックして下さい。	S	Warning
484	エラーモードのシミュレーション	シミュレータの無効化	C	Alarm
485	シミュレーション測定値	シミュレータの無効化	C	Warning
491	電流出力 1~2 のシミュレーション	シミュレータの無効化	C	Warning
494	シミュレーションスイッチ出力	シミュレーションスイッチ出力を無効にする。	C	Warning
495	診断イベントのシミュレーション	シミュレータの無効化	C	Warning
585	シミュレーション距離	シミュレータの無効化	C	Warning
プロセスの診断				
801	エネルギーが低すぎる	供給電圧が低すぎます。電圧を上げてください。	S	Warning
803	電流ループ	1. 配線のチェックをして下さい。 2. IO モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
825	稼働温度	1. 周囲温度をチェックして下さい。 2. プロセス温度をチェックして下さい。	S	Warning
825	稼働温度		F	Alarm
921	基準の変更	1. 基準構成のチェック 2. 圧力のチェック 3. センサのチェック	S	Warning
936	EMC 干渉	EMC 上のインストールのチェック	F	Alarm
941	エコロスト	1. パラメータ'DC 値'のチェックして下さい	F	Alarm ¹⁾
942	安全距離内	1. レベルをチェックして下さい 2. 安全距離のチェックして下さい	S	Alarm ¹⁾
943	不感知距離内	精度低下 レベルをチェックして下さい	S	Warning
944	レベル範囲	精度低下 レベルがプロセス接続部付近	S	Warning
950	高度な診断 1~2 が発生しました	診断イベントを維持する	M	Warning ¹⁾

1) 診断動作を変更できます。

13.6 イベントログ

13.6.1 イベント履歴

発生したイベントメッセージの一覧表が時系列で **イベントリスト** サブメニューに表示されます。⁴⁾ の「イベントリスト/HistoROM」機能で表示できます。

ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック → イベントリスト

最大 100 件のイベントメッセージを時系列に表示できます。

イベント履歴には以下の項目が含まれます。

- 診断イベント
- 情報イベント

各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルが割り当てられます。

- 診断イベント
 - ⊖ : イベント発生
 - ⊕ : イベント終了
- 情報イベント
 - ⊖ : イベント発生

対処法の呼び出しと終了

1.  を押します。
 - ↳ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2.  +  を同時に押します。
 - ↳ 対処法に関するメッセージが閉じます。

13.6.2 イベントログのフィルタリング

フィルタオプション パラメータ を使用すると、**イベントリスト** サブメニュー に表示するイベントメッセージのカテゴリーを設定できます。

ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック → フィルタオプション

フィルタカテゴリー

- すべて
- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)
- 情報

13.6.3 情報イベントの概要

情報番号	情報名
I1000	----- (装置 OK)
I1089	電源オン
I1090	設定のリセット
I1091	設定変更済
I1092	HistoROM の削除

4) このサブメニューは現場表示器を介して操作する場合にのみ使用できます。FieldCare を介して操作する場合、イベントリストはFieldCare

情報番号	情報名
I1110	書き込み保護スイッチ変更
I1137	電子部が交換されました
I1151	履歴のリセット
I1154	最小/最大端子電圧のリセット
I1155	電子部内温度のリセット
I1156	メモリエラー トレンド
I1157	メモリエラー イベントリスト
I1184	ディスプレイが接続されています
I1185	表示バックアップ完了
I1186	表示ディスプレイでの復元
I1187	表示ディスプレイでダウンロードされた設定
I1188	表示データクリア済
I1189	バックアップ比較完了
I1256	表示: アクセスステータス変更
I1264	安全機能が中断されました
I1335	ファームウェアの変更
I1397	フィールドバス: アクセスステータス変更
I1398	CDI: アクセスステータス変更
I1512	ダウンロードを開始しました
I1513	ダウンロード終了
I1514	アップロード開始
I1515	アップロード完了
I1554	セーフティ手順の開始
I1555	セーフティの手順が確認されました
I1556	セーフティモードオフ

13.7 ファームウェアの履歴

日付	ファームウェアのバージョン	変更	関連資料 (FMP51、FMP52、FMP54、HART)		
			取扱説明書	機能説明書	技術仕様書
2010 年 7 月	01.00.zz	初期ソフトウェア	BA01001F/00/EN/05.10	GP01000F/00/EN/05.10	TI01001F/00/EN/05.10
2011 年 1 月	01.01.zz	■ SIL 統合 ■ 機能改良およびバグ修正 ■ 言語の追加	■ BA01001F/00/EN/10.10 ■ BA01001F/00/EN/13.11 ■ BA01001F/00/EN/14.11 ■ BA01001F/00/EN/15.12	■ GP01000F/00/EN/10.10 ■ GP01000F/00/EN/13.11	■ TI01001F/00/EN/10.10 ■ TI01001F/00/EN/13.11 ■ TI01001F/00/EN/14.11 ■ TI01001F/00/EN/15.12 ■ TI01001F/00/EN/16.12
2014 年 2 月	01.02.zz	■ SD03 のサポート ■ 言語の追加 ■ HistoROM 機能の拡張 ■ 「高度な診断」機能ブロックの統合 ■ 機能改良およびバグ修正	■ BA01001F/00/EN/16.13 ■ BA01001F/00/EN/17.14	■ GP01000F/00/EN/14.13 ■ BA01001F/00/EN/17.14	■ TI01001F/00/EN/17.13 ■ TI01001F/00/EN/18.14
2016 年 4 月	01.03.zz	■ HART 7 への更新 ■ 17 の言語すべてが機器で使用可能 ■ 機能改良およびバグ修正	■ BA01001F/00/EN/18.16 ■ BA01001F/00/EN/19.16 ¹⁾ ■ BA01001F/00/EN/21.18 ²⁾	GP01000F/00/EN/16.16	■ TI01001F/00/EN/20.16 ■ TI01001F/00/EN/22.16 ¹⁾ ■ TI01001F/00/EN/24.18 ²⁾

1) DeviceCare および FieldCare の現在の DTM バージョンで現在使用できる Heartbeat ウィザードの情報が含まれます。

2) Bluetooth インターフェイスの情報が含まれます。



ファームウェアバージョンは、製品構成を使用して注文時に指定できます。これにより、既存のまたは計画中のシステム統合とファームウェアバージョンの互換性を確保することが可能です。

14 メンテナンス

本機器には、特別な保守はありません。

14.1 外部洗浄

機器の外部洗浄を行なう場合は、必ずハウジングとシールの表面に傷をつけない洗浄剤を使用してください。

15 修理

15.1 一般的注意事項

15.1.1 修理コンセプト

Endress+Hauser の修理コンセプトでは、機器にモジュール式设计を採用することにより、弊社サービス部門または専門トレーニングを受けたユーザーが修理を実施できるようになっています。

スペアパーツは合理的なキットに分類され、関連する交換指示書が付属します。

点検およびスペアパーツの詳細については、弊社サービスの担当者にご連絡ください。

15.1.2 防爆認証機器の修理

防爆エリアでの使用が許可された機器を修理する場合、以下の点にも注意してください。

- 防爆仕様の機器は、専門家または弊社サービスのみが修理できます。
- 該当する基準、国内規制、安全上の注意事項 (XA)、および証明書に従う必要があります。
- エンドレスハウザー純正のスペアパーツのみ使用できます。
- スペアパーツを注文する場合、銘板の機器仕様を確認してください。同等のパーツのみ交換パーツとして使用できます。
- 取扱説明書に従って修理してください。修理後、機器は指定の個別テストの要件を満たす必要があります。
- 防爆仕様の機器は、弊社サービスによってのみ別の防爆仕様の機器バージョンに変換できます。
- すべての修理と変更内容は文書化する必要があります。

15.1.3 電子モジュールの交換

電子モジュールを交換した場合、パラメータはハウジング内の HistoROM に保存されているため、機器を再校正する必要はありません。メイン電子モジュールの交換時には、新たに不要反射の抑制を記録しなければならない場合があります。

15.1.4 機器の交換

機器を完全に交換した場合、以下のいずれかの方法を使用してパラメータを機器に転送できます。

- 表示モジュールを使用
必須条件：交換前の機器の設定を事前に表示モジュールに保存しておくこと。
- FieldCare 経由
必須条件：FieldCare を使用して交換前の機器の設定を事前にコンピュータに保存しておくこと。

新たに校正を実施することなく、測定を継続することが可能です。不要反射の抑制のみ、再度実行しなければならない場合があります。

15.2 スペアパーツ

- 交換可能な機器コンポーネントの一部は、スペアパーツ銘板で確認できます。これには、スペアパーツに関する情報が含まれます。
- 機器の端子接続部カバーに、以下の情報が含まれるスペアパーツ銘板が付いています。
 - 機器の主要なスペアパーツのリスト（スペアパーツの注文情報を含む）
 - W@M デバイスビューアーの URL (www.endress.com/deviceviewer) :
機器のスペアパーツがすべてオーダーコードとともにリストされており、注文することが可能です。関連するインストールガイドがある場合は、これをダウンロードすることもできます。




図 44 端子接続部カバーのスペアパーツ銘板の例

- i** 機器シリアル番号：
- 機器およびスペアパーツの銘板に記載されています。
 - 「機器情報」サブメニューの「シリアル番号」から読み取ることができます。

15.3 返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

1. 次のウェブページで詳細情報を参照してください：
<http://www.endress.com/support/return-material>
2. 機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が注文または納入された場合は、本機器を返却してください。

15.4 廃棄




電子・電気機器廃棄物 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために Endress+Hauser へご返送ください。



16 アクセサリ

16.1 機器関連のアクセサリ

16.1.1 日除けカバー


アクセサリ	説明
日除けカバー	 A0015466  45 日除けカバー、寸法：mm (in)  日除けカバーは機器と一緒に注文できます（製品構成、仕様コード 620「同梱アクセサリ」、オプション PB「日除けカバー」）。 または、アクセサリとして別途注文することも可能です（オーダーコード 71162242）。 A0015472


16.1.2 電子部ハウジングの取付ブラケット

アクセサリ	説明
電子部ハウジングの取付 ブラケット	A  B   46 電子部ハウジングの取付ブラケット ; 、寸法単位 : mm (in) A 壁取付け B 支柱取付け  「分離型センサ」機器バージョン（製品構成の仕様コード 060）の場合、取付ブラケットは納入品に含まれます。ただし、アクセサリとして別途注文することも可能です（オーダー番号 : 71102216）。

A0014793

16.1.3 ロッド伸長パイプ/センタリングリング

アクセサリ	説明
ロッド伸長パイプ/センタリングリング HMP40 ■ 以下の用途に適合します。 FMP54 ■ 許容温度 ノズル下端にて： ■ センタリングディスクなし： 制約なし ■ センタリングディスク付き： -40～+150℃ (-40～+302°F) ■ 追加情報： SD01002F	 1 ノズル高 2 ロッド伸長パイプ 3 センタリングディスク
010	認証
A	非危険場所
M	FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., Zone 21,22
P	CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + 炭塵 N.I.
S	FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., Zone 0,1,2,20,21,22
U	CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., Zone 0,1,2
1	ATEX II 1G
2	ATEX II 1D
020	ロッド伸長パイプ；ノズル高：
1	115mm; 150-250mm / 6-10"
2	215mm; 250-350mm / 10-14"
3	315mm; 350-450mm / 14-18"
4	415mm; 450-550mm / 18-22"
9	特殊仕様；TSP No. 要問合せ
030	センタリングディスク：
A	選択なし
B	DN40 / 1-1/2", 内径 = 40-45mm, PPS
C	DN50 / 2", 内径 = 50-57mm, PPS
D	DN80 / 3", 内径 = 80-85mm, PPS
E	DN80 / 3", 内径 = 76-78mm, PPS
G	DN100 / 4", 内径 = 100-110mm, PPS
H	DN150 / 6", 内径 = 152-164mm, PPS
J	DN200 / 8", 内径 = 210-215mm, PPS
K	DN250 / 10", 内径 = 253-269mm, PPS
Y	特殊仕様；TSP No. 要問合せ



1 ノズル高

2 ロッド伸長パイプ

3 センタリングディスク

010 認証

A 非危険場所

M FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., Zone 21,22

P CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + 炭塵 N.I.

S FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., Zone 0,1,2,20,21,22

U CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., Zone 0,1,2

1 ATEX II 1G

2 ATEX II 1D

020 ロッド伸長パイプ；ノズル高：

1 115mm; 150-250mm / 6-10"

2 215mm; 250-350mm / 10-14"

3 315mm; 350-450mm / 14-18"

4 415mm; 450-550mm / 18-22"

9 特殊仕様；TSP No. 要問合せ

030 センタリングディスク：

A 選択なし

B DN40 / 1-1/2", 内径 = 40-45mm, PPS

C DN50 / 2", 内径 = 50-57mm, PPS

D DN80 / 3", 内径 = 80-85mm, PPS

E DN80 / 3", 内径 = 76-78mm, PPS

G DN100 / 4", 内径 = 100-110mm, PPS


H DN150 / 6", 内径 = 152-164mm, PPS

J DN200 / 8", 内径 = 210-215mm, PPS



K DN250 / 10", 内径 = 253-269mm, PPS


Y 特殊仕様；TSP No. 要問合せ

16.1.4 取付キット（絶縁）


アクセサリ	説明
取付キット（絶縁） 以下に適合 ■ FMP51 ■ FMP54	 図 47 取付キットの納入範囲： 1 絶縁スリーブ 2 アイボルト ローブプローブの確実な絶縁固定用 最大プロセス温度：150 °C (300 °F) ローブプローブ 4 mm (1/8 in) または 6 mm (1/4 in)、PA > スチール用： ■ 直径 D = 20 mm (0.8 in) ■ オーダー番号：52014249 ローブプローブ 6 mm (1/4 in) または 8 mm (1/3 in)、PA > スチール用： ■ 直径 D = 25 mm (1 in) ■ オーダー番号：52014250 絶縁スリーブは帯電のリスクがあるため、危険場所での使用には適していません。この場合、プローブが確実に接地されるように固定する必要があります。  取付キットは、機器と同時に注文することも可能です (Levelflex の製品構成、仕様コード 620 「同梱アクセサリ」、オプション PG 「取付キット, 絶縁, ロープ」を参照)。

16.1.5 センタリングスター



アクセサリ	説明
センタリングスター PEEK $\varnothing$ 48~95 mm 以下に適合 ■ FMP51 ■ FMP54	  A0014576 センタリングスターは、直径が 16 mm (0.6 in) のロッド型プローブに適合し、呼び口径 50~100 mm のパイプで使用できます。マークが付加されているため、サイズに合わせて簡単に切断でき、センタリングスターをパイプ口径に適合させることができます。取扱説明書 SD02316F も参照してください。 ■ センタリングスターの材質：PEEK ■ 止めリングの材質：PH15-7Mo (UNS S15700) ■ 許容プロセス温度範囲：-60~+250 °C (-76~+482 °F) ■ オーダー番号：71069064 i センタリングスターを外筒管に使用する場合は、外筒管の下側の排出口よりも下に取り付けてください。これは、プローブ長の選択時に考慮する必要があります。一般的に、センタリングスターをプローブ先端よりも 50 mm (1.97") 以上高い位置に取り付けしないでください。ロッドプローブの測定範囲内には、PEEK センタリングスターを使用しないでください。 i PEEK センタリングスターを機器と一緒に注文することもできます (Levelflex の製品構成、仕様コード 610 「取付アクセサリ」、オプション OD)。この場合、保持リングではなく、六角ボルト (A4-70) とノルトロックワッシャ (1.4547) によってロッドプローブの先端に固定されます。




アクセサリ	説明
センタリングスター PFA ■ ϕ 16.4 mm (0.65 in) ■ ϕ 37 mm (1.46 in) 以下に適合 ■ FMP51 ■ FMP52 ■ FMP54	 A プローブ 8 mm (0.3 in) B プローブ 12 mm (0.47 in) および 16 mm (0.63 in) センタリングスターは、直径が 8 mm (0.3 in)、12 mm (0.47 in) および 16 mm (0.63 in) のロッド型プローブ（コーティングされたロッドプローブなど）に適合し、呼び口径 40～50 mm のパイプで使用できます。取扱説明書 BA00378F も参照してください。 ■ 材質：PFA ■ 許容プロセス温度範囲：-200～+250 °C (-328～+482 °F) ■ オーダー番号 ■ プローブ 8 mm (0.3 in) : 71162453 ■ プローブ 12 mm (0.47 in) : 71157270 ■ プローブ 16 mm (0.63 in) : 71069065  PFA センタリングスターを機器と一緒に注文することもできます (Levelflex の製品構成、仕様コード 610 「取付アクセサリ」、オプション OE)。

A0014577

アクセサリ	説明
センタリングスター PEEK、Ø 48~95 mm (1.9~3.7 in) 以下に適合 - FMP51 - FMP52 - FMP54	 センタリングスターは、直径が 4 mm (1/16 in) のロープ型プローブ（コーティングされたローププローブなど）に適合します。取扱説明書 SD01961F も参照してください。 - 材質：PEEK - 許容プロセス温度範囲：-60~+250 °C (-76~+482 °F) - オーダー番号 71373490 (1x) 71373492 (5x)

16.1.6 センタリングウェイト

アクセサリ	説明
センタリングウェイト SUS 316L 相当 Ø 45 mm (1.77 in) 以下に適合 ■ FMP51 ■ FMP54	  A0038923 センタリングウェイトは、直径が 4 mm (1/8 in) のロープ型プローブに適合し、呼び口径 50 mm (2") のパイプで使用できます。 材質 : SUS 316L 相当 センタリングウェイトは、機器と同時に (製品構成 Levelflex)、またはプロセス接続のないプローブとして (製品構成 XPF0005-) として、仕様コード 610「取付アクセサリ」、バージョン OK (パイプ DN50/2" の場合) を使用して注文できます。


アクセサリ	説明
センタリングウェイト SUS 316L 相当 ■ ϕ 75 mm (2.95 in) ■ ϕ 95 mm (3.7 in) 以下に適合 ■ FMP51 ■ FMP54	 A0038924 ϕA = 52.5 mm (2.07 in) : 呼び口径 80 mm (3") パイプ用 = 62.5 mm (2.47 in) : 呼び口径 100 mm (4") パイプ用 ϕB = 75 mm (2.95 in) : 呼び口径 80 mm (3") パイプ用 = 95 mm (3.7 in) : 呼び口径 100 mm (4") パイプ用 センタリングウェイトは、直径が 4 mm (1/8 in) のロープ型プローブに適合し、呼び口径 80 mm (3") または 100 mm (4") のパイプで使用できます。 材質 : SUS 316L 相当 センタリングウェイトは、機器と同時に (製品構成 Levelflex)、またはプロセス接続のないプローブとして (製品構成 XPF0005-) として、仕様コード 610「取付アクセサリ」、バージョン OL (パイプ DN80/3" の場合) または OM (パイプ DN100/4" の場合) を使用して注文できます。

16.1.7 リモート表示部 FHX50

アクセサリ	説明
リモート表示部 FHX50	A0019128 ■ 材質： ■ プラスチック PBT ■ SUS 316L 相当/1.4404 ■ アルミニウム ■ 保護等級：IP68 / NEMA 6P および IP66 / NEMA 4x ■ 表示モジュールに適合： ■ SD02 (プッシュボタン) ■ SD03 (タッチコントロール) ■ 接続ケーブル： ■ 機器と一緒に納入されるケーブル、最大 30 m (98 ft) ■ ユーザー側で用意する標準ケーブル、最大 60 m (196 ft) ■ 周囲温度範囲：-40～80 °C (-40～176 °F) ■ 周囲温度範囲 (オプション)：-50～80 °C (-58～176 °F) ¹⁾ i リモート表示部を使用する場合は、機器バージョン「表示部 FHX50 用」(仕様コード 030、バージョン L、M または N) を注文してください。FHX50 の場合は、仕様コード 050「機器バージョン」でオプション A「表示部 FHX50 用」を選択する必要があります。 i 機器バージョン「表示部 FHX50 用」を最初に注文せずに、FHX50 表示部を後付けする場合は、FHX50 の注文時に仕様コード 050「機器バージョン」でバージョン B「表示部 FHX50 用ではない」を選択しなければなりません。この場合、機器の改造キットが FHX50 と一緒に納入されます。このキットにより、FHX50 が使用できるように機器を準備することが可能です。 i 認定を取得した変換器の場合、FHX50 の使用が制限される場合があります。機器に FHX50 を後付けできるのは、機器の安全上の注意事項 (XA) の基本仕様、項目 4「表示部/操作部」でオプション L、M または N (「FHX50 用」) がリストに記載されている場合だけです。FHX50 の安全上の注意事項 (XA) についても注意してください。 i 以下の変換器には後付けできません。 ■ 可燃性粉塵のある領域で使用するための認定機器 (粉塵防爆認定) ■ Ex nA 保護タイプ i 詳細については、資料 SD01007F を参照してください。

1) この範囲は、注文仕様コード 580「試験、証明」でオプション JN「周囲温度変換器 -50 °C (-58 °F)」を選択した場合に有効となります。温度が恒久的に -40 °C (-40 °F) 以下になる場合、故障率が高まる可能性があります。

16.1.8 過電圧保護

アクセサリ	説明
2 線式機器用の過電圧保護 OVP10 (1 チャンネル) OVP20 (2 チャンネル)	 A0021734 技術データ ■ 1 チャンネル当たりの抵抗 : $2 \times 0.5 \Omega_{\max}$ ■ DC 電圧しきい値 : 400~700 V ■ サージ電圧しきい値 : < 800 V ■ 1 MHz の静電容量 : < 1.5 pF ■ 公称漏れ電流 (8/20 μs) : 10 kA ■ 導体断面積に適合 : 0.2~2.5 mm² (24~14 AWG) i 機器と一緒に注文 過電圧保護モジュールは、機器と一緒に注文することをお勧めします。製品構成、仕様コード 610「取付アクセサリ」、オプション NA「過電圧保護」を参照してください。改造の場合のみ別注が必要です。 i 後付け用のオーダー番号 ■ 1 チャンネル機器の場合 (仕様コード 020、オプション A) : OVP10 : 71128617 ■ 2 チャンネル機器の場合 (仕様コード 020、オプション B、C、E または G) : OVP20 : 71128619 後付け用のハウジングカバー サージアレスタモジュールの使用時に必要な安全距離を保つには、機器に後付けした際にハウジングカバーも交換する必要があります。ハウジングタイプに応じて、以下の材質番号を使用して適切なカバーを注文できます。 ■ ハウジング GT18 : カバー 71185516 ■ ハウジング GT19 : カバー 71185518 ■ ハウジング GT20 : カバー 71185517 i 改造における制約事項 変換器の認定に応じて、OVP モジュールの使用が制限される場合があります。関連する安全上の注意事項 (XA) のオプション仕様に、オプション NA (過電圧保護) と記載されている機器にのみ OVP モジュールを後付けできます。 i 詳細については、SD01090F を参照してください。

16.1.9 HART 機器用の Bluetooth モジュール

アクセサリ	説明
Bluetooth モジュール	A0036493 ■ SmartBlue (アプリ) 経由で迅速かつ容易に機器設定が可能 ■ 追加のツールまたはアダプタは不要 ■ SmartBlue (アプリ) 経由の信号カーブ ■ 暗号化されたシングル・ポイントツーポイント・データ伝送 (Fraunhofer institue による試験済み) および Bluetooth® ワイヤレス技術を介した、パスワード保護された通信 ■ 基準条件下の範囲 : > 10 m (33 ft)  Bluetooth モジュールを使用している場合は、最小供給電圧が最大 3 V 上昇します。.  機器と一緒に注文 Bluetooth モジュールは、機器と一緒に注文することをお勧めします。製品構成の仕様コード 610「取付け済みアクセサリ」、オプション NF「Bluetooth」を参照してください。改造の必要がある場合のみ別注してください。  後付け用のオーダーコード Bluetooth モジュール (BT10) : 71377355  改造における制約事項 変換器の認定に応じて、Bluetooth モジュールの使用が制限される場合があります。関連する安全上の注意事項 (XA) のオプション仕様にオプション NF (Bluetooth) が記載されている機器のみ Bluetooth モジュールを組み込むことができます。  詳細については、SD02252F を参照してください。

16.2 通信関連のアクセサリ

Commubox FXA195 HART

USB インターフェイスによる FieldCare との本質安全 HART 通信用です。

 詳細については、「技術仕様書」TI00404F を参照してください。

Commubox FXA291

CDI インターフェイス (= Endress+Hauser Common Data Interface) 付きの Endress +Hauser 製フィールド機器とコンピュータまたはノートパソコンの USB ポートを接続します。

オーダー番号 : 51516983

 詳細については、「技術仕様書」TI00405C を参照してください。

HART ループコンバータ HMX50

ダイナミック HART プロセス変数からアナログ電流信号またはリミット値への演算および変換のために使用されます。

オーダー番号 : 71063562

 詳細については、「技術仕様書」TI00429F および「取扱説明書」BA00371F を参照してください。

WirelessHART アダプタ SWA70

- フィールド機器の無線接続に使用します
- WirelessHART アダプタは、容易にフィールド機器や既存設備に統合できます。データ保護および伝送の安全性を確保し、その他の無線ネットワークと同時に使用できます

 詳細については、「取扱説明書」BA00061S を参照してください。

Connect Sensor FXA30/FXA30B

SupplyCare Hosting を使用したシンプルなアプリケーションに対応する完全一体型のバッテリー電源式ゲートウェイです。4~20 mA 通信 (FXA30/FXA30B)、シリアル Modbus (FXA30B) または HART (FXA30B) を装備する最大 4 つのフィールド機器を接続することが可能です。堅牢な設計で、バッテリーにより何年も作動するため、遠隔地でのリモート監視に最適です。LTE バージョン (米国、カナダ、メキシコのみ) または世界的な通信用の 3G モバイル通信があります。

 詳細については、「技術仕様書」TI01356S および「取扱説明書」BA01710S を参照してください。

Fieldgate FXA42

Fieldgates により、接続された 4~20 mA、Modbus RS485 および Modbus TCP 機器と SupplyCare Hosting または SupplyCare Enterprise との通信が可能になります。信号は Ethernet TCP/IP、WLAN またはモバイル通信 (UMTS) を介して伝送されます。統合された Web-PLC、OpenVPN、その他の機能など、高度な自動化能力に対応します。

 詳細については、「技術仕様書」TI01297S および「取扱説明書」BA01778S を参照してください。

SupplyCare Enterprise SCE30B

タンクのレベル、体積、質量、温度、圧力、密度、またはその他のパラメータを表示する在槽管理ソフトウェア。パラメータは記録され、Fieldgate FXA42、Connect Sensor FXA30B またはその他のタイプのゲートウェイを使用して伝送されます。

このウェブベースのソフトウェアはローカルサーバーにインストールされ、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル端末を使用して視覚化および操作することも可能です。

 詳細については、技術仕様書 TI01228S および 取扱説明書 BA00055S を参照してください。

SupplyCare Hosting SCH30

タンクのレベル、体積、質量、温度、圧力、密度、またはその他のパラメータを表示する在槽管理ソフトウェア。パラメータは記録され、Fieldgate FXA42、Connect Sensor FXA30B またはその他のタイプのゲートウェイを使用して伝送されます。

SupplyCare Hosting はホスティングサービス（サービスとしてのソフトウェア、SaaS）として提供されます。Endress+Hauser ポータルから、インターネットを介してユーザーにデータが提供されます。



詳細については、技術仕様書 TI01229S および 取扱説明書 BA00050S を参照してください。

Field Xpert SFX350

Field Xpert SFX350 は、設定およびメンテナンス用のモバイルコンピュータです。**非危険場所**での HART および FOUNDATION フィールドバス機器の効率的な機器設定および診断が可能です。



詳細については、「取扱説明書」BA01202S を参照してください。

Field Xpert SFX370

Field Xpert SFX370 は、設定およびメンテナンス用のモバイルコンピュータです。**非危険場所**および**危険場所**での HART および FOUNDATION フィールドバス機器の効率的な機器設定および診断が可能です。



詳細については、「取扱説明書」BA01202S を参照してください。

16.3 サービス関連のアクセサリ

DeviceCare SFE100

HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス機器の設定ツール



技術仕様書 TI01134S

FieldCare SFE500

FDT ベースのプラントアセットマネジメントツール

システム内にあるすべての高性能フィールド機器を設定し、その管理をサポートすることが可能です。ステータス情報を使用することにより、ステータスと状態を簡単かつ効果的にチェックすることができます。



技術仕様書 TI00028S

16.4 システムコンポーネント

Memograph M グラフィックデータマネージャ

Memograph M グラフィックデータマネージャには、関連するプロセス変数の情報がすべて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、計測ポイントの解析を行います。このデータは、256 MB の内部メモリに保存され、SD カードまたは USB スティックにも保存されます。



技術仕様書 TI00133R および取扱説明書 BA00247R

RN221N

4~20 mA の標準信号回路を安全に分離するための電源付きアクティブバリアです。双方向の HART 伝送が可能です。



技術仕様書 TI00073R および取扱説明書 BA00202R

RN221

2 台の 2 線式機器に電源供給するための電源ユニットで、非防爆区域でのみ使用できます。HART 通信ジャックを使用して、双方向通信が可能です。



技術仕様書 TI00081R および簡易取扱説明書 KA00110R

17 操作メニュー

17.1 操作メニューの概要（SmartBlue）

ナビゲーション  SmartBlue

 設定	→  154
デバイスのタグ	→  154
動作モード	→  154
距離の単位	→  154
タンクタイプ	→  155
パイプ直径	→  155
タンクレベル	→  161
上部接続までの距離	→  161
DC 値	→  162
測定物グループ	→  155
空校正	→  156
満量校正	→  157
レベル	→  158
界面	→  163
距離	→  159
界面距離	→  163
信号品質	→  160
距離の確定	→  164
現在のマッピング	→  165
マッピングの最終点	→  165

マップ記録	→ 166
▶ 高度な設定	→ 168
ロック状態	→ 168
アクセスステータス ツール	→ 168
アクセスコード入力	→ 169
▶ レベル	→ 170
測定物タイプ	→ 170
測定物特性	→ 170
プロセス特性	→ 171
高度なプロセス条件	→ 172
レベル単位	→ 173
不感知距離	→ 173
レベル補正	→ 174
▶ 界面	→ 175
プロセス特性	→ 175
下層測定物の DC	→ 175
レベル単位	→ 176
不感知距離	→ 176
レベル補正	→ 177
上層部の厚さ手動入力	→ 177
測定された上層部厚さ	→ 178
DC 値	→ 178
DC の計算値	→ 178
DC の計算値を使用	→ 179

▶ リニアライゼーション	→ 182
リニアライゼーションの方式	→ 184
リニアライゼーション後の単位	→ 185
フリーテキスト	→ 186
リニアライゼーションされたレベル	→ 187
リニアライゼーションされた界面	→ 187
最大値	→ 187
直径	→ 188
中間高さ	→ 188
テーブルモード	→ 188
テーブル番号	→ 189
レベル	→ 190
レベル	→ 190
ユーザー様の値	→ 190
テーブルを有効にする	→ 190
▶ ブローブ設定	→ 197
ブローブ接地	→ 197
実際のブローブ長	→ 197
ブローブ長の確認	→ 198
▶ 安全設定	→ 192
出力エコー信号消失	→ 192
エコー信号消失時の値	→ 192
エコー信号消失時急上昇	→ 193
不感知距離	→ 173

▶ 電流出力 1～2	→ 200
電流出力 の割り当て	→ 200
電流スパン	→ 201
固定電流値	→ 202
出力 のダンピング	→ 202
フェールセーフモード	→ 202
故障時の電流値	→ 203
出力電流 1～2	→ 204
▶ スイッチ出力	→ 205
スイッチ出力機能	→ 205
ステータスの割り当て	→ 206
リミットの割り当て	→ 206
診断動作の割り当て	→ 206
スイッチオンの値	→ 207
スイッチオンの遅延	→ 208
スイッチオフの値	→ 208
スイッチオフの遅延	→ 209
フェールセーフモード	→ 209
スイッチの状態	→ 209
出力信号の反転	→ 209
🔍 診断	→ 223
現在の診断結果	→ 223
タイムスタンプ	→ 223
前回の診断結果	→ 223
タイムスタンプ	→ 224

再起動からの稼動時間	→ 224
稼動時間	→ 217
▶ 診断リスト	→ 225
診断 1～5	→ 225
タイムスタンプ 1～5	→ 225
▶ 測定値	→ 230
距離	→ 159
リニアライゼーションされたレベル	→ 187
界面距離	→ 163
リニアライゼーションされた界面	→ 187
上層部の厚さ	→ 232
出力電流 1～2	→ 204
測定した電流 1	→ 232
端子電圧 1	→ 233
▶ 機器情報	→ 227
デバイスのタグ	→ 227
シリアル番号	→ 227
ファームウェアのバージョン	→ 227
機器名	→ 227
オーダーコード	→ 228
拡張オーダーコード 1～3	→ 228
機器リビジョン	→ 228
機器 ID	→ 228

機器タイプ	→ 229
製造者 ID	→ 229
▶ シミュレーション	→ 238
測定値の割り当て	→ 239
測定値	→ 239
電流出力 1~2 のシミュレーション	→ 239
電流出力 1~2 の値	→ 240
シミュレーションスイッチ出力	→ 240
スイッチの状態	→ 240
機器アラームのシミュレーション	→ 241

17.2 操作メニューの概要（表示モジュール）

ナビゲーション  操作メニュー

Language	
 設定	→  154
デバイスのタグ	→  154
動作モード	→  154
距離の単位	→  154
タンクタイプ	→  155
パイプ直径	→  155
タンクレベル	→  161
上部接続までの距離	→  161
DC 値	→  162
測定物グループ	→  155
空校正	→  156
満量校正	→  157
レベル	→  158
界面	→  163
距離	→  159
界面距離	→  163
信号品質	→  160
▶ マッピング	→  167
距離の確定	→  167
マッピングの最終点	→  167

マップ記録	→ 167
距離	→ 167
▶ 高度な設定	→ 168
ロック状態	→ 168
アクセスステータス表示	→ 169
アクセスコード入力	→ 169
▶ レベル	→ 170
測定物タイプ	→ 170
測定物特性	→ 170
プロセス特性	→ 171
高度なプロセス条件	→ 172
レベル単位	→ 173
不感知距離	→ 173
レベル補正	→ 174
▶ 界面	→ 175
プロセス特性	→ 175
下層測定物の DC	→ 175
レベル単位	→ 176
不感知距離	→ 176
レベル補正	→ 177
▶ DC の自動計算	→ 180
上層部の厚さ手動入力	→ 180
DC 値	→ 180
DC の計算値を使用	→ 180

▶ リニアライゼーション	→ 182
リニアライゼーションの方式	→ 184
リニアライゼーション後の単位	→ 185
フリーテキスト	→ 186
最大値	→ 187
直径	→ 188
中間高さ	→ 188
テーブルモード	→ 188
▶ テーブルの編集	
レベル	
ユーザー様の値	
テーブルを有効にする	→ 190
▶ 安全設定	→ 192
出力エコー信号消失	→ 192
エコー信号消失時の値	→ 192
エコー信号消失時急上昇	→ 193
不感知距離	→ 173
▶ SIL/WHG 確認	→ 195
▶ SIL/WHG 無効	→ 196
書き込み保護のリセット	→ 196
不適切なコード	→ 196

▶ プローブ設定	→ 197
プローブ接地	→ 197
▶ プローブ長の補正	→ 199
プローブ長の確認	→ 199
実際のプローブ長	→ 199
▶ 電流出力 1～2	→ 200
電流出力 の割り当て	→ 200
電流スパン	→ 201
固定電流値	→ 202
出力 のダンピング	→ 202
フェールセーフモード	→ 202
故障時の電流値	→ 203
出力電流 1～2	→ 204
▶ スイッチ出力	→ 205
スイッチ出力機能	→ 205
ステータスの割り当て	→ 206
リミットの割り当て	→ 206
診断動作の割り当て	→ 206
スイッチオンの値	→ 207
スイッチオンの遅延	→ 208
スイッチオフの値	→ 208
スイッチオフの遅延	→ 209
フェールセーフモード	→ 209
スイッチの状態	→ 209
出力信号の反転	→ 209

▶ 表示	→ 211
Language	→ 211
表示形式	→ 211
1～4 の値表示	→ 213
小数点桁数 1～4	→ 213
表示間隔	→ 214
表示のダンピング	→ 214
ヘッダー	→ 214
ヘッダーテキスト	→ 215
区切り記号	→ 215
数値形式	→ 215
小数点桁数メニュー	→ 215
バックライト	→ 216
表示のコントラスト	→ 216
▶ 設定バックアップの表示	→ 217
稼動時間	→ 217
最後のバックアップ	→ 217

設定管理	→ 217
比較の結果	→ 218
▶ 管理	→ 220
▶ アクセスコード設定	→ 222
アクセスコード設定	→ 222
アクセスコードの確認	→ 222
機器リセット	→ 220
🔍 診断	→ 223
現在の診断結果	→ 223
前回の診断結果	→ 223
再起動からの稼動時間	→ 224
稼動時間	→ 217
▶ 診断リスト	→ 225
診断 1～5	→ 225
▶ イベントログブック	→ 226
フィルタオプション	
▶ イベントリスト	→ 226
▶ 機器情報	→ 227
デバイスのタグ	→ 227
シリアル番号	→ 227
ファームウェアのバージョン	→ 227
機器名	→ 227
オーダーコード	→ 228
拡張オーダーコード 1～3	→ 228
機器リビジョン	→ 228

機器 ID	→ 228
機器タイプ	→ 229
製造者 ID	→ 229
▶ 測定値	→ 230
距離	→ 159
リニアライゼーションされたレベル	→ 187
界面距離	→ 163
リニアライゼーションされた界面	→ 187
上層部の厚さ	→ 232
出力電流 1~2	→ 204
測定した電流 1	→ 232
端子電圧 1	→ 233
▶ データのログ	→ 234
チャンネル 1~4 の割り当て	→ 234
ロギングの時間間隔	→ 235
すべてのログをリセット	→ 235
▶ チャンネル 1~4 表示	→ 236
▶ シミュレーション	→ 238
測定値の割り当て	→ 239
測定値	→ 239
電流出力 1~2 のシミュレーション	→ 239
電流出力 1~2 の値	→ 240
シミュレーションスイッチ出力	→ 240

スイッチの状態	→ 240
機器アラームのシミュレーション	→ 241
▶ 機器チェック	→ 242
機器チェック開始	→ 242
機器チェックの結果	→ 242
前回のチェック時刻	→ 242
レベル信号	→ 243
開始信号	→ 243
界面信号	→ 243

17.3 操作メニューの概要（操作ツール）

ナビゲーション  操作メニュー

設定	→  154
デバイスのタグ	→  154
動作モード	→  154
距離の単位	→  154
タンクタイプ	→  155
パイプ直径	→  155
測定物グループ	→  155
空校正	→  156
満量校正	→  157
レベル	→  158
距離	→  159
信号品質	→  160
タンクレベル	→  161
上部接続までの距離	→  161
DC 値	→  162
界面	→  163
界面距離	→  163
距離の確定	→  164
現在のマッピング	→  165
マッピングの最終点	→  165
マップ記録	→  166
▶ 高度な設定	→  168
ロック状態	→  168

アクセスステータス ツール	→ 168
アクセスコード入力	→ 169
▶ レベル	→ 170
測定物タイプ	→ 170
測定物特性	→ 170
プロセス特性	→ 171
高度なプロセス条件	→ 172
レベル単位	→ 173
不感知距離	→ 173
レベル補正	→ 174
▶ 界面	→ 175
プロセス特性	→ 175
下層測定物の DC	→ 175
レベル単位	→ 176
不感知距離	→ 176
レベル補正	→ 177
上層部の厚さ手動入力	→ 177
測定された上層部厚さ	→ 178
DC 値	→ 178
DC の計算値	→ 178
DC の計算値を使用	→ 179
▶ リニアライゼーション	→ 182
リニアライゼーションの方式	→ 184
リニアライゼーション後の単位	→ 185
フリーテキスト	→ 186

リニアライゼーションされたレベル	→ 187
リニアライゼーションされた界面	→ 187
最大値	→ 187
直径	→ 188
中間高さ	→ 188
テーブルモード	→ 188
テーブル番号	→ 189
レベル	→ 190
レベル	→ 190
ユーザー様の値	→ 190
テーブルを有効にする	→ 190
▶ 安全設定	→ 192
出力エコー信号消失	→ 192
エコー信号消失時の値	→ 192
エコー信号消失時急上昇	→ 193
不感知距離	→ 173
▶ SIL/WHG 確認	→ 195
▶ SIL/WHG 無効	→ 196
書き込み保護のリセット	→ 196
不適切なコード	→ 196
▶ プロープ設定	→ 197
プロープ接地	→ 197
実際のプロープ長	→ 197
プロープ長の確認	→ 198

▶ 電流出力 1～2	→ 200
電流出力 の割り当て	→ 200
電流スパン	→ 201
固定電流値	→ 202
出力 のダンピング	→ 202
フェールセーフモード	→ 202
故障時の電流値	→ 203
出力電流 1～2	→ 204
▶ スイッチ出力	→ 205
スイッチ出力機能	→ 205
ステータスの割り当て	→ 206
リミットの割り当て	→ 206
診断動作の割り当て	→ 206
スイッチオンの値	→ 207
スイッチオンの遅延	→ 208
スイッチオフの値	→ 208
スイッチオフの遅延	→ 209
フェールセーフモード	→ 209
スイッチの状態	→ 209
出力信号の反転	→ 209
▶ 表示	→ 211
Language	→ 211
表示形式	→ 211
1～4 の値表示	→ 213
小数点桁数 1～4	→ 213

表示間隔	→ 214
表示のダンピング	→ 214
ヘッダー	→ 214
ヘッダーテキスト	→ 215
区切り記号	→ 215
数値形式	→ 215
小数点桁数メニュー	→ 215
バックライト	→ 216
表示のコントラスト	→ 216
▶ 設定バックアップの表示	→ 217
稼動時間	→ 217
最後のバックアップ	→ 217
設定管理	→ 217
バックアップのステータス	→ 218
比較の結果	→ 218
▶ 管理	→ 220
アクセスコード設定	
機器リセット	→ 220
🔍 診断	→ 223
現在の診断結果	→ 223
タイムスタンプ	→ 223
前回の診断結果	→ 223
タイムスタンプ	→ 224
再起動からの稼動時間	→ 224
稼動時間	→ 217

▶ 診断リスト	→ 225
診断 1～5	→ 225
タイムスタンプ 1～5	→ 225
▶ 機器情報	→ 227
デバイスのタグ	→ 227
シリアル番号	→ 227
ファームウェアのバージョン	→ 227
機器名	→ 227
オーダーコード	→ 228
拡張オーダーコード 1～3	→ 228
機器リビジョン	→ 228
機器 ID	→ 228
機器タイプ	→ 229
製造者 ID	→ 229
▶ 測定値	→ 230
距離	→ 159
リニアライゼーションされたレベル	→ 187
界面距離	→ 163
リニアライゼーションされた界面	→ 187
上層部の厚さ	→ 232
出力電流 1～2	→ 204
測定した電流 1	→ 232
端子電圧 1	→ 233
▶ データのログ	→ 234
チャンネル 1～4 の割り当て	→ 234

ログギングの時間間隔	→ 235
すべてのログをリセット	→ 235
▶ シミュレーション	→ 238
測定値の割り当て	→ 239
測定値	→ 239
電流出力 1～2 のシミュレーション	→ 239
電流出力 1～2 の値	→ 240
シミュレーションスイッチ出力	→ 240
スイッチの状態	→ 240
機器アラームのシミュレーション	→ 241
▶ 機器チェック	→ 242
機器チェック開始	→ 242
機器チェックの結果	→ 242
前回のチェック時刻	→ 242
レベル信号	→ 243
開始信号	→ 243
界面信号	→ 243
▶ Heartbeat	→ 244

17.4 「設定」メニュー

- 
- : 表示部および操作モジュールによる、パラメータへのナビゲーションを示します。
 - : 操作ツール（例：FieldCare）を使用する場合のパラメータへのナビゲーションを示します。
 - : アクセスコードを使用してロックできるパラメータを示します。

ナビゲーション   設定

デバイスのタグ

ナビゲーション	  設定 → デバイスのタグ
説明	プラント内で迅速に機器を識別するために、測定点における固有の名前を入力して下さい。
ユーザー入力	数字、英字、特殊文字からなる文字列（32）

動作モード

ナビゲーション	  設定 → 動作モード
必須条件	機器が「界面測定」アプリケーションパッケージ（FMP51、FMP52、FMP54 に対応）を備えていること ⁵⁾ 。
説明	操作モードを選択します。
選択	■ レベル ■ 静電容量による界面[*] ■ 界面[*]
工場出荷時設定	FMP51/FMP52/FMP54：レベル

距離の単位

ナビゲーション	  設定 → 距離の単位						
説明	基本校正（空校正/満量校正）に使用						
選択	<table><tr><td>SI 単位</td><td>US 単位</td></tr><tr><td>■ mm</td><td>■ ft</td></tr><tr><td>■ m</td><td>■ in</td></tr></table>	SI 単位	US 単位	■ mm	■ ft	■ m	■ in
SI 単位	US 単位						
■ mm	■ ft						
■ m	■ in						

5) 製品構成：仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EB「界面測定」
* 表示はオーダーしたオプションや機器のセッティングにより異なります

タンクタイプ



ナビゲーション

 設定 → タンクタイプ

必須条件

測定物タイプ (→  170) = 液体 に設定します。

説明

タンクタイプを選択します。

選択

- 金属
- 外筒管
- 非金属
- 外部取り付け
- コアキシャル

工場出荷時設定

プローブに応じて異なります。

追加情報

- プローブに応じて異なります。前述のオプションの一部を使用できない場合や、追加オプションが用意されている場合があります。
- コアキシャルプローブおよびまたは金属製センタリングディスクを持つプローブでは、**タンクタイプ** パラメータはプローブの種類に対応し、変更することができません。

パイプ直径



ナビゲーション

 設定 → パイプ直径

必須条件

- **タンクタイプ (→  155) = 外筒管**
- プローブがコーティングされている

説明

外筒管または内筒管の直径を設定します。

ユーザー入力

0～9.999 m

測定物グループ



ナビゲーション

 設定 → 測定物グループ

必須条件

- FMP51/FMP52/FMP54/FMP55 の場合：**動作モード (→  154) = レベル**
- **測定物タイプ (→  170) = 液体** に設定します。

説明

測定物グループを選択します。

選択

- その他
- 水ベース (DC >= 4)

追加情報

このパラメータには、測定物の大まかな比誘電率（DC 値）を指定します。DC をより詳細に定義するには、**測定物特性** パラメータ (→  170) を使用します。

測定物グループ パラメータの**測定物特性** パラメータ (→ 170)の工場設定は、次のとおりです。

測定物グループ	測定物特性 (→ 170)
その他	不明
水ベース (DC >= 4)	DC 4 ... 7

- i

測定物特性 パラメータは、後から変更できます。しかし、その場合、**測定物グループ** パラメータの値は保たれます。**測定物特性** パラメータのみが信号評価に関係します。
- i

比誘電率が小さい場合、測定範囲が減少することがあります。詳細については、各機器の技術仕様書 (TI) を参照してください。

空校正

ナビゲーション

設定 → 空校正

説明

プロセス接続から最小レベル (0%) までの距離


ユーザー入力

プローブに応じて異なります。

工場出荷時設定


プローブに応じて異なります。

追加情報



48 液体レベル測定用の空校正 (E)

A0013178



A0013177

図 49 界面測定用の空校正 (E)

i 界面測定の場合、**空校正** パラメータは合計レベルと界面レベルの両方に有効です。

満量校正



ナビゲーション

設定 → 満量校正

説明

最小値 (0%) から最大値 (100%) までの距離


ユーザー入力

プローブに応じて異なります。

工場出荷時設定


プローブに応じて異なります。

追加情報



A0013186

図 50 液体レベル測定用の満量校正 (F)



A0013188

図 51 界面測定用の満量校正 (F)

i 界面測定の場合、**満量校正** パラメータは合計レベルと界面レベルの両方に有効です。

レベル


ナビゲーション

設定 → レベル

説明

測定レベル L_L (リニアライゼーションの前) を表示します。

追加情報



A0013194

図 52 液体計測時のレベル




図 53 界面測定時のレベル

- 単位は、**レベル単位** パラメータ (→ 173) で設定します。
- 界面測定の場合、このパラメータは常に全体レベルに関連付けられます。

距離

ナビゲーション

設定 → 距離

説明

測定基準点（フランジまたはネジ込み接続の下端）からレベルまでの測定距離 D_L を表示します。

追加情報





図 54 液体計測の距離



A0013199

図 55 界面測定距離

i 単位は、**距離の単位** パラメータ (→ 154) で設定します。

信号品質

ナビゲーション

設定 → 信号品質

説明

評価されたエコーの信号品質を表示します。

追加情報

表示選択の説明

- **強い**
評価されたエコーが、しきい値を 10 mV 以上超えています。
- **測定物**
評価されたエコーが、しきい値を 5 mV 以上超えています。
- **弱い**
評価されたエコーが、しきい値を 5 mV 未満超えています。
- **信号なし**
機器は有効なエコーを検出していません。

このパラメータで示される信号品質は、常に現在評価されているエコー、つまりレベル/界面エコー⁶⁾、またはプローブ終端エコーのどちらかに対応します。この2つを区別するために、プローブ終端エコーは必ずカッコ内に表示されます。

i 反射がない場合 (**信号品質 = 信号なし**)、機器は以下のエラーメッセージを生成します。

- F941 : 出力エコー信号消失 (→ 192) = アラームの場合
- S941 : 出力エコー信号消失 (→ 192) で別のオプションが選択されている場合

6) 2つのうち品質が低い方

タンクレベル



ナビゲーション

設定 → タンクレベル

必須条件

動作モード (→ 154) = 界面

説明

タンクまたは外筒管が満量であるかどうかを設定します。


選択

- 一部充填
- 満量

追加情報

選択項目の説明

- **一部充填**
機器は2つのエコー信号（1つは界面用、もう1つは全体レベル用）を探索します。
- **満量**
機器は界面レベル用のみを探索します。この設定の場合、誤って評価されないよう、上限レベル信号が必ず上部不感知距離（UB）の範囲内にあることが重要です。



A0013173

- 1 一部充填
2 満量
UB 上部不感知距離

上部接続までの距離



ナビゲーション

設定 → 上部接続までの距離

必須条件

機器が「界面測定」アプリケーションパッケージを備えていること⁷⁾。

説明

上部接続までの距離（ D_U ）を設定します。

ユーザー入力


0～200 m

工場出荷時設定

- タンクレベル (→ 161) = 一部充填 : 0 mm (0 in)
- タンクレベル (→ 161) = 満量 : 250 mm (9.8 in)

7) 製品構成：仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EB「界面測定」

追加情報



A0013174

次のように、「タンクレベル」パラメータに応じて異なります。

■ **タンクレベル (→ 161) = 一部充填：**

この場合、**上部接続までの距離** パラメータは測定に影響を与えません。したがって、初期設定を変更する必要はありません。

■ **タンクレベル (→ 161) = 満量：**

この場合、測定基準点と上部接続の下端との距離 D_U を入力します。

DC 値



ナビゲーション

設定 → DC 値

必須条件

機器が「界面測定」アプリケーションパッケージを備えていること⁸⁾。


説明

上部測定物の比誘電率 (ϵ_r) を設定します (DC_1)。

ユーザー入力

1.0～100

追加情報



A0013181

DC1 上部測定物の比誘電率



各種産業で一般的に使用されるさまざまな測定物の比誘電率 (DC 値) については、以下を参照してください。

- Endress+Hauser DC マニュアル (CP01076F)
- Endress+Hauser 「DC Values (DC 値) アプリ」 (Android および iOS で使用可能)

8) 製品構成：仕様コード 540 「アプリケーションパッケージ」、オプション EB 「界面測定」

界面

ナビゲーション

🔍 設定 → 界面


必須条件

動作モード (→ 📖 154) = 界面または静電容量による界面

説明

測定した界面レベル L_I (リニアライゼーションの前) を表示します。

追加情報



A0013197

i 単位は、**レベル単位** パラメータ (→ 📖 173) で設定します。

界面距離

ナビゲーション

🔍 設定 → 界面距離


必須条件

動作モード (→ 📖 154) = 界面または静電容量による界面

説明

測定基準点 (フランジまたはネジ込み接続の下端) から界面層までの測定距離 D_I を表示します。

追加情報



A0013202

i 単位は、**距離の単位** パラメータ (→ 154) で設定します。

距離の確定



ナビゲーション

設定 → 距離の確定

説明

測定距離が実際の距離と一致するかどうかを設定します。
選択項目に応じて、機器は自動的にマッピングレンジを設定します。

選択

- 手動マップ
- 距離 OK
- 距離不明
- 距離が短かすぎる *
- 距離が長すぎる *
- タンク空
- マップ削除

追加情報

選択項目の説明

- **手動マップ**
マッピング範囲を選択することは、**マッピングの最終点** パラメータ (→ 165) を手動で定義することです。この場合、距離を確認する必要はありません。
- **距離 OK**
測定距離が実際の距離と一致している場合に選択します。機器はマッピングを実施します。
- **距離不明**
実際の距離が不明な場合に選択します。この場合、マッピングは実施できません。
- **距離が短かすぎる**
測定距離が実際の距離より短い場合に選択します。機器は次のエコーを探し、**距離の確定** パラメータに戻ります。距離の最計算が行なわれ、表示されます。表示された距離が実際の距離と一致するまで、比較を繰り返す必要があります。この後、**距離 OK** を選択するとマップの記録が開始されます。

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

■ 距離が長すぎる⁹⁾

測定距離が実際の距離を超過している場合に選択します。機器は信号の評価を調整し、**距離の確定** パラメータに戻ります。距離の最計算が行なわれ、表示されます。表示された距離が実際の距離と一致するまで、比較を繰り返す必要があります。この後、**距離 OK** を選択するとマップの記録が開始されます。

■ タンク空

タンクが完全に空の場合に選択します。機器は測定範囲全体をカバーするマッピングを記録します。

タンクが完全に空の場合に選択します。機器は **LN までマップのギャップ** を差し引いた測定範囲全体をカバーするマッピングを記録します。

■ 工場出荷時のマッピング

現在のマッピングカーブ (マッピングが記録されている場合) を削除する場合に選択します。機器は、**距離の確定** パラメータに戻り、新しいマッピングを記録できます。



表示モジュールを使用して操作している場合、参照用に、このパラメータと一緒に測定距離が表示されます。



界面測定の場合、距離は常に全体レベルに関連付けられます (界面レベルではない)。



距離を確認する前に、学習プロセス「**距離が短かすぎる オプション**」または「**距離が長すぎる オプション**」が終了した場合、マップは記録されず、学習プロセスは 60 秒後にリセットされます。



気相補正機能付きの FMP54 の場合 (製品構成: 仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EF または EG)、マップを記録する必要は**ありません**。

現在のマッピング

ナビゲーション

設定 → 現在のマッピング

説明

マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

マッピングの最終点



ナビゲーション

設定 → マッピングの最終点

必須条件

距離の確定 (→ 164) = **手動マップ** または **距離が短かすぎる**

説明

マッピングの新しい最終点を設定します。

ユーザー入力

0~200 000.0 m

追加情報

新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。測定基準点 (フランジの取付部分またはネジ接続の下端) からの距離を測定します。



参照用に、**現在のマッピング** パラメータ (→ 165) がこのパラメータと一緒に表示されます。これはマッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

9) 「エキスパート → センサ → エコトラッキング → 評価モード パラメータ」 = 「短期履歴」または「長期履歴」の場合にのみ使用可能

マップ記録



ナビゲーション

 設定 → マップ記録

必須条件

距離の確定 (→  164) = 手動マップまたは 距離が短かすぎる

説明

マップの記録を開始します。

選択

- いいえ
- マップ記録
- マップ削除

追加情報

選択項目の説明

- **いいえ**
マップは記録されません。
- **マップ記録**
マップは記録されます。記録が完了すると、新しい測定距離と新しいマッピングレンジがディスプレイに表示されます。現場表示器で操作している場合にこれらの値を確認するには、☒ を押します。
- **マップ削除**
マッピング（マッピングが記録されている場合）を削除し、機器は再計算した測定距離とマッピングレンジを表示します。現場表示器で操作している場合にこれらの値を確認するには、☒ を押します。

17.4.1 「マッピング」ウィザード

-  **マッピング** ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、マッピングに関連するすべてのパラメータは、**設定** メニュー (→  154)に直接表示されます。
-  **マッピング** ウィザードでは、表示モジュールに常に 2 つのパラメータが同時に表示されます。上側のパラメータは編集できますが、下側のパラメータは参照用に表示されているだけであり、編集できません。

ナビゲーション  設定 → マッピング

距離の確定

ナビゲーション  設定 → マッピング → 距離の確定

説明 →  164

マッピングの最終点

ナビゲーション  設定 → マッピング → マッピングの最終点

説明 →  165

マップ記録

ナビゲーション  設定 → マッピング → マップ記録

説明 →  166

距離

ナビゲーション  設定 → マッピング → 距離

説明 →  159

17.4.2 「高度な設定」サブメニュー

ナビゲーション  設定 → 高度な設定

ロック状態

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → ロック状態

説明 現在有効になっている最高優先度の書き込み保護を示します。

- ユーザーインターフェイス
- ハードウェア書き込みロック
 - SIL ロック
 - CT アクティブ (設定値)
 - WHG ロック
 - 一時ロック

追加情報

書込保護の優先度タイプの説明

- **ハードウェア書き込みロック (優先度 1)**
メイン電子モジュールのハードウェア書き込みロック用 DIP スイッチが有効になっています。これにより、パラメータへの書き込みアクセスを防ぐことができます。
- **SIL ロック (優先度 2)**
SIL モードが有効です。関連パラメータへの書込アクセスを防止できます。
- **WHG ロック (優先度 3)**
WHG モードが有効です。関連パラメータへの書込アクセスを防止できます。
- **一時ロック (優先度 4)**
機器の内部処理 (例: データアップロード/ダウンロード、リセットなど) を実行中のため、パラメータへの書き込みアクセスが一時的にロックされます。処理が完了次第、パラメータの変更ができます。

 表示モジュールでは、書き込み保護により変更できないパラメータの前には  シンボルが表示されます。

アクセスステータス ツール

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → アクセスステータス ツール

説明 操作ツールを介したパラメータへのアクセス権限を示します。

追加情報

 アクセス権を変更するには、**アクセスコード入力** パラメータ (→  169)を使用します。

 また、書き込み保護機能が有効な場合は、それによって現在のアクセス権がさらに制限されます。書込保護の状態を確認するには、**ロック状態** パラメータ (→  168)を使用します。

アクセスステータス表示

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → アクセスステータス表示

必須条件

現場表示器を使用する場合にのみ使用できます。

説明

ローカル ディスプレイを介したパラメータへのアクセス許可を示す。

追加情報

 アクセス権を変更するには、**アクセスコード入力** パラメータ (→  169)を使用します。

 また、書き込み保護機能が有効な場合は、それによって現在のアクセス権がさらに制限されます。書込保護の状態を確認するには、**ロック状態** パラメータ (→  168)を使用します。

アクセスコード入力

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → アクセスコード入力

説明

書き込みを許可するためにアクセスコードを入力。

ユーザー入力

0～9999

追加情報

- 現場操作では、ユーザー固有のアクセスコード (**アクセスコード設定** パラメータ (→  220)で設定したコード) を入力する必要があります。
- 不正なアクセスコードが入力されると、現在のアクセス権が維持されます。
- 書込保護は、本書の  シンボルが付いたすべてのパラメータに適用されます。現場表示器でパラメータの前に  シンボルが表示される場合、そのパラメータは書き込み保護になっています。
- 10 min 間キーを押さなかった場合やナビゲーションモードや編集モードから測定値表示モードに移動した場合、60 秒経過後に書込保護パラメータが自動的にロックされます。

 アクセスコードを紛失した場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

「レベル」サブメニュー

 **レベル** サブメニュー (→  170) は、**動作モード** (→  154) = **レベル** の場合にのみ表示されます。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → レベル

測定物タイプ

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → レベル → 測定物タイプ
説明	測定物のタイプを設定します。
ユーザーインターフェイス	■ 液体 ■ 粉体
工場出荷時設定	FMP50、FMP51、FMP52、FMP53、FMP54、FMP55 : 液体
追加情報	粉体 オプションは、 動作モード (→  154) = レベル の場合にのみ使用できます。  このパラメータは、他の複数のパラメータの値を決定し、完全な信号評価に大きく影響します。そのため、初期設定を 変更しない ことを強く推奨します。

測定物特性

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → レベル → 測定物特性
必須条件	■ 動作モード (→  154) = レベル に設定します。 ■ EOP レベル評価 ≠ 固定 DC
説明	測定物の比誘電率 ϵ_r を設定します。
選択	■ 不明 ■ DC 1.4 ... 1.6 ■ DC 1.6 ... 1.9 ■ DC 1.9 ... 2.5 ■ DC 2.5 ... 4 ■ DC 4 ... 7 ■ DC 7 ... 15 ■ DC > 15
工場出荷時設定	測定物タイプ (→  170)および 測定物グループ (→  155)に応じて異なります。

追加情報

「測定物タイプ」および「測定物グループ」による違い

測定物タイプ (→ 170)	測定物グループ (→ 155)	測定物特性
粉体		不明
液体	水ベース (DC >= 4)	DC 4 ... 7
	その他	不明

 各種産業で一般的に使用されるさまざまな測定物の比誘電率 (DC 値) については、以下を参照してください。

- Endress+Hauser DC マニュアル (CP01076F)
- Endress+Hauser 「DC Values (DC 値) アプリ」 (Android および iOS で使用可能)

 **EOP レベル評価 = 固定 DC** の場合、正確な比誘電率を **DC 値** パラメータ (→ 162) に入力する必要があります。したがって、この場合は**測定物特性** パラメータを使用できません。

プロセス特性



ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → レベル → プロセス特性

説明

レベル変化の標準速度を設定します。

選択

「測定物タイプ」=「液体」

- 非常に高速 > 10 m (400in) /分
- 高速 > 1 m/min
- 標準速度 < 1 m/min
- 中速 < 10 cm/min
- 低速 < 1 cm/min
- フィルタなし

「測定物タイプ」=「粉体」

- 非常に高速 > 100m (333ft) /分
- 高速 > 10 m/h
- 標準速度 < 10 m/h
- 中速 < 1 m/h
- 低速 < 0.1 m/h
- フィルタなし

追加情報

このパラメータで設定されたレベル変化の標準速度に、機器は信号評価フィルタおよび出力信号のダンピングを調整します。

「動作モード」=「レベル」および「測定物タイプ」=「液体」

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
非常に高速 > 10 m (400in) /分	5
高速 > 1 m/min	5
標準速度 < 1 m/min	14
中速 < 10 cm/min	39
低速 < 1 cm/min	76
フィルタなし	< 1

「動作モード」 = 「レベル」 および 「測定物タイプ」 = 「粉体」

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
非常に高速 > 100m (333ft) /分	37
高速 > 10 m/h	37
標準速度 < 10 m/h	74
中速 < 1 m/h	146
低速 < 0.1 m/h	290
フィルタなし	< 1

「動作モード」 = 「界面」 または 「静電容量による界面」

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
非常に高速 > 10 m (400in) /分	5
高速 > 1 m/min	5
標準速度 < 1 m/min	23
中速 < 10 cm/min	47
低速 < 1 cm/min	81
フィルタなし	2.2

高度なプロセス条件



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → レベル → 高度なプロセス条件

必須条件

動作モード (→ 154) = **レベル** に設定します。

説明

(必要に応じて) 追加のプロセス条件を設定します。

選択

- なし
- 油/水 凝縮液
- プロブがタンク底面付近
- 付着
- 泡の厚み 5cm 以上

追加情報

選択項目の説明

- **油/水 凝縮液** (測定物タイプ = **液体** の場合のみ)
二相測定物の場合、全体レベルのみを確実に検出することが可能になります (例 : 油/凝縮水アプリケーション)。
- **プロブがタンク底面付近** (測定物タイプ = **液体** の場合のみ)
特にプロブをタンク底部付近に取り付けた場合、空検出の精度が向上します。
- **付着**
付着物が原因でプロブ終端信号が変化した場合でも安全な空検出を確実に行うには、**EOP 範囲上部**を増やします。
付着物が原因でプロブ終端信号が変化した場合でも安全な空検出が可能になります。
- **泡の厚み 5cm 以上** (測定物タイプ = **液体** の場合のみ)
発泡を使用するアプリケーションで信号評価を最適化します。

レベル単位

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → レベル → レベル単位

説明 レベル単位を選択します。

選択

SI 単位	US 単位
■ %	■ ft
■ m	■ in
■ mm	

追加情報

レベル単位は、**距離の単位** パラメータ (→  154) で設定した距離単位とは異なる場合があります。

- **距離の単位** パラメータで設定した単位は、基本校正 (空校正 (→  156) と満量校正 (→  157)) に使用します。
- **レベル単位** パラメータで設定した単位は、(リニアライズされていない) レベルの表示に使用します。

不感知距離

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → レベル → 不感知距離

説明 上部不感知距離 (UB) を設定します。

ユーザー入力 0～200 m

工場出荷時設定

- コアキシャルプローブ : 0 mm (0 in)
- 8 m (26 ft) までのロッドプローブ/ローブプローブ : 200 mm (8 in)
- 8 m (26 ft) を超えるロッドプローブ/ローブプローブ : $0.025 \times \text{プローブ長}$

界面測定 アプリケーションパッケージ付きの FMP51/FMP52/FMP54 ¹⁰⁾ および FMP55 用 :
100 mm (3.9 in) すべてのアンテナタイプ用

追加情報

上部不感知距離の信号は、機器がオンになったときに不感知距離の範囲外にあり、操作中のレベル変更によって不感知距離内に移動した場合にのみ評価されます。機器がオンになったとき、すでに不感知距離内にあった信号は無視されます。


-  以下の 2 つの条件を満たしている場合のみ、この挙動が示されます。
- エキスパート → センサ → エコトラッキング → 評価モード = **短期履歴** または **長期履歴**
 - エキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード = **オン**、**補正なし** または **外部訂正**

条件の 1 つを満たしていない場合、不感知距離内の信号は常に無視されます。

-  不感知距離内の信号に関して、別の挙動を **不感知距離評価モード** パラメータ で設定することが可能です。

-  必要に応じて、不感知距離内の信号に関する別の挙動を弊社サービスが設定します。

10) 注文コード 540 「アプリケーションパッケージ」、オプション EB 「界面測定」をを注文



A0013219

図 56 液体計測の不感知距離（UB）

レベル補正



ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → レベル → レベル補正
説明	(必要に応じて) レベル補正を設定します。
ユーザー入力	-200 000.0～200 000.0 %
追加情報	このパラメータで設定した値は、測定レベル（リニアライゼーションの前）に追加されます。

「界面」サブメニュー

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面プロセス特性

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 界面 → プロセス特性

説明

界面位置の変化の標準速度を設定します。

選択

- 高速 > 1 m/min
- 標準速度 < 1 m/min
- 中速 < 10 cm/min
- 低速 < 1 cm/min
- フィルタなし

追加情報

このパラメータで設定されたレベル変化の標準速度に、機器は信号評価フィルタおよび出力信号のダンピングを調整します。

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
高速 > 1 m/min	5
標準速度 < 1 m/min	15
中速 < 10 cm/min	40
低速 < 1 cm/min	74
フィルタなし	2.2

下層測定物の DC

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 界面 → 下層測定物の DC

必須条件

動作モード (→  154) = 界面または静電容量による界面

説明

下部測定物の比誘電率 ϵ_r を設定します。

ユーザー入力

1~100

追加情報

 各種産業で一般的に使用されるさまざまな測定物の比誘電率 (DC 値) については、以下を参照してください。

- Endress+Hauser DC マニュアル (CP01076F)
- Endress+Hauser 「DC Values (DC 値) アプリ」 (Android および iOS で使用可能)


 初期設定 $\epsilon_r = 80$ は、20 °C (68 °F) の水に対して有効です。

レベル単位

ナビゲーション	🔍📄 設定 → 高度な設定 → 界面 → レベル単位	
説明	レベル単位を選択します。	
選択	SI 単位 ■ % ■ m ■ mm	US 単位 ■ ft ■ in
追加情報	レベル単位は、距離の単位 パラメータ (→ 📖 154)で設定した距離単位とは異なる場合があります。 ■ 距離の単位 パラメータで設定した単位は、基本校正 (空校正 (→ 📖 156)と満量校正 (→ 📖 157)) に使用します。 ■ レベル単位 パラメータで設定した単位は、(リニアライズされていない) レベルおよび界面位置の表示に使用します。	

不感知距離

ナビゲーション	🔍📄 設定 → 高度な設定 → 界面 → 不感知距離	
説明	上部不感知距離 (UB) を設定します。	
ユーザー入力	0～200 m	
工場出荷時設定	■ コアキシャルプローブ : 100 mm (3.9 in) ■ 8 m (26 ft) までのロッドプローブ/ローブプローブ : 200 mm (8 in) ■ 8 m (26 ft) を超えるロッドプローブ/ローブプローブ : 0.025 * プローブ長	
追加情報	不感知距離の範囲内からのエコーは、信号評価の対象となりません。以下のために、上部不感知距離が使用されます。 ■ プローブ上端の不要反射を抑制するため ■ 外筒管があふれた場合に全体レベルのエコーを抑制するため	



A0013220

- 1 プローブ上端の不要反射の抑制
 - 2 外筒管があふれた場合のレベル信号の抑制
- UB 上部不感知距離

レベル補正



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → 界面 → レベル補正

説明

(必要に応じて) レベル補正を設定します。

ユーザー入力

-200 000.0 ~ 200 000.0 %

追加情報

このパラメータで設定した値は、測定した全体レベルと界面レベル (リニアライゼーションの前) に追加されます。

上層部の厚さ手動入力



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → 界面 → 上層部の厚さ手動入力


説明

手動で測定した界面の厚み UP (つまり、上部測定物の厚み) を設定します。

ユーザー入力

0 ~ 200 m

追加情報



A0013313

UP 界面の厚み（上部測定物の厚み）

i 測定した界面の厚みは、界面の厚みの手動入力と一緒に現場表示器に表示されます。この2つの値を比較することにより、機器は上部測定物の比誘電率を自動調整できます。

測定された上層部厚さ

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 界面 → 測定された上層部厚さ

説明 測定した界面の厚みを表示します（上部測定物の厚み UP）。

DC 値

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 界面 → DC 値

説明 補正前の上部測定物の比誘電率 (ϵ_r) を表示します (DC₁)。

DC の計算値

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の計算値

説明 上部測定物の比誘電率 ϵ_r (DC1) の計算値（補正值）を表示します。

DC の計算値を使用



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の計算値を使用

説明

比誘電率の計算値を使用するかどうかを設定します。

選択

- 保存して終了
- キャンセルして終了

追加情報

選択項目の説明

- 保存して終了
計算値が正しい値と見なされます。
- キャンセルして終了
比誘電率の計算値は却下され、前の比誘電率がそのまま有効になります。

現場表示器には、**DC の計算値** パラメータ (→ 178)がこのパラメータと一緒に表示されます。

「DC の自動計算」 ウィザード

-  **DC の自動計算** ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、DC の自動計算に関連するすべてのパラメータは、次のメニューに直接表示されます。**界面** サブメニュー (→  175)
-  **DC の自動計算** ウィザードでは、表示モジュールに常に 2 つのパラメータが同時に表示されます。上側のパラメータは編集できますが、下側のパラメータは参照用に表示されているだけであり、編集できません。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の自動計算

上層部の厚さ手動入力

- ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の自動計算 → 上層部の厚さ手動入力
- 説明 →  177


DC 値

- ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の自動計算 → DC 値
- 説明 →  178

DC の計算値を使用

- ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の自動計算 → DC の計算値を使用
- 説明 →  179

「リニアライゼーション」サブメニュー



A0016084

図 57 リニアライゼーション：レベルから、および（該当する場合は）界面から体積または質量に変換。変換は容器の形状に依存

- 1 リニアライゼーションの方式と単位を選択
- 2 リニアライゼーションの設定
- A リニアライゼーションの方式 (→ 184) = なし
- B リニアライゼーションの方式 (→ 184) = リニア
- C リニアライゼーションの方式 (→ 184) = テーブル
- D リニアライゼーションの方式 (→ 184) = 角錐底
- E リニアライゼーションの方式 (→ 184) = 円錐底
- F リニアライゼーションの方式 (→ 184) = 傾斜底
- G リニアライゼーションの方式 (→ 184) = 水平円筒
- H リニアライゼーションの方式 (→ 184) = 球形
- I 「動作モード (→ 154)」 = 「界面」または「静電容量による界面」の場合：リニアライゼーション前の界面（レベル単位での測定）
- I' 「動作モード (→ 154)」 = 「界面」または「静電容量による界面」の場合：リニアライゼーション後の界面（容量または質量に対応）
- L リニアライゼーション前のレベル（レベル単位で測定）
- L' リニアライゼーションされたレベル (→ 187)（容量または質量に対応）
- M 最大値 (→ 187)
- d 直径 (→ 188)
- h 中間高さ (→ 188)

現場表示器のサブメニューの構成

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション

▶ リニアライゼーション
リニアライゼーションの方式
リニアライゼーション後の単位
フリーテキスト
最大値
直径
中間高さ
テーブルモード
▶ テーブルの編集
レベル
ユーザー様の値
テーブルを有効にする

操作ツール（例：FieldCare）のサブメニューの構成

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション

▶ リニアライゼーション

リニアライゼーションの方式

リニアライゼーション後の単位

フリーテキスト

リニアライゼーションされたレベル

リニアライゼーションされた界面

最大値

直径

中間高さ

テーブルモード

テーブル番号

レベル

レベル

ユーザー様の値

テーブルを有効にする

パラメータの説明

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション

リニアライゼーションの方式




ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → リニアライゼーション方式

説明 リニアライゼーション方式を選択します。

- 選択
- なし
 - リニア
 - テーブル
 - 角錐底
 - 円錐底
 - 傾斜底
 - 水平円筒
 - 球形

追加情報



A0021476

図 58 リニアライゼーション方式

- A なし
B テーブル
C 角錐底
D 円錐底
E 傾斜底
F 球形
G 水平円筒

選択項目の説明

■ なし

レベルは、事前に変換（リニアライズ）されることなくレベル単位で出力されます。

■ リニア

出力値（体積/質量）はレベルLに比例します。これは、縦型円筒形タンクやサイロなどに適用されます。以下のパラメータも設定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ 185)

■ 最大値 (→ 187) : 最大体積または質量

■ テーブル

測定レベルLと出力値（体積/質量）の関係はリニアライゼーションテーブルによって設定されます。この表は「レベル - 体積」または「レベル - 質量」の最大 32 点の値で構成されます。以下のパラメータも設定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ 185)

■ テーブルモード (→ 188)

■ 各テーブルポイント : レベル (→ 190)

■ 各テーブルポイント : ユーザー様の値 (→ 190)

■ テーブルを有効にする (→ 190)

■ 角錐底

出力値は角錐底型サイロ内の体積または質量に対応します。以下のパラメータも設定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ 185)

■ 最大値 (→ 187) : 最大体積または質量

■ 中間高さ (→ 188) : 角錐の高さ

■ 円錐底

出力値は円錐底型サイロ内の体積または質量に対応します。以下のパラメータも設定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ 185)

■ 最大値 (→ 187) : 最大体積または質量

■ 中間高さ (→ 188) : 円錐部の高さ

■ 傾斜底

出力値は傾斜底のサイロの容量または質量に対応します。以下のパラメータも設定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ 185)

■ 最大値 (→ 187) : 最大体積または質量

■ 中間高さ (→ 188) : 傾斜底の高さ

■ 水平円筒

出力値は水平円筒タンクの容量または質量に対応します。以下のパラメータも設定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ 185)

■ 最大値 (→ 187) : 最大体積または質量

■ 直径 (→ 188)

■ 球形

出力値は球形タンクの容量または質量に対応します。以下のパラメータも設定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ 185)

■ 最大値 (→ 187) : 最大体積または質量

■ 直径 (→ 188)

リニアライゼーション後の単位**ナビゲーション**

☰ ☰ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 線形化後の単位

必須条件

リニアライゼーションの方式 (→ 184) ≠ なし

説明

リニアライズされた値の単位を選択します。

選択

選択/入力 (uint16)

- 1095 = [short Ton]
- 1094 = [lb]
- 1088 = [kg]
- 1092 = [Ton]
- 1048 = [US Gal.]
- 1049 = [Imp. Gal.]
- 1043 = [ft³]
- 1571 = [cm³]
- 1035 = [dm³]
- 1034 = [m³]
- 1038 = [l]
- 1041 = [hl]
- 1342 = [%]
- 1010 = [m]
- 1012 = [mm]
- 1018 = [ft]
- 1019 = [inch]
- 1351 = [l/s]
- 1352 = [l/min]
- 1353 = [l/h]
- 1347 = [m³/s]
- 1348 = [m³/min]
- 1349 = [m³/h]
- 1356 = [ft³/s]
- 1357 = [ft³/min]
- 1358 = [ft³/h]
- 1362 = [US Gal./s]
- 1363 = [US Gal./min]
- 1364 = [US Gal./h]
- 1367 = [Imp. Gal./s]
- 1358 = [Imp. Gal./min]
- 1359 = [Imp. Gal./h]
- 32815 = [Ml/s]
- 32816 = [Ml/min]
- 32817 = [Ml/h]
- 1355 = [Ml/d]

追加情報

選択した単位は表示のためだけに使用されます。選択した単位に基づく測定値の変換は**行われません**。

 距離/距離のリニアライゼーション、つまり、レベル単位から別の長さ単位へのリニアライゼーションも可能です。このためには、**リニア** リニアライゼーションモードを選択してください。新しいレベル単位を設定するには、**リニアライゼーション後の単位** パラメータで **Free text** オプションを選択し、**フリーテキスト** パラメータ (→  186) に単位を入力します。

フリーテキスト



ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → フリーテキスト

必須条件

リニアライゼーション後の単位 (→  185) = **Free text** に設定します。

説明

単位シンボルを入力します。

ユーザー入力 最大 32 文字 (英字、数字、特殊文字)

リニアライゼーションされたレベル

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → リニアライズされたレベル

説明 リニアライズされたレベルを表示します。

追加情報  ■ 単位は、**リニアライゼーション後の単位** パラメータで設定します →  185。
■ 界面測定の場合、このパラメータは常に全体レベルに関連付けられます。

リニアライゼーションされた界面

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → リニアライズされた界面

必須条件 **動作モード** (→  154) = **界面**または**静電容量による界面**

説明 リニアライズされた界面高さを表示します。

追加情報  単位は、**リニアライゼーション後の単位** パラメータで設定します →  185。

最大値




ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 最大値

必須条件 **リニアライゼーションの方式** (→  184)は、以下のいずれかの値を取ります。
■ リニア
■ 角錐底
■ 円錐底
■ 傾斜底
■ 水平円筒
■ 球形

説明 100%レベルに相当するリニアライゼーションされた値。

ユーザー入力 -50 000.0 ~ 50 000.0 %

直径		A
ナビゲーション	☰☰ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 直径	
必須条件	リニアライゼーションの方式 (→ ☑ 184)は、以下のいずれかの値を取ります。 ■ 水平円筒 ■ 球形	
説明	円筒タンクもしくは球形タンクの直径。	
ユーザー入力	0～9 999.999 m	
追加情報	単位は、距離の単位 パラメータ (→ ☑ 154)で設定します。	

中間高さ		A
ナビゲーション	☰☰ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 中間高さ	
必須条件	リニアライゼーションの方式 (→ ☑ 184)は、以下のいずれかの値を取ります。 ■ 角錐底 ■ 円錐底 ■ 傾斜底	
説明	角錐部、コニカル部、角度の付いた底部の高さ。	
ユーザー入力	0～200 m	
追加情報	 A0013264	
	H 中間高さ	
	単位は、距離の単位 パラメータ (→ ☑ 154)で設定します。	

テーブルモード		A
ナビゲーション	☰☰ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → テーブルモード	
必須条件	リニアライゼーションの方式 (→ ☑ 184) = テーブル に設定します。	
説明	リニアライゼーションテーブルの編集モードを選択します。	

選択

- 手動
- 半自動式
- テーブルをクリア
- テーブルの並べ替え

追加情報

選択項目の説明

- **手動**
レベルおよび関連するリニアライズされた値が、各リニアライゼーション点に対して手動入力されます。
- **半自動式**
各リニアライゼーション点に対して、機器がレベルを測定します。関連するリニアライズされた値は手動入力します。
- **テーブルをクリア**
既存のリニアライゼーションテーブルを削除します。
- **テーブルの並べ替え**
リニアライゼーション点を昇順に並べ替えます。

リニアライゼーションテーブルは以下の条件を満たす必要があります。

- テーブルを構成できるのは最大 32 点の値「レベル - リニアライズされた値」
- テーブルが単調であること（単調増加または単調減少）
- 最初のリニアライゼーション点が最低レベルに対応すること
- 最後のリニアライゼーション点が最高レベルに対応すること

 リニアライゼーションテーブルを入力する前に、**空校正 (→ 156)**および**満量校正 (→ 157)**の値を正しく設定する必要があります。

満量校正または空校正の後でテーブルの値を変更する必要がある場合、既存テーブルを消去し、再度すべてのテーブルを入力しない限り適切な評価は保証されません。それには、まず既存テーブルを消去します（**テーブルモード (→ 188) = テーブルをクリア**）。その後、新しいテーブルを入力します。

テーブルの入力方法

- **FieldCare 経由**
テーブル番号 (→ 189)、**レベル (→ 190)**、および**ユーザー様の値 (→ 190)**パラメータを使用して、テーブルポイントを入力します。あるいは、グラフィカルテーブルエディタを使用できます（機器の操作 → 機器の機能 → 追加機能 → リニアライゼーション（オンライン/オフライン））。
- **現場表示器を介して**
テーブルの編集 サブメニューを選択して、グラフィカルテーブルエディタを呼び出します。テーブルが表示され、行単位の編集が可能になります。

 レベル単位の出荷時設定は「%」です。リニアライゼーションテーブルを物理単位で入力するには、事前に**レベル単位**パラメータ (→ 173) で適切な単位を選択しておく必要があります。

 減少テーブルを入力した場合、20 mA および 4 mA の電流出力値が入れ替わります。つまり、20 mA が最低レベルを表し、4 mA が最高レベルを表します。

テーブル番号



ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → テーブル番号

必須条件

リニアライゼーションの方式 (→ 184) = テーブル に設定します。

説明

入力または変更するテーブルポイントを選択します。

ユーザー入力 1～32

レベル（手動）



ナビゲーション

☰ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → レベル

必須条件

- リニアライゼーションの方式 (→ ☰ 184) = テーブル
- テーブルモード (→ ☰ 188) = 手動

説明

テーブルポイントのレベル値（リニアライゼーション前の値）を入力します。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

レベル（半自動式）

ナビゲーション

☰ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → レベル

必須条件

- リニアライゼーションの方式 (→ ☰ 184) = テーブル に設定します。
- テーブルモード (→ ☰ 188) = 半自動式 に設定します。

説明

測定レベル（リニアライゼーション前の値）を表示します。この値はテーブルに伝送されます。

ユーザー様の値



ナビゲーション

☰ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → ユーザー様の値

必須条件

リニアライゼーションの方式 (→ ☰ 184) = テーブル に設定します。

説明

テーブルポイントのリニアライズされた値を入力します。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

テーブルを有効にする



ナビゲーション

☰☰ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → テーブルを有効にする

必須条件

リニアライゼーションの方式 (→ ☰ 184) = テーブル に設定します。

説明

リニアライゼーションテーブルを有効または無効にします。

選択

- 無効
- 有効

追加情報

選択項目の説明

■ 無効

測定レベルはリニアライズされません。

同時に、**リニアライゼーションの方式 (→ 184) = テーブル**の場合、機器はエラーメッセージ F435 を出力します。

■ 有効

テーブルに基づいて測定レベルはリニアライズされます。



テーブルを編集すると、**テーブルを有効にする** パラメータが自動的に**無効**にリセットされるため、テーブルの入力後に**有効**にリセットする必要があります。

「安全設定」サブメニュー

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 安全な設定

出力エコー信号消失

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → 出力エコー信号消失
説明	反射がない場合の出力信号。
選択	■ 最後の有効値 ■ エコー信号消失時急上昇 ■ エコー信号消失時の値 ■ アラーム
追加情報	選択項目の説明 ■ 最後の有効値 反射がない場合、最後の有効値が保持されます。 ■ エコー信号消失時急上昇¹¹⁾ 反射がない場合、出力値は連続して 0% または 100% に変わります。ランプのスロープはエコー信号消失時急上昇 パラメータ (→  193)で指定されます。 ■ エコー信号消失時の値¹¹⁾ エコーロストの場合、エコー信号消失時の値 パラメータ (→  192)に定義された値が出力されます。 ■ アラーム エコーロストの場合、アラームが発報されます。フェールセーフモード パラメータ (→  202)を参照してください。

エコー信号消失時の値

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → エコー信号消失時の値
必須条件	出力エコー信号消失 (→  192) = エコー信号消失時の値 に設定します。
説明	反射がない場合の出力値。
ユーザー入力	0～200 000.0 %
追加情報	測定値出力用に設定した単位を使用します。 ■ リニアライゼーションなし： レベル単位 (→  173) ■ リニアライゼーションあり： リニアライゼーション後の単位 (→  185)

11) "リニアライゼーションの方式 (→  184)" = "なし"の場合にのみ視認できます。

エコ一信号消失時急上昇



ナビゲーション



設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → エコ-消失時急上昇

必須条件

出力エコー信号消失 (→ 192) = エコー信号消失時急上昇 に設定します。


説明

反射がない場合の傾斜の勾配。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

追加情報



A0013269

A エコーロスト時遅延時間

B エコ一信号消失時急上昇 (→ ㊦ 193) (正の値)

C エコー信号消失時急上昇 (→ 図 193) (負の値)

- 傾斜の勾配の単位は、「1分あたりの測定範囲のパーセント」(%/min)です。
- 負の傾斜の勾配の場合：測定値は0%に達するまで継続的に減少します。
- 正の傾斜の勾配の場合：測定値は100%に達するまで継続的に増加します。

不感知距離



ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → 不感知距離

説明

上部不感知距離 (UB) を設定します。

ユーザー入力

0~200 m

工場出荷時設定

- コアキシャルプローブ : 0 mm (0 in)
- 8 m (26 ft) までのロッドプローブ/ローププローブ : 200 mm (8 in)
- 8 m (26 ft) を超えるロッドプローブ/ローププローブ : $0.025 \times \text{プローブ長}$

界面測定アプリケーションパッケージ付きの FMP51/FMP52/FMP54¹²⁾ および FMP55 用：

100 mm (3.9 in) すべてのアンテナタイプ用

12) 注文コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EB「界面測定」をを注文

追加情報


上部不感知距離の信号は、機器がオンになったときに不感知距離の範囲外にあり、操作中のレベル変更によって不感知距離内に移動した場合にのみ評価されます。機器がオンになったとき、すでに不感知距離内にあった信号は無視されます。

- i** 以下の2つの条件を満たしている場合のみ、この挙動が示されます。
- エキスパート → センサ → エコトラッキング → 評価モード = **短期履歴** または **長期履歴**
 - エキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード = **オン**、**補正なし** または **外部訂正**

条件の1つを満たしていない場合、不感知距離内の信号は常に無視されます。

- i** 不感知距離内の信号に関して、別の挙動を **不感知距離評価モード** パラメータ で設定することが可能です。

- i** 必要に応じて、不感知距離内の信号に関する別の挙動を弊社サービスが設定します。



A0013219

図 59 液体計測の不感知距離 (UB)

「SIL/WHG 確認」ウィザード



SIL/WHG 確認 ウィザードは、SIL または WHG 認証機器（仕様コード 590 : 「追加認証」 オプション LA : 「SIL」 または LC : 「WHG あふれ防止」）で、現在 SIL または WHG ロック状態に**なっていない**場合にのみ使用可能です。

SIL/WHG 確認 ウィザードは、SIL または WHG に従って機器をロックする場合に必要です。詳細については、ロック手順とシーケンスのパラメータについて説明した各機器の「機能安全マニュアル」を参照してください。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → SIL/WHG 確認

「SIL/WHG 無効」ウィザード

 **SIL/WHG 無効** ウィザード (→ 図 196) は、機器が SIL ロックまたは WHG ロックの場合にのみ表示されます。詳細については個々の機器の「機能安全マニュアル」を参照してください。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → SIL/WHG 無効

書き込み保護のリセット

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → SIL/WHG 無効 → 書き込み保護のリセット

説明 ロック解除コードを入力します。

ユーザー入力 0～65 535

不適切なコード

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → SIL/WHG 無効 → 不適切なコード

説明 不正なロック解除コードが入力されたことを示します。手順を選択します。

- 選択
- 再入力コード
 - 中止，次へ

「プローブ設定」サブメニュー

プローブ設定 サブメニューは、評価アルゴリズムを使用して反射波形内のプローブ終端信号を適切に割り当てするのに役立ちます。機器に表示されるプローブ長が実際のプローブ長と一致する場合に、割り当ては正しくなります。自動プローブ長補正は、プローブが容器内に取り付けられ、完全に露出している（測定物なし）場合にのみ実施できます。容器の一部が充填されている場合、およびプローブ長が既知の場合に値を手動で入力するには、**プローブ長の確認** (→ 図 198) = **手動入力**を選択します。

 プローブを切断した後、マッピング（不要反射の除去）が記録された場合は、もう自動プローブ長補正を行なうことはできません。その場合は、2つの方法があります。

- 自動プローブ長補正を行う前に、**マップ記録** パラメータ (→ 図 166)を使用してマップを削除します。プローブ長補正が完了したら、**マップ記録** パラメータ (→ 図 166)を使用して新しいマップを記録できます。
- **プローブ長の確認** (→ 図 198) = **手動入力**を選択し、**実際のプローブ長** パラメータ → 図 197 にプローブ長を手動で入力します。

 自動プローブ長補正を実施するには、**プローブ接地** パラメータ (→ 図 197)で補正オプションを選択する必要があります。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → プローブ設定

プローブ接地



ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ接地

必須条件

動作モード (→ 図 154) = **レベル**

説明

プローブが接地されているかどうかを設定します。

選択

- いいえ
- はい

実際のプローブ長



ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → 実際のプローブ長

説明

- ほとんどの場合：
現在測定されているプローブ終端信号に応じてプローブ長を表示します。
- **プローブ長の確認** (→ 図 198) = **手動入力**：
実際のプローブ長を入力します。

ユーザー入力

0～200 m

プローブ長の確認



ナビゲーション

☐ 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の確認

説明

実際のプローブ長 パラメータ → ☐ 197 に表示される値が実際のプローブ長と一致しているかどうかを選択します。この入力に基づいて、プローブ長補正が実施されます。

選択

- プローブ長 OK
- プローブ長が短すぎる
- プローブ長が長すぎる
- 埋まっているプローブ
- 手動入力
- プローブ長不明

追加情報

選択項目の説明

- **プローブ長 OK**
適切なプローブ長が表示された場合は、これを選択します。調整は必要ありません。機器はシーケンスを終了します。
- **プローブ長が短すぎる**
表示された長さが実際のプローブ長より短い場合は、これを選択します。異なるプローブ終端信号が割り当てられ、新たに計算された長さが**実際のプローブ長**パラメータ → ☐ 197 に表示されます。表示値が実際のプローブ長と一致するまで、この手順を繰り返します。
- **プローブ長が長すぎる**
表示された長さが実際のプローブ長より長い場合は、これを選択します。異なるプローブ終端信号が割り当てられ、新たに計算された長さが**実際のプローブ長**パラメータ → ☐ 197 に表示されます。表示値が実際のプローブ長と一致するまで、この手順を繰り返します。
- **埋まっているプローブ**
プローブが覆われている（一部または完全に）場合は、これを選択します。この場合は、プローブ長補正を行なうことができません。機器はシーケンスを終了します。
- **手動入力**
自動プローブ長補正を実施しない場合は、これを選択します。代わりに、実際のプローブ長を**実際のプローブ長**パラメータ → ☐ 197 に手動で入力する必要があります¹³⁾。
- **プローブ長不明**
実際のプローブ長が不明な場合は、これを選択します。この場合、プローブ長補正を行うことができないため、機器はシーケンスを終了します。

13) FieldCare で操作している場合は、**手動入力** オプションを選択する必要はありません。FieldCare では、いつでもプローブ長を編集できます。

「プローブ長の補正」 ウィザード

 **プローブ長の補正** ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、プローブ長の補正に関連するすべてのパラメータは、**プローブ設定** サブメニュー (→ 197) に直接表示されます。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正

プローブ長の確認



ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → プローブ長の確認

説明

→  198

実際のプローブ長



ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → 実際のプローブ長

說明

→  197

「電流出力 1～2」サブメニュー

 **電流出力 2** サブメニュー (→  200)は、2 つの電流出力を備える機器でのみ使用できます。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 電流出力 1～2

電流出力 1～2 の割り当て

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 電流出力 1～2 → 電流出力 の割り当て

説明 電流出力に割り当てるプロセス変数を選択。

- 選択
- リニアライゼーションされたレベル
 - 距離
 - 電気部内温度
 - エコーの相対振幅
 - アナログ出力の高度な診断 1
 - アナログ出力の高度な診断 2
- 動作モード = 「界面」または「静電容量による界面」の場合：
- リニアライゼーションされた界面
 - 界面距離
 - 上層部の厚さ
 - 界面の相対振幅

- 工場出荷時設定
- レベル測定の場合
- 電流出力 1：リニアライゼーションされたレベル
 - 電流出力 2 ¹⁴⁾：リニアライゼーションされたレベル
- 界面測定の場合
- 電流出力 1：リニアライゼーションされた界面
 - 電流出力 2 ¹⁵⁾：リニアライゼーションされたレベル

追加情報 プロセス変数の電流範囲の設定

プロセス変数	4mA の値	20mA の値
リニアライゼーションされたレベル	0 % ¹⁾ または関連するリニアライズされた値で設定します。	100 % ²⁾ または関連するリニアライズされた値で設定します。
距離	0 (レベルは測定基準点)	空校正 (→  156) (レベルは 0 %)
電気部内温度	-50 °C (-58 °F)	100 °C (212 °F)
エコーの相対振幅	0 mV	2 000 mV
アナログ出力の高度な診断 1/2	高度な診断のパラメータ設定に応じて異なる	
リニアライゼーションされた界面	0 % ¹⁾ または関連するリニアライズされた値	100 % ²⁾ または関連するリニアライズされた値
界面距離	0 (界面は測定基準点)	空校正 (→  156) (界面は 0 %)

14) 機器が 2 つの電流出力を備える場合のみ
15) 機器が 2 つの電流出力を備える場合のみ

プロセス変数	4mA の値	20mA の値
上層部の厚さ	0 % ¹⁾ または関連するリニアライズされた値	100 % ²⁾ または関連するリニアライズされた値
界面の相対振幅	0 mV	2 000 mV

- 1) 0% レベルは、**空校正** パラメータ (→ 156)
- 2) 100% レベルは、**満量校正** パラメータ (→ 157)

 アプリケーションに応じて 4mA および 20mA の値の調整が必要になることがあります (特に、**アナログ出力の高度な診断 1/2** オプションの場合)。

これは、以下のパラメータで実施できます。

- エキスパート → 出力 → 電流出力 1~2 → ターンダウン
- エキスパート → 出力 → 電流出力 1~2 → 4mA の値
- エキスパート → 出力 → 電流出力 1~2 → 20mA の値

電流スパン



ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → 電流出力 1~2 → 電流スパン

説明

「4...20mA」:

測定変数: 4~20mA

「4...20mA NAMUR」:

測定変数: 3.8~20.5 mA

「4...20mA US」:

測定変数: 3.9~20.8 mA

「固定電流値」:

測定変数は HART を通してのみ伝送されます。

注意:

3.6mA 未満もしくは 21.95mA を超える電流値はアラーム信号として使用されます。

選択

- 4...20 mA
- 4...20 mA NAMUR
- 4...20 mA US
- 固定電流値

追加情報

選択項目の説明

選択項目	プロセス変数の電流範囲	アラームの下限信号レベル	アラームの上限信号レベル
4...20 mA	4~20.5 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA
4...20 mA NAMUR	3.8~20.5 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA

選択項目	プロセス変数の電流範囲	アラームの下限信号レベル	アラームの上限信号レベル
4...20 mA US	3.9～20.8 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA
固定電流値	電流が 固定電流値 パラメータ (→ 202)で定義された固定電流であること。		

-  ■ エラーの場合、出力電流は**フェールセーフモード** パラメータ (→ 202)に定義された値になります。
- 測定値が測定範囲を外れた場合、診断メッセージ **電流出力** が出力されます。
-  HART マルチドロップループでは、1 つの機器だけが信号を送送するためにアナログ電流値を使用できます。他の機器はすべて、以下のように設定する必要があります。
- **電流スパン** = **固定電流値** に設定します。
- **固定電流値** (→ 202) = **4 mA** に設定します。

固定電流値

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 電流出力 1～2 → 固定電流値

必須条件

電流スパン (→ 201) = **固定電流値** に設定します。

説明

出力電流の値を定義します。

ユーザー入力

4～22.5 mA

出力 のダンピング

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 電流出力 1～2 → 出力 のダンピング

説明

測定値の変動に対する出力信号の応答時間。

ユーザー入力

0.0～999.9 秒

追加情報

測定値の変動により、このパラメータで設定した時定数 τ の指数関数的遅延が出力電流に生じます。時定数が小さい場合、出力は測定値の変動に直ちに反応します。時定数が大きい場合、出力の反応は遅くなります。 $\tau = 0$ (初期設定) の場合、ダンピングは発生しません。

フェールセーフモード

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 電流出力 1～2 → フェールセーフモード

必須条件

電流スパン (→ 201) ≠ **固定電流値**

説明	エラー発生時の出力電流を定義します。 「最小」： < 3.6mA 「最大」： > 21.95mA 「最後の有効値」： エラーが発生する前に最後に有効であった値 「現在の値」： 出力電流は現在の測定値となります。；エラーは無視されます。 「決めた値」： ユーザーが決定した値となります。
選択	■ 最少 ■ 最大 ■ 最後の有効値 ■ 実際の値 ■ 決めた値
追加情報	選択項目の説明 ■ 最少 電流スパン パラメータ (→ 201)に基づいて、アラームの下限レベル値を出力します。 ■ 最大 電流スパン パラメータ (→ 201)に基づいて、アラームの上限レベル値を出力します。 ■ 最後の有効値 電流は、エラーが発生する直前の値を維持します。 ■ 実際の値 出力電流は実際の測定値を取り、エラーは無視されます。 ■ 決めた値 出力電流は、故障時の電流値 パラメータ (→ 203)で設定した値を取ります。  他の出力チャンネルのエラー動作については、これらの設定の影響を受けることはなく、個別のパラメータで設定します。

故障時の電流値



ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 電流出力 1～2 → 故障時の電流値
必須条件	フェールセーフモード (→ 202) = 決めた値 に設定します。
説明	エラー発生時にどの電流出力に設定するか定義して下さい。
ユーザー入力	3.59～22.5 mA

出力電流 1～2

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 電流出力 1～2 → 出力電流 1～2

説明

電流出力の実際の計算値を示します。

「スイッチ出力」サブメニュー

 **スイッチ出力** サブメニュー (→  205)は、スイッチ出力のある機器¹⁶⁾でのみ表示されます。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → スイッチ出力

スイッチ出力機能



ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチ出力機能

説明

スイッチ出力の機能を定義します。

「オフ」

スイッチ出力は常にオープン（非導通）となります。

「オン」

スイッチ出力は常にクローズ（導通）となります。

「診断動作」

スイッチ出力は通常クローズとなり診断イベントが発生した場合にオープンとなります。

「リミット」

スイッチ出力は通常クローズとなり、測定値が定義した値を超えた場合のみオープンとなります。

「デジタル出力」

スイッチ出力は機器のデジタル出力ブロックの一つによってコントロールされます。

選択

- オフ
- オン
- 診断動作
- リミット
- デジタル出力

追加情報

選択項目の説明

■ オフ

出力は常にオープンです（非導通）。

■ オン

出力は常にクローズです（導通）。

■ 診断動作

出力は通常はクローズで、診断イベントが発生したときのみオープンになります。**診断動作の割り当て** パラメータ (→  206)は、出力がオープンになるイベントタイプを設定します。

■ リミット

出力は通常はクローズで、測定変数が設定したリミット値を超過または下回ったときのみオープンになります。リミット値は以下のパラメータで設定します。

■ リミットの割り当て (→ 206)

■ スイッチオンの値 (→ 207)

■ スイッチオフの値 (→ 208)

■ デジタル出力

出力のスイッチング状況は、DI 機能ブロックの出力値を追跡します。機能ブロックは、**ステータスの割り当て** パラメータ (→  206)で選択します。



オフおよびオンオプションを使用すると、スイッチ出力をシミュレートできます。

16) 注文コード 020「電源；出力」、オプション B、E、または G

ステータスの割り当て 	
ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → ステータスの割り当て
必須条件	スイッチ出力機能 (→  205) = デジタル出力 に設定します。
説明	ディスクリート出力ブロックもしくは高度な診断ブロックをスイッチ出力に割り当てます。
選択	■ オフ ■ デジタル出力の高度な診断 1 ■ デジタル出力の高度な診断 2
追加情報	デジタル出力の高度な診断 1 および デジタル出力の高度な診断 2 オプションは、高度な診断ブロックに関連付けられます。このブロックで生成されたスイッチ信号はスイッチ出力を介して伝送できます。

リミットの割り当て 	
ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → リミットの割り当て
必須条件	スイッチ出力機能 (→  205) = リミット に設定します。
説明	どのプロセス変数をリミット設定として確認するか定義します。
選択	■ オフ ■ リニアライゼーションされたレベル ■ 距離 ■ リニアライゼーションされた界面 * ■ 界面距離 * ■ 上層部の厚さ * ■ 端子電圧 ■ 電気部内温度 ■ 測定された静電容量 * ■ エコーの相対振幅 ■ 界面の相対振幅 * ■ エコーの絶対振幅 ■ 界面の絶対振幅 *

診断動作の割り当て 	
ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → 診断動作の割り当て
必須条件	スイッチ出力機能 (→  205) = 診断動作 に設定します。
説明	どの動作の診断イベントをスイッチ出力に反映させるか定義します。

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

選択

- アラーム
- アラーム + 警告
- 警告

スイッチオンの値



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオンの値

必須条件

スイッチ出力機能 (→ 205) = リミット に設定します。

説明

スイッチがオンとなるポイントを定義します。
出力は割り当てられたプロセス変数がこのポイントよりも大きくなった場合にクローズとなります。

ユーザー入力


符号付き浮動小数点数

追加情報

スイッチ動作は、**スイッチオンの値**および**スイッチオフの値**パラメータの相対位置に応じて異なります。

スイッチオンの値 > スイッチオフの値

- 測定値が**スイッチオンの値**より大きい場合、出力はクローズになります。
- 測定値が**スイッチオフの値**より小さい場合、出力はオープンになります。




A0015585

- A スイッチオンの値
- B スイッチオフの値
- C 出力クローズ (導通)
- D 出力オープン (非導通)

スイッチオンの値 < スイッチオフの値

- 測定値が**スイッチオンの値**より小さい場合、出力はクローズになります。
- 測定値が**スイッチオフの値**より大きい場合、出力はオープンになります。



- A スイッチオンの値
- B スイッチオフの値
- C 出力クローズ（導通）
- D 出力オープン（非導通）

A0015586

スイッチオンの遅延



ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオンの遅延
必須条件	■ スイッチ出力機能 (→  205) = リミット に設定します。 ■ リミットの割り当て (→  206) ≠ オフ
説明	出力がスイッチオンされる前に適用される遅延時間を定義して下さい。
ユーザー入力	0.0～100.0 秒

スイッチオフの値



ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオフの値
必須条件	スイッチ出力機能 (→  205) = リミット に設定します。
説明	スイッチがオフとなるポイントを定義して下さい。 出力は割り当てられたプロセス変数がこの値よりも下に下がった場合に、オープンとなります。
ユーザー入力	符号付き浮動小数点数
追加情報	スイッチ動作は、 スイッチオンの値 および スイッチオフの値 パラメータの相対位置に応じて異なります。詳細については、 スイッチオンの値 パラメータ (→  207)を参照してください。

スイッチオフの遅延

ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオフの遅延

必須条件

- スイッチ出力機能 (→  205) = リミット に設定します。
- リミットの割り当て (→  206) ≠ オフ

説明

出力がスイッチオフされる前に適用される遅延時間を定義して下さい。

ユーザー入力

0.0～100.0 秒

フェールセーフモード

ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → フェールセーフモード

必須条件

スイッチ出力機能 (→  205) = リミット または デジタル出力

説明

エラーの場合のスイッチ出力の状態を定義して下さい。

選択

- 実際のステータス
- オープン
- クローズ

追加情報

スイッチの状態

ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スwitchの状態

説明

スイッチ出力の現在の状態。

出力信号の反転

ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → 出力信号の反転

説明

「いいえ」
スイッチ出力は前述のパラメータ設定に応じて動作します。
「はい」
スイッチ出力は前述のパラメータ設定に対して反対に動作します。

選択

- いいえ
- はい

追加情報

選択項目の説明

- いいえ
スイッチ出力の挙動は上記説明の通りです。
- はい
オープンおよび**クローズ**のステータスは、上記説明の逆になります。

「表示」サブメニュー



表示 サブメニューは、表示モジュールを機器に接続している場合にのみ表示されます。

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 表示

Language

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 表示 → Language

説明 表示言語を設定。

選択

- English
- Deutsch *
- Français *
- Español *
- Italiano *
- Nederlands *
- Portuguesa *
- Polski *
- русский язык (Russian) *
- Svenska *
- Türkçe *
- 中文 (Chinese) *
- 日本語 (Japanese) *
- 한국어 (Korean) *
- Bahasa Indonesia *
- tiếng Việt (Vietnamese) *
- čeština (Czech) *

工場出荷時設定 製品構成の仕様コード 500 で選択した言語。
言語を選択しなかった場合：**English**

追加情報

表示形式

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示形式


説明 測定値のディスプレイへの表示方法を選択。

選択

- 1つの値、最大サイズ
- 1つの値 + バーグラフ
- 2つの値
- 1つの値はサイズ大 + 2つの値
- 4つの値


* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

追加情報




A0019963

図 60 「表示形式」 = 「1 つの値、最大サイズ」




A0019964

図 61 「表示形式」 = 「1 つの値 + バーグラフ」




A0019965

図 62 「表示形式」 = 「2 つの値」



A0019966

図 63 「表示形式」 = 「1 つの値はサイズ大 + 2 つの値」



A0019968

図 64 「表示形式」 = 「4 つの値」

- **1~4 の値表示** → 図 213 パラメータは、ディスプレイに表示する測定値とその表示順序を設定します。
- 現在の表示モードで許容される数より多くの測定値を指定した場合は、機器表示部上で値が交互に表示されます。表示が切り替わるまでの表示時間は、**表示間隔**パラメータ (→ 図 214) で設定します。

1～4 の値表示



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → 表示 → 1 の値表示

説明

ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。

選択

- リニアライゼーションされたレベル
- 距離
- リニアライゼーションされた界面*
- 界面距離*
- 上層部の厚さ*
- 電流出力 1
- 測定した電流
- 電流出力 2*
- 端子電圧
- 電気部内温度
- 測定された静電容量*
- アナログ出力の高度な診断 1
- アナログ出力の高度な診断 2

工場出荷時設定

レベル測定の場合

- 1 の値表示: リニアライゼーションされたレベル
- 2 の値表示: 距離
- 3 の値表示: 電流出力 1
- 4 の値表示: なし

界面測定、電流出力が 1 つの場合

- 1 の値表示: リニアライゼーションされた界面
- 2 の値表示: リニアライゼーションされたレベル
- 3 の値表示: 上層部の厚さ
- 4 の値表示: 電流出力 1

界面測定、電流出力が 2 つの場合

- 1 の値表示: リニアライゼーションされた界面
- 2 の値表示: リニアライゼーションされたレベル
- 3 の値表示: 電流出力 1
- 4 の値表示: 電流出力 2

小数点桁数 1～4



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → 表示 → 小数点桁数 1

説明

この選択は、機器の計測や計算精度に影響を与えません

選択

- X
- X.X
- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX

追加情報

この設定は、機器の測定や計算の精度には影響しません。

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

表示間隔

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示間隔
説明	測定値の切り替え表示の時に測定値を表示する時間を設定。
ユーザー入力	1～10 秒
追加情報	このパラメータは、選択された表示形式で同時に表示可能な数を、選択された測定値の数が超えた場合にのみ適用されます。

表示のダンピング




ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示のダンピング
説明	測定値の変動に対する表示の応答時間を設定。
ユーザー入力	0.0～999.9 秒

ヘッダー



ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 表示 → ヘッダー
説明	ローカル ディスプレイのヘッダーの内容を選択。
選択	■ デバイスのタグ ■ フリーテキスト

追加情報



A0029422

1 表示部のヘッダーテキストの位置

- 選択項目の説明
- **デバイスのタグ**
は**デバイスのタグ** パラメータ (→  154)で定義されます。
 - **フリーテキスト**
は**ヘッダーテキスト** パラメータ (→  215)で定義されます。

ヘッダーテキスト



ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 表示 → ヘッダーテキスト
必須条件	ヘッダー (→  214) = フリーテキスト に設定します。
説明	ディスプレイのヘッダーのテキストを入力。
ユーザー入力	数字、英字、特殊文字からなる文字列 (12)
追加情報	表示できる文字数は使用される文字に応じて異なります。

区切り記号



ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 表示 → 区切り記号
説明	数値表示の桁区切り記号を選択。
選択	■ . ■ ,

数値形式



ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 表示 → 数値形式
説明	ディスプレイの選択番号の形式。
選択	■ 十進法 ■ ft-in-1/16"
追加情報	ft-in-1/16" オプション は、距離単位でのみ有効です。

小数点桁数メニュー



ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 表示 → 小数点桁数メニュー
説明	操作メニュー内の数値の小数点桁数を選択します。
選択	■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX

追加情報

- 操作メニュー内の数値（**空校正**や**満量校正**など）に対してのみ有効で、測定値表示部には無効です。測定値表示部の小数点桁数は、**小数点桁数 1～4** →  213 パラメータで設定します。
- この設定は、機器の測定や計算の精度には影響しません。

バックライト

ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → 表示 → バックライト

必須条件

SD03 現場表示器（光学式キー付き）を使用する場合にのみ実行できます。

説明

ローカル ディスプレイのバックライトのオンとオフを切り替え。

選択

- 無効
- 有効

追加情報

選択項目の説明

- 無効
バックライトをオフにします。
 - 有効
バックライトをオンにします。
-  このパラメータの設定に関係なく、機器の供給電圧が低すぎる場合は自動的にバックライトがオフになります。

表示のコントラスト

ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示のコントラスト

説明

周囲条件 (照明、読み取り角度など) に合わせてローカル ディスプレイのコントラスト設定を調整。

ユーザー入力

20～80 %

工場出荷時設定

ディスプレイに応じて異なります。

追加情報

-  押しボタンでコントラストを設定します。
- より暗く：  ボタンを同時に押します。
 - より明るく：  ボタンを同時に押します。

「設定バックアップの表示」サブメニュー

 このサブメニューは、表示モジュールを機器に接続している場合にのみ表示されます。

機器の設定は、特定の時点表示モジュールに保存することが可能です (バックアップ)。保存された設定は、必要に応じて機器に復元できます (例: 機器を特定の状態に戻すため)。表示モジュールを使用して、その設定を同タイプの別の機器に伝送することも可能です。

 設定の交換は、動作モードが同じである機器間でのみ可能です (動作モード パラメータ (→  154)を参照)。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示

稼働時間

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 稼働時間
説明	装置の稼働時間を示す。
追加情報	最大時間 9999 d (≈ 27 年)

最後のバックアップ

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 最後のバックアップ
説明	最後のデータのバックアップがディスプレイ モジュールに保存された時を示す。

設定管理

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 設定管理
説明	ディスプレイ モジュール内の機器データを管理する操作を選択。
選択	■ キャンセル ■ バックアップの実行 ■ 復元 ■ 複製 ■ 比較 ■ バックアップデータの削除

追加情報

- 選択項目の説明**
- **キャンセル**
何も実行せずにこのパラメータを終了します。
 - **バックアップの実行**
HistoROM（機器に内蔵）にある現在の機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールに保存します。
 - **復元**
機器設定のバックアップコピーを、表示モジュールから機器の HistoROM にコピーします。
 - **複製**
変換器の表示モジュールを使用して、変換器設定を別の機器に複製します。以下は個々の測定点の特性を設定するパラメータであり、伝送される設定には**含まれません**。
 - HART データコード
 - HART ショートタグ
 - HART メッセージ
 - HART 記述子
 - HART アドレス
 - デバイスのタグ
 - 測定物タイプ
 - **比較**
表示モジュールに保存された機器設定と HistoROM の現在の機器設定とを比較します。この比較結果は、**比較の結果** パラメータ (→ 218)パラメータに表示されます。
 - **バックアップデータの削除**
機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールから削除します。
-  この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。
-  **復元** オプションを使用して既存のバックアップを別の機器に復元した場合、同じ機器機能が使用できなくなる場合があります。場合によっては、機器をリセットしても元の状態に復元できないことがあります。
- 設定を別の機器に伝送する場合は、必ず**複製** オプションを使用してください。

バックアップのステータス

- ナビゲーション**   設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → バックアップのステータス
- 説明** バックアップ動作の現在の進捗状況を表示します。

比較の結果

- ナビゲーション**   設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 比較の結果
- 説明** 現在の機器データと表示したバックアップデータの比較。

追加情報

表示選択の説明

- **設定データは一致する**
HistoROM の現在の機器設定と表示モジュールのバックアップコピーは一致します。
 - **設定データは一致しない**
HistoROM の現在の機器設定と表示モジュールのバックアップコピーは一致しません。
 - **バックアップデータはありません**
HistoROM の機器設定のバックアップコピーが表示モジュールにはありません。
 - **保存データの破損**
HistoROM の現在の機器設定が破損しているか、または表示モジュールのバックアップコピーとの互換性はありません。
 - **チェック未完了**
HistoROM の機器設定と表示モジュールのバックアップコピーとの比較がまだ完了していません。
 - **データセット非互換**
データセットに互換性がないため比較できません。
-  比較を開始するには、**設定管理 (→ 217) = 比較**を設定します。
-  **設定管理 (→ 217) = 複製**によって変換器の設定を別の機器から複製した場合、HistoROM の新しい機器設定は、表示モジュールに保存されている設定の一部として一致しません。センサ固有の特性（マッピングカーブなど）は複製されません。したがって、比較結果は、**設定データは一致しない**になります。

「管理」サブメニュー

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理

アクセスコード設定

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定
説明	パラメータへの書き込み権のためのアクセスコードを定義。
ユーザー入力	0～9999
追加情報	 初期設定を変更していない場合、またはアクセスコードとして「0」を設定している場合、パラメータは書込保護されず、機器の設定データはいつでも変更可能な状態となります。ユーザーはメンテナンスの役割でログオンします。  書込保護は、本書の  シンボルが付いたすべてのパラメータに適用されます。現場表示器でパラメータの前に  シンボルが表示される場合、そのパラメータは書き込み保護になっています。  アクセスコードを設定すると、書き込み保護されたパラメータは、アクセスコード入力 パラメータ (→  169) でアクセスコードを入力しない限り変更できません。  アクセスコードを紛失した場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。  ディスプレイ操作：新しいアクセスコードは、アクセスコードの確認 パラメータ (→  222) で確認した後、有効になります。

機器リセット

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 管理 → 機器リセット
説明	機器の設定をリセットします-全部または一部を-決められた状態に。
選択	■ キャンセル ■ 工場出荷設定に ■ 納入時の状態に ■ ユーザ設定の ■ 変換器初期状態へ ■ 機器の再起動
追加情報	選択項目の説明 ■ キャンセル 動作なし ■ 工場出荷設定に すべてのパラメータをオーダーコードで指定された初期設定にリセットします。 ■ 納入時の状態に すべてのパラメータを納入時の設定にリセットします。ユーザー固有の設定が注文された場合は、出荷時の設定が工場の初期設定と異なる場合があります。ユーザー固有の設定を注文している場合のみ、この選択項目が表示されます。

- **ユーザ設定の**

すべてのユーザパラメータをその初期設定にリセットします。ただし、サービスパラメータは変更されません。

- **変換器初期状態へ**

すべての測定関連パラメータを工場出荷時の設定にリセットします。ただし、サービスパラメータおよび通信関連パラメータは変更されません。

- **機器の再起動**

再起動により、揮発性メモリ（RAM）に保存されているすべてのパラメータを初期設定にリセットします（例：測定値データ）。機器設定に変更はありません。

「アクセスコード設定」ウィザード

 **アクセスコード設定** ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、**アクセスコード設定** パラメータは**管理** サブメニューに直接表示されます。**アクセスコードの確認** パラメータは、操作ツールからは使用できません。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定

アクセスコード設定

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコード設定

説明 →  220

アクセスコードの確認

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコードの確認

説明 入力されたアクセスコードを確認してください。

ユーザー入力 0～9999

17.5 「診断」メニュー

ナビゲーション  診断

現在の診断結果

ナビゲーション

 診断 → 現在の診断結果

説明

現在の診断メッセージを表示します。

追加情報

表示の構成：

- イベント動作のシンボル
- 診断動作のコード
- イベントの発生時間
- イベントテキスト

 同時に複数のメッセージがオンの場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージが表示されます。

 メッセージの原因および対策の情報については、表示器の ⓘ シンボルで表示されます。

タイムスタンプ

ナビゲーション

 診断 → タイムスタンプ

説明

現在の診断メッセージのタイムスタンプ表示。

前回の診断結果

ナビゲーション

 診断 → 前回の診断結果

説明

現在の診断メッセージが出力されるまで有効であった前回の診断メッセージを表示します。

追加情報

表示の構成：

- イベント動作のシンボル
- 診断動作のコード
- イベントの発生時間
- イベントテキスト

 表示される状態がまだ継続している可能性があります。メッセージの原因および対策の情報については、表示器の ⓘ シンボルで表示されます。

タイムスタンプ

- ナビゲーション

 診断 → タイムスタンプ
- 説明

前回の診断メッセージのタイムスタンプを表示。

再起動からの稼働時間

- ナビゲーション

  診断 → 再起動からの稼働時間
- 説明

前回の機器の再起動からの稼働時間を表示します。

稼働時間

- ナビゲーション

  診断 → 稼働時間
- 説明

装置の稼働時間を示す。
- 追加情報

最大時間
9999 d (≈ 27 年)

17.5.1 「診断リスト」サブメニュー

ナビゲーション   診断 → 診断リスト

診断 1～5

ナビゲーション

  診断 → 診断リスト → 診断 1

説明

現在の診断メッセージの中で最も優先度の高い 5 つのメッセージを表示します。

追加情報

表示の構成：

- イベント動作のシンボル
- 診断動作のコード
- イベントの発生時間
- イベントテキスト

タイムスタンプ 1～5

ナビゲーション

 診断 → 診断リスト → タイムスタンプ

説明

診断メッセージのタイムスタンプ。

17.5.2 「イベントログブック」サブメニュー

 **イベントログブック** サブメニューは、現場表示器による操作でのみ使用できます。FieldCare の操作時には、FieldCare の「イベントリスト/HistoROM」機能でイベントリストを表示できます。

ナビゲーション  診断 → イベントログブック

フィルタオプション

ナビゲーション	 診断 → イベントログブック → フィルタオプション
説明	どのカテゴリのイベントメッセージがイベントリストサブメニューに表示されるかを定義します。
選択	■ すべて ■ 故障 (F) ■ 機能チェック (C) ■ 仕様範囲外 (S) ■ メンテナンスが必要 (M) ■ 情報 (I)
追加情報	 ■ このパラメータは、現場表示器による操作でのみ使用できます。 ■ ステータス信号は NAMUR NE 107 に従って分類されます。

「イベントリスト」サブメニュー

イベントリスト サブメニューには、**フィルタオプション** パラメータ (→  226) で選択したカテゴリの過去のイベントの履歴が表示されます。最大 100 件のイベントを時系列に表示できます。

以下のシンボルは、イベントの発生または終了を示すものです。

-  : イベント発生
-  : イベント終了

 メッセージの原因および対策の情報については、 ボタンで確認できます。

表示形式

- カテゴリ I のイベントメッセージの場合：情報イベント、イベントテキスト、「記録イベント」シンボル、イベント発生時刻
- カテゴリ F、M、C、S (ステータス信号) のイベントメッセージの場合：診断イベント、イベントテキスト、「記録イベント」シンボル、イベント発生時刻

ナビゲーション  診断 → イベントログブック → イベントリスト

17.5.3 「機器情報」サブメニュー

ナビゲーション   診断 → 機器情報

デバイスのタグ

ナビゲーション   診断 → 機器情報 → デバイスのタグ

説明 機器のタグを入力。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

シリアル番号

ナビゲーション   診断 → 機器情報 → シリアル番号

説明 機器のシリアル番号の表示。

追加情報  **シリアル番号の用途**

- 機器を迅速に識別するため（例：Endress+Hauser への問い合わせの際）
- 機器ビューアー www.endress.com/deviceviewer を使用して詳細な機器情報を得るため

 シリアル番号は型式銘板にも記載されています。

ファームウェアのバージョン

ナビゲーション   診断 → 機器情報 → ファームウェアのバージョン

説明 ファームウェアバージョンの表示。

ユーザーインターフェイス xx.yy.zz

追加情報  ファームウェアのバージョンが最後の 2 桁（「zz」）のみ異なる場合、機能と操作に関する違いはありません。

機器名

ナビゲーション   診断 → 機器情報 → 機器名

説明 変換器の名称の表示。

オーダーコード

ナビゲーション	  診断 → 機器情報 → オーダーコード
説明	機器のオーダーコードの表示。
ユーザーインターフェイス	数字、英字、特殊文字からなる文字列
追加情報	オーダーコードは、機器の製品構成に関するすべての仕様項目を明示する拡張オーダーコードから生成されたものです。一方で、オーダーコードから直接機器仕様項目を読み取ることはできません。

拡張オーダーコード 1～3

ナビゲーション	  診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 1
説明	拡張オーダーコードの 3 つのパートが表示されます。
ユーザーインターフェイス	数字、英字、特殊文字からなる文字列
追加情報	拡張オーダーコードは、機器の製品構成に関するすべての仕様項目を示すものであり、それにより機器を一意的に識別することが可能です。

機器リビジョン

ナビゲーション	  診断 → 機器情報 → 機器リビジョン
説明	HART 協会へ登録してあるデバイスリビジョンの表示。
追加情報	機器リビジョンは、機器に適切な DD ファイルを割り当てるために使用します。

機器 ID

ナビゲーション	  診断 → 機器情報 → 機器 ID
説明	HART ネットワーク内で機器を認識するために機器 ID を表示します。
追加情報	機器タイプと製造者 ID に加えて、機器 ID は機器の固有 ID の一部であり、各 HART 機器を明確に特定します。

機器タイプ

ナビゲーション	  診断 → 機器情報 → 機器タイプ
説明	HART 協会へ登録しているデバイスタイプの表示。
追加情報	

製造者 ID

ナビゲーション	  診断 → 機器情報 → 製造者 ID
説明	この機能を使用して、HART Communication Foundation に登録されている、機器の製造者 ID を表示します。
ユーザーインターフェイス	2 桁の 16 進数
工場出荷時設定	0x11 (Endress+Hauser の場合)

17.5.4 「測定値」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → 測定値

距離


ナビゲーション

 診断 → 測定値 → 距離

説明


測定基準点（フランジまたはネジ込み接続の下端）からレベルまでの測定距離 D_L を表示します。

追加情報



A0013198

 65 液体計測の距離



A0013199

 66 界面測定 of 距離

 単位は、**距離の単位** パラメータ (→  154) で設定します。

リニアライゼーションされたレベル

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → リニアライズされたレベル

説明

リニアライズされたレベルを表示します。

追加情報

- 単位は、**リニアライゼーション後の単位** パラメータで設定します → ☰ 185。
- 界面測定の場合、このパラメータは常に全体レベルに関連付けられます。

界面距離

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → 界面距離


必須条件

動作モード (→ ☰ 154) = 界面または静電容量による界面

説明

測定基準点（フランジまたはネジ込み接続の下端）から界面層までの測定距離 D_I を表示します。

追加情報



A0013202

- 単位は、**距離の単位** パラメータ (→ ☰ 154) で設定します。

リニアライゼーションされた界面

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → リニアライズされた界面

必須条件

動作モード (→ ☰ 154) = 界面または静電容量による界面

説明

リニアライズされた界面高さを表示します。

追加情報

- 単位は、**リニアライゼーション後の単位** パラメータで設定します → ☰ 185。

上層部の厚さ

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → 上層部の厚さ


必須条件

動作モード (→ ☰ 154) = 界面 または 静電容量による界面

説明

上部界面の厚み (UP) を表示します。

追加情報



A0013313

UP 上層部の厚さ

i 単位は、リニアライゼーション後の単位 パラメータ → ☰ 185 で設定します。

出力電流 1～2

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → 出力電流 1～2

説明

電流出力の実際の計算値を示します。

測定した電流 1

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → 測定した電流 1

必須条件

電流出力 1 でのみ使用できます。

説明

現在測定されている電流出力の現在の値を示します。

端子電圧 1

ナビゲーション

 診断 → 測定値 → 端子電圧 1

説明

電流出力端子にかかっている現在の電圧を示します。

17.5.5 「データのログ」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → データのログ

チャンネル 1～4 の割り当て

ナビゲーション  診断 → データのログ → チャンネル 1～4 の割り当て

説明 ログイングチャンネルへのプロセス変数の割り当て。

- 選択
- オフ
 - リニアライゼーションされたレベル
 - 距離
 - フィルタ処理なしの距離
 - リニアライゼーションされた界面 *
 - 界面距離 *
 - フィルタ処理なしの界面距離
 - 上層部の厚さ *
 - 電流出力 1
 - 測定した電流
 - 電流出力 2 *
 - 端子電圧
 - 電気部内温度
 - 測定された静電容量 *
 - エコーの絶対振幅
 - エコーの相対振幅
 - 界面の絶対振幅 *
 - 界面の相対振幅 *
 - 絶対 EOP 振幅
 - EOP シフト
 - 信号ノイズ
 - DC の計算値 *
 - アナログ出力の高度な診断 1
 - アナログ出力の高度な診断 2

追加情報 合計 1000 個の測定値をログイングできます。つまり、

- ログイングチャンネルを 1 つ使用する場合：チャンネルあたりのデータポイント数 1000 個
- ログイングチャンネルを 2 つ使用する場合：チャンネルあたりのデータポイント数 500 個
- ログイングチャンネルを 3 つ使用する場合：チャンネルあたりのデータポイント数 333 個
- ログイングチャンネルを 4 つ使用する場合：チャンネルあたりのデータポイント数 250 個

データポイントが最大数に達すると、データログの最も古いデータポイントが周期的に上書きされ、必ず最新の測定値 1000、500、333、または 250 個がログに保存されます（リングメモリ形式）。

 このパラメータで新しいオプションを選択すると、ログデータは削除されます。


* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

ロギングの時間間隔	
ナビゲーション	 診断 → データのログ → ロギングの時間間隔  診断 → データのログ → ロギングの時間間隔
説明	データロギングの間隔を定義します。この値はメモリ内の個々のデータ間隔の時間を定義します。
ユーザー入力	1.0～3 600.0 秒
追加情報	このパラメータは、データログの各データポイント間の時間間隔を設定するもので、それにより、ロギング可能な最大の時間 $T_{\log}$ が決まります。 ■ ロギングチャンネルを 1 つ使用する場合 : $T_{\log} = 1000 \cdot t_{\log}$ ■ ロギングチャンネルを 2 つ使用する場合 : $T_{\log} = 500 \cdot t_{\log}$ ■ ロギングチャンネルを 3 つ使用する場合 : $T_{\log} = 333 \cdot t_{\log}$ ■ ロギングチャンネルを 4 つ使用する場合 : $T_{\log} = 250 \cdot t_{\log}$ 設定時間が経過すると、データログの最も古いデータポイントが周期的に上書きされ、必ず $T_{\log}$ の時間がメモリに保存されます（リングメモリ形式）。  このパラメータを変更すると、ログデータは削除されます。
例	
ロギングチャンネルを 1 つ使用する場合	
■ $T_{\log} = 1000 \cdot 1 \text{ 秒} = 1000 \text{ 秒} \approx 16.5 \text{ min}$	
■ $T_{\log} = 1000 \cdot 10 \text{ 秒} = 1000 \text{ 秒} \approx 2.75 \text{ h}$	
■ $T_{\log} = 1000 \cdot 80 \text{ 秒} = 80\,000 \text{ 秒} \approx 22 \text{ h}$	
■ $T_{\log} = 1000 \cdot 3\,600 \text{ 秒} = 3\,600\,000 \text{ 秒} \approx 41 \text{ d}$	
すべてのログをリセット	
ナビゲーション	 診断 → データのログ → すべてのログをリセット  診断 → データのログ → すべてのログをリセット
説明	全てのロギングデータをクリア。
選択	■ キャンセル ■ データ削除

「チャンネル 1~4 表示」 サブメニュー

i チャンネル 1~4 表示サブメニューは、現場表示器による操作でのみ使用できます。FieldCare の操作時には、FieldCare の「イベントリスト/HistoROM」機能でログダイアグラムを表示できます。

チャンネル 1~4 表示サブメニューは、各チャンネルのログ履歴のダイアグラムを表示します。



- x 軸：選択されたチャンネル数に応じて 250 ~ 1000 個のプロセス変数の測定値が表示されます。
- y 軸：常に測定中の値に合わせて、おおまかな測定値スパンを示します。

i 操作メニューに戻るには、**⏮** と **⏭** を同時に押します。

ナビゲーション **🔍** **📄** 診断 → データのログ → チャンネル 1~4 表示

17.5.6 「シミュレーション」 サブメニュー

シミュレーション サブメニューは、特定の測定値または別の条件のシミュレーションに使用されます。これにより、機器や接続した制御ユニットが正しく設定されているか確認できます。

シミュレーション可能な条件

シミュレートする条件	関連するパラメータ
プロセス変数の特定値	■ 測定値の割り当て (→ ㉟ 239) ■ 測定値 (→ ㉟ 239)
出力電流の特定値	■ 電流出力のシミュレーション (→ ㉟ 239) ■ 電流出力の値 (→ ㉟ 240)
スイッチ出力の特定状態	■ シミュレーションスイッチ出力 (→ ㉟ 240) ■ スwitchの状態 (→ ㉟ 240)
アラームの有無	機器アラームのシミュレーション (→ ㉟ 241)
特定の診断メッセージの有無	診断イベントのシミュレーション (→ ㉟ 241)

サブメニューの構成

ナビゲーション  エキスパート → 診断 → シミュレーション

▶ シミュレーション		
測定値の割り当て		→  239
測定値		→  239
電流出力 1～2 のシミュレーション		→  239
電流出力 1～2 の値		→  240
シミュレーションスイッチ出力		→  240
スイッチの状態		→  240
機器アラームのシミュレーション		→  241
診断イベントのシミュレーション		→  241

パラメータの説明

ナビゲーション  エキスパート → 診断 → シミュレーション

測定値の割り当て



ナビゲーション

 エキスパート → 診断 → シミュレーション → 測定値の割り当て

説明

シミュレーションを実行するためのプロセス変数を定義します。

選択

- オフ
- レベル
- 界面^{*}
- 上層部の厚さ^{*}
- リニアライゼーションされたレベル
- リニアライゼーションされた界面
- リニアライゼーションされた厚み

追加情報

- シミュレートする変数の値は、**測定値** パラメータ (→  239) で設定します。
- **測定値の割り当て ≠ オフ** の場合、シミュレーションはオンです。これは、機能チェック (C) カテゴリーの診断メッセージで確認できます。

測定値



ナビゲーション

 エキスパート → 診断 → シミュレーション → 測定値

必須条件

測定値の割り当て (→  239) ≠ オフ

説明

選択した変数の値を定義します。
出力はこの値に従って値もしくは状態を想定します。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

追加情報

その後の測定値処理と信号出力には、このシミュレーション値を使用します。これにより、機器が正しく設定されているかどうかを確認できます。

電流出力 1～2 のシミュレーション



ナビゲーション

 エキスパート → 診断 → シミュレーション → 電流 1～2 のシミュレーション

説明

電流出力のシミュレーションをオン、オフします。

選択

- オフ
- オン

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

追加情報

有効なシミュレーションは、機能チェック (C) カテゴリーの診断メッセージで確認できます。

電流出力 1~2 の値



ナビゲーション

 エキスパート→診断→シミュレーション→電流出力 1～2 の値

必須条件

電流出力のシミュレーション (→  239) = オン に設定します。

説明

シミュレーションの出力電流値を定義して下さい。

ユーザー入力

3.59~22.5 mA

追加情報

電流出力は、このパラメータで設定した値を取ります。これにより、電流出力の適切な調整、および接続された制御ユニットが正しく機能することを確認できます。

シミュレーションスイッチ出力



ナビゲーション

 エキスパート → 診断 → シミュレーション → シミュレーションスイッチ

説明

スイッチ出力のシミュレーションをオン、オフします。

選擇

- オフ
- オン

スイッチの状態



ナビゲーション

 エキスパート → 診断 → シミュレーション → スイッチの状態

必須条件

シミュレーションスイッチ出力 (→  240) = オン に設定します。

説明

スイッチ出力の現在の状態。

選擇

- オープン
- クローズ

追加情報

スイッチ状態は、このパラメータで設定した値を取ります。これにより、接続した制御ユニットが正しく動作することを確認できます。

機器アラームのシミュレーション

ナビゲーション

 エキスパート → 診断 → シミュレーション → アラームのシミュレーション

説明

デバイスアラームのシミュレーションをオン、オフします。

選択

- オフ
- オン

追加情報

オン オプションを選択すると、アラームが生成されます。これにより、アラームが発生した場合の機器の出力動作が適切であるかどうかを確認できます。

アクティブなシミュレーションは診断メッセージ **✖C484 エラーモードのシミュレーション** で表示されます。

診断イベントのシミュレーション

ナビゲーション

 エキスパート → 診断 → シミュレーション → 診断シミュレーション

説明

シミュレーションする診断イベントを選択

注意:

シミュレーションを止めるには、'オフ'を選択します。

追加情報

現場表示器を介して操作する場合、選択リストはイベントカテゴリーに応じてフィルタリングできます (**診断イベントの種類** パラメータ)。

17.5.7 「機器チェック」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → 機器チェック

機器チェック開始

ナビゲーション  診断 → 機器チェック → 機器チェック開始

説明 機器チェックを開始します。

- 選択
 - いいえ
 - はい

追加情報 反射がない場合、機器チェックは実施できません。

機器チェックの結果

ナビゲーション  診断 → 機器チェック → 機器チェックの結果

説明 機器チェックの結果を表示します。

- 追加情報 **表示選択の説明**
- **インストール OK**
制限のない測定が可能です。
 - **精度制限あり**
測定は可能です。ただし、信号振幅により測定精度が低下する可能性があります。
 - **測定機能低下**
現時点で測定は可能です。ただし、エコー信号を見失う可能性があります。機器の取付位置と測定物の比誘電率を確認してください。
 - **チェック未完了**
機器チェックは実施されていません。

前回のチェック時刻

ナビゲーション  診断 → 機器チェック → 前回のチェック時刻

説明 前回の機器チェックが実施されたときの稼働時間を表示します。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

レベル信号

ナビゲーション	  診断 → 機器チェック → レベル信号
必須条件	機器チェックを実施した場合にのみ表示されます。
説明	レベル信号の機器チェックの結果を表示します。
ユーザーインターフェイス	■ チェック未完了 ■ チェック NG ■ チェック OK
追加情報	レベル信号 = チェック NG : 機器の取付位置と測定物の比誘電率を確認してください。

開始信号

ナビゲーション	  診断 → 機器チェック → 開始信号
必須条件	機器チェックを実施した場合にのみ表示されます。
説明	開始信号の表示チェックの結果を表示します。
ユーザーインターフェイス	■ チェック未完了 ■ チェック NG ■ チェック OK
追加情報	開始信号 = チェック NG : 機器の取付位置を確認してください。非金属タンクの場合は、金属板または金属フランジを使用します。

界面信号

ナビゲーション	  診断 → 機器チェック → 界面信号
必須条件	■ 動作モード (→  154) = 界面 または 静電容量による界面 ■ 機器チェックを実施した場合にのみ表示されます。
説明	界面信号の機器チェックの結果を表示します。
ユーザーインターフェイス	■ チェック未完了 ■ チェック NG ■ チェック OK

17.5.8 「Heartbeat」サブメニュー

 **Heartbeat** サブメニューは **FieldCare** または **DeviceCare** を介してのみ使用可能です。**Heartbeat 検証** および **Heartbeat モニタリング** アプリケーションパッケージの一部のウィザードが含まれます。

詳細な説明

SD01872F

ナビゲーション  診断 → Heartbeat

索引

記号

安全上の注意事項 (XA)	7
安全設定 (サブメニュー)	192
下層測定物の DC (パラメータ)	175
稼動時間 (パラメータ)	217, 224
過電圧保護	
一般情報	63
界面 (サブメニュー)	175
界面 (パラメータ)	163
界面距離 (パラメータ)	163, 231
界面信号 (パラメータ)	243
開始信号 (パラメータ)	243
外部洗浄	115
拡張オーダーコード 1 (パラメータ)	228
管理 (サブメニュー)	220
機器 ID (パラメータ)	228
機器アラームのシミュレーション (パラメータ)	241
機器タイプ (パラメータ)	229
機器チェック (サブメニュー)	242
機器チェックの結果 (パラメータ)	242
機器チェック開始 (パラメータ)	242
機器の交換	116
機器リセット (パラメータ)	220
機器リビジョン (パラメータ)	228
機器情報 (サブメニュー)	227
機器名 (パラメータ)	227
距離 (パラメータ)	159, 167, 230
距離の確定 (パラメータ)	164, 167
距離の単位 (パラメータ)	154
区切り記号 (パラメータ)	215
空校正 (パラメータ)	156
現在のマッピング (パラメータ)	165
現在の診断結果 (パラメータ)	223
固定電流値 (パラメータ)	202
故障時の電流値 (パラメータ)	203
高度なプロセス条件 (パラメータ)	172
高度な設定 (サブメニュー)	168
再起動からの稼動時間 (パラメータ)	224
最後のバックアップ (パラメータ)	217
最大値 (パラメータ)	187
実際のプローブ長 (パラメータ)	197, 199
修理コンセプト	116
出力のダンピング (パラメータ)	202
出力エコー信号消失 (パラメータ)	192
出力信号の反転 (パラメータ)	209
出力電流 1~2 (パラメータ)	204, 232
書き込み保護のリセット (パラメータ)	196
小数点桁数 1 (パラメータ)	213
小数点桁数メニュー (パラメータ)	215
上層部の厚さ (パラメータ)	232
上層部の厚さ手動入力 (パラメータ)	177, 180
上部接続までの距離 (パラメータ)	161
信号品質 (パラメータ)	160
診断 (メニュー)	223
診断 1 (パラメータ)	225
診断イベント	105, 106

診断イベントのシミュレーション (パラメータ)	241
診断リスト (サブメニュー)	225
診断動作の割り当て (パラメータ)	206
数値形式 (パラメータ)	215
製造者 ID (パラメータ)	229
製品の安全性	10
設定 (メニュー)	154
設定バックアップの表示 (サブメニュー)	217
設定管理 (パラメータ)	217
前回のチェック時刻 (パラメータ)	242
前回の診断結果 (パラメータ)	223
測定された上層部厚さ (パラメータ)	178
測定した電流 1 (パラメータ)	232
測定値 (サブメニュー)	230
測定値 (パラメータ)	239
測定値の割り当て (パラメータ)	239
測定物グループ (パラメータ)	155
測定物タイプ (パラメータ)	170
測定物特性 (パラメータ)	170
対処法	
終了	107
呼び出し	107
端子電圧 1 (パラメータ)	233
中間高さ (パラメータ)	188
直径 (パラメータ)	188
電流スパン (パラメータ)	201
電流出力 1~2 (サブメニュー)	200
電流出力 1~2 のシミュレーション (パラメータ)	239
電流出力 1~2 の値 (パラメータ)	240
電流出力の割り当て (パラメータ)	200
登録商標	8
動作モード (パラメータ)	154
廃棄	117
比較の結果 (パラメータ)	218
表示 (サブメニュー)	211
表示のコントラスト (パラメータ)	216
表示のダンピング (パラメータ)	214
表示間隔 (パラメータ)	214
表示形式 (パラメータ)	211
不感知距離 (パラメータ)	173, 176, 193
不適切なコード (パラメータ)	196
満量校正 (パラメータ)	157
用途	9
労働安全	9

0~9

1 の値表示 (パラメータ)	213
----------------------	-----

B

Bluetooth® ワイヤレス技術	69
--------------------------	----

D

DC の計算値 (パラメータ)	178
DC の計算値を使用 (パラメータ)	179, 180
DC の自動計算 (ウィザード)	180
DC 値 (パラメータ)	162, 178, 180
DD	85

DIP スイッチ

書き込み保護スイッチを参照

F

FHX50	68
FV (HART デバイス変数)	85

H

HART インテグレーション	85
HART デバイス変数	85
HART ループコンバータ HMX50	59
HART プロトコル	70
Heartbeat (サブメニュー)	244
HMX50	59

L

Language (パラメータ)	211
------------------------	-----

P

PV (HART デバイス変数)	85
------------------------	----

S

SIL/WHG 確認 (ウィザード)	195
SIL/WHG 無効 (ウィザード)	196
SV (HART デバイス変数)	85

T

TV (HART デバイス変数)	85
------------------------	----

ア

アクセサリ

機器固有	118
サービス関連	131
システムコンポーネント	131
通信関連	130
アクセスコード	72
不正な入力	72
アクセスコード設定	72
アクセスコードの確認 (パラメータ)	222
アクセスコード設定 (ウィザード)	222
アクセスコード設定 (パラメータ)	220, 222
アクセスコード入力 (パラメータ)	169
アクセスステータス ツール (パラメータ)	168
アクセスステータス表示 (パラメータ)	169
アプリケーション	9
安全上の注意事項	
基本	9

イ

イベントテキスト	106
イベントリスト	112
イベントリスト (サブメニュー)	226
イベント履歴	112
イベントレベル	
シンボル	105
説明	105
イベントログのフィルタリング	112
イベントログブック (サブメニュー)	226

ウ

ウィザード

DC の自動計算	180
SIL/WHG 確認	195
SIL/WHG 無効	196
アクセスコード設定	222
プローブ長の補正	199
マッピング	167

エ

エコー信号消失時の値 (パラメータ)	192
エコー信号消失時急上昇 (パラメータ)	193

オ

オーダーコード (パラメータ)	228
-----------------------	-----

カ

外筒管	30
界面測定の設定	93
書き込みアクセス権	72
書き込み保護	
アクセスコードによる	72
書き込み保護スイッチを使用	73
書き込み保護スイッチ	73

キ

キーパッドロック

スイッチオン	76
無効化	76
機器交換	116
機器設定の管理	98
機器の使用	
不明な場合	9
不適切な用途	9
機器の用途	
用途を参照	
記号表示	78
気相補正	
ロッドプローブの取付け	46

ケ

現場表示器	67
アラーム状態時を参照	
診断メッセージを参照	

コ

コアキシャルプローブ

構造	11
切断	44
横応力	22
コアキシャルプローブの固定	29
工具	42
コンテキストメニュー	83

サ

サービスインターフェイス (CDI) 経由の操作ツール	70
サブメニュー	
Heartbeat	244
イベントリスト	112, 226
イベントログブック	226

シミュレーション	238, 239
スイッチ出力	205
チャンネル 1~4 表示	236
データのログ	234
プローブ設定	197
リニアライゼーション	182, 183, 184
レベル	170
安全設定	192
界面	175
管理	220
機器チェック	242
機器情報	227
高度な設定	168
診断リスト	225
設定バックアップの表示	217
測定値	230
電流出力 1~2	200
表示	211
シ	
システムコンポーネント	131
シミュレーション (サブメニュー)	238, 239
シミュレーションスイッチ出力 (パラメータ)	240
シリアル番号 (パラメータ)	227
資料	
機能	5
資料の機能	5
診断	
シンボル	105
診断イベント	
操作ツール上	108
診断メッセージ	105
診断リスト	109
シンボル	
修正用	81
テキストおよび数値エディタにおいて	81
ス	
スイッチオフの値 (パラメータ)	208
スイッチオフの遅延 (パラメータ)	209
スイッチオンの値 (パラメータ)	207
スイッチオンの遅延 (パラメータ)	208
スイッチの状態 (パラメータ)	209, 240
スイッチ出力 (サブメニュー)	205
スイッチ出力機能 (パラメータ)	205
ステータス信号	78, 105
ステータスの割り当て (パラメータ)	206
スペアパーツ	117
銘板	117
すべてのログをリセット (パラメータ)	235
セ	
設定	
機器設定の管理	98
操作言語	89
洗浄	115
ソ	
操作言語の設定	89
操作上の安全性	10

操作部	
診断メッセージ	106
操作モジュール	77
測定値シンボル	79
測定物	9
タ	
タイムスタンプ (パラメータ)	223, 224, 225
タンクタイプ (パラメータ)	155
タンクの外側への取付け	37
タンクレベル (パラメータ)	161
断熱	39
チ	
地下タンク	34
チャンネル 1~4 表示 (サブメニュー)	236
チャンネル 1~4 の割り当て (パラメータ)	234
テ	
データのログ (サブメニュー)	234
テーブルモード (パラメータ)	188
テーブルを有効にする (パラメータ)	190
テーブル番号 (パラメータ)	189
適用分野	
残存リスク	9
デバイス記述	85
デバイスのタグ (パラメータ)	154, 227
電子部ハウジング	
構成	12
ト	
トラブルシューティング	100
ナ	
内筒管	30
ニ	
入力画面	81
ネ	
ネジ込み接続	47
ハ	
ハードウェア書き込み保護	73
パイプ直径 (パラメータ)	155
ハウジング	
回転	50
構成	12
バックアップのステータス (パラメータ)	218
バックライト (パラメータ)	216
パラメータのアクセス権	
書き込みアクセス権	72
読み込みアクセス権	72
反射波形表示	84
ヒ	
非金属タンク	36
表示部および操作モジュール FHX50	68
表示部の回転	50
表示モジュール	77

表示モジュールの回転 51

フ

ファームウェアのバージョン (パラメータ) 227
 フィルタオプション (パラメータ) 226
 フェールセーフモード (パラメータ) 202, 209
 フランジ 47
 フリーテキスト (パラメータ) 186
 プローブの取付け 43
 プローブ接地 (パラメータ) 197
 プローブ設定 (サブメニュー) 197
 プローブ長の確認 (パラメータ) 198, 199
 プローブ長の補正 (ウィザード) 199
 プロセス特性 (パラメータ) 171, 175

ヘ

ヘッダー (パラメータ) 214
 ヘッダーテキスト (パラメータ) 215
 変換器
 表示部の回転 50
 表示モジュールの回転 51
 変換器ハウジング
 回転 50
 返却 117

マ

マッピング (ウィザード) 167
 マッピングの最終点 (パラメータ) 165, 167
 マップ記録 (パラメータ) 166, 167

メ

メニュー
 診断 223
 設定 154
 メンテナンス 115

ユ

ユーザー様の値 (パラメータ) 190

ヨ

要員の要件 9
 読み込みアクセス権 72

リ

リニアライゼーション (サブメニュー) 182, 183, 184
 リニアライゼーションされたレベル (パラメータ)
 187, 231
 リニアライゼーションされた界面 (パラメータ)
 187, 231
 リニアライゼーションの方式 (パラメータ) 184
 リニアライゼーション後の単位 (パラメータ) .. 185
 リミットの割り当て (パラメータ) 206
 リモート操作 70

レ

レベル (サブメニュー) 170
 レベル (パラメータ) 158, 190
 レベル測定の設定 91
 レベル測定用の取付位置 17
 レベル信号 (パラメータ) 243

レベル測定の設定 91
 レベル単位 (パラメータ) 173, 176
 レベル補正 (パラメータ) 174, 177

ロ

ローププローブ
 許容引張荷重 21
 構造 11
 切断 43
 設置 47
 ローププローブの固定 26
 ロギングの時間間隔 (パラメータ) 235
 ロック状態 78
 ロック状態 (パラメータ) 168
 ロッドプローブ
 構造 11
 切断 43
 横応力 21
 ロッドプローブの固定 27



www.addresses.endress.com
