

Herstellerbescheinigung

Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg

erklärt als Hersteller, dass für die unten aufgeführte Produkte mit dem Order Code

Nivotester FTL325N, FTL325P
mit VKM010: Zulassungen = G,
Auftragsnummer 3018791365 / 3023464154,
Auftragsnummer 3018791384 / 3023464175.

im Mai 2017 das Gerätezertifikat für ATEX II 3 (1)G Ex nA nC [Ex ia Ga] IIC T4 Gc, eingereicht und beantragt wurde.

Diese Geräte sind in Zone 2 installiert, verfügen jedoch über eine eigensichere Speisung in die Zone 0. Diese Geräte dürfen nur in der Temperaturklasse T4 installiert werden.

Bis zur Erteilung der Zulassung liegt die Verantwortung für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen beim Betreiber.

Maulburg, 7-Juni-2017
Endress+Hauser GmbH+Co. KG


i. V. Dr. Arno Götz
Dept. Manager Product Safety
Research & Development Platform


i. V. Hr. Andreas Möller
Department Manager Product Management
Marketing