mycom CLM 152 Transmetteur de conductivité

Instrumentation analyse Instructions de montage et de mise en service









Sommaire

1.1 12 2 21 2.2 23 3 Description de l'appareil 4 3.1 32 3.3 Fonctions de mesure 4 31 3.5 3.6 3.7 4 4.1 42 43 Raccordement électrique du Mycom CLM 152 12 44 4.5 Raccordement des cellules de conductivité...... 22 5 5.1 5.2 6 61 62 6.3 Concept d'utilisation 28 Types d'affichage possibles 30 6.4 65 6.6 6.7 7 71 7.2 Compensation en température 47 Réglages préliminaires 50 7.3 7.4 7.5 7.6 8 81 8.2 83 9 9.1 92 9.3 10 10.1 10.2 10.3 Fichier mère appareil/fichier type 65 Commande à distance avec Commuwin II 65 10.4 10.5 Intégration système via API 66 Paramètres Profibus-PA 68 10.6 10.7 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12 12.1 122 12.3 13 13.1 132 13.3 14

1 Informations générales

1.1 Symboles utilisés



Avertissement !

Ce symbole signale les dangers susceptibles de générer des dégâts irrémédiables pour le matériel.



Attention !

Ce symbole signale les éventuels défauts dus à des erreurs de manipulation.



Remarque !

Ce symbole attire l'attention sur des remarques importantes.

1.2 Attestation de conformité

Le transmetteur de conductivité Mycom CLM 152 a été développé et fabriqué selon les normes et directives européennes en vigueur.



Remarque !

Endress+Hauser fournit une attestation de conformité CE sur simple demande.



2 Conseils de sécurité

2.1 Utilisation conforme à l'objet

Le transmetteur Mycom CLM 152 est un appareil de mesure et de régulation piloté par microprocesseur destiné à la détermination de la conductivité spécifique. Les nombreuses possibilités de programmation et la construction modulaire permettent une parfaite adaptation aux régulations complexes et l'intégration dans les commandes de process automatisées. La version avec protection Ex du Mycom CLM 152 permet également une utilisation en zone dangereuse.

2.2 Généralités sur la sécurité



Avertissement :

Une utilisation non conforme à l'objet risque d'altérer la sécurité et le fonctionnement de la sonde et du système de mesure.

Montage, mise en service, utilisation

Le transmetteur Mycom CLM 152 a été construit selon les règles de sécurité et les directives CE en vigueur, voir les "caractéristiques techniques".

Il peut toutefois être source de danger s'il n'est pas utilisé correctement, par ex. en raison d'un mauvais raccordement.

2.3 Dispositifs de sécurité

Codes d'accès :

Un code empêche un accès intempestif à l'étalonnage et à la configuration de l'appareil.

Fonctions alarme :

Une alarme est émise par la sortie contact lorsqu'un seuil est dépassé pendant un certain temps et en cas de sonde Pt 100 défectueuse. Les appareils avec entrée courant ont en plus une alarme activée en cas de rupture de câble. Seul un personnel qualifié est autorisé à procéder au raccordement, à la mise en service et à la maintenance de l'appareil sous tension. Il doit suivre les instructions contenues dans le présent manuel.

Sauvegarde des données :

La configuration est conservée, même après une coupure de courant.

Protection contre les interférences :

Cet appareil est protégé contre les parasites comme les transitoires, les impulsions haute fréquence et l'électricité statique conformément aux normes européennes en vigueur. Cette protection n'est cependant active que si l'appareil a été raccordé conformément aux instructions contenues dans ce manuel.

3 Description de l'appareil

3.1 Domaines d'application

Le transmetteur Mycom CLM 152 est prévu pour les mesures et régulations dans les domaines suivants :

- Industrie agro-alimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie des process
- Traitement des eaux
- Eau potable
- Surveillance de l'eau ultra-pure

3.2 Principes de mesure

Principe inductif

Dans le cas de la mesure de conductivité selon le principe inductif, une bobine excitatrice génère un champ magnétique alternatif qui induit dans le liquide une tension électrique. La présence d'ions dans le liquide génère un courant électrique dont l'intensité croit avec la concentration en ions. La conductivité de la solution est directement proportionnelle à cette concentration en ions. Le courant dans le liquide génère à son tour à la bobine réceptrice un champ magnétique alternatif. Le courant d'induction qui en résulte est mesuré et délivré comme valeur de conductivité.

Ce principe a pour avantage une mesure sans erreur dans les liquides qui ont tendance à former des dépôts, par ailleurs il n'y a pas de liaison électrique conductrice entre la cellule de mesure et le liquide, ni de polarisation puisqu'il n'y a pas d'électrode.

3.3 Fonctions de mesure

Mesure de concentration

Pour ce type de mesure, les valeurs pour NaOH, HNO3, H2SO4 et H3PO4 ont été programmées dans l'appareil. L'utilisateur peut entrer individuellement d'autres valeurs pour d'autres substances dans la limite de la gamme et les activer le cas échéant comme gamme de mesure de concentration. Voir les sections 7.1.1 "grandeurs de mesure".

Mesure différentielle (pour les versions 2 voies)

On installe deux cellules de mesure en deux points différents du process, par exemple pour la surveillance d'un échangeur d'ions (en amont et en aval de l'échangeur), la séparation de phase ou le dosage de mélanges. La différence des deux résultats est utilisée pour la régulation du process.

Principe conductif

Sous l'effet d'un champ magnétique, des ions migrent, en fonction de leur charge électrolytique, sous forme de cations vers une électrode positive et d'anions vers une électrode négative. La vitesse de déplacement des ions est directement proportionnelle à l'intensité du courant mesurée par l'appareil et traduite sous forme de conductivité.

Compensation de polarisation (conductive)

Les effets de polarisation dans un couche limite entre l'électrode et la solution à mesurer restreignent la gamme de mesure des cellules conductives. Le transmetteur Mycom CLM 152 peut, grâce à un procédé intelligent de traitement du signal, reconnaître les effets de polarisation et les compenser. La gamme de mesure utile d'une cellule s'en trouve nettement augmentée.

Commutation à distance de la gamme de mesure

L'appareil est capable de mémoriser des réglages pour 4 gammes de mesure :

- Attribution de la gamme de mesure (0/4...20 mA)
- Valeurs de consigne et hystérésis pour les contacts de seuil
- Coefficients de température
- Temporisation alarme

Pour cette commutation, il faut configurer les seuils internes ou raccorder les entrées binaires (module supplémentaire FCXI).

-∂ | റ

lm152d03.chp

3.4 Ensemble de mesure

Un ensemble de mesure complet comprend :

- une cellule de mesure inductive ou conductive avec sonde de température intégré Pt 100
- un câble de mesure de conductivité adapté avec ou sans boite de jonction pour le prolongement du câble
- un transmetteur de mesure Mycom CLM 152
- version d'appareil Ex conductive : peut être combinée à toutes les cellules de conductivité; inductive : combinaison seulement avec



CLS 50

Cellule de mesure de conductivité, par ex.



Exemple d'un ensemble de mesure conductif complet :

- ① Cellule de mesure de conductivité, par ex. CLS 12
- ② Boîte de jonction VS (variante)
- ③ Mycom CLM 152

3.5 **Caractéristiques principales**

- Ecran graphique 128 x 64 rétroéclairé
- Commande en texte clair
- Nombreuses possibilités de programmation, clairement structurées
- Configuration et étalonnage protégés par des codes d'accès librement configurables
- Extension avec modules embrochables, de ce fait deux entrées de mesure, entrée courant pour alarme marche à vide, deux sorties courant 0/4...20 mA et jusqu'à 5 contacts de sortie sont possibles



Remarque :

Seul le service d'assistance technique Endress+Hauser est habilité à installer ou remplacer les modules embrochables.

-⇒ [3

3.6 Variantes d'appareils

La référence de commande sur la plaque signalétique de l'appareil permet d'identifier la variante et le type de tension d'alimentation.

Transmetteur	de conductivité et de résistivité CLM 152
Doition do	
sorties de	signal 0/4 20 mA pour conductivité/MQ et température 2 contacts de sortie
301103 00	
	Equipement et certificat
A1A	1 circuit, version de base
A1B	1 circuit, 3 relais/Chemoclean
A1C	1 circuit, entrée analogique/hold/commutation à distance de la gamme de mesure
A1D	1 circuit, 3 relais/Chemoclean, entrée analogique/hold/commutation à distance de
A1E	la gamme de mesure
ATE	l circuit, Ptolibus
A1G	1 circuit, entrée analogique/hold/commutation à distance de la gamme de mesure. Profibus
A1H	1 circuit, 3 relais/Chemoclean, entrée analogique/hold/commutation à distance de la gamme de mesure, Profibus
A2A	2 circuits, version de base
A2B	2 circuits, 3 relais/Chemoclean
A2C	2 circuits, entrée analogique/hold/commutation à distance de la gamme de mesure
A2D	2 circuits, 3 relais/Chemoclean, entrée analogique/hold/commutation à distance de
	la gamme de mesure
A2E	2 circuits, Profibus
A2F	2 circuits, 3 relais/Chemoclean, Protibus
AZG	2 circuits, entree analogique/noid/commutation a distance de la gamme de mesure, Profibus
Z1A	1 circuit, EEx em (ia/ib) IIC T4
Z1B	1 circuit, 3 optocoupleurs/Chemoclean, EEx em (ia/ib) IIC T4
210	1 circuit, entree analogique/hold/commutation a distance
710	de la gamme de mesure, EEX em (la/lb) IIC 14
210	de la gamme de mesure. EEx em (ia/ib) IIC T4
Z1E	1 circuit. Profibus EEx em (ia/ib) IIC T4
Z1F	1 circuit, 3 optocoupleurs/Chemoclean avec Profibus EEx em (ia/ib) IIC T4
Z1G	1 circuit, entrée analogique/hold/commutation à distance de la gamme de mesure, Profibus
Z2A	2 circuits, EEx em (ia/ib) IIC T4
Z2B	2 circuits, 3 optocoupleurs/Chemoclean, EEx em (ia/ib) IIC T4
Z2C	2 circuits, entrée analogique/hold/commutation à distance de la gamme de mesure,
	EEx em (ia/ib) IIC T4
Z2E	2 circuits, Profibus EEx em (ia/ib) IIC T4
	Alimentation
	0 230 V, 50 / 60 Hz
	1 115 V, 50 / 60 Hz
	2 200 V, 50 / 60 Hz
	3 24 V, 50 / 60 Hz
	8 24 V. DC
	C D F F NI J commutable
	Principe de mesure/Equipement
	10 conductif
	15 Inductif
	20 conductif avec tropicalisation
	Fixation
	A sans fixation
	B set de fixation sur mât

٦



lm152d03.chp

	ENDHESS+HAUSER MYCOM	CE	
order-code: CLM152-Z1B0A10 serial no./SerNr.: XA mainboard: 0ut 2x 0/420mA;500 0hm / 2x optocoupler contact slot 1: 1: max. 2000mS; 20Mohm; -20+150°C slot 2: 0ut: 2 x 0/420mA; 500 0hm slot 2: slot 3: out: 2 x 0/420mA; 500 0hm slot 3: slot 4: out: 3 x optocoupler contact slot 4: slot 4: out: 3 x optocoupler contact slot 4: slot 4: out: 3 x optocoupler contact slot 4: ambisNtetz: 230V 48-62Hz mx.10VA IP65 amblent temp./Umgebungstemp:: 10+50°C BVS95.D.2098 slot 4:	order code: CLM152-A1A0A15A serial no. / SerNr.: 400XXX mainboard: out 2 x 0/4 20mA; 600 Ohm / 2x re slot1: in 0 2000mS/cm; -35+250°C slot2: out 2 x 0/4 20mA; 600 Ohm slot3: out Profibus PA; 31.25 kbit/s slot4: out 3 x relay contact mains / Netz: 230V 48 62Hz max.10VA ambient temp./Umgebungstemperatur: -10	V3 elay contact IP 65 *C 0 +55 *C	

Plaque signalétique Mycom CLM 152 en version Ex (gauche) et version non Ex (droite)

3.7 Accessoires

3.7.1 Accessoires fournis

- 2 x PE 13,5, uniquement pour version non Ex
- Jeu de fixation pour montage en façade d'armoire et montage sur mât (uniquement pour version B)
- 1 plaque pour le repérage du point de mesure avec 2 rivets

Aperçu des cellules et des gammes de mesure correspondantes



4>	
3	2

3.7.2 Solutions d'étalonnage

Type Conductivité pour 25 °C ¹⁾		Référence de commande	
CLY 11-A	74,0 µS	50081902	
CLY 11-B	149,6 µS	50081903	
CLY 11-C	1,406 mS	50081904	
CLY 11-D	12,64 mS	50081905	
CLY 11-E	107,00 mS	50081906	
 En fonction de la fabrication, les valeurs peuvent être légèrement différentes. La précision est relative à la valeur indiquée sur la bouteille. 			

Solutions d'étalonnage de précision pour conductivité, précision ± 0.5 % à 25 °C, bouteille de 500 ml.

3.7.3 Boite de jonction VBM pour cellules inductives



Dimensions boite de Fig. 3.5 jonction VBM Le montage de la boite de jonction VBM est nécessaire pour prolonger le câble de raccordement de la cellule CLS 52/CLS 50 au delà de la longueur normale au moyen d'un câble spécial vers le transmetteur.

La boite de jonction VBM est livrée avec 2 x PE 13,5 et 10 bornes à visser isolées pour liaison monofil. Matériau : aluminium laqué, protection IP 65



lm152d03.chp

3.7.4 Boite de jonction VS pour cellules conductives

Boite de jonction avec entrée de câble et prise avec connecteur 7 broches SXP pour une liaison embrochable entre la cellule et le câble vers le transmetteur. Matériau : synthétique, protection IP 65



Dimensions boite de Fig. 3.6 jonction VS

3.7.5 Câble de cellule CLK 5

Câble spécial pour la prolongation du câble de cellule inductive, permettant d'atteindre une longueur totale max. de 55 m.

3.7.6 Câble de cellule CYK 71

Câble spécial pour la prolongation dans le cas de cellules conductives.

4 Installation

4.1 Stockage et transport

Pendant le transport et le stockage, l'appareil est protégé par l'emballage d'origine résistant aux chocs et à l'humidité. L'utilisateur veillera

4.2 Déballage

Veillez à ce que le contenu ne soit pas endommagé. Sinon, contacter le transporteur ou la poste et le fournisseur.

Vérifiez si la livraison est complète à l'aide de la liste de colisage et de votre bon de commande :

- quantité
- type et version d'appareil (voir fig 3.3)
- accessoires (voir section 3.7)
- instructions de mise en service

4.3 Montage

Montage mural (version de fixation A et B)

à observer les conditions ambiantes (voir caractéristiques techniques).

Conservez l'emballage d'origine, il pourra être réutilisé pour le stockage ou pour une expédition le cas échéant.

En cas de doute, contactez le fournisseur ou l'agence la plus proche (voir les adresses au dos de la notice).



Dimensions pour le mon-Fig. 4.1 tage mural

Insérez les vis fournies dans les perçages du boîtier et monter l'appareil comme l'illustre la figure 4.1.

Les perçages sont occultés avec les bouchons livrés.



lm152d04.chp

Montage sur mât et montage en armoire électrique (version B)

Montez les différentes pièces du kit fourni pour la version B à l'arrière du boîtier comme l'illustre la fig. 4.2.

Découpe d'armoire :161+0.5 x 241+0.5 mmProfondeur d'insertion :134 mmDiamètre du tube :max. 70 mm



Attention :

Pour le montage en plein air, prévoir un auvent de protection climatique CYY 101 (voir accessoires de montage).



Kit pour montage en armoire et sur mât (réf. commande 50061357)

Fig. 4.2



Montage en armoire et montage sur mât du .3 Mycom CLM 152

Accessoires de montage

Auvent de protection climatique CYY 101 Pour le montage en plein air du Mycom CLM 152 pour le montage sur des tubes verticaux ou horizontaux, il faut en plus 2 sets de fixation sur mât (voir fig. 4.5). Matériau : acier inox Réference de commande : CYY101-A



Capot de protection clima-Fig. 4.4 tique

Montage sur mât pour auvent de protection climatique CYY 101

Pour la fixation de l'auvent de protection sur un tube vertical ou horizontal, diamètre max. 70 mm.

Matériau : acier inox

Réference de commande : 50062121



Montage sur mât pour auvent de protection climati-Fig. 4.5 que CYY 101



4.4 Raccordement électrique du Mycom CLM 152

Avertissement :

- Les travaux sous tension et le raccordement au réseau ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Près de l'appareil il faudra installer un interrupteur qui devra être repéré pour le transmetteur Mycom CLM 152 (voir EN 61010-1).
- Pas de mise en service sans raccordement de terre.
- Avant le raccordement, assurezvous que la tension du site correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.



Attention :

Toutes les lignes de signal doivent être blindées selon la norme VDE 0165 et être installées séparément des autres lignes.



Remarque :

- La protection contre les interférences n'est garantie que si la mise à la terre du blindage est la plus courte possible. N'utilisez pas de prolongation de blindage soudée.
- Dans le cas d'un montage sur mât, il est recommandé de mettre ce dernier à la terre.



- Desserrez les 4 vis qui se situent dans la partie inférieure en face avant du boîtier.
- Retirez le couvercle du compartiment de raccordement.
- Dans le boîtier se situe une carte pliable amovible avec le schéma de raccordement et les informations sur l'occupation des différentes bornes.
- Remplacez les bouchons au fond du boîtier par les presse-étoupe selon le nombre et le type requis.
- Faites passer les câbles dans le compartiment à travers les presse-étoupe.
- Raccordez les câbles conformément au schéma.
- Pour vous assurer du bon tirant d'ancrage, serrez les presse-étoupe.



Avertissement :

Les sorties contact peuvent également être reliées à la tension d'alimentation auxiliaire de l'appareil en zone non Ex.

Pour ceci, il faut pratiquer à l'aide d'une pince une ouverture dans la paroi qui se trouve dans le couvercle du compartiment de raccordement.

Il est possible de relier les deux parties du compartiment de raccordement en fixant le câble sans faire de boucle.

4.4.1 Raccordement du Mycom CLM 152 en zone non Ex







Schéma de raccordement Mycom CLM 152 (version de base)

Fig. 4.7

Module FCL (slot 1, version de base)

- 11 Raccordement Pt 100, câble de sonde
- 12 Raccordement Pt 100, câble de sonde
- 13 Compensation de ligne Pt 100

Pour cellule inductive

- 14 Conducteur interne bobine émettrice
- 15 Blindage bobine émettrice
- 16 Blindage bobine réceptrice
- 17 Conducteur interne bobine réceptrice

Pour cellule conductive

- 14 Conducteur interne câble d'électrodes
- 15 Non raccordé
- 16 Non raccordé
- 17 Blindage câble d'électrodes

Borniers (version de base)

Alimentation :

- L/L+ Phase tension AC ou DC +
- N/L- Phase tension AC ou DC -
- PE Terre alimentation

Sortie courant active :

- 31 Sortie courant (signal conductivité) +
- 32 Sortie courant (signal conductivité) -
- 33 Sortie courant (signal temp.) +
- 34 Sortie courant (signal temp.) -

Contacts de sortie :

- 85 Contact défaut
- 86 Contact défaut
- 87 Contact 1
- 88 Contact 1



Remarque :

 L'état des contacts en cas de coupure d'alimentation ou de défaut sont configurables dans le menu "configuration système".



Remarque :

 Tous les contacts de seuil sont déparasités par des varistances.
 Le cas échéant, il faut également déparasiter les charges raccordées.

Module complémentaire FCL 1 :

Module pour une deuxième entrée conductivité.



Raccordement du module Fig. 4.8 FCL 1

lm152d04.chp

Module complémentaire FCYK :

Avec 3 relais pour régulateur ou Chemoclean Contact 2 Contact 3 Contact 4 89 Contact 2 90 Contact 2 91 Contact 3 92 Contact 3 93 Contact 4 94 Contact 4 692 <u> 89</u> <u>691</u> <u>894</u> 969 93 fcykcon.cdr Fig. 4.9 Module FCYK, Non Ex

Module complémentaire FCXI :

Avec 2 contacts d'entrée binaires pour Hold et commutation à distance de la gamme de mesure et 1 entrée analogique :

21	Entrée analogique courant (+)
22	Entrée analogique courant (-)
81	Entrée binaire 1
82	Entrée binaire 1

- 83 Entrée binaire 2
- 84 Entrée binaire 2



Raccordement du module Fig. 4.10 FCXI

Raccordement lors de l'utilisation de l'alimentation interne

Si l'entrée analogique du module FCXI n'est pas utilisée, l'alimentation interne du transmetteur peut servir à l'alimentation des entrées contact.



Raccordement du module FCXI comme alimentation Fig. 4.11 interne



Caractéristiques techniques :

avec alimentation externe

Entrées contact (bornes 81-84)	passive, alimentation nécessaire		
Tension aux bornes	max. 30 V, nominale 12 V	max. 30 V, nominale 12 V	
Consommation	nominale ≈ 2 mA		
Tension de rupture	séparation galvanique max; 276 V eff		
Tension d'alimentation	20 V à 30 mA		

alimentation interne (bornes 21/22)

Module complémentaire FCYP





4.4.2 Raccordement du Mycom CLM 152 Z en zone Ex

Remarques générales relatives à l'installation en zone explosible

Les appareils comportant la lettre Z sur la plaque signalétique ont été fabriqués et testés conformément aux normes européennes harmonisées (CENELEC), "Equipement électrique pour zone explosible". Une copie du certificat Ex est fournie sur simple demande.

Le transmetteur Mycom CLM 152 construit selon les directives Ex peut être installé en zone 1 et 2. Les cellules de mesure de conductivité adaptées au transmetteur peuvent également être installées en zone 1 sans agrément particulier. Seuls des appareils à sécurité intrinsèque à une entrée signal peuvent être raccordés au transmetteur Mycom en version Ex (série Z).

La cellule inductive CLS 50 a un agrément système avec CLM 152.



Avertissement :

- En fonctionnement continu la protection de l'écran doit rester fermée.
- Le couvercle de la zone de raccordement ne doit être ouvert que si l'appareil est hors tension.

Compartiment et schéma de raccordement







Cellule de mesure inductive et transmetteur en

Compartiment de raccordement du Mycom CLM 152 Ex Fig. 4.14 (version de base)













Module FCL (slot 1, version de base) :

- Raccordement Pt 100, câble de sonde 11
- 12 Raccordement Pt 100, câble de sonde
- 13 Raccordement compensation de câble

Cellule inductive

- Conducteur interne bobine émettrice 14
- 15 Blindage bobine émettrice
- Blindage bobine réceptrice 16
- 17 Conducteur interne bobine réceptrice

Cellule conductive

- 14 Conducteur interne câble d'électrode
- 15 non raccordé
- 16 non raccordé
- 17 Blindage câble d'électrode

Valeurs de raccordement pour circuits courant bornes 11 à 17 :

 $C_{a,max} = 50 \text{ nF}$

$L_{a,max} = 100 \,\mu\text{H}$

Module FCYI (slot 2, version de base) :

Sortie courant active

- 31 Sortie courant (signal conductivité) +
- Sortie courant (signal conductivité) -32
- 33 Sortie courant (signal temp.) +
- 34 Sortie courant (signal temp.) -

Valeurs de raccordement pour circuits de courant bornes 31 à 34 :

U _{max} = 16,4 V	I _{max}	= 65 mA
$P_{max} = 1,1 W$		
$C_{a max} = 40 \text{ nF}$	La max	= 100 uH

Borniers (version de base) :

Alimentation :

- Tension AC phase L
- Ν Tension AC neutre
- ΡE Terre

Contacts de sortie :

- Contact défaut + 85
- 86 Contact défaut -
- 87 Contact 1 +
- 88 Contact 1

lm152d04.chp





Remarque :

En cas de coupure de courant, les sorties de l'optocoupleur sont à haute impédance.



Caractéristique des transistors de commutation sur la carte principale et Fig. 4.17 le module FCYK

Module complémentaire FCL

- 11 Raccordement Pt 100, câble de sonde
- 12 Raccordement Pt 100, câble de sonde
- 13 Raccordement compensation de ligne

Cellule inductive

- 14 Conducteur interne bobine émettrice
- 15 Blindage bobine émettrice
- 16 Blindage bobine réceptrice
- 17 Conducteur interne bobine réceptrice

Cellule conductive

- 14 Conducteur interne câble d'électrode
- 15 non raccordé
- 16 non raccordé
- 17 Blindage câble d'électrode

Valeurs de raccordement pour circuits de courant bornes 11 à 17 :

rant pomes in a			
$C_{a,max}$	=	50 nF	
La,max	=	100 µH	

Attribution des voies Conductivité 1/Température 1 Slot 1 Conductivité 2/Température 2 Slot 2



Raccordement carte Fig. 4.18 embrochable FCL 1





Module complémentaire FCYK Ex :

Avec 3 optocoupleurs pour régulateur ou Chemoclean



89	Contact 2
90	Contact 2
91	Contact 3
92	Contact 3
93	Contact 4
00	Oomaot 1
94	Contact 4

Sorties avec transistors NPN. Les raccordements des émetteurs (E) doivent avoir un potentiel négatif par rapport aux collecteurs (C).





Liaison externe des contacts de sortie sur le mo-Fig. 4.20 dule FCYK



lm152d04.chp

Module complémentaire FCXI :

Avec 2 entrées contact pour Hold et commutation à distance de la gamme de mesure et 1 entrée analogique avec alimentation de transmetteur

21	Entrée courant (+)
22	Entrée courant (-)
81	Entrée contact 1
82	Entrée contact 1
83	Entrée contact 2

84 Entrée contact 2



Raccordement du module Fig. 4.21 FCXI



Module complémentaire FCYP

Interface digitale Profibus PA :







Raccordement module Fig. 4.23 FCYP

4.5 Raccordement des cellules de conductivité

Cellules inductives

Le raccordement des cellules de conductivité est réalisé avec un câble de mesure spécial multibrins.

Pour prolonger le câble de mesure, il faut utiliser la boîte de jonction VBM.



Attention :

Protégez impérativement les connecteurs et les bornes contre l'humidité, sinon des erreurs de mesure peuvent se produire.



Cellule inductive avec câble de raccordement (ici Fig. 4.24 CLS 52)

Construction et confection du câble de mesure



Construction des câbles de mesure spéciaux CYK 71 (gauche) et CLK 5 Fig. 4.25 (droite)

Cellules conductives



Attention :

Protégez impérativement les connecteurs et les bornes contre l'humidité, sinon des erreurs de mesure peuvent se produire.



Remarque :

- Pour la compensation de la résistance de ligne l'appareil dispose d'une fonction d'étalonnage de la longueur de câble (voir chap. 11.7.5 "Détermination de la résistance de câble")
- Selon la cellule de mesure utilisée et de la température du produit il convient de respecter un certain temps d'attente (adaptation thermique), jusqu'à ce que la cellule délivre des valeurs de température correctes

Câbles de mesure spéciaux nécessaires pour le raccordement des cellules de conductivité				
Type cellule de mesure Câble Prolongation				
Cellule 2 électrodes avec ou sans sonde de température Pt 100	CYK 71 (0,04 Ω/m)	Boite VBM + CYK 71		
Cellule inductive CLS 50	Câble fixé à la cellule	Boite VBM + CLK 5		
Longueur de câble max.				
Mesure conductive max. 100 m avec CYK 71 (correspond à 10 nF)				
Mesure de résistivité	max. 20 m avec CYK 71 (correspond à 2 nF)			
Mesure inductive max. 50 m(avec CLK ou câble de capteur)				



Raccordement de cellules Fig. 4.26 inductives et conductives

5 Première mise en service

5.1 Opérations préliminaires

Il est vivement recommandé de se familiariser avec l'utilisation de l'appareil avant la première mise en service.



Attention :

Vérifiez tous les raccordements avant la mise sous tension.

Assurez-vous que la cellule de mesure se trouve dans le milieu à mesurer ou dans une solution étalon, sinon aucune valeur plausible n'est affichée.

5.2 Menu "mise en service"

La routine de configuration qui se déroule dans le menu paramétrage/mise en service interroge automatiquement toute les données nécessaires au fonctionnement du transmetteur. Ainsi, vous êtes sûr que le transmetteur possède toutes les valeurs de service.

Le transmetteur vous demande tout d'abord de sélectionner la langue de travail, puis de confirmer avec la touche "E". L'affichage passe à la question suivante. Procédez de la même façon pour toutes les autres questions (voir chapitre 6, "exploitation").



Avertissement :

Avant la mise sous tension, assurezvous qu'aucun danger ne menace l'installation à laquelle est intégrée le transmetteur, par ex. par des vannes, pompes ou similaires, surtout dans le cas d'une activation de ces derniers de manière incontrôlée.

- Il est possible d'appuyer sur les touches CAL, DIAG, MEAS et PARAM pour terminer la mise en service.
- La mise en service est reprise après chaque mise sous tension tant qu'elle n'a pas été effectuée complètement.
- La routine de mise en service est toujours accessible avec le code de sécurité réservé au "spécialiste".



Mise en service / Checklist				
Déroulement mise en service	voir section	Sélection	Réglage par défaut	Vos réglages
Langue	7.1.5	Version A : Version C : Deutsch, Deutsch, English, English, Français, Français, Italiano Nederlands, Japanese	English	
Contraste de l'affichage LCD	7.1.5	Réglage selon les besoins	"moyen"	
Date	7.1.5	Entrée de la date	Date actuelle	
Heure	7.1.5	Entrée de l'heure	Heure d'Europe centrale, pas d'heure d'été	
Grandeur de mesure	7.1.1	Conductivité Concentration Résistivité (MΩ)	Conductivité	
Cellule de mesure	7.1.1	CLS 50 CLS 52 c = 0,01 / c = 0,1 / c = 1 / c = 10	CLS 52	
Principe de mesure (seulement pour différence)	7.1.1	Mesure de différence (circuit ou différence)	Mesure de différence	
Unité SI	7.1.1	Sélection de l'unité µS/cm, mS/cm ou mS/m, S/m	µS/cm, mS/cm	
Sonde de température 1	7.1.1	Type de sonde de température PT 100 / PT 1000 / NTC 30 k Ω	PT 100	
Sonde de température 2	7.1.1	Type de sonde de température (seulement pour différence)	PT 100	
Unité température de mesure	7.1.5	Celsius [°C], Fahrenheit [°F], Kelvin [K]	Celsius [°C]	
Compensation en température	7.3.2	ATC (compensation automatique) MTC (compensation manuelle)	ATC	
Compensation en température (uniquement pour MTC; MTC 2 uniquement pour différence)	7.3.2	–35,0 250,0 °C	25,0 °C	
Sélection Air Set	11	Attention seulement pour inductif ne pas activer Air Set exécuter Air Set entrer Air Set	ne pas activer Air Set	



Mise en service / Checklist suite					
Déroulement mise en service voir section		Sélection	Réglage par défaut	Vos réglages	
Contact d'entrée (seulement avec carte FCXI)	7.1.1	2xHold, 1xHold + 1xcommutation à distance 2xcommutation à distance	2xHold		
Fonction des relais	7.1.4	2 Relais Maintenance, seuil (pour version de base)	Maintenance		
		5 Relais (seulement avec FCYK) Défaut ¹⁾ /seuil ²⁾ Chemoclean / 2xseuil Chemoclean / 1xseuil Défaut ¹⁾ / commutation gamme mesure Maintenance / Seuil / commutation gamme mesure	Défaut ¹⁾ / Seuil		
Contact défaut ¹⁾	7.1.4	Contact normalement ouvert Contact normalement fermé	Contact normalement fermé		
Relais défaut	7.1.4	Contact fugitif Contact permanent	Contact permanent		
Attribution contact en cas de défaut	7.1.4	Contact maintenance, Pas d'attribution	Contact de maintenance		
Mise en service		Terminer Reprendre	Terminer		

¹⁾ selon recommandation NAMUR

lm152d06.chp

6 Utilisation



6.1 Eléments de commande

6.2 Affichage



Affichage du Fig. 6.2 Mycom CLM 152



6.3 Fonction des touches

Mesure

MEAS

CAL

• Affichage de l'écran Retour au mode de mesure depuis n'importe quelle position

Etalonnage

- Activation du mode d'étalonnage
- Affichage du menu d'étalonnage

Diagnostic

DIAG .

- Interrogation des messages de défaut et de maintenance
- Interrogation des informations et statistiques
- Activation de la routine de maintenance, avec simulation, données internes et contrôle d'appareil
- La DEL rouge signale la présence d'un défaut.

Paramétrage

- Affichage du menu de configuration (régler l'appareil sur nouvelle fonction de mesure et de régulation)
- Retour au menu supérieur

6.4 Concept d'utilisation

Les fonctions du transmetteur Mycom CLM 152 sont réparties dans 4 groupes principaux :

Mesure

PARAM

- Etalonnage
- Diagnostic
- Paramétrage

A chaque groupe est attribuée une touche de commande. Chaque groupe principal contient un sous-groupe dans lequel figurent les fonctions. Les sous-groupes sont représentés par des menus qui sont sélectionnés avec les touches ↑ et ↓ (en inverse). Le menu peut contenir plus de rubriques que celles qui sont affichées à l'écran. Elles sont visibles lorsque le carré en inverse dans la réglette inférieure a été déplacé. Confirmez la sélection avec la touche E.



A la fin du manuel figure un aperçu de toutes les fonctions du Mycom.



- Incrémentation de la valeur affichée en inverse
- Sélection de la ligne de menu par déplacement du carré affiché en inverse
- Retour à la mesure précédente
- Incrémentation de la valeur affichée en inverse
- Sélection de la ligne de menu par déplacement du carré affiché en inverse
- Passage à la mesure suivante
- Sélection de la position d'édition en cas de valeurs à plusieurs digits



Entrée

- Prise en compte d'une valeur ou d'un paramètre de configuration
- Sélection de ligne de menu affichée en inverse

Pour sélectionner une option ou régler des paramètres dans le sous-groupe, on entre une valeur numérique.

Sélectionnez la position à éditer avec la touche \rightarrow et réglez la valeur souhaitée avec les touches \uparrow et \downarrow .

Répétez cette procédure pour toutes les autres positions et confirmez avec la touche E. Les valeurs limites sont indiquées dans l'avant-dernière ligne de l'affichage, un dépassement n'est pas autorisé.

Après la confirmation apparaît le paramètre suivant. Lorsque tous les paramètres d'un sous-groupe ont été interrogés, l'appareil retourne au menu principal.

La touche "Param" permet d'accéder au menu supérieur.

lm152d06.chp





Remarque :

Il est possible de passer à un autre groupe principal depuis n'importe quelle position dans un sousgroupe. Un réglage qui n'a pas été confirmé avec la touche E n'est pas validé. Si aucune entrée n'est effectuée dans le sous-groupe pendant plus de 10 minutes, l'appareil retourne automatiquement au mode de mesure (sauf mise en service, simulation et étalonnage).



Schéma du concept d'utilisation du Mycom

Fonction HOLD

Afin d'empêcher tout déréglage intempestif des sorties courant ou des positions des contacts de régulation pendant la configuration ou l'étalonnage, l'état présent peut être "gelé" ou une valeur de sortie courant peut être spécifiée avec la fonction HOLD. Les contacts de sortie du détecteur de seuil sont alors passifs (contact de fermeture ouvert, contact d'ouverture fermé)

Dans la ligne d'affichage supérieure apparaît à droite HOLD au lieu de la valeur de courant, à gauche on peut lire la valeur mesurée actuelle du paramètre principal.

Voir :

- section 6.7, menu utilisation rapide, HOLD on/off
- section 7.2, menu sortie courant, type HOLD : valeur de courant fixe, dernière valeur mesurée
- section 7.5, menu préréglage étalonnage, HOLD pendant étalonnage : oui / non



6.5 Types d'affichage possibles

En fonction du type de mesure, le transmetteur Mycom CLM 152 propose jusqu'à six types d'affichage que l'on sélectionne avec les touches \uparrow et \downarrow . Ils se distinguent par la taille des chiffres et le nombre des informations complémentaires.



Remarque :

les états des contacts sont uniquement affichés si un ou deux contacts sont configurés comme contacteurs de seuil.

Mesure de conductivité				
	Premier écran	Affichage principal : Info. complé- mentaire :	Mesure de conductivité en mS/cm ou µS/cm (grands caractères permettant une lecture depuis un point éloigné) Gamme de mesure (uniquement pour commutation à distance de la gamme de mesure)	
Mesure à une voie	Deuxième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Valeur de conductivité en mS/cm ou µS/cm Gamme de mesure (uniquement pour commutation à distance, type de compensation en température), Milieu mesuré, compensation en température	
	Troisième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Valeur de conductivité en mS/cm ou µS/cm Comme 2ème écran, avec état des contacts en plus (uniquement pour détection de seuil)	
Mesure différentielle	Premier écran	Affichage principal : Info. complé- mentaire :	Valeur mesurée de différence de conductivité (Δ conductivité) en mS/cm ou μ S/cm (grands caractères) Gamme de mesure (uniquement pour commutation à distance de la gamme de mesure)	
	Deuxième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Valeur mesurée de différence de conductivité (Δ conductivité) en mS/cm ou μ S/cm (grands caractères) Gamme de mesure (uniquement pour commutation à distance de la gamme de mesure), type de compensation en température Milieu mesuré, compensation en température instantanée	
	Troisième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Valeur mesurée de différence de conductivité (Δ conductivité) en mS/cm ou μS/cm (grands caractères) Comme 2ème écran, avec état des contacts en plus (uniquement pour détection de seuil)	
	Quatrième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Valeur mesurée de différence de conductivité (Δ conductivité 1) en mS/cm ou μS/cm Comme 3ème écran	
	Cinquième écran	Aff. principal : Info. complém.	Valeur mesurée de différence de conductivité (Δ conductivité 2) en mS/cm ou μS/cm Comme 3ème écran	
		Mes	ure de concentration	
Mesure à - une voie	Premier écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Valeur de concentration en % (grands caractères pour permettre lecture à distance) Gamme de mesure (uniquement pour commutation à distance de la gamme de mesure)	
	Deuxième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Valeur mesurée de concentration en % (grands caractères) Comme premier écran, avec type de compensation en température en plus, compensation en température instantanée	
	Troisième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Valeur de concentration en % (grands caractères) Comme 2ème écran avec état des contacts en plus (uniquement pour détection de seuil)	
	Quatrième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Valeur de concentration en % Comme 1er écran, avec valeur de conductivité en plus	
	Cinquième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Valeur mesure de concentration en % Comme 3ème écran, avec valeur de conductivité en plus	

lm152d06.chp

Ê **^ €** ¥≯

6

Mesure de résistivité					
Mesure à une voie	Premier écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Mesure de résistivité en M Ω cm ou k Ω cm (grands caractères pour lecture à distance) Gamme de mesure (uniquement pour commutation à distance de la gamme de mesure)		
	Deuxième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Mesure de résistivité en $M\Omega$ cm ou k Ω cm Gamme de mesure (uniquement pour commutation à distance de la gamme de mesure), type de compensation en température, Milieu mesuré, compensation en température instantanée		
	Troisième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Mesure de résistivité en M Ω cm ou k Ω cm Comme 2ème écran, avec état des contacts en plus (uniquement pour contact de seuil)		
	Quatrième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Mesure de résistivité en M Ω cm ou k Ω cm Gamme de mesure (uniquement pour commutation à distance de la gamme de mesure, valeur de conductivité		
	Cinquième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Mesure de résistivité en M Ω cm ou k Ω cm Comme 3ème écran, avec valeur de conductivité en plus		
Mesure différentielle	Premier écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Mesure différentielle de résistivité en M Ω cm ou k Ω cm (grands caractères pour lecture à distance) Gamme de mesure (uniquement pour commutation à distance de la gamme de mesure)		
	Deuxième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Mesure différentielle de résistivité en M Ω cm ou k Ω cm Gamme de mesure (uniquement pour commutation à distance de la gamme de mesure), type de compensation en température, Milieu mesuré, compensation en température instantanée		
	Troisième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Mesure différentielle de résistivité en M Ω cm ou k Ω cm Comme 2ème écran, avec état des contacts en plus (uniquement pour contact de seuil)		
	Quatrième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Mesure différentielle de résistivité voie 1 en M Ω cm ou k Ω cm Comme 3ème écran		
	Cinquième écran	Aff. principal : Info. complé- mentaire :	Mesure différentielle de résistivité voie 2 en M Ω cm ou k Ω cm Comme 3ème écran		

6.6 Verrouillage des fonctions

Le transmetteur Mycom CLM 152 dispose de 2 niveaux de commande accessibles via des codes à 4 digits :

- maintenance
- spécialiste



Fig. 6.4 Interrogation du code

Code d'accès inutile :

- Valeurs mesurées
- Liste des erreurs
- Liste d'infos
- Journal
- Historique des données d'étalonnage
- Informations Air Set (seulement pour inductif)

Accessible par l'opérateur :

- Utilisation rapide
- Paramètres d'étalonnage
- Type de mesure de température (ATC, MTC)
- Données internes (n° d'appareil, N° soft, N° soft FCLI, info module)
- Langue, date, heure, n° repère; contraste, code maintenance

Accessible par le spécialiste :

• l'ensemble des menus et des fonctions



Remarque :

L'appareil est livré sans code de verrouillage.

Les menus verrouillés ne sont pas affichés. Seule la touche MEAS permet de quitter le menu code s'il n'y a pas de donnée ou si elle est erronée.

Le code d'accès est réglé dans le menu de configuration (voir section 7.1).



Attention :

En cas de perte des codes, on utilise le code par défaut "**7156**" et on programme un nouveau code dans le menu configuration.

Menu "utilisation rapide" 6.7



Cette fonction permet d'accéder directement à la commande des relais sans devoir parcourir tout le menu de paramétrage. Il s'agit des fonctions suivantes :

- HOLD ON/OFF
- Commutation Auto/Manu
- Consignes

Menu utilisation rapide			
Fonction	Sélection	Réglage usine	
Hold	Hold on / Hold off	Hold off	
Fonction nettoyage	Automatique on Automatique off Démarrage du cycle de nettoyage (si dans le menu Chemoclean activé)	Etat actuel	
Contacteur de seuil / commutation mode de fonctionnement *)	Mode automatique / manuel	Mode manuel	
	Pour mode manuel : Contact 1 off / on Contact 2 off / on Affichage de l'état actuel	Contact 1 off Contact 2 off	
Valeurs de consigne ^{*)}	Entrée consigne 1 Entrée consigne 2	5% ou 95% de la fin d'échelle en fonction de la cellule	

^{*)} les contacts de seuil "commutation mode de fonction" et les contacts de seuil "consignes" sont seulement affichés s'ils ont été activés dans le menu "données d'appareil"

『 『 7

7 Configuration de l'appareil



Remarque :

A la dernière page du manuel figure un aperçu de toutes les fonctions du Mycom.

ightarrow Mise en service	 Défilement des principales fonctions 	🖙 Chap. 5.2		
ightarrow Utilisation rapide	 Hold ON / OFF Relais en mode manuel Paramètres de seuil Démarrage du Chemoclean 	☞ Chap. 6.7		
→ Données d'appareil				
→ Configuration du système	 Mode mesure, type cellule, 2^{ème} sortie courant Code d'accès Contacts de sortie Généralités 	☞ Chap. 7.1		
\rightarrow Sorties courant	 Paramètres des sorties courant HOLD avec dernière valeur / valeur fixe 	@ Chap. 7.2		
→ Température	 Compensation en température Mesure de température automatique / manuelle 	☞ Chap. 7.3		
\rightarrow Etalonnage	Etalonnage paramètre	🖙 Chap. 7.4		
\rightarrow Chemoclean	 Paramètres des fonctions de nettoyage 	☞ Chap. 7.5		
\rightarrow Fonctions de seuil	 L'ensemble des sous-groupes pour la configuration du régulateur 	🖙 Chap. 8		


lm152d07.chp

7.1 Configuration du système



☞ 7.1.1
☞ 7.1.3
☞ 7.1.4
<i>s</i> 7.1.5

7.1.1 Paramètre mesuré

Fonction	Choix	Réglage par défaut
Type de mesure	Conductivité, concentration (pas possible avec différence), résistitivité	Conductivité
Type de cellule	CLS 50, CLS 52, Cellule 2 électrodes : c = 0,01; c = 0,1; c = 1; c = 10	CLS 52 pour conductivité, concentration, 2 circuits c = 0,01 pour résistivité
Mesure différentielle ou à une voie (uniquement si la version le permet)	Mesure différentielle Mesure à une voie	Mesure différentielle
Sélection de l'unité	(mS / cm), (mS / cm) / (mS / m), (S / m) (kΩ cm), (MΩ cm) / (Ω m), (kΩ m)	$(\mu S / cm), (mS / cm)$ pour conductivité, concentration $(k\Omega cm), (M\Omega cm)$ pour M Ω
Sélection sonde de température 1	PT 100 PT 1000 NTC 30 kΩ	PT 100
Sélection sonde de température 2 (seulement pour différence)	PT 100 PT 1000 NTC 30 kΩ	PT 100
Configuration des contacts d'entrée (uniquement avec module d'extension FCXI, commutation à distance de la gamme de mesure, voir ci-dessous)	2 x Hold, 1 x Hold / 1 x commutation à distance 2 x commutation à distance commande externe Chemoclean ^{*)}	2 x Hold

*) Seulement avec configuration relais avec fonction Chemoclean



Attention :

Les données réglées par défaut sont de nouveau activées lors d'un changement de mode de mesure.



Hinweis:

Les appareils 2 circuits sont programmés de manière fixe comme appareils différentiels : 1ère sortie courant : différence 2ème sortie courant : cond. 1, cond. 2, temp. 1 ou temp. 2

7.1.2 Commutation de la gamme de mesure

Le Mycom CLM 152 offre deux possibilités de commutation de gamme de mesure : soit externe, soit interne (automatique; seulement en mode de fonction conductivité). La commutation détermine :

- la sortie courant
- le contact de seuil
- la compensation de température
- le choix du produit (en mesure de concentration)

Commutation de gamme de mesure à distance

La commutation de gamme se fait par des contacts externes par ex. d'un API. Le module d'extension FCXI est nécessaire (raccordement électrique voir chap. 4.4.1). Quatre gammes de mesure max. peuvent être sélectionnées.

Gamme de mesure		GM 1	GM 2	GM 3	GM 4
Etat contact (1 x commutation à distance)	83 / 84	ouvert	fermé	_	_
Etat contact (2 x commutation à distance)	81 / 82	ouvert	fermé	ouvert	fermé
	83 / 84	ouvert	ouvert	fermé	fermé



Commutation automatique de gamme de mesure (seulement en mode de fonction conductivité/circuit unique)

Le Mycom passe automatiquement à la prochaine gamme de mesure. Le module FCYK est nécessaire (raccordement électrique voir chap. 4.4.1). La gamme de mesure actuelle est signalée par le biais des contacts 3 et 4 à l'unité d'exploitation.

Lors de la programmation des contacts 3 et 4, la fonction est automatiquement activée

Exemple de commutation automatique de gamme avec 4 gammes de mesure :

comme fonction "commutation gamme de mesure" (voir chap. 7.1.2)

Dans le menu données d'appareil/commutation interne de la gamme de mesure il est possible d'affecter aux points de commutation une hystérésis individuelle (valeur LOW et HIGH).



Exemple de commutation de gamme de mesure

Valeurs de réglage pour exemple ci-dessus :

	GM 1	GM 2	GM 3	GM 4
Valeur basse		80 µS/cm	1800 μS/cm	18 mS/cm
Valeur haute	100 µS/cm	2000 µS/cm	20 µS/cm	

Voir aussi page 39

7.1.3 Code

Fonction	Choix	Réglage par défaut
Code opérateur (si 0000, pas de verrouillage)	0000 9999	0000
Code spécialiste (si 0000, pas de verrouillage)	0000 9999	0000

7.1.4 Contacts de sortie



Avant la mise en service, assurezvous que le raccordement aux bornes est correct.

• Les contacts de la version non Ex se comportent différemment en cas de coupure de courant (voir tableau attribution des contacts à la page suivante).

Fonction	Choix	Réglage par défaut
Pour la versio	on de base (2 contacts de sortie)	
Fonction pour contacts 1 ¹⁾	Maintenance Seuil USP (seulement pour conductivité conductive)	Maintenance
Type de contact défaut ²⁾	Contact normalement ouvert, Contact normalement fermé	Contact normalement fermé
Type de contact de défaut	Contact fugitif Contact permanent	Contact permanent
Attribution des défauts (E055-E070), au contact de maintenance	Contact de maintenance Aucun contact	Contact de maintenance
Avec module d'e	xtension FCYK (5 contacts de sortie)	
Fonction pour contacts 1 4 ¹⁾	Inductif Défaut/Seuil Défaut/Commutation GM Maintenance/seuil/ commutation GM 1xseuil/Chemoclean 2xseuil/Chemoclean Conductif Défaut/Seuil/USP	Défaut/Seuil

¹⁾ Voir tableau attribution des contacts

 ²⁾ Selon les recommandations NAMUR
 ³⁾ Configuration de relais avec commutation de gamme de mesure pour conductivité/ mode un circuit



Attribution des contacts sur la version de base				
	Sélection maintenance	Sélection seuil	Sélection USP	
Contact de défaut 85/86	Défaut ¹⁾	Défaut ¹⁾	Défaut ¹⁾	
Contact 1 87/88	Maintenance ²⁾	Seuil ²⁾	USP ²⁾	

Contact de relais de la version Non Ex en cas de défaut :

actif (contact NF fermé, contact NO ouvert)
 passif (contact NF ouvert, contact NO fermé)

Attribution des relais pour la version avec module d'extension FCYK						
Sélection	Seuil, Défaut	Défaut/ Commutation GM	Maintenance / Seuil/ Commutation GM	1xseuil Chemoclean	2xseuil Chemoclean	Défaut/ seuil/USP
Contact défaut 85/86	Défaut ¹⁾	Défaut ¹⁾	Défaut ¹⁾	Défaut 1)	Défaut ¹⁾	Défaut ¹⁾
Contact 1 87/88	Mainte- nance ²⁾	Mainte- nance ²⁾	Mainte- nance ²⁾	Mainte- nance ²⁾	Contact seuil 1 ²⁾	Mainte- nance ²⁾
Contact 2 89/90	Contrôle fonction ²⁾	Contrôle fonction ²⁾	Contact seuil ²⁾	Contact seuil ²⁾	Contact seuil 2 ²⁾	Contrôle fonction ²⁾
Contact 3 91/92	Contact seuil 1 ²⁾	Com. GM 1 ²⁾	Com. GM 1 ²⁾	Eau ³⁾	Eau ³⁾	Contact seuil ²⁾
Contact 4 93/94	Contact seuil 2 ²⁾	Com. GM 2 2)	Com. GM 2 ²⁾	Nettoyant ³⁾	Nettoyant ³⁾	USP ²⁾

Contact de relais de la version non Ex en cas de coupure de courant ; ¹⁾ actif (contact NF fermé, contact NO ouvert) ²⁾ passif (contact NF ouvert, contact NO fermé)

³⁾ ouvert

Voir aussi page 37



Remarque:

Le "contact de défaut" est "actif" lorsqu'un défaut de système est détecté (codes erreur 1...23).

Les sorties courant 1 et 2 se bloquent à la valeur réglée (voir section 7.2.1).

Le contact de défaut est fixe pour tous les réglages.

Si l'appareil a été configuré avec un contact de maintenance, celui-ci signale les défauts dans l'appareil ou dans le process qui n'entravent pas le fonctionnement de l'appareil mais nécessitent un contrôle.

En fonction de la configuration en 7.1.4, le besoin de maintenance est signalé avec les codes 30...525 ou 30...780.

Le contact "contrôle de fonction" est actif en mode hold ou lorsque des réglages sont effectués sur l'appareil.

7.1.5 Généralités

Fonction	Sélection	Réglage par défaut
Langue	Version A : Deutsch, English, Français, Italiano Version C : Deutsch, English, Français, Nederlands, Japanese	English
Amortissement à l'entrée ¹⁾ dimensions de la fenêtre de temps pour le moyennage de la mesure	Longueur de filtre 0 (= OFF) 30 s	0
Unité de température	Celsius [°C] Fahrenheit [°F] Kelvin [K]	Celsius [°C]
Date	Jour de la semaine, jour, mois, année	
Heure	Heure, minute	
N° repère (attribution point de mesure)	0 9; A Z	
Contraste de l'affichage	Réglage selon les besoins	

¹⁾ Amortissement à l'entrée

Pour augmenter la stabilité de la mesure contre les interférences, il est possible d'activer un amortissement sous forme de filtre (moyennage). La longueur du filtre doit être adaptée au process de telle manière qu'il supprime les brèves impulsions parasites tout en prenant en compte les variations de mesure effectives.



7.2 Sorties courant



→ Données d'appareil	
→ Généralités	☞ 7.2.1
\rightarrow Sortie courant 1	<i>⊲</i> ≈ 7.2.1
\rightarrow Sortie courant 2	<i>⊲</i> ≈ 7.2.1

7.2.1 Sortie courant 1/2

Signal sortie courant : caractéristique et attribution

Fonction	Choix	Réglage par défaut		
Généralités				
Surveillance de la boucle (Une rupture de câble active le contact de défaut, message de défaut 15/16)	actif inactif	inactif		
Erreur courant (signalée à la sortie 1 et 2 en cas de "défaut")	OFF (pas d'erreur de courant) courant min. ¹⁾ courant max. ²⁾	off		
Type de Hold	Valeur courant fixe Dernière valeur mesurée	Valeur courant fixe		
Courant Hold (seulement pour sélection "valeur courant fixe")	0,00 22,00 mA	20,00 mA		
	Sortie courant 1			
Gamme de courant	0 20 mA ou 4 20 mA	4 20 mA		
Amortissement	1,0 20,0 mA/s	20,0 mA/s		
Sélection de la courbe caractéristique pour le signal de sortie	Pour concentration : linéaire Pour conductivité : linéaire, bilinéaire, logarithme, Caractéristique seulement pour un circuit Pour résistivité : linéaire, bilinéaire, logarithme	linéaire		
Sélection de la commutation à distance (uniquement si la fonction est active, voir menu grandeur de mesure, chap. 7.1.1)	Gamme 1 Gamme 4	Gamme 1		
Entrée des limites de gamme en fonction de la courbe caractéristique sélectionnée	Possibilités de réglage et réglages p voir A) et D)	ar défaut,		

Hinweis

Lors du réglage, la dernière valeur mesurée est mémorisée dans l'EEPROM. Après avoir relansée l'appareil avec hold actif, la valeur mémorisée est édité.

5	7	

Sortie courant 2				
Définition de la grandeur de mesure pour 2ème sortie courant (seulement pour appareil avec 2ème entrée conductivité)	Température 1			
Gamme de courant 0 20 mA ou 4 20 mA 4 20 mA				
Amortissement de sortie 1,0 20,0 mA/s 20,0 mA/s				
Possibilités de réglage pour	temp. 1 ou temp. 2 (pour mesure différ	entielle)		
Limite inf. gamme mesure Température : -35,0 +250,0 °C 0,0 °C				
Limite sup. gamme mesure Température : -35,0 +250,0 °C 20		200,0 °C		
Possibilités de réglage pour Cond. 1 ou Cond 2				
Entrée des limites de gamme de mesure en fonction de la caractéristique choisie Possibilités de réglage et réglages par défaut, voir A) et D)				

¹⁾ 0,00 mA pour gamme de courant 0...20 mA

2,40 mA pour gamme de courant 4...20 mA

²⁾ 22,00 mA

La caractéristique de la sortie courant peut être adaptée aux besoins de l'appareil (traitement de signal, indicateur, enregistreur...). L'attribution de la valeur mesurée à la sortie courant dépend de la gamme de mesure interne de l'appareil et de la courbe caractéristique.

Voici les courbes caractéristiques possibles :

- linéaire A)
- B) bilinéaire
- C) logarithme
- D) tableau (caractéristiques de sortie librement programmables)

A) Courbe caractéristique du signal courant linéaire



Signal de sortie courant avec courbe Fig. 7.2 caractéristique linéaire



lm152d07.chp

Cellule	GM 1 ¹⁾	GM 2 ¹⁾	GM 3 ¹⁾	GM 4 ¹⁾	GM 5 ¹⁾		
	Conductivité						
CLS 50	0 – 200,0 μS/cm	200 – 2000 μS/cm	2,00 – 20,00 mS/cm	20,0 – 200,0 mS/cm	200 – 1000 mS/cm		
max. TD ²⁾	20,0 μS/cm	200 μS/cm	2,00 mS/cm	20,0 mS/cm	100 mS/cm		
CLS 52	0 – 2000 μS/cm	2,00 – 20,00 mS/cm	20,0 – 200,0 mS/cm	200 – 1000 mS/cm			
max. TD	200 μS/cm	2,00 mS/cm	20,0 mS/cm	100 mS/cm			
c = 0,01	0,0 – 200,0 nS/cm	0,200 – 2,000 μS/cm	2,00 – 20,00 µS/cm	20,0 – 200,0 μS/cm			
max. TD	20,0 nS/cm	0,200 μS/cm	2,00 μS/cm	20,0 μS/cm			
c = 0,1	0,000 – 2,000 μS/cm	2,00 – 20,00 µS/cm	20,0 – 200,0 μS/cm	200 – 2000 μS/cm			
max. TD	0,200 μS/cm	2,00 μS/cm	20,0 μS/cm	200 μS/cm			
c = 1	0,00 – 20,00 μS/cm	20,0 – 200,0 µS/cm	200 – 2000 μS/cm	2,00 – 20,00 mS/cm			
max. TD	2,00 μS/cm	20,0 μS/cm	200 μS/cm	2,00 mS/cm			
c = 10	0,0 – 200,0 μS/cm	200 – 2000 μS/cm	2,00 – 20,00 mS/cm	20,0 – 200,0 mS/cm			
max. TD	20,0 μS/cm	200 μS/cm	2,00 mS/cm	20,0 mS/cm			
		R	ésistivité Ω				
c = 0 <u>,</u> 01	20,0 – 200,0 k Ω cm	200 – 2000 k Ω cm	2,00 – 20,00 M Ω cm				
max. TD	20,0 k Ω cm	200 k Ω cm	2,00 M Ω cm				
c = 0 <u>,1</u>	2,00 – 20,00 k Ω cm	20,0 – 200,0 k Ω cm	200 – 2000 k Ω cm				
max. TD	200 k Ω cm	200 k Ω cm	200 k Ω cm				
c = 1	0,200 – 2,000 k Ω cm	2,00 – 20,00 k Ω cm	20,0 – 200,0 k Ω cm				
max. TD	0,200 k Ω cm	2,00 k Ω cm	20,0 k Ω cm				

L'ajustement de la gamme de mesure est automatique pour un maximum de précision et de résolution.
 TD = dilatation de la gamme de sortie courant

Réglage usine conductivité : $0/4 \text{ mA} \rightarrow 0$ 20 mA \rightarrow Fin d'échelle Réglage usine M Ω 0/4 mA \rightarrow Début d'échelle 20 mA \rightarrow Fin d'échelle

Exemple : attribution de la gamme de mesure d'une cellule avec CLS 52, courbe ascendante

- L'étendue de mesure dépend des valeurs de conductivité définies pour 0 ou 4 et 20 mA.
- La différence entre la valeur de 20 mA et 0/4 mA doit être supérieure à la rangeabilité de la gamme de mesure dans laquelle se situe la valeur 20 mA.

Si l'on a défini pour la sortie 20 mA une valeur de 300 μS/cm, la sortie 0/4 mA doit être inférieure au moins de 200 μS/cm (rangeabilité pour gamme 2)

Sont possibles 0.0 μS/cm ... 300 μS/cm 0.0 μS/cm ... 300 μS/cm mais pas
 150 μS/cm ... 300 μS/cm!



Signal sortie courant avec courbe caractéristique linéaire

Cellule	Gamme d'entrée pour 20 mA	Gamme d'entrée pour point d'inflexion			
	Mesure de conductivité				
CLS 50	200 mS/cm – 1000 mS/cm	20,0 µS/cm – 200,0 mS/cm			
CLS 52	2,00 mS/cm – 1000 mS/cm	200 µS/cm – 200,0 mS/cm			
c = 0,01	0,200 µS/cm – 200,0 µS/cm	20,0 nS/cm – 20,00 µS/cm			
c = 0,1	2,00 μS/cm – 2000 μS/cm	0,200 μS/cm – 200,0 μS/cm			
c = 1	20,0 µS/cm – 20,00 mS/cm	2,00 μS/cm – 2000 μS/cm			
c = 10	200 µS/cm – 200,0 mS/cm	20,0 µS/cm – 20,00 mS/cm			
	Mesure de résistivité Ω				
c = 0,01	200 k Ω cm – 20,00 M Ω cm	20,0 k Ω cm – 2000 k Ω cm			
c = 0,1	20,0 k Ω cm – 2000 k Ω cm	2,00 k Ω cm – 200,0 k Ω cm			
c = 1	2,00 k Ω cm – 200,0 k Ω cm	$0,200 \text{ k}\Omega \text{ cm} - 20,00 \text{ k}\Omega \text{ cm}$			

La rangeabilité minimale de la sortie courant est définie par la gamme autocommutée dans laquelle se situe la valeur d'inflexion

La valeur mesurée au point d'inflexion doit être inférieure à (20 mA - rangeabilité)

La valeur 0/4 mA est toujours réglée sur 0 S/cm.

C) Courbe caractéristique logarithmique



Signal sortie courant avec courbe caractéristique Fig. 7.4 logarithmique

Endress+Hauser



lm152d07.chp

Cellule	Gamme pour entrée 20 mA				
	Conductivité				
CLS 50	200 µS/cm – 1000 mS/cm				
CLS 52	2,00 mS/cm – 1000 mS/cm				
c = 0,01	0,200 µS/cm – 200,0 mS/cm				
c = 0,1	2,00 µS/cm – 2000 µS/cm				
c = 1	20,0 µS/cm – 20,00 mS/cm				
c = 10	200 µS/cm – 200,0 mS/cm				
Résistivité Ω					
c = 0,01	200 k Ω cm – 20,00 M Ω cm				
c = 0,1	20,0 k Ω cm – 2000 k Ω cm				
c = 1	2,00 k Ω cm – 200,0 k Ω cm				

La valeur 0/4 mA commute automatiquement sur 1 % de la valeur de 20 mA.

D) Caractéristique librement programmable

Un tableau de sortie courant avec jusqu'à 21 éléments est disponible pour la réalisation d'autres caractéristiques de sortie quelconques.



Exemple d'une caractéristique avec 2 et 4 points de référence

1 : courbe réelleFig. 7.52 : courbe interpolée

¹信 7

Exemple d'un tableau sortie courant pour log 3

Sortie courant [%]	Conductivité [µS/cm]	Sortie courant [%]	Conductivité [µS/cm]
0	0,1	55	4,47
5	0,14	60	6,31
10	0,2	65	8,91
15	0,28	70	12,6
20	0,4	75	17,8
25	0,56	80	25,1
30	0,79	85	35,5
35	1,12	90	50,1
40	1,58	95	70,8
45	2,24	100	100
50	3,16		

Programmation du tableau de sortie courant :

Fonction	Sélection	Réglage usine
Sélection point de référence	Entrée du nombre de points de référence 2 21	2
Entrée des valeurs de sortie courant (%) et de conductivité	0 100 % 0 fin d'échelle (en fonction de la cellule raccordée, voir p. 42)	
Affichage d'état	Les valeurs de sortie courant et de conductivité doivent croitre de point à point sinon on aura l'affichage d'un texte erreur correspondant • "valeur % non monotone croissante" • "valeur Cond. non monotone croissante"	



lm152d07.chp

7.3 Compensation en température



 \rightarrow Données de l'appareil

- → Température

Le coefficient de température indique le changement de conductivité par degré de modification de température. Il dépend à la fois de la composition chimique de la solution et de sa concentration (voir fig. 7.5).

Les solutions salines (NaCl) ont un coefficient qui n'est pas linéaire. La caractéristique du NaCl à 18°C (selon DIN IEC 746 pour de faibles concentrations) est mémorisée dans le transmetteur.



Rapport entre le coefficient de température et la température de solutions de NaCl

7.3.1 Compensation en température

Fonction	Sélection ¹	Réglage par défaut		
Sélection de la gamme de mesure lorsque la fonction commutation est active	Gamme 1 4	Gamme 1		
Type de compensation en température (pour conductivité)	pas de compensation, linéaire, NaCl selon DIN 746, tableau CT, eau ultrapure NaCl, eau ultra-pure USER	Linéaire		
Type de compensation en température (pour résistivité)	Pas de compensation, linéaire, eau ultra-pure NaCl	Linéaire		
Type de compensation en température (pour mesure de concentration)	Pas de compensation, tableau des susbstances (voir 7.6)	Pas de compensation		
Si "lin	néaire" a été sélectionné			
Entrée température de référence	–35,0 +250,0 °C	25,0 °C		
Entrée coefficient de température 0,00 10,00 % / K		2,10 % / K		
Si "NaCl selon DIN 746 / eau ultra-pure" a été sélectionné				
Réglages pas nécessaires				
Si "courbe CT" a été sélectionné				
Sélection de la substance	NaOH HNO3 H3PO4 H2SO4 USER1 USER4 (au choix)	NaOH		
Sélection eau ultra-pure USER	pure HCI USER2 USER4	pure HCI		
Entrée du nom de la substance librement programmable (USER1 USER4)	0 9; a Z (max. 5 digits)	USER1		
Nombre de points pour la courbe C_T	2 10	2		
A chaque point sont attribués une valeur et un coefficient de température ²	Température Coeff. température 000,0 °C 00,00 % / K			

¹ Sélectionnez les valeurs avec les touches " $\uparrow \downarrow$ ".

Appuyez sur la touche " \rightarrow " et éditez avec les touches " $\uparrow\downarrow$ ".

Confirmez la valeur modifiée avec la touche "E".

Sélectionnez les autres valeurs avec les touches " $\uparrow\downarrow$ " ou

confirmez tous les réglages avec la touche "E".

² Les valeurs de température doivent être strictement monotones croissantes et être entrées avec un écart de 10K. Les valeurs CT ne sont pas vérifiées. Après entrée d'un tableau CT celui-ci est vérifié quant à sa validité.



lm152d07.chp

7.3.2 Mesure de température

La compensation en température peut être configurée de deux manières :

Compensation en température manuelle (MTC) :

Sans sonde de température. La température de process est directement entrée dans la gamme -35°C à 250°C.

Procédure :

- Sélectionnez "MTC"
- Entrez la température de process dans la zone "MTC-temp."
- Mesure à 2 voies : répéter la procédure.

Compensation en température automatique (ATC) :

Pour obtenir des mesures de température comparatives précises, il faut étalonner une sonde de température très précise indépendamment de la mesure de conductivité. La température de la solution mesurée doit se situer dans la gamme de température spécifiée entre -35°C et 250°C.

Pendant l'étalonnage, la courbe caractéristique de la sonde Pt 100 est décalée par rapport à la température mesurée.

Procédure :

- Plongez la cellule de mesure ainsi que la sonde de température (mesure comparative) dans le produit
- Sélectionnez "ATC" dans le menu mesure de température
- Entrez la valeur obtenue dans la zone "offset temp."
- Mesure à 2 voies : répéter la procédure

Fonction	Sélection	Réglage par défaut
Type de compensation en température	Manuelle (MTC) Automatique (ATC)	Automatique (ATC)
Si ",	ATC" a été sélectionné	
Entrer la valeur réelle de température pour la voie 1	−35,0 +250,0 °C	
Affichage de la température 1, décalage 1	pas de sélection	
Entrer la valeur réelle de température pour la voie 2 (uniquement pour mesure à 2 voies)	−35,0 +250,0 °C	
Affichage de la température 2, décalage 2	pas de sélection	
Si "MTC" a été sélectionné		
Entrer la température MTC	–35,0 +250,0 °C	25,0 °C
Entrer la température MTC voie 2 (seulement différence)	−35,0 +250,0 °C	25,0 °C

7.4 Réglages préliminaires



 \rightarrow Données d'appareil

 \rightarrow Etalonnage

Fonction	Choix	Réglage par défaut
HOLD pendant étalonnage	oui, non	oui
Entrée du coefficient de température CT de la solution d'étalonnage	0,00 10,00 % / K	2,10 %/K
Entrée de la température de la solution d'étalonnage (uniquement pour mode MTC)	−35,0 +250,0 °C	25,0 °C

7.5 Fonction de nettoyage



→ Données d'appareil

 \rightarrow Chemoclean

La fonction Chemoclean est uniquement possible avec un appareil comprenant 5 contacts de sortie.

Pour un déroulement automatique, il faut installer une sonde CLA 111 et une tête de nettoyage CLR 30. Les fonctions de nettoyage "Chemoclean" sont réglées dans le menu "Configuration de système/Contacts de sortie " (7.1.4).



lm152d07.chp

Fonction	Choix	Réglage par défaut
Nettoyage marche/arrêt, réglage des paramètres	Automatique ON Automatique OFF Configuration	Automatique OFF
Si "conf	guration" a été sélectionné	
Type de programme de nettoyage	Nettoyage cyclique, programme hebdomadaire	Nettoyage cyclique
Si " nettoya	ge cyclique " a été sélectionné	
Cycle de nettoyage	0,1 99 h (résolution 0,1 h / 6 min)	8 h
Si " programme	hebdomadaire " a été sélectionné	
Paramètre du programme hebdomadaire	Régler, interrompre	Régler
Programme hebdomadaire	Nombre de démarrages (012) individuels pour chaque jour de la semaine (LuDi)	0
Programme journalier	Temps de démarrage individuel pour chaque n° de démarrage	00 h 00 min
Jour suivant	Edition du jour suivant, interruption	
Durée de prérinçage	0 999 s	10 s
Durée de nettoyage	0 999 s	5 s
Durée de rinçage	0 999 s	10 s
Taux de répétition	0 5 fois	0
Nombre de cycles de nettoyage avec solution de nettoyage	0 9 fois	0
HOLD pendant Chemoclean	ON, OFF	ON
Temporisation HOLD (pour permettre la stabilisation de la mesure)	0 999 s	10 s
Durée de nettoyage totale	Pas de sélection	00 h 00 m 00 s





→ Données de l'appareil

→ Sélection du milieu mesuré



Ce menu n'apparaît que si vous avez sélectionné la mesure de concentration (voir menu grandeur de mesure, section 7.1.1)

Fonction	Sélection	Réglage par défaut
Sélection de la gamme de mesure lorsque la commutation est active	Gamme 1 4	Gamme 1
Sélection de la substance	NaOH HNO3 H3PO4 H2SO4 USER1 USER4 (au choix)	NaOH
Pc		
Entrée du nom de la substance librement programmableDésignation max. 5 digits 0 9; a Z		USER 1
Nombre de points de référence pour la courbe de concentration2 10 points		2
Une valeur de concentration est attribuée à la valeur de conductivité pour chaque point de référence ¹	Concentration Conductivité 00,00 % 0,000 mS/cm	
Nombre de points pour la courbe CT Nombre de points pour la courbe CT, 210		2
A chaque point sont attribués une valeur et un coefficient de température ²	Température Coeff. température 000,0 °C 00,00 %/K	

¹ Valeurs de concentration :

Les valeurs entrées doivent être strictement monotones croissantes ou décroissantes.

Valeurs de conductivité :

Les valeurs entrées doivent être strictement monotones croissantes ou décroissantes. Elles doivent avoir un écart minimal.

a) si les valeurs de conductivité successives se trouvent dans le même palier de commutation, l'écart min. est de 0,5% de la fin d'échelle du palier de commutation

b) si les valeurs de conductivité successives se trouvent dans des paliers de commutation différents, l'écart min. est de 0,5% de la fin d'échelle du plus grande palier de commutation Si l'écart min. n'est pas atteint, une erreur est signalée et le tableau est marqué comme invalide.

Palier de commutation	Ecart min.	Palier de commutation	Ecart min.
0,0 200,0 nS	1 nS	200 2000 µS	10 µS
0,200 2,000 µS	10 nS	2,00 20,00 mS	100 µS
2,00 20,00 µS	100 nS	20,0 200,0 mS	1 mS
20,0 200,0 µS	1 µS	200 2000 mS	10 mS

Après entrée d'un tableau de substances les différents éléments sont vérifiés quant à leur validité. Les valeurs de concentration et de conductivité sont vérifiées séparément.

² Les valeurs de température doivent être strictement monotes croissantes et être entrées avec un écart de 10K. Les valeurs CT ne sont pas vérifiées. Après entrée d'un tableau CT, ce dernier est contrôlé quant à sa validité.



lm152d08.chp

8 Configuration des seuils

Contacteur de seuil

Le contact correspondant est attiré ou retombé en permanence.

Le type et les possibilités de régulation dépendent de la version d'appareil utilisée et des réglages préliminaires dans le menu configuration système/contacts de sortie (voir section 7.1.4, menu contacts de sortie, attribution des relais).



Caractéristique de régulation X_W = écart mesure / consigne Yh = sortie variable de correction 8

8.1 Appareils à 2 contacts



 \rightarrow Données d'appareil

 \rightarrow Contact de seuil

Fonction	Sélection	Réglage par défaut	
Sélection de groupe	Configuration seuil Configuration alarme Mode de fonctionnement	Configuration seuil	
Si vous avez sé	lectionné " configuration de seuil "		
Activer / désactiver la sortie	Marche, arrêt	Arrêt	
Seuil	Voir tableau " cellules "		
Hystérésis	Voir tableau " cellules "		
Fonction seuil	Fonction min. Fonction max.	Fonction min.	
Temporisation à l'attraction	0 7200 s	0 s	
Temporisation à la retombée	0 7200 s	0 s	
Type de contact	Contact NF, contact NO	Contact NO	
Si vous avez s	électionné "configuration alarme"		
Seuil alarme	Voir tableau " cellules "		
Temporisation alarme	0 6000 s	0 s	
Si vous avez sélectionné "mode de fonctionnement"			
Commuter le mode de fonctionnement	Contact seuil 1 auto Contact seuil 1 manuel	Manuel Contact seuil 1	
Mode manuel contact de seuil (pour sélection manuel)	Marche, arrêt	Arrêt	

Tableau des cellules

	Seuil Hystérésis		Alarme			
	Sélection	Réglage usine	Sélection	Réglage usine	Sélection	Réglage usine
CLS 50	0 μS/cm – 1000 mS/cm	GW 1: 50,0 mS/cm GW 2: 950 mS/cm	0,1 µS/cm – 200,0 mS/cm	20,00 mS/cm	0,1 µS/cm – 1000 mS/cm	50,0 mS/cm
CLS 52	0 μS/cm – 1000 mS/cm	GW 1: 50,0 mS/cm GW 2: 950 mS/cm	1 µS/cm – 200,0 mS/cm	20,00 mS/cm	1 μS/cm – 1000 mS/cm	50,0 mS/cm
c = 0,01	0 nS/cm – 200,0 μS/cm	GW 1: 10,00 μS/cm GW 2: 190,0 μS/cm	0,1 nS/cm – 20,00 µS/cm	2,000 µS/cm	0,1 nS/cm – 200,0 μS/cm	10,0 µS/cm
c = 0,1	0 μS/cm – 2000 μS/cm	GW 1: 100,0 μS/cm GW 2: 1900 μS/cm	0,001 μS/cm – 200,0 μS/cm	20,00 µS/cm	0,001 μS/cm – 2000 μS/cm	100,0 µS/cm
c = 1	0 µS/cm – 20,00 mS/cm	GW 1: 1000 μS/cm GW 2: 19,00 mS/cm	0,01 μS/cm – 2000 μS/cm	200,0 µS/cm	0,01 µS/cm – 20,00 mS/cm	1000 µS/cm
c = 10	0 µS/cm – 200,0 mS/cm	GW 1: 10,00 mS/cm GW 2: 190,0 mS/cm	0,1 μS/cm – 20,00 mS/cm	2000 µS/cm	0,1 µS/cm – 200,0 mS/cm	10,00 mS/cm



lm152d08.chp

8.2 Appareils à 5 contacts



 \rightarrow Données d'appareil

 \rightarrow Contact de seuil

Fonction	Sélection	Réglage par défaut		
Sélection du groupe	Configuration seuil Configuration alarme Mode de fonctionnement	Config. seuil		
Si vous ave:	z sélectionné "contact de seuil"			
Sélection du contact de seuil	Contact de seuil 1 Contact de seuil 2	Contact de seuil 1		
Activation / désactivation sortie	Marche, arrêt	1 : marche 2 : arrêt		
Seuil	Voir tableau " cellules " (p. 54)			
Hystérésis	Voir tableau " cellules " (p. 54)			
Fonction seuil	Min. Max.	1 : fonct. min. 2 : fonct. max.		
Temporisation à l'attraction	0 7200 s	0 s		
Temporisation à la retombée	0 7200 s	0 s		
Type de contact	Contact normalement ouvert, Contact normalement fermé	Contact normale- ment fermé		
Si vous avez s	électionné "configuration alarme"			
Sélection du contact alarme	Alarme 1 Alarme 2	Alarme 1		
Seuil alarme	Voir tableau " cellules " (p. 54)			
Temporisation alarme	0 6000 s	0 s		
Si vous avez sél	Si vous avez sélectionné "mode de fonctionnement"			
Sélection du seuil	Seuil 1, Seuil 2	Seuil 1		
Commutation mode de fonctionnement	Contacteur seuil auto 1/2 contacteur seuil manuel 1/2	Manuel		
Contacteur de seuil en mode manuel (si "manuel" a été sélectionné)	Marche, arrêt	arrêt		



Remarque :

Pour les appareils différentiels, tous les réglages de contacts (seuils, alarme etc) se rapportent à la valeur différentielle et non à la valeur absolue de conductivité.

8.3 Fonctions USP (conductif)



 \rightarrow Données d'appareil

 \rightarrow Contact USP

D'après les directives USP (United States Pharmacopeia) le Mycom CLM 152 peut mesurer et surveiller des conductivités non compensées.

Avec l'option USP il est possible à la fois de procéder à une mesure et en même temps de la surveiller quant à de possibles écarts.

Cette surveillance est automatique et peut être sélectionnée via le menu. Données d'appareil. Le réglage sélectionné par l'utilisateur pour la compensation de température n'a aucune influence sur la surveillance

Exigences de USP quant à la mesure

La mesure est effectuée d'après l'ordre suivant :

Une mesure est effectuée sans compensation et la valeur mesurée actuelle est comparée à une valeur de référence (voir tableau) pour l'eau ultra-pure.

Si les valeurs mesurées deviennent supérieures à la valeur de référence, une alarme est émise par le biais du contact USP.

Le transmetteur doit remplir les exigences USP suivantes pour pouvoir procéder à une quasi compensation de remplacement :

- Mesure de température sur le site de la mesure de conductivité
- Arrondissement de la température au palier de 5°C suivant
- Détermination de la valeur de surveillance valable à partir d'un tableau (voir tableau ci-dessous)
- Alarme en cas de dépassement du seuil
- Appareil de mesure doit pouvoir mesurer une conductivité/résistivité non compensée
- Résolution de l'affichage à, 0,1 µS/cm sur la résistance de simulation avec 0,1% de précision
- Ecart max. de la constante pour la cellule 2% (exigence pour la cellule de mesure)
- Dynamique de gamme de mesure suffisante

Température [°C]	Conductivité [µS/cm]	Température [°C]	Conductivité [µS/cm]
0	0,6	55	2,1
5	0,8	60	2,2
10	0,9	65	2,4
15	1,0	70	2,5
20	1,1	75	2,7
25	1,3	80	2,7
30	1,4	85	2,7
35	1,5	90	2,7
40	1,7	95	2,9
45	1,8	100	3,1



lm152d08.chp

La fonction USP peut être activée dans le menu Données d'appareil/USP. Après l'activation il est possible de procéder aux réglages suivants :

Fonction	Sélection	Réglages usine
Temporisation à l'attraction	0 60 s	0 s
Hystérésis	Gamme de réglage en fonction de la cellule (voir tableau)	0 μS/cm

Cellule	GM 1	GM 2	GM 3	GM 4
c = 0,01	0,0 200,0 nS/cm	0,200 2,000 µS/cm	2,00 20,00 µS/cm	20,0 200,0 µS/cm
c = 0,1	0,000 2,000 µS/cm	2,00 20,00 µS/cm	20,0 200,0 µS/cm	200 2000 µS/cm
c = 1	0,00 20,00 µS/cm	20,0 200,0 µS/cm	200 2000 µS/cm	2,00 20,00 mS/cm
c = 10	0,0 200,0 µS/cm	2002000,0 µS/cm	2,00 20,00 mS/cm	20,0 200,0 mS/cm

Endress+Hauser

9 Etalonnage

9.1 Entrée d'un code

Pour accéder aux différents sous-menus, entrer le code correspondant et le valider avec la touche E. Ces niveaux sont alors libérés (voir chap. 6.6). L'étalonnage peut alors être sélectionné à l'aide du code de maintenance ou du code de spécialiste. Le code est interrogé lorsque sous Données d'appareil/configuration de système on a entré aussi bien le code de maintenance que le code de spécialiste.

9.2 Etalonnage inductif



→ Entrée contanste de cellule	I 0.2.1
\rightarrow Détermination constante de cellule	☞ 9.2.2

- \rightarrow Entrée facteur d'implantation \Rightarrow 9.2.3
- \rightarrow Détermination facteur d'implantation @ 9.2.3

9.2.1 Entrée constante de cellule

Fonction	Sélection	Réglage usine
Sélection cellule de mesure (pas pour un circuit)	Cellule 1 Cellule 2	Cellule 1
Réglage fin de la constante de cellule CLS 52	5,000 1/cm 7,000 1/cm	5,9 1/cm
Réglage fin de la constante de cellule CLS 50	1,000 1/cm 3,000 1/cm	1,980 1/cm

En sélectionnant la cellule correspondante (CLS50 ou CLS 52) dans le menu Configuration système (voir chap. 7.1), on entre automatiquement une valeur pour la constante de cellule. Cette valeur peut être éditée pour le réglage fin.



Avertissement :

 Lorsque la fonction Chemoclean est activée, la fonction automatique est désactivée avant le début de l'étalonnage et à nouveau activée à la fin de ce dernier.

lm152d09.chp

9.2.2 Détermination de la constante de cellule

On mesure la conductivité d'une solution d'étalonnage (conductivité connue avec précision) (voir section 3.7.2 "Solutions d'étalonnage"). L'affichage se règle sur la conductivité mesurée, le transmetteur calcule la constante de cellule.

- Sélectionner la cellule de mesure à étalonner (seulement pour mesure différentielle)
- Nettoyer la cellule de mesure
- Immerger la cellule et le cas échéant la sonde de température dans la solution d'étalonnage.
- Démarrer l'étalonnage avec la touche "E" ⇒ Affichage de la valeur obtenue après l'étalonnage

Remarque :

Pour faire un étalonnage très précis, il faut éliminer l'influence de la température en amenant la température de la solution à la température de référence. Si ceci est impossible, on peut toutefois entrer la température de la solution d'étalonnage dans le menu "configuration / température".

- Attendre la fin de la stabilisation de la valeur
- Confirmer la valeur avec la touche "E"
- Régler la valeur exacte de la solution d'étalonnage avec les touches curseur
- Confirmer l'entrée avec la touche "E" ⇒ Affichage de la constante calculée
- Terminer ou reprendre l'étalonnage

A la fin de l'étalonnage, le transmetteur valide la constante de cellule calculée et passe au mode de mesure.



Remarque :

Pour une détermination précise de la température il faut que la sonde de température soit vérifiée et étalonnée avant chaque étalonnage de la mesure de conductivité dans le menu "données d'appareil/température"

Fonction	Sélection	Réglage usine
Sélection cellule de mesure (pas un circuit)	Cellule 1 Cellule 2	Cellule 1
Texte message		Nettoyer la cellule et la plonger dans la solution d'étalonnage
Affichage conductivité solution d'étalonnage CT actuel, température		
Entrée consigne solution d'étalonnage	0 μS/cm 1000 mS/cm	Valeur mesurée actuelle
Affichage constante de cellule		x.xxx 1/cm
Etalonnage	Terminer étalonnage Répéter étalonnage Etalonnage voie 2 (seulement pour différence)	Terminer étalonnage

Suite tableau					
Fonction	Sélection	Réglage usine			
Pour séle	Pour sélection "Terminer étalonnage"				
Retour au mode mesure					
Pour sélection " répéter étalonnage "					
Etalonnage cellule 1 Retour à la sélection de ligne		Cellule 1			
Pour sélection "Etalonnage voie 2"					
Etallonage cellule 2 Retour au choix de la cellule		Cellule 2			

9.2.3 Facteur d'implantation

Lorsque le lieu d'implantation est très exigu, le capteur peut subir l'influence de la paroi de tube et il peut se produire des mesures erronées, compensables avec l'entrée d'un facteur d'implantation.

Entrée facteur d'implantation

Fonction	Sélection	Réglage usine
Sélection cellule de mesure (pas pour un circuit)	Cellule 1 Cellule 2	Cellule 1
Entrer le facteur d'implantation	0,001 50,000	1,000

Remarque : Le facteur d'implantation pour le cellule CLS 52 est de 1 pour des tubes avec ≥ DN65 = 1 (toutes les versions de cellule de mesure). Pour les tubes DN 40 il faut régler le facteur d'implantation sur 0,990.

Pour la cellule CLS 50 un diamètre de conduite min. de DN 80 est nécessaire ; le facteur d'implantation doit être adapté pour les diamètres de tube < DN 100



Facteur d'implantation en fonction de l'écart a avec la paroi 1 : paroi conductrice 2 : paroi isolante

Fig. 9.1

lm152d09.chp



Détermination facteur d'implantation

Fonction	Sélection	Réglage usine	
Sélection cellule de mesure (pas pour un circuit)	Cellule 1 Cellule 2	Cellule 1	
Texte message		Laisser la cellule dans le process	
Affichage de la conductivité de la solution d'étalonnage, CT actuel, température			
Entrée consigne solution d'étalonnage	0 µS/cm 1000 mS/cm	Valeur mesurée actuelle	
Affichage facteur d'implantation		XX,XXX	
Etalonner	Terminer étalonnage Répéter étalonnage Etalonnage voie 2 (seulement pour différence)	Terminer étalonnage	
Pour sélé	ection "terminer étalonnage"		
Retour au mode mesure			
Pour sél	ection "répéter étalonnage"		
Etalonnage cellule 1 Retour à la sélection de cellule		Cellule 1	
Pour sélection "étalonnage voie 2" (seulement pour différence)			
Etalonnage cellule 2 Retour à la sélection de cellule		Cellule 2	



Remarque :

Un étalonnage Air Set peut être effectué via le menu service/fonctions spéciales/optimisation.

9.3 Etalonnage conductif



→ Entrée constante de cellule	<i>∞</i> 9.3.1
\rightarrow Détermination constante de cellule	☞ 9.3.2

9.3.1 Etalonnage numérique/entrée constante de cellule

La constante de cellule déterminée avec précision en usine est directement entrée en cm

En mesure deux circuits l'entrée est faite séparément pour chaque cellule

Constante de cellule	Gamme d'entrée					
0,01 cm ⁻¹	0,0005 0,0500 cm ⁻¹					
0,1 cm ⁻¹	0,050 0,500 cm ⁻¹					
1 cm ⁻¹	0,500 5,000 cm ⁻¹					
10 cm ⁻¹	5,00 99,99 cm ⁻¹					

9.3.2 Etalonnage dynamique/détermination de la constante de cellule

On mesure la conductivité d'une solution d'étalonnage (conductivité connue avec précision)(solutions d'étalonnage voir chap. 3.7.2). L'affichage est réglé sur la conductivité de la solution d'étalonnage et l'appareil calcule alors la constante de cellule. Procédure :

- En mesure deux circuits : sélectionner la cellule de mesure à étalonner
- Nettoyer la cellule
- Plonger la cellule et le cas échéant la sonde de température dans la solution d'étalonnage
- Lancer l'étalonnage avec la touche E
- Affichage de la valeur mesurée de la solution d'étalonnage, ATC/MTC, Temp, CT de la solution d'étalonnage
- Attendre jusqu'à ce que la valeur mesurée se soit stabilisée
- Reprendre la valeur avec la touche E
- Régler la consigne
- Régler la valeur exacte de la solution d'étalonnage avec les touches curseurs, gamme d'entrée :

c = 0,01	0 – 200,0 µS/cm						
c = 0,1	0–2000 µS/cm						
c = 1	0 – 20,00 mS/cm						
c = 10	0 – 200,0 mS/cm						
c = 0,01	20 k Ω cm – 20,00 M Ω cm						
c = 0,1	2,00 k Ω cm – 2000 k Ω cm						
c = 1	$0,200~\mathrm{k}\Omega~\mathrm{cm}-200,0~\mathrm{k}\Omega~\mathrm{cm}$						

- Valider l'entrée avec la touche E
- Affichage de la constante de cellule calculée
- Clore l'étalonnage ou le répéter

Avec "terminer l'étalonnage" la nouvelle constante de cellule définie est validée et on commute au mode mesure.



Remarque :

Pour effectuer un étalonnage très précis il faut que l'effet thermique dû à la différence de température par rapport à une valeur de référence soit éliminé, c'est à dire il faut étalonner sous température de référence. Si cela n'est pas possible, il est possible d'entrer dans le menu "données d'appareil/ étalonnage" la température d'étalonnage et la valeur CT de la solution d'étalonnage.

Pour une mesure précise de la température il convient de vérifier et d'étalonner la sonde de température avant chaque étalonnage de la mesure de conductivité dans le menu "données d'appareil / température".



Avertissement :

Lorsque la fonction Chemoclean est active, la fonction automatique est désactivée avant le lancement de l'étalonnage et à nouveau activée à la fin de dernier.

lm152d10.chp

10 Interface Profibus

10.1 Module FCYP

Le point de mesure comprend dans le cas le plus simple un Mycom CLM 152 avec le module FCYP (voir chap. 4, fig. 4.12), un coupleur de bus, un API ou un PC avec logiciel d'exploitation Commuwin II, ainsi qu'une résistance de terminaison PROFIBUS-PA.

Le nombre max. de transmetteurs raccordés à un segment de bus est déterminé par la consommation, la puissance du coupleur de bus et la longueur de bus nécessaire, voir aussi TI 260 F.

En règle générale, on peut raccorder max. 32 Mycom CLM 152 pour les applications non Ex à un segment de bus.



Ensemble de mesure Mycom CLM 152 avec Fig. 10.1 protocole PROFIBUS-PA

10.2 Câble de bus

Pour les nouvelles installations il est recommandé d'utiliser un câble 2 fils blindé et torsadé (par ex. câble Belden 3097A, Siemens 6xV 1830-5AH10). Les valeurs nominales suivantes sont à respecter lors de l'utilisation d'un modèle FISCO (protection anti-déflagrante) :

Raccordement du câble

Le câble bus alimente également la carte embrochable Profibus. Le raccordement doit être effectué comme suit :

- Faire passer le câble par l'entrée de câble (par ex. câble Belden 3097A, Siemens 6xV 1830-5AH10)
- Relier le câble bus aux bornes (voir fig. 4.12) borne 99 PA+ borne 98 PA-(une inversion de polarité n'a aucun effet sur le fonctionnement)
- Relier le blindage à la borne de terre interne
- Relier la borne de terre externe le cas échéant à la compensation de potentiel

 Résistance de boucle (DC) 15...150 Ω/km, Inductance linéique 0,4...1 mH/km, Capacité linéique 80...200 nF/km.



Attention :

Les applications soumises à la protection anti-déflagrante ne permettent que dans certaines conditions une mise à la terre multiple du blindage. 10

10.3 Adresse bus

A chaque appareil est attribué une adresse unique :

- → Régler l'adresse (1...126) aux commutateurs 1-7
- → Commutateur 8 sur OFF l'adresse réglée aux commutateurs DIL 1-7 est valable
- → Commutateur 8 sur ON (préréglage) l'adresse réglée via la commande sur site ou l'interface est valable

Réglage de l'adresse Profibus (choix du menu) :

- Param (spécialiste)
- Données d'appareil
 - Configuration système
- Généralités

Généralités → adresse Profibus (réglage usine 126)



Découpe de la carte Profibus dans le Mycom avec représentation de l'adresse 126 Fig. 10.2 (adresse soft à la livraison)

Exemples d'adresses

Etat à la livraison Adresse soft (SW) (par défaut : 126) (réglage hardware est ignoré)

Adresse soft (par défaut: 126) (réglage hardware est ignoré)

Adresse hardware (HW) Adresse 2

Adresse hardware Adresse 6

Adresse hardware Adresse 64

Adresse software Adresse 126 (par défaut après commutation de HW sur SW)





10.4 Fichier mère appareil/fichier type

Les données mère de l'appareil sont nécessaires à l'utilisation du Profibus. Celles-ci doivent être entrées sous forme de fichier type Siemens. Les données doivent être chargées avant la mise en service du système bus dans le partenaire de communication (système d'exploitation Siemens COMET 200 ou COM PROFIBUS). Procéder comme suit :

- tous les fichiers *.200 dans le répertoire des fichiers type par ex. ***\TYPDAT5X
- tous les fichiers *.GSD dans le répertoire des fichiers mères de l'appareil par ex.
 ***\GSD

• tous les fichiers BMP dans le répertoire des Bitmaps, par ex. ***\BITMAPS

La signification des différents paramètres d'appareil est donnée dans la spécification PROFIBUS-PA.

Les fichiers mères de l'appareil se trouvent sur disquette :

 Disquette avec données d'appareil PROFI-BUS-PA (ou www.endress.com>Products/ Download Street/Field communication St.)

10.5 Commande à distance avec Commuwin II

Les appareils PROFIBUS-PA peuvent être commandés via le logiciel de commande Commuwin II (à partir de la version de soft 1.5). Une description de la commande avec Commuwin II figure dans le manuel BA 124F. Les réglages se font soit via la matrice de programmation (fig. 10.3), soit via l'interface graphique (fig. 10.4).

osition VO MAIN PAR	AMETER	Va	l <u>u</u> e 07		Units Z]					
MEAS.VAL. C	HAN.1		Ex	pand	Lable	;					
	HO	H1	H2	НЗ	H4	H5	H6	H7	H8	H9	
VO MAIN PARAMETER	1.07 % MEAS.VAL.	25.4 deg. C TEMP. CHAf				0 STATE INPL	CONCENTR OPERATING	CLS 52 MEAS. CELI			+
V1 MAIN FUNCTION	0 SIGNAL DA	AUTOMATK TEMP.COMF									
V2 CALIBRATION			5.900 1/cm CELL CONS		1.000 INST_EACT				0.0 deg. C OFESET TEN		
V <u>3</u>			0222 00110								
∨ <u>4</u>											
V <u>5</u>											
V6 CONCENTRATION	USER 1 SUBST. MR										
٧ <u>٢</u>											
V <u>8</u>											
V <u>9</u> SERVICE DATA	0 ERROR MES	0 DEVICE NUN	102 Softvvare		9 BUS ADDRE	18 RESET COU	CLM 122-15 ORDER COL				
	MYC-2 LI TAG NUMBE	5385 IDENTITY NI									+
	+									+	

Menu données d'appareil avec Commuwin II Fig. 10.3 (conductif)



Remarque :

Lorsque la communication est active il apparaît une double flèche (⇔) dans la ligne supérieure de l'affichage de l'appareil.

Etablir la liaison

La commande à distance nécessite l'installation d'un serveur PROFIBUS-PA. De plus, le PC doit être équipé d'une carte embrochable PROFIBUS-PA.

- La liaison à Commuwin II est réalisée via le serveur PROFIBUS-PA
- Tous les appareils figurent dans la liste des appareils qui est attachée au segment sélectionné
- Le réglage se fait dans le menu Données d'appareil
- Les paramètres PROFIBUS-PA peuvent également être réglés ou affichés par le biais de l'interface graphique

Endress+Hauser	Μ	YCOM CLM 152
		Valeur mesurée voie 1
	1.	0.963 uS/cm
0		
1126	2	
Execution and		Degre c
1 2 3 4		Mode de fonction
	З.	Conductivité .*.
		Collula da magura
	4	
		Messages erreurs
	5.	0

Commande graphique Fig. 10.4 Commuwin II

10.6 Intégration système via API

Le transmetteur Mycom CLM 152 met les valeurs mesurées à disposition (OUT) de manière cyclique, d'après le protocole PROFI-BUS-PA. Les autres aparmètres PROFIBUS-PA sont mis à disposition de manière acyclique.

	Commande	Туре	Fonction
Module1	OUT	Lire	Valeur mesurée actuelle de la variable de process en mS/cm, kΩ cm ou % ainsi que l'état correspondant - état = 80 _{Hex} , appareils OK - état = 0C _{Hex} , avertissement ou alarme Les informations sont transmises par tranches de 5 bytes, le dernier contenant l'information d'état
Module 2	OUT	Lire	Valeur mesurée actuelle de la variable de process en °C ainsi que l'état correspondant - état = 80 _{Hex} , appareils OK - état = 0C _{Hex} , avertissement ou alarme Les informations sont transmises par tranches de 5 bytes, le dernier contenant l'information d'état

Deux modules sont disponibles pour la transmission de données avec l'API; ils sont transmis ensemble :

- Module 1 : valeur mesurée principale
- Module 2 : valeur de température



Format données OUT

Byte	Données	Format données
1	Valeur mesurée	
2	Valeur mesurée	Nombre à virquie flottante IEEE 754
3	Valeur mesurée	(mS/cm; k Ω cm oder %)
4	Valeur mesurée	
5	Etat d'appareil	80 _{Hex} = appareil OK 0C _{Hex} = erreur (alarme)
6	Valeur mesurée	
7	Valeur mesurée	Nombre à virquie flottante IEEE 754
8	Valeur mesurée	(°C)
9	Valeur mesurée	
10	Etat d'appareil	80 _{Hex} = appareil OK 0C _{Hex} = erreur (alarme)

Nombre à virgule flottante IEEE

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
VZ Exposant (E)										Fra	action	(F)			
	27	2 ⁶	2 ⁵	24	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2-1	2-2	2 ⁻³	2-4	2 ⁻⁵	2 ⁻⁶	2-7
	Fraction (F)														
2 ⁻⁸	2 ⁻⁹	2 ⁻¹⁰	2 ⁻¹¹	2 ⁻¹²	2 ⁻¹³	2 ⁻¹⁴	2 ⁻¹⁵	2 ⁻¹⁶	2 ⁻¹⁷	2 ⁻¹⁸	2 ⁻¹⁹	2 ⁻²⁰	2 ⁻²¹	2 ⁻²²	2 ⁻²³

10.7 Paramètres Profibus-PA

10.7.1 Paramètres PROFIBUS-PA inductif

Paramètre	Matrice VH	Indice (Slot = 1)	Type données	Lire	Ecrire	Longueur donnée
Composite List Directory	-	1	Octet String	yes		24
DEVICE_ID	V99H0	25	Octet String	yes		16
Actual Error	90	42	Unsigned 16	yes		2
Device Bus Address	94	44	Integer 8	yes		1
Device and Software Number	93	48	Unsigned 16	yes		2
Main measured value	00	108	Float	yes		4
Temp. measured value	01	109	Float	yes		4
Ext. binary input	05	110	Unsigned 8	yes		1
Operating mode	06	111	Unsigned 8	yes		1
Measuring cell	07	112	Unsigned 8	yes		1
Input damping	10	113	Unsigned 8	yes	yes	1
Set ATC/MTC	11	114	Unsigned 8	yes	yes	1
MTC temperature	13	115	Float	yes	yes	4
Cell constant	22	116	Float	yes		4
Adaptation factor	24	117	Float	yes	yes	4
Temp. offset	28	118	Float	yes		4
Select substance MR 1	60	119	Unsigned 8	yes	yes	1
Select substance MR 2	61	120	Unsigned 8	yes	yes	1
Select substance MR 3	62	121	Unsigned 8	yes	yes	1
Select substance MR 4	63	122	Unsigned 8	yes	yes	1
Instrument number	91	123	Unsigned 32	yes		4
Software version	92	124	Unsigned 16	yes		2
Rest counter	95	125	Unsigned 8	yes		1
SAP code	96	126	Octet String	yes		18
Measuring point description	AO	127	Octet String	yes	yes	32
PNO ID number	A1	128	Unsigned 16	yes		2

lm152d10.chp



10.7.2 Paramètres PROFIBUS-PA conductif

Paramètre	Matrice VH	Indice (Slot = 1)	Type données	Lire	Ecrire	Longueur donnée
Composite List Directory Entries	-	1	Octet String	yes		24
DEVICE_ID	V99H0	25	Octet String	yes		16
Actual Error	90	42	Unsigned 16	yes		2
Device Bus Address	94	44	Integer 8	yes		1
Device and Software Number	93	48	Unsigned 16	yes		2
Main measured value	00	108	Float	yes		4
Temp. measured value	01	109	Float	yes		4
Ext. binary input	05	110	Unsigned 8	yes		1
Operating mode	06	111	Unsigned 8	yes		1
Measuring cell	07	112	Unsigned 8	yes		1
Input damping	10	113	Unsigned 8	yes	yes	1
Set ATC/MTC	11	114	Unsigned 8	yes	yes	1
MTC temperature	13	115	Float	yes	yes	4
Cell constant	22	116	Float	yes		4
Temp. offset	28	117	Float	yes		4
Select substance MR 1	60	118	Unsigned 8	yes	yes	1
Select substance MR 2	61	119	Unsigned 8	yes	yes	1
Select substance MR 3	62	120	Unsigned 8	yes	yes	1
Select substance MR 4	63	121	Unsigned 8	yes	yes	1
Instrument number	91	122	Unsigned 32	yes		4
Software version	92	123	Unsigned 16	yes		2
Rest counter	95	124	Unsigned 8	yes		1
SAP code	96	125	Octet String	yes		18
Measuring point description	AO	126	Octet String	yes	yes	32
PNO ID number	A1	127	Unsigned 16	yes		2





-> Catégories d'arreurs	æ 11 1
- Oalegones d'eneurs	~ 11.1
\rightarrow Liste d'erreurs / journal des erreurs	<i>∞</i> 11.2
→ Aperçu des erreurs	e 11.3
→ Liste d'info/journal	æ 11.4
\rightarrow Info Air Set (seulement inductif)	æ 11.5
→ Historique d'étalonnage	e 11.6
→ Maintenance	<i>⊲</i> ≈ 11.7

11.1 Catégories d'erreurs

On fait la distinction entre deux états :

- actif présence d'une erreur
- inactif erreur supprimée

En cas d'erreur, la DEL rouge de la touche "diagnostic" clignote. Sans erreur active elle est verte.

Les erreurs sont classées par ordre de priorité dans 4 catégories.

Défauts	Numéro d'erreur	Effet
Défaut	E001 E018	 Défaut - contact actif Courant de défaut aux sorties 1 et 2 (selon réglage, voir section 7.2). Contacts de sortie du détecteur de seuil passifs (contact NF ouvert, contact NO fermé) DEL touche DIAG rouge
Maintenance	E036 E052	 Le contact maintenance est actif si celui-ci a été réglé comme tel dans "Configuration système / relais de sortie" DEL touche DIAG rouge
Défaut de process	E055 E078	 Le contact maintenance est actif si celui-ci a été réglé comme tel et s'il a été attribué à la maintenance DEL touche DIAG rouge
Avertissements	E080 E151	DEL touche DIAG rouge

11.2 Liste des erreurs et journal des erreurs

Liste des erreurs

Le transmetteur gère jusqu'à 30 erreurs actives dans une liste. L'erreur avec la priorité la plus élevée se trouve en première position. Si la liste est saturée, l'erreur avec la priorité la moins élevée est supprimée. Le type d'erreur est affiché en texte clair avec le numéro d'er-

Journal

Pour passer de la liste des erreurs au journal, il faut appuyer sur la touche E. Dans ce journal sont consignées toutes les activations et désactivations d'un message dans l'ordre chronologique avec la date et l'heure. Les touches ↓ et ↑ permettent de feuilleter dans le journal d'une entrée à l'autre, le contenu ne reur, la date et l'heure de l'événement. Les touches ↓ et ↑ permettent de feuilleter dans la liste dont le contenu ne peut ni être modifié, ni être effacé; lorsqu'une erreur a été supprimée, elle disparaît automatiquement de la liste.

peut ni être modifié, ni être effacé; lorsqu'une erreur a été supprimée elle disparaît automatiquement de la liste.

Pour retourner au menu diagnostic, appuyez de nouveau sur la touche E.

Après une coupure de courant, seules les

10 entrées les plus récentes sont conservées.
lm152d11.chp

11

11.3 Aperçu des erreurs

	Pannes			
N°	Affichage	Mesure		
E001	Echange interne de données défectueux	Retournez le transmetteur au service après-		
E002	Erreur de données dans l'EEPROM	vente de E+H		
E003	Configuration invalide	Vérifiez l'occupation des emplacements		
E004	Configuration modifiée	Nouvelle configuration avec "set config" dans le menu "Service/Réglages usine"		
E005	Référence carte inconnue	Vérifiez l'occupation des emplacements		
E006	Erreur Checksum dans l'EEPROM	Effectuez une correction checksum dans le menu "Fonctions spéciales"		
E007	Transmetteur défectueux	Retournez le transmetteur au service après- vente de E+H		
E010	Sonde de température 1 défectueuse	Vérifiez la mesure de température et les raccordements, le cas échéant contrôlez		
E011	Sonde de température 2 défectueuse	le transmetteur et le câble de mesure avec un simulateur de température Vérifiez les raccordements, les câbles et le cas échéant les appareils raccordés		
E015	Boucle de courant 1 ouverte	Vérifiez les raccordements, les câbles et		
E016	Boucle de courant 2 ouverte	le cas échéant les appareils raccordés		
E017	Cellule défectueuse (seulement inductive)	Retournez la cellule au service anrès-		
E018	Cellule défectueuse voie 2 (<i>seulement inductive</i>)	vente de E+H		
	Maintenar	ice		
E036	Gamme d'étalonnage dépassée par excès pour la cellule 1			
E037	Gamme d'étalonnage dépassée par excès pour la cellule 1	Refaites l'étalonnage de la cellule, le cas échéant, vérifiez la cellule et les raccordements vérifiez le transmetteur et		
E038	Gamme d'étalonnage dépassée par excès pour la cellule 2	le câble de mesure avec un simulateur de conductivité		
E039	Gamme d'étalonnage dépassée par excès pour la cellule 2			
E040	Tableau CT invalide	Corriger le tableau de compensation de température; vérifier la mesure de température et les raccordements; le cas échéant vérifiez le transmetteur et le câble de mesure avec un simulateur de conductivité		
E041	Tableau substances de mesure invalide	Corriger le tableau		
E049	Gamme facteur d'implantation cellule 1 dépassée par excès			
E050	Gamme facteur d'implantation cellule 1 dépassée par excès			
E051	Gamme facteur d'implantation cellule 2 dépassée par excès			
E052	Gamme facteur d'implantation cellule 2 dépassée par excès			



	Défauts	5
N°	Affichage	Mesures
E055	Gamme d'affichage valeur mesurée dépassée par défaut	
E056	Gamme d'affichage valeur mesurée 2 dépassée par défaut	
E057	Gamme d'affichage valeur mesurée dépassée par excès	Vérifiez les fonctions de mesure et de
E058	Gamme d'affichage valeur mesurée 2 dépassée par excès	régulation, les raccordements, le cas échéant, vérifiez le transmetteur et les câbles de megure avec un simulateur
E059	Gamme de temp. dépassée par défaut	
E060	Gamme de température 2 dépassée par défaut	
E061	Gamme de temp. dépassée par excès	
E062	Gamme de température 2 dépassée par excès	
E063	Limitation de courant 0/4 mA à la sortie 1	Vérifiez la configuration dans le menu
E064	Limitation de courant 20 mA à la sortie 1	"sorties courant"; Vérifiez les fonctions de mesure et de régulation, les
E065	Limitation de courant 0/4 mA à la sortie 2	raccordements, le cas échéant, vérifiez le transmetteur et les câbles de mesure
E066	Limitation de courant 20 mA à la sortie 2	avec un simulateur
E067	Dépassement valeur de consigne seuil 1	Vérifiez les fonctions de mesure et de régulation, les raccordements, le cas
E068	Dépassement valeur de consigne seuil 2	 2 raccordements, le cas échéant, vérifiez transmetteur et les câbles de mesure avec un simulateur Wérifiez les fonctions de mesure et de régulation, les raccordements, le cas échéant, vérifiez le transmetteur et les câbles de mesure avec un simulateur Corriger le tableau courant; voir caractéristique sortie courant p. 45
E069	Tableau courant invalide	Corriger le tableau courant; voir caractéristique sortie courant p. 45
E070	Erreur de polarisation (<i>seulement conductive</i>)	Seulement signalisation, aucun effet sur le
E071	Erreur de polarisation cellule 2 (<i>seulement conductive</i>)	traitement de la mesure
E073	Gamme CT dépassée par défaut	Vérifiez la configuration dans le menu
E074	Gamme CT voie 2 dépassée par défaut	"température", vérifiez la mesure de
E075	Gamme CT dépassée par excès	échéant, vérifiez le transmetteur et les
E076	Gamme CT voie 2 dépassée par excès	
E077	Température en dehors de la gamme CT	Vérifiez et corriger le tableau de compensation en température, le cas
E078	Température 2 en dehors de la gamme CT	câbles avec un simulateur de température



Avertissements		
N°	Affichage	Mesures
E080	Gamme pour sortie courant 1 trop petite	Elargissez la gamme dans le menu
E081	Gamme pour sortie courant 2 trop petite	"sorties courant"
E142	Point d'inflexion en dehors de la fenêtre de courant 1	Reprenez la configuration dans le menu
E143	Point d'inflexion en dehors de la fenêtre de courant 2	"sorties courant"
E144	Plage de la sortie courant 1 trop petite dans la gamme affichée	Augmentez la gamme dans le menu
E145	Plage de la sortie courant 2 trop petite dans la gamme affichée	"sorties courant"
E148	Point d'inflexion en dehors de la fenêtre de courant 1 dans la gamme de mesure affichée	Reprenez la configuration dans le menu
E149	Point d'inflexion en dehors de la fenêtre de courant 2	Sorties courant
E150	Valeur mesurée en dehors du tableau USP	
E151	Température en dehors des limites du tableau USP	

11.4 Liste d'informations / journal

11.4.1 Liste d'informations

Dans la fonction menu "liste d'info." vous avez deux fenêtres d'informations successives. Dans la fenêtre 1 vous trouvez le dernier dé-

11.4.2 Journal

Le "journal" contient la liste des 30 dernières commandes avec la date et l'heure. Le dernier événement se trouve en première position; si la liste sature, le dernier élément de la liste est supprimé. Le journal comprend : marrage de l'appareil, sa désignation et le nombre de contacts de régulation. La touche E permet de passer au journal.

- toutes les modifications de la configuration
- toutes les simulations

11.5 Infos Air Set (seulement pour inductif)

La case Infos Air Set fournit à l'utilisateur toutes les informations importantes relatives au dernier étalonnage Air Set.

- date/heure
- état d'étalonnage
- type d'étalonnage Air Set

Chaque cellule dispose d'une case d'info sur les appareils différentiels.

11.6 Historique d'étalonnage

Le transmetteur Mycom CLM 152 offre dans le menu "diagnostic" les fonctions "statistiques d'étalonnage" et "historique d'étalonnage", deux fonctions automatiques qui permettent d'évaluer aisément l'état de la cellule de mesure.

L'historique des étalonnages comprend les cinq derniers étalonnages :

- date et heure
- constante de cellule
- facteur d'implantation

Lors d'un étalonnage dynamique :

- valeur CT
- valeur de conductivité mesurée
- température



Attention :

L'historique d'étalonnage est entièrement supprimé lors d'un changement de mode de mesure ou de la remise à zéro des réglages du transmetteur !



Remarque :

Chaque cellule dispose d'une case d'info sur les appareils différentiels.

lm152d11.chp

?|Ecc.

11.7 Service

	\rightarrow Service	
	\rightarrow Simulation	æ 11.7.1
	→ Données internes	<i>∞</i> 11.7.2
Ý	→ Réglages par défaut	æ 11.7.3
	→ Contrôle de l'appareil	æ 11.7.4
	→ Fonctions particulières	æ 11.7.5

11.7.1 Simulation

Fonction	Sélection
Réglage de la valeur de courant actuelle sur la sortie courant 1	0,0022,00 mA
Réglage de la valeur de courant actuelle sur la sortie courant 2	0,0022,00 mA
Réglage des états de contact actuels (le nom- bre des contacts affichés dépend de la version du transmetteur et de la configuration)	Sélection des contacts avec les touches ↑ et ↓. Ouverture / fermeture des contacts sélectionnés avec la touche →.
Simulation de la valeur mesurée Valeur mesurée principale	Au choix dans la gamme de mesure configurée Les sorties courant et états des relais s'adaptent à la nouvelle configuration.
Simulation de la valeur mesurée Simulation de température	–35,0 +250,0 °C Les sorties courant et les états des relais s'adaptent à la nouvelle configuration.



Remarque :

Dans le menu "simulation", la valeur affichée pour la sortie courant ou l'état de contact est immédiatement active. Si la valeur est modifiée dans la fenêtre, la sortie courant et l'état de contact sont simultanément modifiés. Pour arrêter la simulation, il faut quitter la fenêtre.

11.7.2 Données internes

Fonction	Sélection
Affichage du numéro d'appareil	Pas de sélection
Affichage du numéro de software	Pas de sélection
Affichage de la version de soft du module FCL1 (processeur de signal conductivité) voie 1	Pas de sélection
Affichage de la version de soft du module FCL1 voie 2 (pour différence)	Pas de sélection
Affichage de la configuration hardware dans plusieurs fenêtres successives : module, date d'installation, slot de la carte	Pas de sélection
Réf. de commande	Entrées alphanumériques avec les caractères 09 et aZ
Compteur de reset	0 255, seulement affichage



11.7.3 Réglages par défaut

	Fonction	Sélection	
Réglages par défaut (remise à zéro des appareils)		Fin (pas de reset) configuration hardware uniquement données de réglage uniquement données d'étalonnage toutes les données (données de service, journal, compteur de reset, journal de messages ⇒ seulement pour personnel de maintenance autorisé, entrée code service)	
	Configuration hardware	Pour contrôler l'équipement hardware et valider la nouvelle occupation de broche, appuyez sur la touche E.	
	Uniquement remise à zéro des données de réglage	Après activation de la touche E, toute la configuration de l'appareil retourne aux réglages par défaut. Attention : Toutes les valeurs que vous avez réglées sont perdues.	
	Uniquement remise à zéro des données d'étalonnage	Après activation de la touche E, toutes les données d'étalonnage retournent aux réglages par défaut. Attention : Toutes les valeurs que vous avez réglées sont perdues.	
	Remise à zéro de toutes les données	Toutes les données de configuration et d'étalonnage reviennent aux valeurs par défaut. Attention : Toutes les valeurs que vous avez réglées sont perdues.	



à zéro des données d'étalonnage.

11.7.4 Vérification de l'appareil

Fonction	Description
Type de test	Sélection : clavier, affichage, RAM, EPROM, EEPROM
Clavier	Représentation graphique des touches de commande Appuyer sur les touches l'une après l'autre. Dans la zone correspondante apparaît une recopie. Après avoir appuyé sur la touche E, vous retournez à la sélection mode test.
Affichage	L'écran affiche en alternance un "échiquier"et son inversion. Vérifiez à l'affichage si tous les points y figurent. Après avoir appuyé sur la touche E, vous retournez à la sélection mode test.
RAM	Boutine de contrôle. Le résultat est affiché à la fin du test
EPROM	Après avoir appuyé sur la touche E, vous retournez à la
EEPROM	Selection mode test.



11.7.5 Fonctions spéciales

Fonction	Description			
Sélection de la fonction	Optimisation Correction Checksum Reset			
Si vous avez sélect	Si vous avez sélectionné "optimisation"			
Définition du coefficient de température	Détermination du coefficient de température Tc d'un produit.			
Demande échantillon 1	Plonger la cellule et la sonde de température dans un échantillon du produit à mesurer. La température de l'échantillon devrait se situer le plus près possible de la température de référence.			
Mesure de la conductivité et de la température	Activer la touche E lorsque les deux valeurs sont stables.			
Demande échantillon 2	Chauffer l'échantillon d'au moins 10K. Plonger la cellule et la sonde de température dans l'échantillon.			
Mesure de la conductivité et de la température	Activer la touche E lorsque les deux valeurs sont stables.			
Affichage du coefficient de température	Noter le résultat. La valeur CT déterminée n'a aucun effet sur le traitement interne de la mesure.			
Seuleme	nt inductif			
Effectuer l'étalonnage Air Set (pour différen	ce, réalisable séparément pour chaque voie)			
Préparation de la cellule	Retirer la cellule du produit, nettoyer et laisser à l'air			
Etalonnage en cours	Valeur mesurée est contrôlée quant à sa stabilité			
Info Air Set	Détermination Air Set ok/erroné			
Entrée de la	valeur Air Set			
Valeur Air Set voie 1	Valeur Air Set actuelle 0 μ S/cm (par défaut) Limites d'édition : CLS 52 – 180,0 180,0 μ S/cm CLS 50 – 60,0 60 μ S/cm			
Valeur Air Set voie 2 (seulement pour différence)	Valeur Air Set actuelle 0 μ S/cm (par défaut) Limites d'édition : CLS 52 – 180,0 180,0 μ S/cm CLS 50 – 60,0 60 μ S/cm			



Seulement pour conductif	
Détermination de la résistance de câble (pour différence, réalisable séparément pour chaque voie)	
Préparation	Débrancher la cellule et brancher la résistance de simulation
Entrée de la résistance de simulation	0,00 20,00 Ω
Détermination en cours	Résistance de câble est déterminée
Affichage de la résistance de câble	
Entrée de la rési	stance de câble
Résistance de câble voie 1	Résistance de câble actuelle est affichée Limites d'édition : 0,00 35,00 Ω
Résistance de câble voie 2 (seulement pour différence)	Résistance de câble actuelle est affichée Limites d'édition : 0,00 35,00 Ω
Si vous avez sélectionné "c	orrection erreur Checksum"
Correction des erreurs Checksum	En cas d'erreur de Checksum 06, il est possible de supprimer l'erreur sans passer par un retour aux valeurs réglées par défaut. Avertissement : Vérifiez tous les réglages car une
	perte de données n'est pas exclue.
Si vous avez sél	ectionné "reset"
Démarrage	Le transmetteur se comporte comme après un arrêt et une remise en route.



emarque	÷	

A l'aide de l'étalonnage Air Set il est possible de procéder à un étalonnage du zéro d'une cellule raccordée. On a la possibilité de faire cet étalonnage séparément pour la voie 1 et la voie 2.

Pour l'étalonnage la cellule est retirée de la solution de mesure, nettoyée et laissée en contact avec l'air. Le transmetteur Mycom CLM 152 vérifie la stabilité de la valeur mesurée. Si la stabilité est atteinte, la valeur actuelle est mémorisée. Cette valeur Air Set est alors intégrée dans le calcul normal de la valeur mesurée. La remise à zéro de la valeur Air Set se fait uniquement via "Données de service par défaut".



Remarque :

La résistance de câble actuelle est effacée avec le réglage par défaut "Données d'étalonnage".

12 Maintenance

12.1 Nettoyage

Pour le nettoyage de la face avant et du clavier, nous recommandons l'utilisation de produits de nettoyage courants, non tensio-actifs et non abrasifs.



Remarque :

Le matériel n'est pas garanti si vous utilisez des acides ou bases concentrés, de l'alcool benzylique, du chlorure de méthylène ou encore de la vapeur haute pression.

12.2 Remplacement de fusibles

Version non Ex :

Ouvrez le porte-fusible avec un tournevis dans le sens de la flèche (voir fig. 12.1) et remplacez le fusible défectueux par un fusible du type 3,15 A / 250 V.

Version Ex :

Le module ne doit être remplacé que par un personnel de maintenance autorisé.



Porte-fusible de la version Fig. 12.1 non Ex

12.3 Réparations

Les réparations doivent exclusivement être effectuées par Endress+Hauser. Vous trouverez l'adresse de l'agence la proche à la dernière page du manuel. lm152d12.chp



Généralités

Montage

Mesure de température

Annexe

13 Annexe

13.1 **Caractéristiques techniques**

13.1.1 Caractéristiques techniques inductif

Caractéristiques indépendantes de la cellule

Gamme de mesure non compensée	0 2000 mS/cm
Gamme de mesure compensée	0 1000 mS/cm
Ecart de mesure 1)	±0,5 % de la mesure ± 3 digits
Reproductibilité ¹⁾	±0,2 % de la mesure ± 3 digits
Longueur de câble	Max. 55 m (avec boite de jonction VBM)
Caractéristique de transmission sortie courant	Linéaire, bilinéaire

Indications relatives à la cellule CLS 50

Gamme de mesure inférieure 5 µS/cm ... 2000 mS/cm env. 1,98 cm⁻¹ Constante de cellule Température de stockage -20 ... +80 °C Protection (DIN 40050) IP 67 (cellule montée) Ecart de mesure pour -20 ... +100 °C ± (5 µS/cm +0,5 % de la gamme de mesure) Ecart de mesure > 100 °C \pm (10 $\mu\text{S/cm}$ +0,5 % de la gamme de mesure) Sonde de température Pt 100, classe A selon CEI 751 90% de l'affichage de fin d'échelle de température : Temps de réponse T₉₀ 10-15 min (selon DIN 746-1) > DN 80 (pour diam. tube < DN 110 tenir compte du Section de tube nécessaire facteur d'implantation) ≥ DN 50 Montage dans canalisation réduite Documentation complémentaire Information technique CLS 50



Courbe pression température en fonction du matériau et de la Fig. 13.1 variante de bride



Indications relatives à la cellule CLS 52

Généralités	Limite de gamme de mesure inférieure (non compensée)	10 µS/cm 2000 mS/cm
	Temps de réaction (T ₉₀)	< 3 secondes sur l'ensemble de la gamme de mesure (un circuit)
Mesure de température	Sonde de température	Pt 100, classe A selon CEI 751
	Temps de réponse température	t ₉₀ < 15 s
	Prise temp. avec Pt 100	
	Matériau	V4A (1.4571)
	Joint	Joint torique, Chemraz
	Constante de cellule c (écart de mesure ±0,5 %)	5,9 cm ⁻¹
	Température de stockage	–25 +80 °C
	Protection (DIN 40050)	IP 67
	Ecart de mesure pour (-5 +100 °C)	± (10 µS/cm + 0,5 % de la gamme de mesure)
	Ecart de mesure pour (+100 +140 °C)	\pm (30 µS/cm + 0,5 % de la gamme de mesure)
	Température du produit	−5 +125 °C
	Température ambiante	-10 +70 °C
	En cas de stérilisation	+140 °C (max. 30 min)
	Pression	max. 16 bar (20 °C)
	Matériau cellule de mesure	PEEC
	Rugosité de surface	Ra ≤ 0,5 μm
Montage	Section de tube nécessaire	
	Raccord laitier, clamp G 1 ¹ / ₂	≥ DN 65
	APC, raccord Varivent	≥ DN 40
Documentation complémentaire	Information technique CLS 52	



Mesure de conductivité, résistivité,	Gammes de mesure et d'af	fichage conductivité		
concentration	Constante de cellule c	Gamme de mesure (GM) ¹⁾	Gamme d'affichage (GA)	
	0,01 cm ⁻¹	0,0 nS/cm 600,0 μS/cm	0,0 µS/cm 200,0 µS/cm	
	0,1 cm ⁻¹	0,000 μS/cm 6000 μS/cm	0,000 µS/cm 2000 µS/cm	
	1,0 cm ⁻¹	0,00 µS/cm 60,00 mS/cm	0,00 µS/cm 20,00 mS/cm	
	10 cm ⁻¹	0,0 μS/cm 600,0 mS/cm	0,0 μS/cm 200,0 mS/cm	
	Gammes de mesure et d'af	fichage résistivité		
	Constante de cellule c	Gamme d'affichage (GA)	Gamme de mesure (GM)	
	0,01 cm ⁻¹	20,0 kΩcm 20,00 MΩ	2 cm 20,0 kΩcm 37,99 MΩ cm	
	0,1 cm ⁻¹	2,00 kΩcm 2000 kΩ	2.cm 2,00 kΩcm 3799 kΩ cm	
	1 cm ⁻¹	0,200 kΩcm 200,0 kΩ	2 cm 0,200 kΩcm 379,9 kΩ cm	
	Affichage écart de mesure	2)	±0,5% ±2 digits de la mesure	
	Reproductibilité ²⁾		±0,2% ±2 digits de la mesure	
	Température de référence		Réglable de -35 +250 °C, typ. +25 °C	
	Fréquence de mesure		128 1024 Hz	
	Tension de mesure		≤ 300 mV	
	Longueur de câble max. po	our résistivité MΩ	env. 20 m	
	Longueur de câble max. pour conductivité/concentration		env.100 m	
Documentation complémentaire	Information technique CLS	12		
	Information technique CLS	13		
	Information technique CLS	15		
	Information technique CLS	19		
	Information technique CLS	21		
	Information technique CLS	30		

13.1.2 Caractéristiques techniques conductif

Celles-ci permettent d'obtenir automatiquement la précision et la résolution maximales. ²⁾ Selon CEI 746-1, en conditions nominales

13.1.3 Caractéristiques techniques Profibus-PA

Grandeurs nominales de sortie	Signal de sortie	Signal de communication digital, PROFIBUS-PA
	Fonction PA	Slave
	Temps de réponse "slave"	env. 20 ms
	API	Env. 600 ms pour env. 30 appareils
	Signal de panne	PROFIBUS-PA : bit d'état du signal est placé, dernière valeur mesurée est maintenue
	Temps d'intégration	0 99 s, par défaut 0 s
	Résistance de communication	Aucune, résistance de terminaison PROFIBUS-PA séparée
	Couche physique	CEI 1158-2
	Parafoudre intégré	25 VAC / 250 A
Affichage et commande	Commande à distance	via PC avec logiciel Commuwin II
	Interface communication	PROFIBUS-PA
Alimentation	Tension d'alimentation	9 32 VDC
	Consommation	10 mA ± 1 mA
	Courant	Voir tableau 4, IEC 1158-2



lm152d13.chp

13.1.4 Caractéristiques techniques générales

Généralités	Fa	abricant		Endress+Ha	auser
	D	ésignation de l'appareil		Mycom CLN	1 152
Fonctions seuil et alarme	F	nction		Détecteur de	e seuil
	Т	vpe de fonction		MIN ou MAX	(
	R	églage de la consigne (en	valeurs absolues)	0 100 % c	de la gamme d'affichage
	Н	stérésis pour contacts (er	valeurs absolues)	1 10 % de	e la gamme d'affichage
	Te	emporisation à l'attraction/à	à la retombée	0 7200 s	
	Se	euil d'alarme		0,5 100 %	6 de la gamme d'affichage
	Te	emporisation de l'alarme		06000 s	<u> </u>
Données de raccordement	A	imentation AC		24 / 100 / 11	5/200/230V +10/-15%
électriques	Fr	équence		47 64 Hz	
	A	imentation DC		24 V, +20 / -	-15 %
	С	onsommation		max. 10 VA	
	So	orties contact (en option)		Contacts inv (version Ex :	rerseurs sans potentiel optocoupleur) commutables sur NO et NF
	С	ourant de coupure		max. 3 A	
	Te	ension de coupure		max. 250 VA	AC / 125 VDC
	Pı	uissance de coupure		max. 750 VA	4
	Sorties signal		$2 \times 0 \ / 4 \ \ 20 \ mA,$ isolées des autres circuits courant, mais pas entre elles		
	Tension de rupture		276 V _{eff}		
	Sortie courant				
Gamme de courant		0/4 20 mA	A		
Ecart		Ecart de mesure		\leq 0,2 % de la fin d'échelle courant	
		Charge		max 600 Ω	
	B	ornes, section max. de câb	ble	2,5 mm ²	
Mesure de température	So	onde de température		Pt 100 (3 fils)	
	Gamme de mesure (GM, également représentable en °F et °K)		_35 +250 °C		
Résolution de la mesure Ecart de mesure sortie temp. (selon CEI 746)		ésolution de la mesure		0,1 °C	
		0 100 °C : ± 0,5 K ; autre gamme : ± 1 K			
	Reproductibilité		max. 0,1 % de GM		
	Gamme de transmission de la sortie signal température		Réglable Δ 28,5 Δ 285 °C		
Mesure de concentration		O é la stilan	Opening to conduct the		O
		Selection	Gamme de conductivite		Concentration
		NaOH	0,0 mS/cm 410 mS	S/cm	0 15%
		HNO ₃	0,0 mS/cm 781 mS	S/cm	0 20 %
			0.0 0/ 700 0	1	0 00 0/

	HNO ₃	0,0 mS/cm 781 mS/cm		0 20 %
	H ₂ SO ₄	0,0 mS/cm 723 mS/cm		0 20 %
	H ₃ PO ₄	0,0 mS/cm 73 mS/cm		0 12 %
	USER 1 4 2)	0,0 μS/cm 2000 mS/cm		0 99,99 %
Gamme pour valeurs CT linéaires et librement			–35 250 °	С

Compensation de température

Gamme pour valeurs CT linéaires et librement programmables		–35 250 °C
Gamme pour	NaOH	0 85,0 °C
	HNO ₃	0 75,0 °C
	H ₃ PO ₄	0 75,0 °C
	H ₂ SO ₄	0 80,0 °C



Caractéristiques techniques générales (suite)

Conditions environnantes

Caractéristiques mécaniques

Compatibilité électromagéntique (CEM)	
Emission parasite	Selon EN 50081-1, 01.92
Résistance aux parasites	Selon EN 50082-2, 03.93
Conditions de service nominales	
Température ambiante	−10 +55 °C
Humidité relative	10 95% sans condensation
Conditions limites	
Température ambiante	-20 +60 °C
Température de stockage et de transport	−25 +85 °C
Agrément Ex	EEx em [ia/ib] IIC T4
Certificat de conformité Ex	BVS 95.D.2098; ASEN 96.1 10489
Dimensions (HxLxP)	247 x 167 x 111 mm
Poids	max. 6 kg
Protection	IP 65
Matériaux	
Boîtier	GD-AlSi 12 (Part Mg < 0,05%), revêtement synthétique
Face avant	Polyester résistant aux UV

Sous réserve de toute modification

Données de raccordement électriques pour les circuits à sécurité intrinsèque voir chap. 4.4.2

lm152d13.chp

13.2 Exemples de raccordement



13.2.1 Recyclage d'acides et de bases avec mesure de concentration



13.2.2 Mesure différentielle en production de jus de fruits

lm152d13.chp

13.3 Exemples de raccordement conductif

13.3.1 Contacts de seuil, contacts NAMUR





13.3.2 Chemoclean, contacts NAMUR





lm152d13.chp



13.3.3 Mesure différentielle, Détecteurs de seuil, contacts NAMUR



14 Structures de menus





lm152d0z.chp

	Sonde de temp. 2	Contacts d'entrée
-	PT 100 PT 1000 (uniquement NTC 30 kΩ pour diff.)	(seul. pour FCXI)

	Numéro repère	Adresse Profibus	Contraste
→		(uniquement FCYP)	





+	Seuil	Hystérésis	
+	Temporisation	Temporisation	Contact d'ouverture
	attraction	retombée	Contact de fermeture



+	Sonde température 1 PT 100 PT 1000 NTC 30 kΩ	Sonde température 2 (seul. pour diff.)	Unité pour mesure temp. Celsius Fahrenheit Kelvin	Réglage temp. manuel (MTC) automatique (ATC)	Temp. compensation 1 (seul. pour MTC)	Temp. compensation 2 (seul. pour diff. et MTC)	
-	Contacts Namur NO NF	Relais panne fugitif permanent	Attribution défauts En contact de maintenance A aucun contact	Mise en route Clore Reprendre			Ŧ

lm152d0z.chp





lm152d0z.chp

▶ PI 100 II	Sonde de temp. 2	Contacts d'entrée
PT 1000 (uniquement NTC 30 kΩ pour diff.) (seul. pour FCXI)	 PT 100 PT 1000 (uniquement NTC 30 kΩ pour diff.) 	(seul. pour FCXI)







+	Nettoyage par intervalles	Cycle nettoyage Heure Minute			>	Prérinçage	Nettoyage	Rinçage	Nbre. répétitions	
+	Programme hebdo	Seconde Régler Interrompre	Jour lu=1 Di=7 Nbre. départs	Jour suivant Interrompre		Nbre. répétitions sans nettoyanti	Hold on off	Temps action Hold (seul. on pour hold)	Affichage durée nettoyage	

		(Contact d'entrée (seul. avec carte FCXI)	Fonction relais (selon configuration)	Contacts Namur NO NF	Relais panne fugitif permanent	Attribu défauts En contact de maintenance A aucun contact	Mise en route Clore Reprendre
		C						
	Sonde température 1	Sonde température 2	Unité pour mesure temp.	Réglage temp.	Temp. compensation 1	Temp. compensation 2		
-	PT 1000 PT 1000 NTC 30 kΩ	(seul. pour diff.)	Fahrenheit Kelvin	automatique (ATC)	(seul. pour MTC)	(seul. pour diff. et MTC)		

France			Canada	Belgique Luxembourg	Suisse
Agence de Paris 94472 Boissy St Léger Cdx	Agence du Nord 59700 Marcq en Baroeul	Agence du Sud-Est 69673 Bron Cdx	Endress+Hauser 6800 Côte de Liesse Suite 100 H4T 2A7	Endress+Hauser SA 13 rue Carli B-1140 Bruxelles Tél. (02) 248 06 00	Endress+Hauser AG Sternenhofstrasse 21 CH-4153 Reinach /BL 1 Tél. (061) 715 75 75
► Service: Après -vente	0,82 FHT/mn	Agence du Sud-Ouest 33320 Eysines	St Laurent, Quebec Tél. (514) 733-0254 Téléfax (514) 733-2924	Telefax (02) 248 05 53	Telefax (061) /11 16 50
Fax Service 03 8 Relations Commerciales [16]. N ^G Indigo 0 825 888 (0.827)	<u>9 69 55 25</u>	Agence de l'Est 68331 Huningue Cdx	Endress+Hauser 1440 Graham's Lane Unit 1 Burlington, Ontario		
	<u>009</u>		Tél. (416) 681-9292 Téléfax (416) 681-9444	Endress++	