

Konformitätserklärung zum MessEG

Declaration of conformity to MessEG

Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach

erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Durchflussmessgeräte
declares as manufacturer in sole responsibility, that the following flowmeters

Coriolis Gaszähler
Coriolis gas meter
*Promass 84A/F**_*****T**

mit den folgenden Vorschriften übereinstimmen:
conform with the following regulations:

Mess- und Eichgesetz (MessEG) vom 25.07.2013 (BGBl. I. S. 2722)
und die darauf gestützten Rechtsverordnungen

Angewandte harmonisierte Normen, normative Dokumente oder Regeln:
Applied harmonised standards, normative documents and regulations:

- *PTB-Anforderungen zur Anlage 7 der EO (PTB-A7.1), April 1988*
- *PTB-Anforderung "Anforderungen an elektronische und softwaregesteuerte Messgeräte und Zusatzeinrichtungen für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme" (PTB-A 50.7), April 2002*
- *PTB-Prüfregeln Band 30 "Messgeräte für Gas - Hochdruckprüfung von Gaszählern", 2003*
- *Technische Richtlinien G13, "Messgeräte für Gas - Einbau und Betrieb von Turbinenradgaszählern", März 2005*

Innerstaatliche Bauartzulassung Nummer PTB 7.251-08.03
National Type Approval Certificate Number

Benannte Stelle / Kennnummer PTB-KBS / 0102
Notified Body / Identification Number

Die Mitwirkung der Benannten Stelle umfasst die Anerkennung des Qualitätssicherungssystems nach Modul D (Anlage 4 MessEV) mit Ausstellung einer Anerkennungsurkunde.


Kennzeichnung (xx = Jahreszahl der Anbringung) DE-M xx 0102
Marking (xx = Year of affixing)

Endress+Hauser 
People for Process Automation


Reinach, 22.09.2016

Endress+Hauser Flowtec AG

ppa.


Dr.-Ing. Christian Jarms
Head of Quality Management

i.V.


Dr. rer. nat. Wilhelm Staudt
Head of Department Product
Management Metrology